

儋州市公安局看守大队
配电设备和医疗设备采购

询价文件

招标编号：HZ2017-583




海政招标
HAIZHENG TENDERING

甲级政府采购代理机构

采购人：儋州市公安局
招标代理机构：海南海政招标有限公司

二〇一七年十二月



儋州市公安局看守大队
配电设备和医疗设备采购

询价文件

招标编号：HZ2017-583



甲级政府采购代理机构

采 购 人：儋州市公安局

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二〇一七年十二月

目 录

第一章 询价邀请函	1
第二章 报价人须知	4
第三章 询价采购货物需求一览表	10
第四章 报价文件内容和格式	18
第五章 合同条款	23
初步审查表	25

第一章 询价邀请函

海南海政招标有限公司受儋州市公安局的委托，近期将对儋州市公安局看守大队配电设备和医疗设备采购项目（项目编号：HZ2017-583）组织询价采购，欢迎有兴趣的供应商参加报价。

一、项目名称、编号、内容及技术要求

1、项目名称：儋州市公安局看守大队配电设备和医疗设备采购,其中包括：

A包：发电机组

B包：医疗器械

2、项目编号：HZ2017-583

3、用途：儋州市公安局工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、项目预算：其中A包89,430.00元，B包270,000.00元

二、报价人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近一年内任意三个月的纳税证明或者会计师事务所出具的近一个年度财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近一年内任意三个月的社保缴费记录复印件）；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

5、投标人如为生产厂商，须具有《医疗器械生产企业许可证》；投标人如为产品代理商，须具有《医疗器械经营许可证》；（B包）

6、购买本项目询价文件并缴纳投标保证金；

7、本项目不接受联合体报价。

三、询价文件的获取

1、时间: 2017年12月19日至2017年12月21日9:00-17:00(节假日除外);

2、标书发售地点: 海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005;

3、标书售价: ¥100元/包(售后不退), 报价保证金为: A包:1,500.00元, B包:4,000.00元。

4、报价保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称(如有分包,则同时注明包号)。报价保证金需在投标截止时间一天前到账。

户名: 海南海政招标有限公司

开户行: 中国建设银行海口龙珠支行

帐户: 46001003536053003445

5、购买询价文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信(或委托函)、委托人身份证复印件和报价人资格要求中的相关资质证书复印件(加盖公章)。

四、报价截止时间、地点

1、报价截止时间: 2017年12月22日10:00;

2、开标时间: 2017年12月22日10:00;

3、开标地点: 海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002;

4、公告发布媒介: <http://www.hizw.gov.cn>、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、<http://dzggzy.hi.gov.cn/>、www.danzhou.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址: 海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

项目联系人: 成诗雅 电话/传真: 0898-68500661、0898-68500660

电子邮箱：hnhzzb@163.com

财务：[0898-68555187](tel:0898-68555187)

六、采购人联系方式

1、地 址：儋州市那大镇胜利路 106 号

2、联系人：刘朝晖

3、联系电话： 13976894899

海南海政招标有限公司

2017 年 12 月

第二章 报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：儋州市公安局

1.2 招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3 报价人：已从招标代理机构购买询价文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2. 适用范围

本询价文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3. 合格的报价人

3.1 凡有能力按照本询价文件规定的要求交付货物和服务的报价单位均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本询价文件第一章的“报价人资格要求”规定的条件。。

3.3 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 报价人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的报价人不得参与报价。

3.5 本项目不接受联合体报价。

4. 报价费用

4.1 无论报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5. 询价文件的约束力

5.1 报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本询价文件中的所有条件和规定。

二、询价文件

6. 询价文件的组成

6.1 询价文件由五部分组成，包括：

- 第一章 询价邀请书
- 第二章 报价人须知
- 第三章 询价采购货物需求一览表及技术要求
- 第四章 报价文件内容和格式
- 第五章 合同条款

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅询价文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按询价文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7. 询价文件的澄清

报价人在收到询价文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截止一个工作日前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一询价文件的报价人。

8. 询价文件的更正或补充

8.1 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改询价文件。修改通知作为询价文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2 当询价文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按询价文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟报价截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一询价文件的报价人。

三、报价文件

9. 报价

9.1 报价人应按询价采购货物需求一览表的要求报价。

9.2 报价均须以人民币为计算单位。

10. 报价保证金

10.1 报价保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账，报价人需在报价截止时间一天前办理保证金支付手续。

10.2 若报价人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。

10.3 报价保证金的退还

10.3.1 成交人的报价保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内无息退还。

10.3.2 落标报价人的报价保证金将在招标代理机构发出成交通知书 5 个工作日内无息退还。

10.3.3 如报价保证金为招标代理机构收取，则成交结果公告期满后，报价人应把报价保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到 68555187，以便办理保证金退还手续；

如保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：66529867。

10.4 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

- (1) 报价人在报价有效期内撤回期报价书的；
- (2) 成交人不按本章规定签订合同；
- (3) 报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11. 报价有效期

11.1 报价有效期为从开标截止之日起计算的 **60 天**，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要

求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12. 报价文件的数量、签署及形式

12.1 报价文件一式肆份，正本一份，副本叁份。

四、报价文件的递交

13. 报价文件的密封及标记

13.1 报价人应将报价文件密封在报价专用袋中，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：儋州市公安局看守大队配电设备和医疗设备采购

项目编号：HZ2017-583

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14. 报价截止时间

14.1 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

14.2 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、授标及签约

15. 定标原则

15.1 询价小组由从省综合评标专家库中随机抽取相关专家和用户代表共三名组成，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。

15.2 询价小组对报价文件的资格性和符合性进行初步评审，有以下情况的将不能通过初步评审：

- 报价人未能满足报价人资格要求的；
- 报价人未提交法人授权委托书的；
- 报价文件未按询价文件规定要求填写报价内容及签名盖章的；
- 报价人未按询价文件要求的金额提交报价保证金的；
- 报价有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的;
- 报价不是固定价或者不是唯一的;
- 报价内容有缺漏的;
- 不符合询价文件规定的其它条件。

15.3 询价小组将严格按照询价文件的要求对通过初步评审的报价人的报价文件进行评审, 定标原则采用完全满足采购需求的前提下最低价中标法;

15.4 询价小组根据评标办法推荐出三人为成交候选人, 并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的, 或者是评标委员会出现评标错误, 被他人质疑后证实确有其事的, 采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。

15.5 招标代理机构将在政府采购指定网站媒体上公示成交结果。

16. 关于政策性优惠

16.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的, 其评标价=报价*(1-2%); 报价人所投产品满足此规定的, 必须提供声明函并提供相关证明文件。 1zb

16.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的, 其评标价=报价*(1-1%); 报价人所投产品满足此规定的, 必须提供声明函并提供相关证明文件。 1zb

16.3 报价人为小型和微型企业(含联合体)的情况:

16.3.1 中小企业的认定标准:

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物, 不包括提供或使用大型企业注册商标的货物;

2) 本规定所称中小企业划分标准, 是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业(2011)300号);

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的, 视同为中型企业; 小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的, 视同为大型企业。

4) 监狱企业视同为小型、微型企业。

16.3.2 具体评审价说明:

1) 报价人为小型或微型企业, 其评审价=报价*(1-6%);

2) 报价人为联合体报价, 联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的, 其评审价=报价*(1-2%)。

16.3.3 报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业(含联合体)的, 必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见财库〔2011〕181号), 并提供中小企业认定机构的证明材料, 否则无效。**如有虚假骗取政策性加分, 将依法承担相应责任。**

17. 成交通知

17.1 成交人收到成交通知后, 须在规定时间内到招标代理机构办理相关手续。

17.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

18. 签订合同

18.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同, 否则报价保证金将不予退还, 给采购人和招标代理机构造成损失的, 成交人还应承担赔偿责任。

18.2 询价文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

19. 采购代理服务费用

招标代理机构根据项目预算按计价〔2002〕1980号文相关规定向成交人收取。

20. 其它

本项目不召开答疑会。

第三章 询价采购货物需求一览表

A 包询价采购货物需求一览表

项目名称：儋州市公安局看守所大队配电设备和医疗设备采购

项目编号：HZ2017-583

序号	品名	技术要求、规格配置	所投产品牌型号、规格配置	数量	单位	单价	小计	备注
1	75kw 配无刷电机柴油发电机组	1、机组型号 YF-Y75； 2、主用功率 75KW； 3、备用功率 83KW； 4、外形尺寸（mm）：约 2350×800×1220； 5、燃油消耗率 202g/KW. h； 6、重量约 1200kg； 7、发动机型号 YC6B135Z-D20； 8、缸数/排列 6 缸直列； 9、缸径 108mm； 10、行程 125mm； 11、排量 6.781L； 12、润滑油容量 16L； 13、冷却液容量 34L。		1	套			
2	合计	小写：¥	大写：人民币					

交货期：合同签订后_____

日期：

报价人：（盖章）

授权代表签名：



注：1、本报价应包括货物、运输、安装、调试、培训及售后服务等费用和一切应付的税费；。

2、报价人要针对技术要求填写技术及资质响应表，所有技术及资质指标必须全部满足，否则报价无效；

3、工期/交货期：合同签订后 30 天内； 交货地点：采购人指定地点。

4、售后服务要求：

(1) 提供 2 年 5×8 小时上门保修，免费更换全部配件（原厂全新配件）；提供 7×24 小时技术支持和服务，8 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24 小时内到达指定现场。

(2) 免费质保期结束后，对产品继续提供完善而优惠的售后服务。

5、报价人中标后履约过程中，必须遵守国家有关法律的规定，如实提供检查所必须的材料，如有作假行为其报价将被拒绝，并报政府采购主管部门处理。

6、由于本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，因此报价人对本章的技术、功能及资质的要求必须全部满足或优于，否则报价无效。

7、其他要求

1) 报价人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备、货物。

2) 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3) 报价人所投设备、货物应符合中华人民共和国有关规范、质量和安全要求；

4) 报价人须负责投标货物的设计、制造、运输、验收、教学技术培训。

5) 所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收。供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用及造成采购人的损失由供应商负责。

B 包询价采购货物需求一览表

项目名称：儋州市公安局看守所大队配电设备和医疗设备采购

项目编号：HZ2017-583

序号	品名	技术要求、规格配置	所投产品牌型号、规格配置	数量	单位	单价	小计	备注
1	除颤仪	参数：1. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 2. 整机重量不超过 6kg。 3. 除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。除颤能量为 360J，提高除颤成功率和有效性。 4. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 5. 除颤充电迅速，充电至 200J<5s，360J<8s。 6. CPR 辅助功能，可指导 CPR 操作，符合 2010 国际 CPR 指南要求。 7. 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 8. 具备血氧饱和度和无创血压测量功能。 9. 可选配监护功能：12 导 ECG、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。 10. 可选配两块外置锂电池，1 块电池可支持 200J 除颤 100 次以上。 11. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。		1	台			

		<p>12. 成人、小儿一体化电极板, 可选用除颤起搏监护多功能电极片。 13. 支持中文操作界面、AED 中文语音提示。</p> <p>14. 彩色 TFT 显示屏>8”, 分辨率 640×480, 最多可显示 4 通道监护参数波形, 有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。</p> <p>15. 50mm 记录仪, 自动打印除颤记录, 可延迟打印心电, 延迟时间>10s。</p> <p>16. 可存储 24 小时连续 ECG 波形, 数据可导出至电脑查看。 17. 关机状态下设备可自动运行自检, 支持大能量自检 (不低于 150J)、屏幕、按键检测。</p> <p>18. 可在-10°C 环境正常工作, 存储温度-30~70°C。</p> <p>19. 符合除颤国际专用安全标准 IEC60601-2-4:2002。</p> <p>20. 符合欧盟救护车标准 EN1789:2007。</p> <p>21. 具备良好的防水性能, 防水级别 IPX4。</p> <p>22. 具备优异的抗跌落性能, 裸机可承受 0.75m 跌落冲击。</p>						
2	病人监护仪	<p>1、12.1” 高亮度 TFT 彩色液晶显示, 分辨率为 800*600, 同屏可显 8 道波形。可外接镜像显示器;</p> <p>2. 全中文操作界面 (支持英语、西班牙语、法语等多种语言);</p> <p>3. 界面参数及波形可由用户按需自由选择设定; 心电波形级联、呼吸氧合图动态观测, 大字体、全导联同屏显示等多种显示模式</p>		1	台			

	<p>4. 基本检测参数齐全: 心电、无创血压、血氧饱和度、呼吸、脉搏、双通道体温;</p> <p>5. 特有的血压测量温漂处理技术, 提高血压测量的准确性;</p> <p>6. 强抗弱灌注技术, 血氧可高精度测量;</p> <p>7. 人性化的语音报警, 更加直观;</p> <p>8. 齐备的存储功能: 全部监护参数大于 200 小时趋势数据, 1000 个无创血压测量数据和 200 个报警事件的存储;</p> <p>9. 交、直流电源, 高性能锂电池可持续工作 4 小时以上</p> <p>10. 具备有线联网, 支持无线联网, 可双向通讯功能, 能广泛地应用手术中病人监测和重病集中监护。</p> <p>11. 可支持呼末二氧化碳, 麻醉深度测量</p> <p>12.1 心电图: 心率范围: 15-350bpm 增益选择: $\times 0.25$、$\times 0.5$、$\times 1$、$\times 2$ 扫描速度: 12.5mm/s、25mm/s、50mm/s</p> <p>12.2 无创血压测量: 适用范围: 成人、儿童、新生儿 测量单位: mmHg、Kpa 测量参数: 收缩压、舒张压、平均压 测量方式: 手动、自动、连续测量 自动测量间隔时间: 1 分钟—480 分钟 测量范围: 成人 收缩压 40-270mmHg 舒张压 10-210mmHg 平均压 20-230mmHg 具有双重过压保护和超时保护功能</p> <p>12.3 血氧饱和度: 监测范围: 0%-100% 测量参</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>数: 血氧饱和度, 脉率 传感器类型: 指夹式</p> <p>12.4 体温: 通道数: 双通道体温</p> <p>测量范围 : 0℃-50.0℃。</p> <p>测量精度: ±0.1℃</p> <p>12.5 呼吸:</p> <p>测量方式: 胸阻抗法</p> <p>监测范围: 0-150 次/分钟</p> <p>具有呼吸窒息报警功能</p>					
3	十二道心电图仪	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标准 12 导联同步采集 2. 输入保护: 浮地输入, 抗除颤保护电路 3. 滤波器: 交流, 漂移和肌电滤波器 4. 灵敏度: 自动增益, 1.25 mm/mV, 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 10/5 mm/mV, 20/10 mm/mV 5. 共模抑制比: ≥100dB 6. 耐极化电压: ±500 mv 7. 定标电压: 1mV±5% 8. 频率响应:0.05Hz~150Hz 9. 走纸速度: 5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s 10. 高亮度 7 英寸彩屏, 可 0-80 度翻转, 飞梭键操作, 更方便简洁 11. 中文操作菜单, 心电波形显示, 心率, 导联名称, 走纸速度, 增益, 滤波器状态, 日期, 患者信息, 测量信息, 工作模式显示等 12. 特有 CardiPro 成人\儿童专用特异性分析算法、明尼苏达码编码系统, 分析更准确 		1	台		

		13. 具有手动/自动、周期、自动触发、省纸等记录模式 14. 可冻结 300 秒心电波形, 并可全息回放、打印 15. 具有心律不齐检测模式, 能自动检测心律不齐并额外记录节律波形 16. 具有内置存储, 并支持大容量 U 盘、SD 卡 17. 长时间 R-R 分析, 可采集 300 秒不压缩心电波形, 具有趋势图、直方图分析 18. 具有简单分析报告、详细分析报告、代表心搏报告和手动报告等报告格式可选 19. 支持 3*4, 3*4+1R, 3*4+3R, 6*2, 6*2+1R, 6*2+3R, 12*1 等记录格式 20. 通过 CE 认证, 通过 FDA (510k) 审核, 取得 CMD 医疗器械产品认证						
4	合计	小写: ¥	大写: 人民币					

交货期: 合同签订后_____

日期:

报价人: (盖章)

授权代表签名:

注: 1、本报价应包括货物、运输、安装、调试、培训及售后服务等费用和一切应付的税费;。

2、报价人要针对技术要求填写技术及资质响应表, 所有技术及资质指标必须全部满足, 否则报价无效;

3、工期/交货期: 合同签定后 30 天内; 交货地点: 采购人指定地点。

4、售后服务要求:

(1) 提供 2 年 5×8 小时上门保修, 免费更换全部配件 (原厂全新配件); 提供 7×24 小时技术支持和服务, 8 小时内作出实质

性响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内到达指定现场。

(2) 免费质保期结束后，对产品继续提供完善而优惠的售后服务。

5、报价人中标后履约过程中，必须遵守国家有关法律的规定，如实提供检查所必须的材料，如有作假行为其报价将被拒绝，并报政府采购主管部门处理。

6、由于本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，因此报价人对本章的技术、功能及资质的要求必须全部满足或优于，否则报价无效。

7、其他要求

1) 报价人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备、货物。

2) 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3) 报价人所投设备、货物应符合中华人民共和国有关规范、质量和安全要求；

4) 报价人须负责投标货物的设计、制造、运输、验收、教学技术培训。

5) 所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收。供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用及造成采购人的损失由供应商负责。

第四章 报价文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序固定装订。

- 1、询价采购货物需求一览表（见第三章）
- 2、报价函（表1）
- 3、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、保证金证明材料以及报价人资格要求中所要求的各类证书复印件
- 4、法人授权书（表2）、法人身份证和授权代表身份证复印件
- 5、技术及资质响应表（表3）
- 6、企业纳税证明
- 7、社会保障缴费记录
- 8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明
- 9、技术部分（包括产品技术资料、彩页，项目实施方案及售后服务等）
- 10、报价人认为需要提供的其他材料

以上凡提供复印件的需加盖公章。

表1、报价函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位组织的儋州市公安局看守大队配电设备和医疗设备采购项目（项目编号为 HZ2017-583）的报价邀请函要求，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表报价人_____（报价单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受询价文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照询价文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的60天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。
- 4、如果我方成交，我们将根据询价文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 5、如果我方成交，我方将支付本次询价的服务费。

报价人名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

授权代表签字：_____（签字或私章） 职务：_____

日期：_____

表2、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：_____

地 址：_____ 法定代表人：_____

受托人：姓名_____ 性别：____ 出生日期：____年__月__日

所在单位：_____ 职务：_____

身 份 证：_____ 联系方式：_____

兹委托受托人_____代表我方参加海南海政招标有限公司组织的儋州市公安局看守大队配电设备和医疗设备采购项目（项目编号为：HZ2017-583）的询价活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加报价活动；
- 2、签订与成交事宜有关的合同；
- 3、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。

受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位 _____（公章）

法定代表人 _____（签名）

受托人 _____（签名）

年 月 日

表3、技术及资质响应表

说明：报价人必须仔细阅读询价文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。**报价人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该报价文件无效，该报价人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。**

序号	设备/项目	询价文件技术要求	报价人响应情况	偏离情况	页码索引
1					
2					
3					
4					
5					
	...				

报价人全称：（公章）

授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、**此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。**

3、报价人在“报价人响应情况”中填写所投设备/项目的详细技术参数、资质或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。**评委评标时不能只根据报价人填写的偏离情况说明来判断是否响应**，而应认真查阅“报价文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“报价人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在报价人报价文件中的页码。

表4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无严重违法记录的声明函

致：海南海政招标有限公司

为响应贵公司组织的儋州市公安局看守大队配电设备和医疗设备采购项目（项目编号为：HZ2017-583）货物及服务的招标采购活动，我司声明如下：

本项目招标公告前三年内，我司在经营活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有虚假，我司愿意接受相关处罚。

特此声明。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

授权代表：_____（签字或私章） 职务：_____

日期：_____

第五章 合同条款

甲方：_____

乙方：_____

甲乙双方根据_____年___月___日_____项目（项目编号：HZ2017-583）询价采购结果及询价文件的要求，经协商一致，达成以下协议：

一、货物及其数量、金额等

序号	产品名称	品牌型号、规格	单位	数量	单价	合计
1						
2						
...						
总计		¥ _____ (大写) _____				

二、交货期：自签订合同起 天内。

三、付款

1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在 10 个工作日内向乙方支付合同金额的 30%；

2、主要设备到货并经甲方验收后 10 个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 40%；

3、项目安装、调试并通过验收后 10 个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30%。

四、违约赔偿

4.1. 除 4.2 条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的 0.5% 计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合

同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

4.2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

五、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1. 申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
2. 提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效：本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

七、合同鉴证：招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

1. 本项目询价文件；
2. 乙方的报价文件和询标时乙方的书面承诺（如有）；
3. 成交通知书；
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执壹份，壹份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：_____（盖章）	乙方：_____（盖章）
地址：_____	地址：_____
法定（或授权）代表人：_____	法定（或授权）代表人：_____
_____年__月__日	_____年__月__日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与报价文件的内容一致。

招标代理机构：

经办人：_____

_____年__月__日

初步审查表

项目名称：儋州市公安局看守所大队配电设备和医疗设备采购 包号：__包

项目编号：HZ2017-583

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）			
1	报价人的资格	是否符合报价人资格要求			
2	报价文件的有效性、完整性	是否符合报价文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
4	技术响应	报价人的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即报价无效）			
5	保证金	是否提交保证金			
6	投标有效期	是否满足询价文件要求			
7	交货期或工期	是否满足询价文件要求			
8	其它	无其它无效投标认定条件			
结 论					

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

日期：