

# 用户需求书

## 一、商务要求

- 1、交付时间与地点要求：合同签订后 10 天内。 地点：用户指定地点。
- 2、付款条件：由双方协商
- 3、供应商资格要求：见采购公告
- 4、验收要求：按询价文件技术参数和国家行业标准进行验收。
- 5、售后服务要求：设备按原厂标准提供维护。

## 二、技术要求：

### 参考配置及技术要求

#### （一）接驳计数器耗材（50000 次）

- 1、基本功能：能将两个封闭的 PVC 管路进行无菌连接。
- 2、无菌接驳原理：在接驳全过程中外界不与 PVC 管路直接接触，真正保证无菌连接，无异味及异物。
- 3、操作安全性：“全内置”安全设计，保证操作者在无菌接驳过程中的安全性。
- 4、废物处理：不使用刀片，无废弃物需要处理。无金属污染。
- 5、应用操作：管路定位后，全程自动连接，操作简便；且自动显示连接处理状态。
- 6、PVC 管路要求：能在湿的和干的管路之间进行连接；能连接外径

在 3.9—5.6mm 之间的各种管路。

7、连接速度：每次连接过程不超过 20 秒。

8、连接管路强度：连接管路拉伸强度高。

9、耗材：用高科技的计数器，只记录成功次数，连接不成功，不浪费次数。