



您身边贴心的采购专家

项目编号：ZK-CGZJZ2018160

# 政府采购

## 康复设备采购

竞  
争  
性  
谈  
判  
文  
件

采 购 人：琼海市皮肤病与精神卫生防治中心

采购代理机构：海南政坤招标代理有限公司

2018 年 11 月

专业      诚信      高效

## 目 录

第一章 竞争性谈判公告.....	2
第二章 谈判须知.....	5
第三章 采购需求.....	13
第四章 合同文本.....	22
第五章 谈判程序.....	27
第六章 响应文件格式.....	30

## 第一章 竞争性谈判公告

海南政坤招标代理有限公司受 琼海市皮肤性病与精神卫生防治中心 的委托，对 康复设备采购 组织竞争性谈判方式进行采购，现欢迎合格的供应商参加该项目的竞争性谈判。

**一、项目编号：**ZK-CGZJZ2018160

**二、项目名称：**康复设备采购

**三、采购内容：**本项目共 1 个包，预算金额¥99.84 万元，采购康复设备 1 批，具体如下：

序号	采购设备名称	单位	数量
1	团体智能身心反馈系统 (10 端口)	套	1
2	体感音波催眠系统	套	2
3	音乐治疗系统	套	1

**四、资金来源：**财政资金

**五、合格供应商应具备的资格条件：**

5.1 符合政府采购法二十二条要求：

(1) 在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力（提供有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章，如为三证合一提供有效的营业执照副本）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2018 年任意 1 个月或季度的单位财务报表复印件）；

(3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2018 年任意 1 个月的缴纳税收记录和社保缴纳记录凭证复印件）；

(4) 具有履行合同所必需的货物和专业技术能力（提供履约能力承诺函）；

(5) 参加本次采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录的声明函原件；

(6) 具备法律、行政法规规定的其他条件（提供资格承诺函）；

(7) 购买本项目的竞争性谈判文件并提交谈判保证金相关证明资料。

5.2 本项目不接受联合体投标。

## 六、购买竞争性谈判文件须知

1、购买竞争性谈判文件时间：2018年11月26日至2018年11月28日（上午09:00至下午17:00），供应商应在规定的时间内到指定地点领取本竞争性谈判文件，并登记备案，如在规定时间内未领取竞争性谈判文件并登记备案的供应商均无资格参加该项目的竞争性谈判。

2、购买竞争性谈判文件地点：海口市美兰区五指山南路国瑞城写字楼北座3A01室（海南政坤招标代理有限公司）。

3、供应商购买竞争性谈判文件时应携带以下资料：

购买人持单位法人授权委托书、身份证及供应商资格要求第5.1(1)项原件查验，复印件加盖鲜章留底。（复印件需提供原件查验，谈判文件电子版本发至购买人的邮箱）。

4、本竞争性谈判文件售价：人民币300.00元/包（文件售后不退，谈判资格不能转让）。

## 七、谈判响应文件递交截止时间

2018年11月29日10:00（北京时间），逾期送达的文件拒不接收。

## 八、谈判时间和地点

1、谈判时间：2018年11月29日10:00（北京时间）。

2、谈判地点：海口市美兰区五指山南路国瑞城写字楼北座3A01室（海南政坤招标代理有限公司开标室）。

九、公告发布媒介：中国海南政府采购网。

## 十、谈判保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币18000元的谈判保证金。

保证金到账截止日期：2018年11月28日17:00之前。

## 十一、联系人及联系电话

采 购 人：琼海市皮肤性病与精神卫生防治中心

地 址：琼海市富海路横南11号

联系人：王先生

联系电话：0898-62930029

代理机构：海南政坤招标代理有限公司

地址：海口市美兰区五指山南路国瑞城写字楼北座 3A01 室

联系人：陈工 黄工

电话：0898-66724435

## 第二章 谈判须知

### 1、适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本谈判邀请书中所叙述项目的货物采购。

### 2、定义

2.1“采购人”系 琼海市皮肤性病与精神卫生防治中心。

2.2“采购代理机构”系海南政坤招标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指响应竞争性谈判文件要求，并提交响应文件的法人或其他经济组织。

### 3、合格的供应商资格条件

合格的供应商应具备以下条件：

(1) 本竞争性谈判文件“竞争性谈判公告”第5条规定的资格条件；

(2) 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度，供应商信用信息查询的查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

① 供应商不良信用记录查询网址：

信用中国网 <http://www.creditchina.gov.cn/> 或信用中国（海南）网  
<http://xyhn.hainan.gov.cn/CreditHnExtranetWeb/>；

政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn/>。

② 信用信息查询要求：查询时间同项目公示时间，提供截图。

③ 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不能参与政府采购活动；

### 4、竞争性谈判采购费用

无论竞争性谈判采购的结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性谈判有关的全部费用。

### 5、竞争性谈判文件

5.1 竞争性谈判文件是采购人用以阐明所需提供的服务、竞争性谈判采购的程序和评定成交供应商的标准、合同主要条款等内容的文件。

## 5.2 竞争性谈判文件的组成

- (1) 竞争性谈判公告
- (2) 谈判须知
- (3) 采购需求
- (4) 合同文本
- (5) 谈判程序
- (6) 响应文件格式

5.3 供应商应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容，并实质性响应竞争性谈判文件的要求。

5.4 供应商对竞争性谈判文件有任何异议的均应在递交响应文件截止时间1天前向谈判小组或采购代理机构提出，在规定时间内未提出异议的视为完全认同本竞争性谈判文件的要求。

## 6、响应文件

供应商须按竞争性谈判文件的要求编写响应文件，对竞争性谈判文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件应包括但不限于下列内容：

### 6.1 资格性响应文件

符合谈判文件第一章规定的资格条件。

### 6.2 技术、服务性响应文件

包括响应函、采购需求响应情况表、质量保证和服务承诺、服务计划及承诺、报价组成因素（参与响应的货物或服务清单）等文件。

## 7、报价

7.1 所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

7.2 供应商报价应为完成本竞争性谈判文件中所要求的服务所应包括内容的所有价格。

7.3 本项目预算价：人民币¥99.84 万元；

7.4 供应商不得低于成本价恶意报价，若报价与其他供应商相比明显过低，不符合市场价格，供应商须提供详细的成本分析说明资料，在谈判现场交给评审委员会经过综合评审认为可行，采购人有权要求成交人在签订合同前提供预算金额的 15%作为质量保证

金，如成交人在合同履行过程中偷工减料、不按要求完成项目，则采购人有权终止合同，没收质量保证金，并报主管部门严肃处理。

## 8、响应文件的递交

8.1 响应文件分资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分。

8.2 供应商应当准备响应文件正本1份、副本2份，以及单独提交的“报价一览表”（壹份），响应文件电子版（**提交 Word 和 PDF 两种格式**）由U盘保存并粘贴标记。响应文件的正本和副本应在其封面清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正书面响应文件为准。

8.3 响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。响应文件副本可采用正本的复印件。单独提交的“报价一览表”应为原件。

8.4 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效投标。

8.5 响应文件正本和副本必须装订成册，不得采用活页式装订。

8.6 响应文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，未按要求或超过投标截止时间以后送达的响应文件将被拒绝。

8.7 响应文件统一用A4幅面纸印制。

## 9、响应文件的密封及标记

9.1 供应商应在响应文件正本和所有副本的封面上注明供应商名称、地址、联系电话、法人签字、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

9.2 响应文件正本、所有副本和谈判文件要求单独提交的报价一览表、电子文档，分别封装于密封袋内（箱），密封袋（箱）右上角上应分别标上“正本、副本、报价一览表、电子文档”字样，并注明供应商名称、地址、联系电话、法人签字、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

9.3 所有外层密封袋（箱）的封口处应粘贴牢固，并在密封口处加盖公章及授权人签字。

## 10、响应文件格式

供应商应严格按照竞争性谈判文件第六章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容，否则以无效投标处理。

## 11、谈判保证金：

保证金金额：人民币18000元。

保证金到账截止日期：2018年11月28 日17：00（北京时间）

谈判保证金交款方式：谈判保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交，所有递交方式均以到帐时间为准。

开户名：海南政坤招标代理有限公司

开户行：海口农村商业银行股份有限公司国兴支行

账号：1011 0869 0000 0146

11.1 供应商应提交一笔不少于本竞争性谈判文件规定的人民币金额的谈判保证金。成交供应商的谈判保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个个工作日内全额退还，未成交者的谈判保证金转账退还。

谈判保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购人在因供应商的行为受到损害时可根据第 11.4 条的规定不予退还供应商的谈判保证金。

11.2 未按规定时间和数额交纳谈判保证金的响应文件，应视为非响应性响应予以拒绝。

11.3 未成交人的谈判保证金，将在成交通知书发出后五个个工作日内全额退还（以非现金方式退还）。为确保保证金的退还，请各供应商用正楷填写本谈判文件附件一“确认表”在递交响应文件截止日期即谈判当天，采购仪式结束后，递交给本采购代理机构项目工作人员。

成交人的谈判保证金在成交人与采购人签订采购合同并按规定交纳了履约保证金后5个工作日内无息退还（以非现金方式退还）。退还时请返还采购合同（原件）1份及经采购方盖章确认的履约保证金缴纳凭证复印件（如要求）并确保已正常递交本谈判文件附件一“确认表”后，到本采购代理机构财务部办理。

11.4 下列任何情况发生时，谈判保证金将被不予退还：

11.4.1 供应商在有效期内撤回其响应文件的；

11.4.2 供应商在采购活动中有违法、违纪行为的；

11.4.3 成交供应商无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；

11.4.4 成交供应商未按谈判文件要求交纳履约保证金的；

11.4.5 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

11.4.6 成交供应商未交纳成交服务费的。

## 12、确定成交候选人

12.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

12.2 采购人在收到谈判报告后 5 个工作日内，按照谈判报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

12.3 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：

（一）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

（二）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的；

（三）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（四）其他不应确定成交供应商的情形。

成交候选供应商有本款情形之一的，采购人将确定后一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推。无法确定成交供应商的，采购人将重新组织采购。

成交候选供应商以本款第（三）项放弃成交的，应当说明理由，但其谈判保证金将被没收。

## 13、成交通知书

采购人按成交供应商候选人的排名顺序确定成交供应商，由采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

**14、成交服务费：**参照国家计委发改价格【2011】534号”和琼价费管【2011】225号规定，成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

## 15、签订合同

15.1 成交供应商应在领取成交通知书后 30 日内，按照谈判文件、响应文件以及谈判过程中确定的事项与采购人签订采购合同。

15.2 竞争性谈判文件、供应商提交的响应文件、谈判中的最终报价、供应商承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。

## 16、政府采购政策

16.1 本次招标优先选购中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。

16.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

16.3 投标产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书复印件。

16.4 投标产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

16.5 竞争性谈判文件中提供的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能根据市场情况列出的品牌或型号，并不是限制条件，而是为了达到类似的要求。

16.6 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号），根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68 号 监狱企业视同小型、微型企业，供应商提供属于监狱企业的证明文件。根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕114 号 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，供应商提供声明函明文件。

## 17、履约保证金

17.1 成交人应在合同签订之前交纳竞争性谈判文件规定数额的履约保证金。

17.2 如果成交人在规定的合同签订时间内，没有按照竞争性谈判文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

## 18、签订合同

18.1 成交人在收到采购代理机构发出的《成交通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

18.2 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交人响应文件作实质性修改。

18.3 成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在成交人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

18.4 成交人在合同签订之后而二工作日内，将签订的合同（原件一份）送采购代理机构财务留存。

## 19、合同分包

19.1 经采购人同意，成交人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

19.2 采购合同实行分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 20、采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 21、履行合同

21.1 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

21.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 22、验收

成交人与采购人应严格按照竞争性谈判文件中验收的标准进行验收。

### 23、质疑、投诉处理

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 第三章 采购需求

### 一、项目概况

1. 项目名称：康复设备采购
2. 预算金额：人民币¥99.84万元，超过预算金额为无效报价
3. 采购内容：采购康复设备1批，详见下表：

序号	采购品目名称	单位	数量
1	团体智能身心反馈系统 (10端口)	套	1
2	体感音波催眠系统	套	2
3	音乐治疗系统	套	1

### 二、技术参数：

#### 1、团体智能身心反馈系统(10端口)参数和功能

##### (1) 配置硬件

###### 1. 1. 1 系统搭载硬件需求

- ①系统：Windows7 旗舰版；内存：4GB，CPU 双核；硬盘：64G；
- ②接口：必须具备 Micro USB 接口及 USB 接口 3.0 接口各 1 个、HDMI 高清接口 1 个；
- ③支持 360 度重力感应；10 寸电容全触屏。

###### 1. 1. 2 无线腕式红外脉搏采集器

- ①尺寸：55mm\*55mm，显示屏为长 22mm\*宽度 12mm，可以在心率采集器上直接显示心率、血氧的指标及波形；
- ②红外指套式探头，尺寸为 43.5mm\*37.5mm，可以放大、信号调理，实时的血容积变化信号传送到采集器；
- ③该采集器使用嵌入式 MEGA 芯片系统；可分析处理心率、HRV、PNN50 等指标等；通过无线传输方式与控制主机进行通信；腕式便携式，戴上指脉可以随意在房间走动；移动充电式，一次充电使用时间不低于 12 小时；采用指套式，红外反射皮肤接触式；

④可采集心率、HRV 等相关指标，Rf/Tr 双模；采集范围：50–200 次/分；灵敏度：优于 10uw/s；响应速度：优于 102v/s；采集精度：±2%。

### 1.1.3 无线触压式呼吸采集器

①呼吸探头为圆形，直径为 43.5mm，探头表面配备有开关键及信号指示灯，方便易携带、好操作。束腹带不少于 900mm，适合各种体型人使用；

②采集呼吸频率、波形等相关指数；双层 Multi-point 感应结构；专用 IER 校正电路精确采集吸呼比；采集精度：±3%；采集范围：0–50 次/分；响应延迟：≤0.01 秒。

### 1.1.4 脑电生理传感器

①简易方便，为头戴式电极；

②采用非侵入式干电极，无需导电胶或导电液；脑电采集位置：前额（FP1）；脑电设备可输出原始脑电波数据；数据输出频率为 512Hz，并可输出 δ、θ、α、β、γ 等 8 个 EEG 频段数据。

### 1.1.5 专业训练椅

训练椅尺寸为椅高 110\*扶手 62\*宽度 100cm，扶手宽度不少于 17cm，扶手离地面高度为 62cm，蓝白色皮料，训练椅靠背皮料为蓝白弧形设计，外形美观、大气。扶手采取适合坐姿的圆弧设计，最高点高度为 62cm。电动多重姿势躺，可以满足训练者躺、仰、坐姿势。角度由 105 度—170 度左右自由调整，腿部 90 度–180 度。内置超静音电机，通过控制器控制放松椅升降角度。

## （2）功能描述：

①该减压系统由一个主控端和多个训练端组成；

②每位训练者在训练端都能体验到个性化、有效的音乐放松训练；

③咨询管理人员在主控端能实时、直观、全面的了解每位训练者的放松效果；

④整套系统须具备团体训练的“一对多”训练模式；

### 1.2.1 多通道训练

可以根据训练者自我训练习惯，自如选择训练通道，训练通道包括，脑电、心率、呼吸训练通道；采用无线数据传输，数据稳定、不丢包。

### 1.2.2 系统组成

①系统包括管理中心、系统设置、训练中心、记录中心、音乐中心；五大中心相辅相成，使整个系统更加的人性化，可操作化；

②管理中心下设用户管理、组别管理、所属管理三大板块；用户管理中可以建立姓名、唯一号的搜索功能，组别管理可以进行对团体减压训练过程中的记录实现组别名称以及组别说明的修改、添加和删除功能；所属管理可以实现对系统的分级管理，实现系统安全化、科学化目标，可以最大限度保证系统安全；

③训练中心具备不少于 5 个 3D 训练场景；3D 实时场景与动画场景相结合，可以唤起训练者参与训练的动力。场景包括“荷塘”“猴子爬树”、“彩虹树”等。

④记录中心可以查看用户信息、数据信息、心率平均值、心率最高值、心率最低值、情绪度/放松度曲线图、情绪度曲线图、放松度曲线图、EEG 曲线图。可以对专注度、放松度进行扇形区间统计，并可以对 EEG 能量普进行柱状图等量化展示，训练结果均可以 WORD 格式导出的功能；

⑤音乐中心包含专业音乐、a 波音乐、纯音乐三大模块，配备了不少于 60 首音乐包。

1.2.3 系统提供多种音乐放松训练：放松训练是指使有机体从紧张状态松弛下来的一种练习过程。

系统配置想象放松法、意念放松法、肌肉渐进放松法等不同的放松训练方式，满足不同放松对象的实际需要；视频采用真人教学视频，实现“引、领、带”，可以极快教会心理老师进行放松指导性训练。动作简单、语言指导明确，实现简便、易学、易推广。

1.2.4★供应商或授权厂商需具有 ISO9001 认证（认证内容包含心理测试软、硬件研发）、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。（提供认证证书复印件）

1.2.5★所投产品须具有“团体智能身心反馈系统”软件著作权登记证书及中国软件中心出具的软件测试报告，且登记日期在本项目招标公示日之前。（提供证书及检测报告复印件）

## 2、体感音波催眠系统参数和功能

### （1）硬件配置

2.1.1 体感音波控制器：全铝盒，尺寸—30cm\*15cm\*10cm，美观大方，内置于床体内部，隐藏、美观。外置面板，可以固定与体感音波床外侧，采取抽取式固定，有利于后续维护升级。

2.1.2 体感音波床：内置不少于 4 位体感振动系统，长 165cm、宽 100cm。扶手为 15cm，靠背可以电动控制升降，采用高密度海绵以及优质皮质，结合人体结构工程学原理而设

计，完美贴合人体自然曲线，以满足不同训练者对于体感床的舒适要求。体感床的右侧扶手位置配备大尺寸触摸显示控制屏。

#### 2.1.3 体感音波控制区。

①体感床扶手上有触摸控制区，可以对音波大小、体感大小进行调节，调节大小均以柱形图方式呈现。温度可以直接显示温度数字，温控范围为 45—65 度的安全加热范围。

整个触摸屏的尺寸为宽度 25cm \*15cm，触摸区域不小于 15.5cm \*8.5cm；

②触摸屏上，可以直接进行关闭屏幕的待机操作；触摸屏、电脑、遥控器。

#### 2.1.4 无线腕表式生理采集器。

①尺寸：55mm\*55mm，显示屏为长 22mm\*宽度 12mm，可以在心率采集器上直接显示心率、血氧的指标及波形；

②红外指套式探头，尺寸为 43.5mm\*37.5mm，可以放大、信号调理，实时的血容积变化信号传送到采集器。

2.1.5 系统专用电脑一台：Intel 奔腾双核 G640；2G 内存；500G 硬盘；19LCD 显示器；集成显卡。

2.1.6 专业可移动式电脑操作台：电脑显示屏搁置台高出台面 2cm，更方便使用者操作。台面下方设计有生理采集器或打印机搁置处。电脑主机放置处边框突出四公分设计，美观大方。

①尺寸：长 550mm\*宽 500 mm \*高 855 mm，环保工程塑料制作。颜色：白蓝色。

②键盘搁置台尺寸：160\*460 mm。脚轮：灰色耐磨胶轮。底座：蝶形设计。鼠标托：抽拉式。

### (2) 软件系统

2.2.1 系统下设四个板块，学习中心、监测中心、体感中心与记录中心。整个界面美观大方，方便使用。

2.2.2 学习中心让老师或训练者学习基本渐进肌肉放松法、意念式呼吸法、腹式呼吸放松训练等课程视频，可以达到训练者自主选择、自主学习，达到放松肌肉紧张、平缓心情、身心平衡的放松效果。

2.2.3 监测中心可以将采集的血氧和心率等生理数据，系统将生理信号转化为直观图文折线图方式反馈给用户，从而促进良性人机互动。后台实时录入相关信号和数据进行保存，管理方便。

2.2.4 体感中心下设体感模式、催眠模式和放松模式三种模式，每个模式都配置不少于50种音乐，提供个性化选择。

①体感模式下，用户可以通过体感治疗进行情绪训练，可以有效的缓解并提高情绪控制能力。

②催眠模式提供专业催眠音乐自动引导用户进入催眠放松状态，在催眠放松状态中通过系统的心理老师指导语缓解身心亚健康等。

③放松模式下，用户可以进行放松训练舒缓机体及心理压力，为心灵充电。

2.2.5 记录中心具备管理用户和数据信息的功能。可以对用户进行分类处理及批量处理，对数据进行多方式检索、详情查看或以Word形式导出体感音波训练效果报告。

2.2.6★供应商或授权厂商需具有ISO9001认证(认证内容包含心理测试软、硬件研发)、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。（提供认证证书复印件）

2.2.7★非厂商供应商须提供授权厂商针对本次项目的授权书原件并加盖授权厂商公章。

2.2.8★所投产品具有“体感音波催眠系统”软件著作权登记证书，且登记日期在本项目招标公示日之前。（提供认证证书复印件）

### 3、音乐治疗系统参数和功能

#### (1) 生理数据采集功能

##### 3.1.1 无线腕表式心率采集器

尺寸：55mm\*55mm，显示屏为长22mm\*宽度12mm，可以在心率采集器上直接显示心率、血氧的指标及波形；红外指夹探头，尺寸为43.5mm\*37.5mm，可以放大、信号调理，实时的血容积变化信号传送到采集器。可以实现无线传输与电脑做对接，随时取读受训者生理数据。训练者如有需要，可以自如在治疗室走动，不受有线束缚。系统软件会根据这些采集到的实时生理数据进行系统分析，并自动为使用者提供最有针对性的治疗方案。能生成并导出放松报告，并给予治疗建议。

#### (2) 音乐放松反馈系统

软件系统由学习中心、音乐中心、治疗中心以及记录中心四大中心组成。

##### 3.2.1 学习中心

具有腹式呼吸放松训练、渐进式放松训练、意象放松训练三种放松方式的训练教学视频构成。视频为真人进行教学演示，通过语音的提示就可以对来访者直接进行放松训练，操作性更强。可以全屏展示功能，优化测试者的视觉体验。

### 3.2.2 音乐中心

具有专业音乐、 $\alpha$  波音乐以及纯音乐三种音乐模式。专业音乐下设中国古典、外国古典、中国民乐、外国民乐以及自选音乐五个板块构成。中国古典、外国古典、中国民乐、外国民乐每个板块具有不少于 20 首经典特色的音乐的组成，自选音乐下使用者可以自己添加音乐，根据使用者的喜好，来达到弥补地区差异、文化差异导致的治疗缺口。 $\alpha$  波音乐是一种用来开发大脑、激发潜能、协调身心的。

### 3.2.3 治疗中心

包含了系统管理、治疗方案、放松环境、辅助催眠、治疗情况等 6 大模块。可以实时监测训练者心率的变化和血氧变化。

①系统管理板块，可以对新用户进行系统的管理，不会出现随着训练者的越来越多，系统无用垃圾出现混乱的情况，也便于心理咨询师的管理。

②治疗方案模块，对四种特殊人群恐怖症、情绪低落、抑郁症和焦虑症的心理状态，每一类心理情绪问题都配置了八个治疗方案，每一个治疗方案时长都有专业规定。通过方案治疗的时候，可以根据训练者的生理数据，智能分析并自动匹配适合的治疗方案。

③放松环境模块包含了下雨天、山林幽静、小桥流水、海边、田野夜色以及自定义选项，这些放松环境可以嵌入到治疗方案中，可以让训练者在一个特定的环境中接受治疗，让身心得到放松。

④治疗情况模块可以显示详细治疗信息，并可以根据治疗的开始时间和结束时间、最大血氧、最大脉率、平均血氧、平均脉率以及他此次的治疗使用的方案，实时查看训练者信息；

### 3.2.4 记录中心

可以查询训练者本次及历次训练记录，并可以根据时间、基本信息、每次治疗的开始时间和结束时间、最大血氧、最大脉率、平均血氧、平均脉率、治疗使用的方案来查询训练者治疗情况。

## (3) 硬件配置

3.3.1 外接 15 英寸液晶全屏触摸式显示器，只需手指轻触屏幕便可完成放松治疗操作流程，设计更人性化，方便操作。

3.3.2 触摸屏支架固定于电脑操作台上，操作台边缘厚度不少于 40mm，这可以保证支架安装更稳固。支架由铝合金压铸及不锈钢柱构成，立柱高度为 29cm，支架臂长为 58.5cm，厚度不少于 29.5mm 单个支臂为铝合金一次成型；支架采取压弹式控制系统，隐藏式束线系统装置，整洁美观；支架可以实现 360 度无障碍旋转，触摸屏可以实现 85-负 45 度仰俯角调节，方便触摸屏使用。

3.3.3 全电脑操作系统，500G 硬盘读取数据，彻底杜绝传统以内存卡读取数据方式造成的无法安装软件、扩容越大读取越慢，甚至卡、死的现象。可以读取任何格式文件。

3.3.4 训练椅尺寸为椅高 110\*扶手 62\*宽度 100cm，扶手宽度不少于 17cm，扶手离地面高度为 62cm，蓝白色皮料，训练椅靠背皮料为蓝白弧形设计，外形美观、大气。扶手采取适合坐姿的圆弧设计，最高点高度为 62cm。电动多重姿势躺，可以满足训练者躺、仰、坐姿势。角度由 105 度—170 度左右自由调整，腿部 90 度—180 度。内置超静音电机，通过控制器控制放松椅升降角度。具备臀部、腰部、背部 6 个位点的按摩功能，增加训练者的舒适性。

3.3.5 可移动式电脑操作台：电脑显示屏搁置台高出台面 2cm，更方便使用者操作。台面下方设计有生理采集器或打印机搁置处。电脑主机放置处边框突出四公分设计，美观大方。

①尺寸：长 550mm\* 宽 500 mm \*高 855 mm，环保工程塑料制作；

②颜色：白蓝色；

③键盘搁置台尺寸：160\*460 mm；

④脚轮：灰色耐磨胶轮；

⑤底座：蝶形设计；

⑥鼠标托：抽拉式。

3.3.6★所投训练椅为专业放松椅，供应商或者授权厂商需具有 GB4706.1-2005 安全监测报告。

3.3.7★供应商或授权厂商需具有 ISO9001 认证（认证内容包含心理测试软、硬件研发）、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。（提供认证证书复印件）

3.3.8★非厂商供应商需提供授权厂商针对本次项目的授权书原件并加盖授权厂商公

章。

3.3.9★供应商或授权厂商需具有“音乐治疗系统”软件著作权登记证书及中国软件中心出具的测试报告。（提供证书及检测报告复印件）

### 三、商务要求

#### （一）质量保证

1、所有设备必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准并提供产品质量证明文件。

2、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

3、所有产品、设备供货时需提供出厂合格证等质量证明文件。

#### （二）交货期和地点及付款方式

1、交货期：合同签订后30天内，安装调试并通过验收。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：项目交付，验收合格后凭有效发票支付合同总额的95%，余款1年后无质量问题7个工作日内付清。（具体以签订合同为准）

#### （三）售后服务要求

1、设备质保期1年，质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价（设备为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用）。

2、供应商应提供满足货物质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在投标价格之内。

3、供应商必须在用户所在地有专业的售后服务力量（提供工商注册证明及售后服务人员名单）。免费质保期内，接到报障电话1小时内响应，24小时内派工程技术人员上门维修且处理完毕。规定时间内未处理完毕的，供应商提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

4、对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

**(四) 验收要求：**按谈判文件技术参数进行验收。

## 第四章 合同文本

合同编号：ZK-CGZJZ2018160

签订地点：

签订时间： 年 月 日

采购人（甲方）： 琼海市皮肤性病与精神卫生防治中心

组织机构代码证： \_\_\_\_\_

供应商（乙方）： \_\_\_\_\_

纳税人识别号： \_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》及海南政坤招标代理有限公司 康复设备采购项目（项目编号：ZK-CGZJZ2018160）的《谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

### 一、合同货物

货物品名	规格/型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	交货期

### 二、合同总价

合同总价为人民币大写： \_\_\_\_\_ 元，即 ¥ \_\_\_\_\_ 元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目竞争性谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

#### 四、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订后 30 天内，安装调试并通过验收。

2、交货方式：以合同约定为准。

3、交货地点：采购人指定地点。

#### 五、付款方式

由甲方按下列程序付款：项目交付，验收合格后凭有效发票支付合同总额的 95%，余款 1 年后无质量问题 7 个工作日内付清。（具体以签订合同为准）

#### 六、质保期及售后服务要求

1、设备质保期 1 年，质保期自货物验收之日起计算。质保期内乙方对所供设备实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可提供终身有偿维修保养服务。

2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3、提供 24 小时服务，对甲方的服务通知，乙方在接报后 2 小时内响应，8 小时内派工程技术人员上门维修且处理完毕。规定时间内未处理完毕的，乙方提供不低于同等档次设备供甲方使用至故障设备正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得甲方管理人员同意。

4、对质保期内的故障报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，由于乙方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

5、质保期内因甲方使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。

6、质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。

**七、安装与调试:**乙方必须依照竞争性谈判文件的要求和响应文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。

## 八、验收：

验收由甲方组织，乙方配合进行：

1) 货物在乙方通知运输到位完毕后 3 日内验收。

2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方竞争性谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

## 八、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合竞争性谈判文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总 5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

## 九、争议的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

**十、不可抗力：**任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十一、税费：**在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

**十二、其它**

- 1) 本合同所有附件、竞争性谈判文件、响应文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
- 3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
- 4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

**十三、合同生效：**

- 1) 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
- 2) 合同一式五份。甲、乙方双方各执两份，（监管部门）和采购代理机构各一份。

甲方： （盖章）

乙方： （盖章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期： 年 月 日

签约日期： 年 月 日

见证单位： （盖章）

法定代表人（授权代表）：

地 址：

电 话：

传 真：

签约日期： 年 月 日

## 第五章 谈判程序

### 1、谈判小组及专家组成

根据《中华人民共和国政府采购法》等的规定并结合本次采购项目的实际情况，谈判小组由采购人的代表和有关方面的专家三人以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二，负责本次采购项目的竞争性谈判和评审工作。

### 2、谈判组织

谈判工作由海南政坤招标代理有限公司组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责。

### 3、谈判程序

3.1 在供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人及招标代理对递交响应文件的供应商进行资格性审查，组织谈判小组对递交响应文件的供应商进行符合性审查，确定邀请参加谈判的供应商名单。

3.1.1 资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。供应商响应文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效响应处理：

- (1) 未按照谈判文件规定交纳谈判保证金的；
- (2) 不具备谈判文件第一章中规定的资格要求的；
- (3) 谈判文件规定的其他无效情形；

3.1.2 符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。供应商响应文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效响应处理：

- (1) 报价产品的技术规格、技术标准不符合采购项目的要求，且采购人无法接受的；
- (2) 未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与谈判文件要求不一致；
- (3) 未按照谈判文件规定的格式要求编制、签署及密封；
- (4) 报价未按谈判须知 7.4 的要求或报价超出本项目的预算价，且采购人无法支付的；
- (5) 附有采购人不能接受的条件或者不符合谈判文件规定的其他实质性要求。

3.1.3 确定参加谈判的供应商的数量采用合格制，即谈判小组对各供应商资格性、符合性审查后，凡符合本竞争性谈判文件规定资格性、符合性条件的，均进入参加谈判的供应商名单。

谈判小组资格性、符合性审查结束后，向采购代理机构出具资格符合审查报告，确定参加谈判的供应商名单。没有通过资格符合审查的供应商，谈判小组应在资格符合审查报告中说明原因。

3.2 采购代理机构收到谈判小组出具的资格符合审查报告后，当场向所有递交响应文件的供应商宣布通过及未通过资格符合审查的供应商名单，并在谈判结果公示中向社会公布。

3.3 通过资格审查的供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

3.4 采购代理机构组织谈判小组成员按谈判文件规定集中与通过资格符合审查的供应商分别进行谈判，谈判以现场签到的顺序确定。

3.5 谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。谈判小组经采购人代表确认后，可以根据谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，并将变更的内容及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商，变动通知为本次谈判文件的有效组成部分。

3.6 谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送谈判小组。变更内容应作为响应文件的一部分。

供应商书面材料应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认。

3.7 谈判达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

供应商响应文件满足或者高于谈判文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。

3.8 谈判小组经过二轮及以上谈判后，供应商响应文件仍然不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的，或者谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。

谈判小组淘汰供应商的，应当书面通知该供应商，并说明理由。

3.9 供应商进行最后报价，应当在谈判室外填写报价单，密封递交采购代理机构工作人员，由采购代理机构工作人员收齐后集中递交给谈判小组。采购代理机构工作人员不能拆封供应商报价单。

供应商报价单应当由法定代表人或者其代理人签字确认，否则无效。

3.10 谈判结束后，部分供应商响应文件优于谈判文件要求的，不能以此作为高价成交的依据，谈判小组也不能接受其高价成交。

3.11 谈判过程中，有下列情形之一的，谈判失败：

- (一) 通过资格审查的供应商不足三家的；
- (二) 参加谈判的供应商被淘汰，最后报价的供应商不足三家的；
- (三) 供应商最后报价均超过政府采购预算或者本次采购项目最高限价，且采购人不能支付的；
- (四) 其他无法继续开展谈判或者无法成交的情形。

3.12 在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

#### 4、确定成交供应商的标准

4.1 本次谈判活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按报价从低到高确定成交供应商候选人。

4.2 供应商报价结束后，谈判小组按照供应商的报价由低到高排序，推荐三名以上成交候选供应商。

4.3 谈判小组推荐成交候选供应商后，应当向采购代理机构出具评审报告。

4.4 对于违反谈判纪律的将可能被取消成交供应商资格或视为无效响应。

## 第六章 响应文件格式

# 政府采购项目

## 响应文件

### (封面)

项目名称：康复设备采购

项目编号：ZK-CGZJZ2018160

(正本/副本)

供应商名称 : \_\_\_\_\_ (盖章 )

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签名或盖章)

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

响应代表: \_\_\_\_\_ 签字: \_\_\_\_\_

手机: \_\_\_\_\_ 日期 : 2018 年 \_\_\_ 月 \_\_\_ 日

## 目 录

一、响应函.....	33
二、法人代表身份证明（法定代表人参加投标） .....	34
法定代表人授权书（委托代理人参加投标） .....	34
三、无重大违法记录的声明函.....	36
四、履约能力承诺函.....	37
五、资格承诺函.....	38
六、供应商的基本情况表.....	39
七、其他资格证明资料.....	40
八、采购需求响应情况表.....	41
九、质量保证和服务承诺.....	42
十、谈判文件要求提供的其他材料.....	43

## 一、响应函

致：海南政坤招标代理有限公司：

根据贵方康复设备采购项目，编号为ZK-CGZJZ2018160的谈判邀请，正式授权的下述签字人\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表供应商\_\_\_\_\_（供应商的名称），提交正本1份，副本2份。

据此函，签字人兹承诺如下：

- (1) 按谈判文件规定提供投标保证金为人民币￥\_\_\_\_\_元，(大写)\_\_\_\_\_元。
- (2) 我们根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
- (3) 我们已详细审核全部谈判文件，包括谈判文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
- (4) 本报价有效期为自开标日起60日历日。报价有效期满之前均具有约束力。
- (5) 同意按供应商须知中关于不予退还投标保证金的规定。
- (6) 同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。
- (7) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。
- (8) 如果我方成交，我方保证按照谈判文件的规定向贵方交纳成交服务费与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_传真：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

供应商代表姓名：\_\_\_\_\_签字：\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、法人代表身份证明（法定代表人参加投标）

供应商名称：

注册号：\_\_\_\_\_

注册地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营范围：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 系 \_\_\_\_\_ (供应商名称) 的法定代表人。

特此说明。

供应商名称： (盖章)

日期：

附件：法定代表人身份证复印件

法定代表人  
居民身份证复印件正面粘贴处

法定代表人  
居民身份证复印件反面粘贴处

### 法定代表人授权书（委托代理人参加投标）

海南政坤招标代理有限公司：

本授权声明：\_\_\_\_\_（供应商名称）\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）授权\_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务）为我方“康复设备采购”项目（项目编号：ZK-CGZJZ2018160）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

日期：

附：法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件

**法定代表人**

**居民身份证复印件正面粘贴处**

**被授权人**

**居民身份证复印件正面粘贴处**

**法定代表人**

**居民身份证复印件反面粘贴处**

**被授权人**

**居民身份证复印件反面粘贴处**

### 三、无重大违法记录的声明函

海南政坤招标代理有限公司:

本公司\_\_\_\_\_（公司名称）参加康复设备采购的采购活动，现承诺：

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

#### 四、履约能力承诺函

海南政坤招标代理有限公司：

本公司\_\_\_\_\_（公司名称）参加康复设备采购的投标活动，现承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术人员。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 五、资格承诺函

致海南政坤招标代理有限公司：

本公司 \_\_\_\_\_(公司名称) 参加 康复设备采购 的谈判活动，现承诺：

我公司满足下列供应商的资格要求：

(一) 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

(二) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称： \_\_\_\_\_ (全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表(签字)： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 六、供应商的基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数： 人			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

## 七、其他资格证明资料

- (1) 在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力（提供有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章，如为三证合一提供有效的营业执照副本）；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2018 年任意 1 个月或季度的单位财务报表复印件）；
- (3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2018 年任意 1 个月的缴纳税收记录和社保缴纳记录凭证复印件）；
- (4) 购买本项目的竞争性谈判文件并提交谈判保证金相关证明资料。

说明：以上证明材料中为复印件的加盖鲜章。

## 八、采购需求响应情况表

项目名称：康复设备采购项目编号/包号：ZK-CGZJZ2018160

序号	谈判文件要求	响应文件响应情况	响应/偏离

注：1. 按照采购需求逐条应答，完成响应应在“响应文件响应情况”栏打√，如有偏离如实填写，在响应/偏离处填写响应或偏离。

2. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或中选资格。

供应商名称：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

## 九、质量保证和服务承诺

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

一、质量保证承诺：

二、售后服务承诺：

供应商名称：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 十、谈判文件要求提供的其他材料

供应商名称: \_\_\_\_\_ (全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表(签字) : \_\_\_\_\_

日期:       年      月      日

**附件一：保证金退还账户信息确认表**

项目名称及编号：康复设备采购 ZK-CGZJZ2018160 递交日期：

应退谈判保证金	小 写：	
	大 写：	
单位（盖章）	单 位 名 称	
	开 户 行	
	账 号	
	联系人及电话	

**原交款、汇款凭证复印件****有关谈判保证金收退的温馨提示：**

1.为了更好的退还保证金，请各供应商用正楷填写附件一“确认表”资料在递交响应文件截止日期即谈判采购当天，采购仪式结束后，递交给本公司项目工作人员。

2.未成交供应商：我司将在成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，各供应商可自行查账，若项目成交通知书发出后 5 个工作日没有收到保证金的，可拨打（财务电话：0898-32262782）查询。

成交供应商：我司将在收到成交供应商提供的①采购合同原件一份、②经采购方盖章确认的履约保证金缴纳凭证复印件、③保证金退还账户信息确认表之日起 5 个工作日内为您办理保证金退还手续。若提交资料后 5 个工作日内未收到保证金的，可拨打财务电话查询。

**附件二：****报价一览表**

项目名称： 康复设备采购

项目编号： ZK-CGZJZ2018160

包号	项目内容	投标报价 (人民币/元)	交货期	备注
项目本身		大写： 小写：		
投标总价： ￥_____ (大写： )				

注： 1. 报价应是完成本项目的所涉及到的所有费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3. 本报价单独信封密封，通过资格性符合性检查后予以报价。

供应商名称： (全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表（签字）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

### 分项报价表

项目名称：康复设备采购

项目编号/包号： ZK-CGZJZ2018160

序号	货物名称	规格/型号	数量	单价	总价	说明
1						
2						
3						
.....						
报价总价（大写）人民币 _____元， ¥ _____元。						

供应商名称： \_\_\_\_\_ (全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

注：如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价