

三亚市政府采购文件

项目名称：胃肠镜视野清晰度增强仪
等设备一批（第二次）

项目编号：SYZFCG-2018-47

采购方式：公开招标

采购人：三亚市人民医院

2019.1.2

三亚市政府采购中心

二〇一九年一月二日

目 录

第一部分 投标邀请	4
第二部分 投标人须知	6
投标人须知前附表	6
A. 说明和释义	7
B. 招标文件	8
C. 投标文件	9
D. 投标文件的递交	11
E. 开标、评标和定标	12
F. 授予合同	14
G. 询问、质疑和投诉	16
H. 纪律和监督	17
第三部分 货物技术规范及要求	18
第四部分 合同一般条款	29
一、 合同文件	29
二、 标的物的一般条款	29
三、 标的物的交付、检验和验收	30
四、 对标的物提出异议的时间和办法	31
五、 合同价款和支付	31
六、 违约责任	31
七、 索赔	32
八、 履约保证金	33
九、 合同的解除和转让	33
十、 合同的生效	34
十一、 争议解决	34
十二、 附则	34
第五部分 合同专用条款（范本）	35
第六部分 评标方法和标准	38
评标方法前附表	38
一、 总则	41
二、 评标方法	41
第七部分 投标文件格式	46
一、 报价文件格式	46
1、 投标书格式	46
2、 开标一览表格式	48
3、 货物规格一览表	49
二、 商务响应文件	50
1、 法定代表人授权委托书格式	50
2、 商务条款偏离表格式	51
3、 售后服务计划	52

4、投标人基本情况表	53
5、资格证明文件	54
6、信用查询.....	55
7、无重大违法记录的书面声明	56
8、投标人类似项目业绩一览表	57
9、反商业贿赂承诺书格式.....	58
10、诚信投标、诚信履约承诺书	59
11、中小企业声明函.....	60
12、残疾人福利性单位声函.....	61
三、技术响应文件	62
1、技术规格偏差表格式	62
2、投标产品详细说明	63
3、投标人认为需要提供的其它文件	64

第一部分 投标邀请

三亚市政府采购中心受三亚市人民医院委托,对三亚市人民医院胃肠镜视野清晰度增强仪等设备一批(第二次)进行公开招标,现邀请国内合格的供应或制造商来参加密封投标。

1. 招标编号: SYZFCG-2018-47

2. 招标项目及范围: 三亚市人民医院胃肠镜视野清晰度增强仪等设备一批(第二次)(2个包)。

包号: 第一包

1、项目名称: 三亚市人民医院胃肠镜视野清晰度增强仪等设备一批

2、项目编号: SYZFCG-2018-47

3、采购需求: 胃肠镜视野清晰度增强仪等设备一批,其中第一包产品为:(1)胃肠镜视野清晰度增强仪1台。

4、技术要求: 详见招标文件第三部分。

5、采购预算金额: ¥755800.00元,其中第一包采购预算金额为: ¥40000.00元,最高限价为¥40000.00元;超出采购预算金额(最高限价)的投标,按无效投标处理。

6、供货时间、地点: 签订合同后30日内交付使用;三亚市人民医院指定地点。

包号: 第二包

1、项目名称: 三亚市人民医院胃肠镜视野清晰度增强仪等设备一批

2、项目编号: SYZFCG-2018-47

3、采购需求: 胃肠镜视野清晰度增强仪等设备一批,其中第二包产品为:(1)胎儿监护仪1台,(2)无线探头式B超1台,(3)高能近红外治疗仪1台,(4)心电图机7台,(5)监护仪10台。

4、技术要求: 详见招标文件第三部分。

5、采购预算金额: ¥755800.00元,其中第二包采购预算金额为: ¥715800.00元,最高限价为¥715800.00元;超出采购预算金额(最高限价)的投标,按无效投标处理。

6、供货时间、地点: 签订合同后30日内交付使用;三亚市人民医院指定地点。

3. 供应商资格要求

3.1、

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2、提供《医疗器械经营企业许可证》(销售/代理商适用)或《医疗器械生产企业许可证》(生产厂商适用);

3、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

4、必须在海南省市场主体管理系统(<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy>)中注册并备案通过,然后登陆电子招投标系统(<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>)下载电子版的招标文件;

5、不接受联合体投标。

3.2、投标时必须提交以上相关证明资料。

4. 招标文件的获取

4.1、发售标书时间：2019-01-09 00:00:00— 2019-01-16 00:00:00。

4.2、下载标书地址：<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>。

4.3、标书售价

本项目：招标文件每套售价 0.01 元；

（第一包）投标保证金的金额：400 元。（第二包）投标保证金的金额：7000 元。

4.4、投标人提问截止时间：2019-01-19 00:00:00（北京时间）。

5. 投标文件和保证金的递交

5.1、投标文件递交截止时间：2019-02-01 15:30:00（北京时间）。

5.2、投标文件递交地点(地址)为：三亚市政务中心公共资源交易大厅 1 号开标室。

5.3、开标时间：报名成功后于系统的项目信息中查看。

5.4、开标地点：报名成功后于系统的项目信息中查看。

5.5、保证金到账截止日期：2019-02-01 15:30:00（北京时间），投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>。

5.6、公告发布媒介：全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市

（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/syggzy/>）中国海南政府采购网

（<http://www.ccgp-hainan.gov.cn/>）。

6. 其他

1、必须在海南省市场主体管理系统（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy>）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>）下载、购买电子版的招标文件。

2、电子标（标书后缀名.GZBS）：必须使用最新版本的电子投标工具（在 <http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/下载专区下载投标工具>）制作电子版的投标文件；非电子标（标书后缀名不是.GZBS）：必须使用电子签章工具（在 <http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/下载专区下载签章工具>）对 PDF 格式的电子投标文件进行盖章(使用 WinRAR 对 PDF 格式的标书加密压缩)。

3、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标书——（电子标：投标书为 GTBS 格式；非电子标：投标书需上传 PDF 加密压缩的 rar 格式）。

4、电子标：开标的时候必须携带加密锁(公司 CA 锁)和光盘、U 盘拷贝的投标书。

5、公告期限：2019 年 01 月 09 日 00:00:00 至 2019 年 01 月 16 日 00:00:00。

7. 联系方式

采购人:三亚市人民医院

地址: 三亚市解放路 558 号

联系人: 陈中孝

联系电话: 0898-88557733 转 519

代理机构: 三亚市政府采购中心

地址: 三亚市河东区新风街 259 号

邮政编码: 572000

项目联系人: 宋铁权

联系电话: 0898-88250606

第二部分 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
2.1	项目名称	三亚市人民医院胃肠镜视野清晰度增强仪等设备一批
2.2	项目编号	SYZFCG-2018-47
2.3	采购人	名称：三亚市人民医院 联系人：陈中孝 电话：0898-88557733转519
2.4	代理机构	名称：三亚市政府采购中心 联系人：宋铁权 电话：0898-88250606
2.5	采购预算	采购预算金额为：¥755800.00 元，其中第一包采购预算金额为：¥40000.00 元，最高限价为¥40000.00 元；第二包采购预算金额为：¥715800.00 元，最高限价为¥715800.00 元；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。
2.6	资金来源	经费拨款
2.7	投标人资格要求	见第一部分投标邀请“3. 供应商资格要求”
2.8	供货时间、地点	签订合同后 30 日内交付使用；三亚市人民医院指定地点。
4.2	须提供的证明文件	投标时需提供营业执照（三证合一）、近期缴纳社保凭证、近期纳税凭证、按时、足额缴纳了投标保证金、医疗器械生产（经营）许可证（以上提供复印件加盖公章）、法人代表授权委托书及被授权人身份证原件。属于残疾人福利性单位的还需提供残疾人福利性单位声明函，不提供也能参与投标。属于中小企业或小型、微型企业的还需提供中小企业声明函，不提供也能参与投标。
4.3	委托代表人的代理权限	委托代理人只能代表委托人处置投标活动中的一般事务。提出质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权。
8.1	答疑会和现场考察	不组织
13.3	是否允许选择性报价	不接受选择性报价
14.1	投标保证金金额	第一包人民币肆佰元整（¥400）； 第二包人民币柒仟元整（¥7000）。
14.2	投标保证金缴纳账户	户 名：三亚市人民政府政务服务中心 账 号：46050100513600000808 开户行：中国建设银行股份有限公司三亚分行营业部
14.3	投标保证金缴纳方式	网上支付，支付地址为： http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do （关于支付类型【线下支付】的注意事项：（1）请务必在转账到账后点击“支付”按钮进行保证金和项目关联确认，否则开标时以未交保证金处理。（2）必须是企业基本帐户转账。）
14.4	投标保证金缴纳时间	投标截止前（2019 年 02 月 01 日 15:30）

15.1	投标有效期	自开标之日起 90 天
16.1	投标文件份数	正本 1 份、副本 4 份、唱标一览表 1 份（密封）
19.3	是否退还投标文件	不退还
21.1	评标委员会的组建	评标委员会构成 5 人，其中采购人代表 1 人，专家 4 人。 评审专家从海南省综合评标专家库中随机抽取。
25.1	中标候选人人数	推荐 3 名中标候选人
26.2	评标方法	本项目采用综合评分法

A. 说明和释义

1 适用范围

- 1.1 本招标文件仅适用于本次招标活动。
- 1.2 本招标活动及招标结果受中国法律的制约和保护。

2 采购说明

- 2.1 项目名称：见投标人须知前附表。
- 2.2 项目编号：见投标人须知前附表。
- 2.3 采购人：见投标人须知前附表。
- 2.4 采购代理机构：见投标人须知前附表。
- 2.5 采购预算：见投标人须知前附表。
- 2.6 资金来源：见投标人须知前附表。
- 2.7 投标人资格要求：见投标人须知前附表。
- 2.8 供货时间、地点：见投标人须知前附表。

3 词语释义

- 3.1 响应：投标人根据招标文件的要求，编制投标文件并按规定投标的行为。
- 3.2 合同：采供双方根据招标文件、中标人的投标文件及中标通知书规定的内容签署的、以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
- 3.3 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、其他组织和自然人。
- 3.4 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人、其他组织和自然人。

3.5 伴随服务：合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同规定的乙方应承担的其它义务。

3.6 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

3.7 天：日历日。

3.8 交货地点：由合同约定的乙方提交的货物和服务的最终到达地点。

3.9 合同价款：由合同约定的、在乙方完全履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

3.10 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

3.11 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

4 投标委托

4.1 投标人的法定代表人可以委托代理人处理投标事务。

4.2 投标人现场须提供证明文件：见投标人须知前附表。

4.3 法定代表人的代理权限：见投标人须知前附表。

4.4 委托代理人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》（格式见附件）。

5 投标费用

5.1 投标人自行承担参加投标的全部费用。

B. 招标文件

6 招标文件的构成

6.1 招标文件规定本次招标活动的规则，提供编制投标文件和参加投标的依据。招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）货物技术规范及要求；
- （四）合同一般条款；
- （五）合同特殊条款；
- （六）评标方法和标准；
- （七）投标文件格式。

6.2 投标人应当仔细阅读、充分关注和正确理解招标文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。不能对招标文件做出实质性响应的投标将被拒绝。

7 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位有权在投标截止时间前对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 澄清或者修改是招标文件的组成部分。澄清或者修改以发布公告的方式通知所有投标人。

7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，应在投标截止日 10 天前，以书面形式向招标代理机构提出。

7.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。变更的投标截止时间和开标时间，将在原来规定的投标截止时间三日前，以发布变更公告的方式通知所有投标人。

8 答疑会和现场考察

8.1 答疑会和现场考察：见投标人须知前附表。

C. 投标文件

9 投标文件计量单位和使用文字

9.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.2 投标文件使用中文编制。投标文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。投标人承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。

10 联合体投标

10.1 不接受联合体投标。

11 投标文件的组成

11.1 唱标信封

11.2 开标一览表

11.3 反商业贿赂承诺书

11.4 诚信投标、诚信履约承诺书

11.5 退还投标保证金信息

11.6 投标文件

11.6.1 投标报价(详见招标文件第七部分投标文件格式)；

11.6.2 商务响应文件(详见招标文件第七部分投标文件格式)；

11.6.3 技术响应文件（详见招标文件第七部分投标文件格式）；

11.6.4 投标人认为需加以说明的其他内容。

12 投标文件编制说明

12.1 投标文件必须按照招标文件要求的统一格式顺序编写。要求投标文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评标时查询作索引。

12.2 开标一览表是开标仪式上的唱标内容，投标人应按规定格式填写。

13 投标报价

13.1 《开标一览表》中全部货物和服务的报价，应当包括劳务、运输、管理、安装调试、技术培训、维护、保险、利润、税金等费用，以及合同包含的所有风险、责任等。

13.2 《开标一览表》中的每一个费用单项，均应填写单价和计算总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

13.3 本项目只允许一个报价，不接受任何有选择性的投标报价。

13.4 报价全部采用人民币表示。

13.5 超出采购预算金额（最高限价）的报价为无效报价。

14 投标保证金

14.1 投标保证金金额：见投标人须知前附表。

14.2 投标保证金缴纳账户：见投标人须知前附表。

14.3 投标保证金缴纳方式：见投标人须知前附表。

14.4 投标保证金缴纳时间：见投标人须知前附表。

14.5 投标保证金用于保护本次招标活动，防范投标人恶意利用制度缺陷扰乱开标评标秩序，避免投标人投标后随意撤回投标或随意变更应承担的相应义务，给采购项目和招标采购单位造成损失。

14.6 投标人未按招标文件要提交投标保证金的，投标无效。

14.7 投标保证金的退还：

14.7.1 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金；

14.7.2 自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

14.8 发生下列情况之一，投标保证金不予退还：

14.8.1 中标人不在规定期限内与采购人签订合同的；

14.8.2 投标人在本次投标过程中出现违反法律法规的行为、扰乱开标评标秩序的行为或恶意利用规则谋求不法利益的行为。

15 投标文件的有效期

15.1 自开标日起 **90 天内**，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

15.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。协商应当以信函、传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的投标人，其投标保证金的有效期也相应延长，但不能修改投标文件。拒绝接受延长有效期要求的投标人，其投标将被拒绝，投标保证金将被退还。

16 投标文件的份数和签署

16.1 投标文件份数：见投标人须知前附表。

16.2 投标文件正本均须用不褪色墨水书写、打印或印刷，投标文件副本的所有资料，都可以用投标文件的正本复制。投标文件封面的右上角应当清楚地注明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。

16.3 投标文件正本主要内容（招标文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖投标单位公章）应由投标人的法定代表人或其授权的委托人签字（或盖章）并加盖投标人公章。

16.4 全套投标文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据招标代理机构的要求实施的，或者是投标人造成的错误且必须修改的。修改处应由投标文件签字人签字证明。

16.5 传真或电传的投标文件将被拒绝。

D. 投标文件的递交

17 投标文件的装订、密封及标记

17.1 所有投标文件必须装订成册。

17.2 投标文件应按以下方法分别装袋密封：

17.2.1 投标人应将投标文件的正本封装为一个密封袋，将所有副本封装为一个或多个密封袋，唱标信封单独密封。在密封袋上，要清楚标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样。

17.2.2 投标文件包装的封口处应加盖投标人公章。封皮上写明项目名称、项目编号、投标人名称。

17.2.3 投标人应按上述要求密封及书写标记。

17.2.4 投标文件的装订做到整齐、干净、牢固即可。过度包装和精美装饰不是加分条件。

18 投标截止

18.1 投标截止时间：见投标邀请函。

18.2 投标文件必须在投标截止时间前送达投标地点。

18.3 招标代理机构推迟投标截止日期或截止时间，将在不晚于原定投标截止日期的前3天发布公告。

18.4 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构拒绝接收。

19 投标文件的修改和撤回

19.1 投标以后，投标人不得修改和撤回投标文件。

19.2 所有投标文件均不予退还。

E. 开标、评标和定标

20 开标

20.1 招标代理机构按招标文件规定的时间、地点公开举行开标仪式。开标仪式由招标代理机构主持，邀请采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

20.2 参加开标仪式的投标人代表应携带本人身份证和法定代表人证明（或法定代表人授权委托书）签到，未携带以上证件的人员不得进入会场。每个投标人只能派出壹名代表进入开标仪式现场。

20.3 由投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后拆封唱标。

20.4 唱标人宣读投标人的名称、投标价格、交货期及其投标的修改、投标的撤回等。记录人制作开标记录。

20.5 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

20.6 唱标以开标一览表中的大写金额为准。当出现大写金额与小写金额不一致或总价金额与按单价计算的汇总金额不一致等法定可修正情形时，由评标委员会在初步审查时进行修正。

20.7 投标人如果对唱标内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出。不属唱标错误的，应当请异议人核验“开标一览表”并维持原唱标结果；确属唱标人宣读错误的，应当将该“开标一览表”向所有开标仪式参与人公示，当场予以更正。

20.8 在开标时，投标文件有下列情况之一者，将被视为无效投标：

20.8.1 投标截止时间后送达的投标文件；

20.8.2 投标文件未按规定的方式密封。

21 评标委员会

21.1 评标委员会组成：见投标人须知前附表。

22 评标内容的保密

22.1 开标后，至正式授予中标人合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有关授予合同的信息等，都不能向投标人或与评标无关的其他人泄露。

22.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致其投标资格被取消。

22.3 在评标期间，评标委员会将通过指定联络人与投标人进行联系。

23 对投标文件的初步审查

23.1 初步审查内容为投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

23.2 初步审查中，对价格的计算错误按下述原则修正：

23.2.1 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.2.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

23.2.3 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

23.2.4 投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。**重大偏离系指货物和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。**这些偏离不允许在开标后修正。但评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的或不一致或不规则的地方。

23.4 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件的内容，不依靠开标后的任何外来证明。

23.5 下列投标文件将被拒绝：

23.5.1 投标文件未按照本须知第 16 条规定签署和盖章；

23.5.2 未按规定提交资格文件；

- 23.5.3 与招标文件有重大偏离；
- 23.5.4 投标人拒绝修正错误；
- 23.5.5 投标人的报价是选择性的；
- 23.5.6 拆包报价的。

24 投标的澄清

24.1 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人必须按照评标委员会通知的时间、地点派技术和商务人员进行澄清。

24.2 投标人对投标文件的澄清、说明或者补正应有投标人代表的签署，并作为投标文件的组成部分。

25 定标

25.1 招标人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

26 投标文件的评价和比较

26.1 评标委员会将仅对按照本须知第 22 条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26.2 评标方法：见投标人须知前附表。

26.3 最低的投标报价（低于成本价除外）或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

F. 授予合同

27 中标人的确认

27.1 评标委员会根据本招标文件第六部分《评标方法和标准》的规定，对投标人的资格进行审查，对投标文件进行评价和比较，按照《评标方法和标准》排序原则推荐中标候选人。

27.2 采购人在授标时可以增加中标货物和服务的数量，但增加的数量不得超过中标货物和服务数量的 10%。

27.3 评标委员会有权按招标文件的要求评定并推荐中标候选人，也有权拒绝任何或所有不符合招标文件要求的投标人的投标。

28 合同授予标准

28.1 采购人应当把合同授予评标委员会按本须知第 25 条规定推荐的第一顺序中标候选人。被授予合同的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

29 中标通知

29.1 确定中标人后，招标代理机构在发布中标公告的同时，以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2 中标通知书的领取：中标单位自行前往招标代理机构处领取中标通知书。

29.3 中标通知书是合同的组成部分。

29.4 招标代理机构没有对未中标人解释落标原因的义务。

30 签订合同

30.1 采购人和中标人应当按照中标通知书规定的期限签订合同。中标通知书规定的期限最长不得超过 30 天。

30.2 中标人拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

30.3 中标人放弃中标，其投标保证金不予退还。

30.4 中标人放弃中标或被取消中标资格后，采购人有权按评标委员会推荐的顺序确定备选中标候选人中标并与其签订合同。所有被确定中标的候选中标人均放弃中标或被取消中标资格，采购人应当重新组织招标。弃标或被取消中标资格的供应商不得参加重新招标。

30.5 中标人拒签合同或放弃中标是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。

30.6 前款所称“违约行为给采购人造成的实际损失”，是指顺延中标人的中标价格高于违约人中标价格的高出部分。

30.7 签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据。

31 验收

31.1 中标人与采购人应严格按照招标文件规定的标准和投标文件承诺的条件进行验收。

31.2 采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，中标人可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

G. 询问、质疑和投诉

32 询问

32.1 供应商对本采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人或招标代理机构提出询问。

32.2 询问应当用传真、信函、电子邮件等方式提出。

32.3 对询问的答复，将依据是否是重要的共性问题，决定是否同时告知其他投标人。

33 质疑

33.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构或向采购人提出质疑。

33.2 质疑必须以书面形式提出。质疑书必须由提出质疑的供应商的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

33.3 质疑应当用传真、信函或电子邮件送达。信函的邮发地必须是供应商的注册地；发出传真的号码和发出邮件的邮箱必须是供应商以网站或其他形式公布的号码及邮箱。

33.4 不符合本章第 34.1 和 34.2 款规定的质疑是无效质疑，不予受理。

33.5 对于供应商的有效质疑，我们将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》的规定及时予以答复。

33.6 供应商应当慎重使用质疑的权利。属于对政府采购活动事项产生一般疑问的，应当根据政府采购法第 52 条的规定提出询问，本代理机构有义务及时作出答复。

34 投诉

34.1 供应商对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

34.2 供应商的投诉，应当符合《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的相关规定。

H. 纪律和监督

35 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

36 对投标人的纪律要求

不得提供虚假材料谋取中标；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；不得与招标采购单位、其他投标人恶意串通；不得向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守开标纪律，故意扰乱开标会场秩序或其他无理取闹行为；不得在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

37 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件第六部分“评标方法和标准”的规定之外的评审因素和标准进行评标。

38 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

第三部分 货物技术规范及要求

一、采购分包表

序号	采购品目名称	数量	单位	分包号
1	胃肠镜视野清晰度增强仪	1	台	第一包
1	胎儿监护仪	1	台	第二包
2	无线探头式 B 超	1	台	
3	高能近红外治疗仪	1	台	
4	心电图机	7	台	
5	监护仪	10	台	

二、规格和配置技术参数

(第一包)

(一) 胃肠镜视野清晰度增强仪

- 1、额定电压：AC 220V 50Hz
- 2、泵：蠕动泵
- 3、★冲洗液：可设冲洗液温度，能加热至恒温 37℃，具有祛泡祛粘液功效
- 4、兼容性：可与奥林巴斯、富士能、宾得和主要国产品牌的胃肠镜配套使用
- 5、一次冲洗最长时间：18 秒
- 6、冲洗管路（连接钳管口或副送水口）：复用品（硅胶：2800mm），一次性用品（PVC：2800mm）。
- 7、★冲洗流速：冲洗流速可调范围 30ml/min-900ml/min（可根据胃肠镜型号连接钳管口和副送水口）
- 8、控制：脚踏开关
- 9、容器数量及体积：1×1800ml

配置清单

序号	产品名称	数量
1	主机	1 台
2	脚踏开关	1 个
3	容器	2 个
4	磁力搅拌子	2 个
5	冲洗管	1 包
6	胃肠镜连接器	2 套
7	冲洗包(12g/袋)	1 盒

(第二包)

(一) 胎儿监护仪

1. 整机:

- 1.1 监护参数: 胎心率 (FHR), 宫缩压力 (TOCO), 自动胎动 (AFM);
- 1.2 ★一体化探头架设计, 支持挂墙放置探头、移动放置探头;
- 1.3 隐藏式提手, 方便移动;
- 1.4 飞梭、硅胶按键和触摸屏操作;
- 1.5 易装纸结构, 不用喂纸;
- 1.6 机顶报警灯柱, 人性化报警设置: 三级声光报警, 范围、声音大小可调, 报警信息按病人生理报警和监护仪技术报警分类, 并分区域以黄色字体显示报警信息, 胎心率报警可调整报警延迟;
- 1.7 双胎心率重合报警 (SOV);
- 1.8 回顾报警功能, 可回顾最近的 50 条报警信息;
- 1.9 ★60 小时 CTG 存储、回放, 打印, 掉电数据存储;
- 1.10 模块化结构, 方便升级;
- 1.11 内置通讯接口, 可与中央站组成网络系统;
- 1.12 具有查找监护记录功能;
- 1.13 ★专家评分系统, 提供 KREBS、Fischer、改良 Fischer 和 NST 四种评分方式;
- 1.14 可进行快速标注, 标注信息随胎心宫缩曲线可实时记录在打印纸;

2. 显示:

- 12.1 寸高清晰可翻转彩色 TFT 屏, 全中文同屏显示;
- 良好的人机对话界面, 多种界面可选;
- 胎心率 120-160bpm 正常范围区域标识 (可调);
- 监护曲线显示背景栅格支持 30~240 (美标) 和 50~210 (国际) 两种标准;
- 可同步显示和打印胎儿活动图曲线;
- 监护曲线: 胎心率 (FHR) 曲线, 宫缩压力 (TOCO) 曲线, 自动胎动 (AFM) 曲线;

3. 胎儿监护指标:

有线探头:

- 3.1 胎心: 多晶片 1MHz 宽波束脉冲多普勒防水探头, 自适应追踪, 胎心信号扑捉稳定

★超声工作频率: 1MHz

★超声波束声强: $I_{ob} < 1mW/cm^2$

胎心率范围：30~240bpm 分辨率：1bpm

3.2 宫缩压力：无凸点探头设计， 0-100 相对单位 分辨率：1%

3.3 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

AFM 范围：0%~100%

4. 打印：

4.1 ★内置式 150/152mm 宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

4.2 打印机走纸速度 1、2、3cm/min 可调，支持最高速度 15mm/s 高速回放打印；

4.3 支持缺纸缓存打印，选段打印和定时打印功能，具有打印倒计时功能；

4.4 自动评分结果

4.5 打印结束后给予声音提示

配置清单

序号	项目名称	数量	单位
标配：			
1	主机	1	台
2	胎心探头	1	个
3	宫缩压力探头	1	个
4	打标器	1	个
5	绑带	2	根
6	耦合剂	1	瓶
7	打印纸	1	盒
8	内置宽行打印机	1	台

(二) 无线探头式 B 超

扫描方式：电子阵列扫描

探头频率：线阵 10/14MHz

扫描深度：线阵 20mm—700mm，可调

显示模式：B、B/M

图像调节：增益、焦点、降噪

穿刺辅助功能：平面内穿刺引导线功能，平面外穿刺引导与血管自动测量功能

电池工作时间：5 小时，且可随时无线充电无限延长工作时间

充电方式：USB 充电或无线充电

测量功能：距离、面积、周长、心率

★探头与主机连接方式：wifi 无线连接

Wifi 类型：802.11n/2.4G/5G 双频 450Mbps

★会诊功能：直接通过手机、平板实现互联网远程会诊，也支持现场多部手机/平板同屏显示进行会诊

软件支持系统：苹果 iOS 和安卓 Android, Windows

图像帧频：20f/s

配置清单

主机探头 一个

充电器充电线 一套

（三）高能近红外治疗仪

一、治疗片参数

- 1) 10 个治疗片，每个治疗片线长 130cm;
- 2) 每个治疗垫嵌有 62 个发光管;
- 3) 每片治疗片功率在 1.4-1.5W 之间。

二、主机参数：

1、多种模式，保证最佳治疗效果

2、正常工作条件

- a) 环境温度：5℃~40℃;
- b) 相对湿度范围：30%~75%;
- c) 大气压范围：700hpa~1060hpa;
- d) 电源：交流 220V±10%，50Hz±2%;

3、最大输入功率：10W

4、★波长频谱：890nm±10nm

5、★时间控制：0~60min。

6、治疗模式：可选

7、治疗强度：可选

8、★报警：治疗结束自动报警

9、防电击类型和程度：II类、B型设备；

10、对有害进液的防护程度：普通设备

11、特定波长 890nm，可穿透皮下达 5 厘米

12、柔性治疗片，更好贴专用敷于患处

三、适用范围：

1、对糖尿病周围神经病变的治疗，如下肢血管病变血管斑块形成的消融治疗，神经的修复及各种开放性伤口和疼痛的治疗。

2、神经血管病变的治疗。

3、关节炎的治疗。

4、神经疼的治疗。

5)骨折、面瘫、肌肉劳损的辅助治疗。

配置清单

主机箱:1 台

治疗片:10 片

扎带:10 条

(四) 心电图机

1、输入方式：浮地及除颤保护

2、频率响应：0.05Hz~150Hz (-3dB~+0.4dB)

3、共模抑制比：>60dB, >100dB(开启滤波器)

4、时间常数：≥3.2s

5、患者漏电流：<10μA

6、患者漏电流：<10μA

7、定标电压：1mV

8、灵敏度选择：2.5、5、10、20、40mm/mV，±5%。标准灵敏度：10mm/mV±2%

9、噪声电平：≤15μVp-p

10、输入回路电流：≤50nA

11、输入阻抗：≥50MΩ

12、采样精度：12bit

13、安全分类：I类CF型，防除颤应用部分

14、记录方式：热阵打印系统

15、记录纸规格：210mm(W)×20m(L)高速热敏卷纸

16、采样频率：1000Hz

17、耐极化电压：±500mV

18、肌电干扰滤波器：25Hz/35Hz (-3dB)

- 19、工频滤波：交流 50Hz/60Hz (-20dB)
- 20、走纸速度：自动记录：25mm/s、50mm/s, ±5%
- 21、节律记录：25mm/s、50mm/s, ±5%
- 22、手动记录：5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s, ±5%
- 23、自动记录：按自动记录格式和自动模式设置记录，自动切换导联，自动测量和分析
- 24、节律记录：按节律记录格式和节律模式设置记录，自动测量和分析
- 25、手动记录：按记录格式记录，手动切换导联
- 26、测量参数：心率、P-R 间期、P 波时限、QRS 波群时限、T 波时限、Q-T 间期、Q-Tc、P 电轴、QRS 电轴、T 电轴、R(V5)幅度、S(V1)幅度、R(V5)+S(V1)幅度
- 27、电源：交流：100V~240V(50/60Hz)
直流：可充电锂电池 7.4V/3700mAh
- 28、对有害进液的防护等级：IPX0。
- 29、工作模式：连续运行工作设备

配置清单

主机 1 台
导联线 1 根
肢体夹 1 套
胸电极 1 套
记录卷纸 1 卷

(五) 监护仪

一、监护仪整机结构：

- 便携式多参数监护仪, 可用于监护成人, 儿童, 新生儿患者
- 10.4寸彩色LED显示, 彩色高分辨率达800*600, 8通道波形显示
- 监护仪内部采用ASIC芯片技术, 使得监护仪功耗更低, 有效减轻监护仪的重量
- 360度报警灯, 保证任何方向都可观察到报警信息
- 使用旋转编码器对于监护仪进行操作, 可选配触摸屏
- 监护仪屏幕倾斜5°设计, 符合人体工程学原理
- 可升级支持3通道记录仪
- 配置1块锂离子可充电电池, 工作时间>=4小时
- ★整机无风扇设计, 降低环境噪音干扰

二、监测参数:

- 标准配置可监测心电 (ECG), 呼吸 (Resp), 无创血压 (NIBP), 血氧饱和度 (SpO₂), 脉搏 (PR) 和体温 (Temp)

(1) 心电监测

- 支持3/5导心电测量, 提供监护, 诊断, 手术和ST滤波模式
- 心率测量范围: 成人15~300bpm, 小儿/新生儿 15~350bpm
- 心电和呼吸采用全球领先ASIC芯片技术, 功耗更低, 稳定性更高
- ★具备智能导联脱落监测功能, 个别导联脱落的情况下仍能保持监护
- 具备心电导联类型自动识别功能, 不用手动设置导联类型 (3导, 5导) 即可快速对病人进行心电监护。
- ★具备ECG多导同步分析功能, 同时分析多个心电导联, 个别导联干扰情况下仍能准确监测
- 心电波形增益档位分为×0.125, ×0.25, ×0.5, ×1, ×2, ×4, 自动
- 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s
- ★支持心电波形级联显示, 占用两道波形区在同屏中可以实时查看病人多长时间心电波形
- QRS 声音根据SpO₂ 值的高低进行音调 (Pitch Tone) 调节
- 支持ECG导联脱落报警级别可设置
- 提供ST值分析功能
- ★提供ST实时片段和参考片段对比显示及记录功能
- 支持在波形区显示ST实时片段和参考片段, 支持在专门的窗口中显示心脏前壁, 下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段
- ★支持不少于20种心律失常分析, 支持房颤心律失常分析功能
- ★具备高大T波抑制能力, 尤其对于新生儿常见高大T波的病人群体能够有效监测病人信息, 较少误报警

(2) 呼吸监测

- 测量方法: 阻抗呼吸法
- 呼吸率监测范围: 成人: 0~120 rpm, 小儿/新生儿: 0~150 rpm
- 呼吸导联提供: I导, II导和自动三种选择
- 呼吸波走速支持3mm/s、6.25 mm/s、12.5 mm/s、25.0 mm/s、50.0 mm/s

- 计算模式支持自动和手动两种模式

(3) 血氧监测

- ★可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况
- 采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术
- 支持血氧探头脱落报警级别可设置
- 支持两种血氧音调模式选择

(4) 脉率监测

- 提供对于脉率来源进行设置功能

(5) 无创血压监测

- 测量方法：采用连续振荡法
- 操作模式：手动、自动、连续
- 测量参数：收缩压、舒张压、平均压
- NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性
- 提供软件过压保护功能，保证病人安全
- 提供辅助静脉穿刺功能
- 提供NIBP测量列表功能
- 完成一次NIBP测量时，提供测量完成提示音功能
- NIBP支持测量PR参数

(6) 体温监测

- 测量方法：热敏电阻法
- 支持两通道体温监测
- 支持两通道体温差值的计算
- 提供不同类型体温探头，支持对于病人口腔，腋下和直肠不同部位体温测量

(7) 系统功能：

- 支持中/英文字符输入，中文支持五笔和拼音两种输入法
- 具有三级声光报警，参数报警级别可调
- 具备报警集中设置功能
- 提供报警限自动设置功能，根据病人个体的生命体征测量结果快速设定报警限值
- 提供报警延迟时间设置功能，较少因外接干扰或者病人躁动引起的生理性误报警
- ★具备血液动力学、药物计算功能，氧合计算, 通气计算, 肾功能计算

- 提供波形冻结和波形记录功能
- 可选掉电存储功能
- 具备120小时趋势图/趋势表，支持不同趋势组回顾，满足不同临床中不同病情的病人趋势回顾。
- 具备100个报警事件和手动事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能
- ★48小时全息波形回顾功能.
- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面、标准显示界面、它床观察、全屏7导、半屏7导等多种显示界面
- 支持对于冻结波形、趋势图、趋势表、事件、全息波形、滴定表、血液动力学计算结果、氧合计算结果、通气计算结果、肾功能计算结果、呼吸氧合图、、监护仪信息提供记录报告功能
- 支持病人数据导出到PC机上，可以实现PC上对于病人数据的管理，回顾或输出报告。
- ★可存储5种自定义配置，具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置
- 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式

三、网络通信

- 支持有线、无线联网，内置无线网卡，采用双天线设计，保证信号传输稳定可靠
- 提供他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息
- 支持连接远望中心监护系统情况下，可以和迈瑞其他系列监护仪组网中同一个网络中

四、机器接口

- 提供一个等电位端，保证监护仪与其他设备同时使用可以消除不同设备的电位差
- 提供2个USB 2.0接口，支持连接USB鼠标与键盘，及监护仪配置数据的导入与导出
- 提供信号输出端，支持将除颤同步信号，护士呼叫信号和模拟输出信号输出
- 提供RJ45网络接口，支持监护仪与外部网络的通信

五、认证：

- 本监护仪为III类医疗设备
- 防水等级达到IPX1标准

配置清单

标准配置：监护仪	
3/5 导联心电+无创血压+血氧+呼吸+脉搏+体温（不含探头）	
分项配件	数量
主机	1 台
心电导联线	1 套
无创血压外接导气管	1 根
无创血压袖套	1 套
血氧探头	1 套
血氧延长线	1 套
锂电池	1 块
心电电极	10 片

三、交货事项

- 1、供货时间：签订合同后 30 日内交付使用。
- 2、供货地点：三亚市人民医院指定地点。

四、商务要求

1、投标商必须具备所投标医疗器械产品的经营（生产）资格，所属医疗器械的须提供医疗器械注册证和注册登记表。

2、投标商必须提供生产厂家产品彩页（医疗设备），能反映所投标产品的主要技术参数及功能。

3、提供 2016 年以来已完成同类医疗设备项目业绩（需提供合同复印件并加盖公章）。

4、售后服务和质量保证

4.1 在省内设有长期稳定的售后服务维修点（提供固定的联系人、联系方式及地址），承诺 7*24 小时上门服务。

4.2 承诺在接到用户关于产品质量的信息（来电、信函、传真等），供应商需 30 分钟内响应，4 小时内到达现场。

4.3 卖方负责设备安装、调试，并提供有关资料及售后服务承诺，交货时提供产品质量合格证书。

4.4 质保期：免费保修 1 年。在质保期内卖方应免费负责设备维修及抢修，产品或主要部件在质保期内发生二次故障而无法排除并影响用户使用时，供应商承诺免费更换产品。

4.5 质量标准：中标人应保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。

5、技术资料 and 培训

5.1 免费提供该设备全套技术资料，应同时提供中文资料；根据买方的需求，免费提供现场培训及相关技术咨询。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立操作，同时能独立处理常见性故障。

5.2 终身提供技术支持，并免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

5.3 定期到用户单位回访，及时向用户了解设备使用情况，协助用户进行设备日常维护与保养。

5.4 验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

6、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术 & 质保期间一切费用的总报价。

7、法律管辖及仲裁

买卖双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好交涉无法解决时，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地申请仲裁（应先有约定）或诉讼。

第四部分 合同一般条款

一、合同文件

39 合同文件适用法律

本合同文件的适用法律是中华人民共和国现行法律、行政法规及甲方所在地的地方性法规。

40 合同文件组成和解释顺序

40.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

40.1.1 合同的特殊性条款

40.1.2 合同的一般性条款

40.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

40.1.4 中标通知书、投标文件和招标文件

40.1.5 有关图纸

40.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

40.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

41 合同文件使用文字

41.1 合同文件使用中文书写、解释和说明。

41.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

42 完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三方不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

43 质量保证

43.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何

不足或故障负责。

43.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

43.3 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于 2 年。

44 包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

45 伴随服务

45.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

45.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

45.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

45.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该项服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

45.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

45.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

46 标的物的交付

46.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

46.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

46.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

47 检验和验收

47.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

47.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

47.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

47.4 如双方对验收结果有分歧，则以海南省技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

48 对标的物提出异议的时间和办法

48.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

48.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

48.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

49 合同价款和支付

49.1 本合同的结算货币为人民币，单位为元。

49.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款：

49.2.1 合格的销售发票

49.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明

49.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

49.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

50 违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采

取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

51 甲方违约责任

51.1 在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

51.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

51.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

52 乙方违约责任

52.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

52.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

53 不可抗力

53.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

53.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、 索赔

54 索赔

54.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

54.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

54.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

54.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协

商确定降低标的物的价格。

54.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

54.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

54.4 甲方提出索赔的书面材料应报政府招标管理部门备案。乙方同意的索赔方案应报政府招标管理部门审核。

八、 履约保证金

55 履约保证金

55.1 在本合同签订时，提供合同总金额 **5%** 的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

55.2 如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

55.3 履约保证金将在中标人履行完合同所有义务后，凭缴纳履约保证金收据在 5 个工作日内无息退还。

九、 合同的解除和转让

56 合同的解除

56.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

56.2 有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

56.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

56.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

56.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

57 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

58 合同的生效

本合同经双方签字盖章，且采购方收到乙方提交的履约保证金，并报经政府采购管理机构备案后生效。

十一、争议解决

59 争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

60 合同份数

本合同一式陆份，甲方执二份，乙方执二份，市政府采购中心一份，采购管理部门一份。

61 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第五部分 合同专用条款（范本）

供方：_____

需方：_____

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》，经过双方友好协商，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、合同内容

1、货物采购清单

序号	货物名称	单位	数量	单价	总价
合计金额：					

2、下列文件为本合同不可分割部分：

- ① 中标通知书；
- ② 招标文件；
- ③ 乙方的投标文件；
- ④ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

3、交货的时间、地点和方式：

交货时间为 年 月 日至 月 日，供方负责将货物按需方的要求送达（需方指定的地点），需要安装的，按采购文件的相关条款安装。货物送达或完毕并具备验收使用条件后向需方办理移交和验收手续。货物运送产生的费用由供方负责。

二、价格与支付

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币_____元，投标总价一次报定，包括完成该标的物的全部设备、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、

强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

2、付款方式与步骤：

(1) 本项目合同款项以人民币转账方式支付。

(2) 合同签订后，中标方需向采购方提供相关完整的报账材料，采购方于 15 个工作日内通过银行转账支付合同总价的 30%给中标方作为预付款。产品到货完成安装，经试用无质量问题并经过验收合格后，采购方于 15 个工作日内通过银行转账支付合同总价的 65%给中标方。合同总价 5%作为履约保证金在质保验收日期满 1 年后，采购方通过银行转账一次性无息支付给中标方（无质量异议的前提下）。本合同由甲乙双方签字盖章后即生效。

三、货物质量要求及供方对质量负责的条件和期限

供方提供的货物应当满足需方要求的规格、数量及质量（包括各种零部件、附件、备品备件），应当符合国家标准以及本产品的出厂标准，应当达到供方投标文件及澄清中的技术标准。投标时已经提供了样品的，供应货物的品质不能低于所提供的样品。售后服务按采购文件的要求及报价文件的承诺执行。

四、违约责任

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，向供方偿付拒付部分货款总额 2%的违约金；需方逾期支付货款，向供方每日偿付欠款总额 0.02%的滞纳金。

供方所供的货物品种、规格以及其它外部质量不符合规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期交货部分货款总值 0.02%的赔偿费。

五、因货物的质量问题发生争议，由具备该类产品质量检测资格的相关部门进行质量鉴定，该鉴定的结论是最终的，供需双方均应当接受。

六、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

七、合同生效及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同正本一式柒份，甲方留存叁份，乙方留存二份，报市财政局一份，送市政府采购中心一份。

八、不可抗力

在合同规定的履行期限内，由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时，受阻一方

在提供合法证明后可免于承担违约责任，本合同自行终止。不可抗力事件系指供、需双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件。

九、纠纷处理

在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。经协商在 60 天内不能达成协议时，按照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

十、合同的修改和补充

欲对合同条款作出任何修改和补充，均须由供、需双方法定代表人或其授权的代表签署书面协议。

需方：(签章)

供方：(签章)

地址：

地址：

邮编：

邮编：

开户行：

开户行：

账号：

账号：

电话：

电话：

传真：

传真：

授权代表签字：

授权代表签字：

签订时间：

签订时间：

第六部分 评标方法和标准

评标方法前附表

1、现场资格审查登记表

项目名称：三亚市人民医院胃肠镜视野清晰度增强仪等设备一批

项目编号：SYZFCG-2018-47

序号	投标单位名称	联系人	法人代表 身份证或 法人授权 书(盖章)	投标文件 密封情况	唱标一览表 密封情况	投标保证金是否和 系统项目 关联	审查 结果	备注
1								
2								
3								

三亚市人民医院采购人员：

三亚市政府采购中心工作人员：

2、初步审查表

序号	评审因素	评审标准	1#	2#	3#
1	营业执照	提供有效的营业执照			
2	声明	提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明			
3	投标文件份数	符合招标文件一正四副的要求			
4	投标保证金	按时、足额缴纳了投标保证金			
5	社保及纳税	提供近期缴纳社保凭证及纳税凭证			
6	投标有效期	自开标之日起 90 天			
7	投标价	投标报价不超预算，并且是唯一的、无选择性的报价			
8	供货时间	签订合同后 30 日内交付使用			
结论					
备注：经初步审查，投标人数量须不少于三家，否则项目招标失败。					

1、表中只需填写“√、通过”或者“×、不通过”。

2、结论采用“一项否决”原则。只有全部审查项目都是“√、通过”的，结论才能是“合格”；只要其中一项是“×、不通过”的，结论只能是“不合格”。

3、只有结论是合格的投标人，才能进入下一轮评审；不合格的被淘汰。

3、评标标准和方法

(第一包)

序号	评审内容	评分标准	满分	得分
价格部分 (30分)				
1	投标报价 (30分)	<p>评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。</p> <p>投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30%×100</p> <p>评标委员会应当要求投标报价明显过低,可能低于其成本的投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的,由评标委员会认定以低于成本价竞标,不得被推荐为中标候选人。</p>	30分	
商务部分 (20分)				
1	产品彩页 (2分)	提供完整的彩页资料,且能反映所投标产品的主要技术参数及功能者得2分;不提供不得分。	2分	
2	业绩 (4分)	提供2016年以来已完成的同类医疗设备项目业绩(需提供合同复印件并加盖公章),每提供一份得1分,最高得4分。未提供证明资料不得分。	4分	
3	资质 (2分)	提供医疗器械注册证和注册登记表(医疗器械)得2分,不提供者不得分。	2分	
4	售后服务 (7分)	在海南省设有长期售后服务机构(提供固定的地址、联系人、联系电话),承诺7×24小时上门服务,承诺在接到用户关于产品质量的信息(来电、信函、传真等),供应商需30分钟内响应,4小时内到达现场的得2分,否则不得分。	2分	
		投标人响应招标文件中售后服务要求,并在售后服务方案中对服务内容承诺、响应方式、响应时间、人员分配方案等进行详细说明,优的得5分,良的得4—3分,一般的得2—1分,差的得0分,由专家酌情给分。	5分	
5	操作培训 (5分)	投标人应针对本项目制定全面、详细、可操作性强的技术培训方案,评审专家比较各投标人的培训方案优劣后,优的得5分,良的得4—3分,一般的得2—1分,差的得0分,由专家酌情给分。	5分	
技术部分 (50分)				
1	技术参数要求 (50分)	完全满足招标技术要求的得50分,带★的技术参数一项不响应扣5分,其他技术参数一项不满足要求的扣3分,本项分值扣至0分为止。	50分	
商务、技术汇总得分			70分	

(第二包)

序号	评审内容	评分标准	满分	得分
价格部分 (30分)				
1	投标报价 (30分)	<p>评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。</p> <p>投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30%×100</p> <p>评标委员会应当要求投标报价明显过低,可能低于其成本的投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的,由评标委员会认定以低于成本价竞标,不得被推荐为中标候选人。</p>	30分	
商务部分 (15分)				
1	产品彩页 (1分)	提供完整的彩页资料,且能反映所投标产品的主要技术参数及功能者得1分;不提供不得分。	1分	
2	业绩 (2分)	提供2016年以来已完成的同类医疗设备项目业绩(需提供合同复印件并加盖公章),每提供一份得0.5分,最高得2分。未提供证明资料不得分。	2分	
3	资质 (1分)	提供医疗器械注册证和注册登记表(医疗器械)得1分,不提供者不得分。	1分	

4	售后服务 (6分)	在海南省设有长期售后服务机构(提供固定的地址、联系人、联系电话),承诺7×24小时上门服务,承诺在接到用户关于产品质量的信息(来电、信函、传真等),供应商需30分钟内响应,4小时内到达现场的得1分,否则不得分。	1分	
		投标人响应招标文件中售后服务要求,并在售后服务方案中对服务内容承诺、响应方式、响应时间、人员分配方案等进行详细说明,优的得5分,良的得4—3分,一般的得2—1分,差的得0分,由专家酌情给分。	5分	
5	操作培训 (5分)	投标人应针对本项目制定全面、详细、可操作性强的技术培训方案,评审专家比较各投标人的培训方案优劣后,优的得5分,良的得4—3分,一般的得2—1分,差的得0分,由专家酌情给分。	5分	
技术部分(55分)				
1	技术参数要求(55分)	完全满足招标技术要求的得55分,带★的技术参数一项不响应扣2分,其他技术参数一项不满足要求的扣1分,本项分值扣至0分为止。	55分	
商务、技术汇总得分			70分	

一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)等法律和规章,结合本采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标采购单位负责组织,具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 遵循公平、公正、科学、择优的原则,以相同的评审程序和标准对待所有的投标人。

1.4 反对不正当竞争,反对恶意压低投标价格。

1.5 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标,并独立履行下列职责:

(1) 审查投标文件是否符合招标文件要求,并作出评价;

(2) 要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清;

(3) 推荐中标候选人名单,或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商;

(4) 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.6 评标过程严格保密。投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.7 评标委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容,而不寻求外部的证据。

1.8 评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项,可提请招标采购单位书面解释说明。

二、评标方法

（一）评标规则

2.1.1、本招标项目的评标办法采用综合评分法，满分为 100 分。

2.1.2、综合评分的因素包括以下内容：价格部分、商务部分、技术部分等。

2.1.3、评审步骤：先进行初步评审，再进行详细评审。初步评审包括资格评审和形式评审，详细评审是对技术、商务及价格因素的评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细评审。

2.1.4、综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况、对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，赋予技术分和商务分。各评委赋分的算术平均值，即为该投标人的技术得分或商务得分。按综合评分法的报价计算方法计算各投标人的价格得分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出每个投标人的综合得分。

2.1.5、综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

2.1.6、综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。

（二）初步评审

1、评标委员会根据招标文件要求，对投标人的资格和投标文件的符合性进行评审。只有对《初步评审表》所列各项目做出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对投标是否实质性响应招标文件的要求产生争议的，评标委员会以记名方式票决。得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则被淘汰。

2、评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资料证明文件是否真实有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

3、在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标，应该是符合招标文件重要条款、条件和规格的要求，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留，是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留，将会对其他实质上的响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会认定投标文件是否响应招标文件的要求，只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

4、无效投标的认定

评标过程中，投标文件出现（但不限于）下列情况的，将被认定为无效投标：

- 1) 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足的；
- 2) 投标有效期不足的；
- 3) 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
- 4) 投标报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 5) 投标报价明显过低，可能低于其成本，而投标人不能作出合理说明的；
- 6) 评标委员会认为投标未实质性响应招标文件要求的。

（三）详细评审

详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。

1、价格评审

评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30% × 100

注：有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。

报价分取小数点后 2 位，小数点后第三位四舍五入。

2、商务评审

评标委员会对投标人提供的产品质量保证及服务内容、投标人的资格和业绩合同等情况进行比较和评价。

3、技术评审

评标委员会将根据投标人所提供的技术资料，对投标货物的技术指标、技术参数、使用功能和产品选用的主要部件质量及其在使用过程中的可靠性、稳定性、操作和维护性能等，逐项分别进行比较和评价。

注：商务评标因素和技术评标因素的分值取小数点后 2 位，小数点后第三位四舍五入。

4、编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- (1) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (2) 获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

- (3) 评标方法和标准;
- (4) 开标记录和评标情况及说明, 包括投标无效投标人名单及原因;
- (5) 评标结果和中标候选供应商排序表;
- (6) 评标委员会的授标建议。

5、废标

本次政府采购活动中, 出现下列情形之一的, 予以废标:

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的;
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算, 采购人不能支付的;
- (4) 因重大变故, 采购任务取消的。

废标后, 招标代理机构应在中国海南政府采购网、全国公共资源交易平台(海南省)·三亚市上公告, 并公告废标的理由。

6、定标

6.1. 定标原则: 评标委员会依据评标结论推荐 3 名中标候选供应商。采购人根据评标委员会推荐的中标候选人名单, 按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评审情况写出书面报告, 推荐中标候选人, 并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的, 按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 招标代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后 5 个工作日内, 按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人, 招标代理机构在中国海南政府采购网、全国公共资源交易平台(海南省)·三亚市上发布中标公告, 同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因, 不退回投标文件和其他投标资料。

6.2.6 中标人放弃中标或因故不能履行合同的, 按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定处理。

7、评标委员会承担以下义务:

7.1 遵纪守法, 客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商

提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评标报告，并签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评标情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府招标代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府招标代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

8、评标委员会应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评标和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评标或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者招标代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评标活动。对自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或招标代理机构也可要求该评标专家回避。

有利害关系是指三年内曾在参加该采购项目的供应商处任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

8.3 评标或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在现场工作人员陪同下联系。

8.4 评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评标的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见；不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

8.5 有关部门规定的其他评审工作纪律。

第七部分 投标文件格式

一、报价文件格式

1、投 标 书 格 式

三亚市政府采购中心：

我们仔细阅读并全面研究了_____（项目名称）
_____（项目编号）_____招标文件，决定响应招标文件的邀请，参加本项目
投标。

1、我们自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及
伴随服务。我们提供的《开标一览表》的报价，包括了材料、安装、人工、
机械、保险、劳保、各种税费以及质保等完成该项目全部内容的一切费用。
我们的投标总价为人民币(大写) _____(¥ _____)。

2、我们充分理解并完全接受合同专用条款的各项约定，没有任何异
议，不附加任何条件。

3、如果我们被授予合同，我们将严格履行合同规定的责任和义务，
保证按期、按质、按量完成合同义务。

4、我们同意按照招标文件的要求，交纳人民币（大写）：_____元
的投标保证金。并承诺如果发生下列情况，我方无权要求退还投标保证金：

- (1) 我方在投标有效期内撤回投标；
- (2) 我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；
- (3) 在投标过程中有违反法律法规和相关纪律的行为；

(4) 在收到中标通知书后并在投标有效期内，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

5、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后90天。

6、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中明示的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后至投标有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

地址： 邮政编码：

联系人： 联系电话：

电子邮件： 传真：

日期： 年 月 日

2、开标一览表格式

项目名称：三亚市人民医院胃肠镜视野清晰度增强仪等设备一批

项目编号：SYZFCG-2018-47

金额单位：元

货物 序号	货 物 名 称	单 位	数 量	单 价	合 价	交 付 日 期
本项目合计投标价（大写）：					小写：	

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

说明：对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、货物规格一览表

投标人：（填写名称并盖章）

项目名称：三亚市人民医院胃肠镜视野清晰度增强仪等设备一批

序号	货物名称	品牌	规格参数	制造厂商	原产地 (国家)

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

说明：

- 1、设备序号应与招标文件第三部分货物需求一览表一致。
- 2、设备规格参数如有详细描述可另做说明。

二、商务响应文件

1、法定代表人授权委托书格式

本授权委托书声明：我____（姓名）系____（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托____（被授权人姓名及身份证号码）为我公司的代理人，以本公司的名义参加三亚市政府采购中心组织的编号为SYZFCG-2018-47的招标活动，处理与本招标活动有关的一切事务。被授权人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

与本项目有关的质疑、投诉事项，我将亲自处理或另行特别授权。

本授权委托书的效力自签署日起至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

本授权书于____年__月__日签字生效，特此证明。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

2、商务条款偏离表格式

项目名称：三亚市人民医院胃肠镜视野清晰度增强仪等设备一批

项目编号： SYZFCG-2018-47

序号	项目	招标文件要求	投标响应	偏离程度	证明材料
1	企业证件	营业执照 (三证合一)			见投标文件 页
2	投标保证金	¥			见投标文件 页
3	投标文件份数	一正四副			/
4	投标有效期	90 天			见投标文件 页
5	供货时间	签订合同后 <u>30</u> 日内交付使用			见投标文件 页

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

3、售后服务计划

包含内容（仅供参考）：

- 1、说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点；
- 2、培训、质量保证措施；
- 3、项目所提供的其它免费物品或服务；
- 4、技术人员情况；
- 5、服务承诺等；
- 6、其他。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：

4、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间				员工总人数：		
企业资质等级				其中	项目经理	
营业执照号					高级职称人员	
注册资金					中级职称人员	
开户银行					初级职称人员	
账号					普通职工	
经营范围						
备注						

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：

5、资格证明文件

- 1、投标人营业执照（三证合一）（必须放在投标文件中）；
- 2、法人代表授权书（必须放在投标文件中）；
- 3、法人及授权委托人身份证复印件（必须放在投标文件中）；
- 4、提供近期社保缴纳凭证及纳税凭证（必须放在投标文件中）；
- 5、提供投标保证金缴纳凭证（必须放在投标文件中）；
- 6、医疗器械生产（经营）许可证（必须放在投标文件中）；
- 7、招标文件规定的或其他投标人认为需要提供的内容。

6、信用查询

投标人信用信息查询渠道

1、投标人 2014 年以来未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。

2、信用记录查询渠道：“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站查询。

3、提供投标人信用信息查询记录页面，并截图打印，加盖公章放于投标文件中。

7、无重大违法记录的书面声明

致：_____

我公司参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若在采购过程中发现我公司近 3 年内在经营活动中有重大违法记录的，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期： 年 月 日

8、投标人类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	完成项目质量	备注

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供合同复印件。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：

9、反商业贿赂承诺书格式

我公司郑重承诺：

在_____招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表：（签字或盖章）

法人授权代表：（签字或盖章）

投标人：（填写名称并盖章）

年 月 日

10、诚信投标、诚信履约承诺书

三亚市人民医院:

我方就本次投标活动向贵方郑重承诺:

一、我们已经充分理解了招标文件规定的所有招标要求、中标条件和合同条款,没有任何异议。

二、我们在投标文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的;我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的投标响应在投标有效期内不发生任何变更。

三、我们的投标报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失,我方全部承担,不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道,如果中标后放弃中标,不论原因何在,都是不诚信投标的行为,都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们,我们将承担所有的潜在合同风险,绝不以任何理由弃标。

五、我们知道,中标后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同,不论原因何在,都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们,我们将如约在规定的期限内签署合同,在规定的期限内履行合同。

六、我们声明:我方在溯往两年内的政府采购活动中,没有中标后放弃中标、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺,能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离,我方愿承担由此引发的一切不利后果,无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

投标人: (填写名称并盖章)

法定代表人: (签字或盖章)

签署日期: 年 月

11、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

说明：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

中型、小型、微型企业应当符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

12、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性复制。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：残疾人福利性单位应当满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县使用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

三、技术响应文件

1、技术规格偏差表格式

项目名称：三亚市人民医院胃肠镜视野清晰度增强仪等设备一批

项目编号：SYZFCG-2018-47

序号	货物名称	招标技术参数 及要求	投标响应	偏离值	说明

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

2、投标产品详细说明

包含内容（不限于以下内容）：

- 1、货物组成说明，货物主要技术规格、性能和特性的详细描述；
- 2、主要材料、结构明细表（包括名称、规格型号、需用量、生产厂名）；
- 3、产品或主要部件的质量鉴定证书；
- 4、产品图片或彩页；
- 5、产品详细具体的安装调试、相关验收的实施方案及有关执行标准；
- 6、其他。

投标人：（填写名称并盖章）

法人代表或法人授权代表：（签字或盖章）

日期：

3、投标人认为需要提供的其它文件