

论 证 会 议 纪 要

项目名称：西门子 64 排 CT 球管采购

采购单位：琼海市中医院（盖章）

采购代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司（盖章）

会议地点：海口市美兰区五指山南路国瑞城写字楼北座3A05室

会议时间：2019年06月20日

论证情况报告

琼海市中医院拟采购的西门子 64 排 CT 球管采购的设备进行进口产品论证，已依照《政府采购进口产品管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强政府采购管理工作的意见》、中华人民共和国财政部办公厅财办库[9868]248 号《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》、海南省财政厅琼财采[9868]1269 号《转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》及有关法律法规的规定，于 2019 年 06 月 20 日 10:30（北京时间）在海口市美兰区五指山南路国瑞城写字楼北座 3A05 室（广西建通工程咨询有限责任公司开标室）进行论证，论证专家共 5 人，论证结果如下：

所申购产品为已有设备专用配套配件，而产品各项参数符合原厂参数的要求，同时符合用户需求。申请理由合理充分，符合国家相关进口产品的法律规定。建议采购进口产品。

论证专家成员签名：

黄东爱

陈建强

陈斌斌

采购人：




2019 年 06 月 20 日


政府采购进口产品申请表

申请单位	琼海市中医院
申请文件名称	西门子 64 排 CT 球管采购
申请文号	
采购项目名称	西门子 64 排 CT 球管
采购项目金额	158 万元
采购项目所属项目名称	西门子 64 排 CT 球管采购
采购项目所属项目金额	158 万元
项目使用单位	琼海市中医院
项目组织单位	琼海市中医院
申 请 理 由	<p>1. 西门子 Definition AS128 球管为单一球管 CT 系统，球管的各项参数必须严格符合原厂参数。</p> <p>2. 球管及配套备件为 siemens（西门子）专用配件。</p> <p>3. 非原厂备件可能会影响设备正常运行，不能达到原装机的应有性能，无法达到国家相关要求。</p> <p>4. siemensCT 机，其他厂商产品无法匹配该系统。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  2019 年 06 月 20 日 </div>


政府采购进口产品所属行业主管部门意见

一、基本情况	
申请单位	琼海市中医院
拟采购产品名称	西门子 64 排 CT 球管
拟采购产品金额	158 万元
采购项目所属项目名称	西门子 64 排 CT 球管采购
采购项目所属项目金额	158 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1、中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2、无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3、其他：	
原因阐述： 1. 西门子 Definition AS128 球管为单一球管 CT 系统，球管的各项参数必须严格符合原厂参数。 2. 球管及配套备件为 siemens（西门子）专用配件。 3. 非原厂备件可能会影响设备正常运行，不能达到原装机的应有性能，无法达到国家相关要求。 4. siemensCT机，其他厂商产品无法匹配该系统。	
三、进口产品所属行业主管部门意见	
<p>同意</p>  <p>盖章</p>	
2019 年 月 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	琼海市中医院
拟采购产品名称	西门子 64 排 CT 球管
拟采购产品金额	158 万元
采购项目所属项目名称	西门子 64 排 CT 球管采购
采购项目所属项目金额	158 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1、中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2、无法以合理的商业条件获取；	
<input checked="" type="checkbox"/> 3、其他：	
原因阐述： <ol style="list-style-type: none"> 1. 西门子 Definition AS128 球管为单一球管 CT 系统，球管的各项参数必须严格符合原厂参数。 2. 球管及配套备件为 siemens（西门子）专用配件。 3. 非原厂备件可能会影响设备正常运行，不能达到原装机的应有性能，无法达到国家相关要求。 4. siemensCT机，其他厂商产品无法匹配该系统。 	
专家论证意见 <p style="font-size: 1.2em; margin-top: 10px;"> 1. 该西门子 Definition AS128 球管为单一球管 CT 系统，球管的各项参数必须严格符合原厂参数。 2. 球管及配套备件为 Siemens（西门子）专用配件。 3. 非原厂备件会影响该设备正常运行，不能达到原装机的应有性能，无法达到国家相关要求。 4. Siemens CT 机，其他厂商产品无法匹配该系统。建议采购进口产品。 </p>	
专家签名	 2019 年 6 月 20 日


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	琼海市中医院
拟采购产品名称	西门子 64 排 CT 球管
拟采购产品金额	158 万元
采购项目所属项目名称	西门子 64 排 CT 球管采购
采购项目所属项目金额	158 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1、中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2、无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3、其他：	
原因阐述：	
<p>1. 西门子 Definition AS128 球管为单一球管 CT 系统，球管的各项参数必须严格符合原厂参数。</p> <p>2. 球管及配套备件为 siemens（西门子）专用配件。</p> <p>3. 非原厂备件可能会影响设备正常运行，不能达到原装机的应有性能，无法达到国家相关要求。</p> <p>4. siemensCT机，其他厂商产品无法匹配该系统。</p>	
专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">鉴于所采购产品为配件，是专用配件，非原厂备件可能会影响设备正常运行，达不到原装机应有性能。采购需求合理。建议采购专用进口配件。</p>	
专家签名	 2019 年 06 月 20 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	琼海市中医院
拟采购产品名称	西门子 64 排 CT 球管
拟采购产品金额	158 万元
采购项目所属项目名称	西门子 64 排 CT 球管采购
采购项目所属项目金额	158 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1、中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2、无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3、其他：	
原因阐述： <ol style="list-style-type: none"> 1. 西门子 Definition AS128 球管为单一球管 CT 系统，球管的各项参数必须严格符合原厂参数。 2. 球管及配套备件为 siemens（西门子）专用配件。 3. 非原厂备件可能会影响设备正常运行，不能达到原装机的应有性能，无法达到国家相关要求。 4. siemensCT机，其他厂商产品无法匹配该系统。 	
专家论证意见 <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">本次论证会议召开的程序合法，经全体专家讨论，该产品的各项参数符合原厂参数的要求，且为 siemens（西门子）专用配件，非原厂备件可能会影响原机应有性能，建议采用专用进口配件。</p>	
专家签名 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">陈新磊</div> <div>2019年6月20日</div> </div>	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	琼海市中医院
拟采购产品名称	西门子 64 排 CT 球管
拟采购产品金额	158 万元
采购项目所属项目名称	西门子 64 排 CT 球管采购
采购项目所属项目金额	158 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1、中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2、无法以合理的商业条件获取；	
<input checked="" type="checkbox"/> 3、其他：	
原因阐述： <ol style="list-style-type: none"> 1. 西门子 Definition AS128 球管为单一球管 CT 系统，球管的各项参数必须严格符合原厂参数。 2. 球管及配套备件为 siemens（西门子）专用配件。 3. 非原厂备件可能会影响设备正常运行，不能达到原装机的应有性能，无法达到国家相关要求。 4. siemensCT机，其他厂商产品无法匹配该系统。 	
专家论证意见 <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">所采购产品为配套配件，是专用配件，非原厂配件可能会影响设备正常运行，不能达到原装机的应有性能，而且其他厂商产品无法匹配 Siemens CT 主机系统。采购需求合理。建议采购专用进口配件。</p>	
专家签名	 2019 年 6 月 20 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	琼海市中医院
拟采购产品名称	西门子 64 排 CT 球管
拟采购产品金额	158 万元
采购项目所属项目名称	西门子 64 排 CT 球管采购
采购项目所属项目金额	158 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1、中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2、无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3、其他：	
原因阐述： 1. 西门子 Definition AS128 球管为单一球管 CT 系统，球管的各项参数必须严格符合原厂参数。 2. 球管及配套备件为 siemens（西门子）专用配件。 3. 非原厂备件可能会影响设备正常运行，不能达到原装机的应有性能，无法达到国家相关要求。 4. siemensCT机，其他厂商产品无法匹配该系统。	
专家论证意见 经论证，拟采购的西门子 64 排 CT 球管为 siemens CT 的专用配件，国内同类产品无法与其配套，可能影响设备的正常运行，不能达到原装机的应有性能，无法满足国家相关要求和工作需要。建议采购专用进口设备。	
专家签名	陈斌斌
2019 年 6 月 20 日	