


附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 苏敏	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 海南省肿瘤医院	
项目信息	项目名称: 海南省人民医院东软 CT 球管采购	
	供应商名称: 江西友悦商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>因采购人前期已采购东软 NeuVi2 128 CT 机, 该机专用球管为 CTR 2280 型, 具有唯一性。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定和海南省财政厅、海南省审计厅关于印发《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》第四条第九款规定, 符合单一来源方式, 故建议采用单一来源方式向相关公司采购。</p>	
专业人员签字		日期: 2020 年 10 月 23 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 胡振	
	职称: 医师 副主任医师	
	工作单位: 海南省人民医院东软CT球管采购	
项目信息	项目名称: 海南省人民医院东软 CT 球管采购	
	供应商名称: 江西友悦商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>因采购人海南省人民医院前期已经采购东软公司 NeuViz 128 CT 主机, 现需配套购买专用球管。因其他品牌及型号球管与该设备不能兼容使用, 故其申请向相关厂家以单一来源方式进行了采购。</p> <p>本人认为, 由于该点只有供应商江西友悦公司能够提供采购人所需产品。故根据《政府采购法》及《海南省人民政府令》及《海南省人民政府令》之相关规定, 在此种情况下, 应采取单一来源方式进行采购。故本人建议采用单一来源方式向相关厂家进行采购。</p>	
专业人员签字	胡振	日期: 2020年10月23日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 海南省健康教育中心	
项目信息	项目名称: 海南省人民医院东软 CT 球管采购	
	供应商名称: 江西友悦商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>采购人海南省人民医院先期已招标采购东软 Neuvis 128 CT 机, 该机专配球管为 CTR 2280 型, 具有唯一性, 根据《中华人民共和国政府采购法》和海南省财政厅、审计厅相关管理办法规定, 符合单一来源方式采购。因此建议单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字		日期: 2020 年 10 月 23 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。