

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：HNZC2025-027-002

原公告的采购项目名称：2024 年超长期特别国债“以旧换新”项目
医疗设备集中采购（二十三）

首次公告日期：2025 年 06 月 25 日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

（一）第三章 采购需求-二、技术要求：

1.03 包腹腔镜系统（四）技术参数

（1）删除原文：4.8 医用显示器与内窥镜荧光摄像系统为同一生产厂家，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。

（2）原文：6.1 摄像主机 1 个

现更正为：6.1 摄像主机（含主机模块、超高清影像模块）1 套

（3）删除原文：6.2 主机模块 1 个；

（4）删除原文：6.3 超高清影像模块 1 个。

2.05 包腹腔镜系统（六）技术参数

（1）原文：6.6 流量压力动态显示和实时显示；可以被集中控制系统 SCB 集中控制。

现更正为：6.6 流量压力动态显示和实时显示。”

（2）原文：7.2 主机模块 1 套

现更正为：7.2 摄像主机（含主机模块、硬镜模块）1 套

（3）删除原文：7.3 硬镜模块 1 套

（4）删除原文：7.4 摄像主机 1 套

3.08 包腹腔镜系统（九）技术参数

（1）删除原文：1.4 双相机，2CMOS 芯片：一个 3CMOS 相机，专

门处理白光图像，一个专业级荧光 CMOS 相机，独立处理荧光图像，采用多通道实时分光滤波技术，白光影像和荧光影像独立成像，荧光灵敏度和图像信噪比高。

(2) 删除原文：▲1.17 有自动排烟雾功能，与电刀或超声刀相连时，可随电刀或超声刀输出的同时排烟排雾，保证视野清晰。”

(3) 原文：5.1 主机模块 1 套

现更正为：5.1 摄像主机（含主机模块、硬镜模块）1 套

(4) 删除原文：5.2 硬镜模块 1 套

(5) 原文：5.4 300W 冷光源 1 台

现更正为：5.3 冷光源 1 台。

(二) 第三章 采购需求-★三、商务要求

增加：8、投标企业及产品要符合《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》（财库〔2025〕19 号）要求。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）

(三) 第四章 评标办法-详细评审标准

对采购包 3、采购包 8 的详细评审标准中的技术评审-评分项-详细描述和分值做相应调整，详见最近招标文件。