

招标编号：GXJTHN-ZFGK2016064

采购数字化医用显示器及其附属配置

招 标 文 件

广西建通工程咨询有限责任公司

2016年10月

目 录

第一章	招标公告.....	2
第二章	投标人须知.....	5
第三章	资格证明文件.....	25
第四章	采购需求.....	26
第五章	合同主要条款（参考文本）.....	46
第六章	评标办法.....	51
第七章	投标文件格式.....	60

第一章 招标公告

广西建通工程咨询有限责任公司受琼海市人民医院委托，对采购数字化医用显示器及其附属配置项目招标，现邀请国内合格的供应商来参加密封投标。

1、**招标编号：**GXJTHN-ZFGK2016064

2、**项目名称：**采购数字化医用显示器及其附属配置

3、**采购范围：**本项目 1 个包，采购数字化医用显示器及其附属配置一批

4、**资金来源：**自筹资金

5、**投标人资格要求：**

5.1（1）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他经济组织（提供企业有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章；如为“三证合一”企业，提供有效的营业执照副本即可）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近 3 年任意年度财务审计报告）（复印件）；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2016 年任意 1 个月的企业纳税证明和社保缴费记录）（复印件）；

（4）投标人不是制造商的必须提供制造商或国内代理商针对本项目主要产品的授权书原件；

（5）所投产品为医疗器械的投标人须具有医疗器械经营企业许可证；

（6）所投产品为医疗器械的须具有中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表；

（7）参加政府采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件）；

（8）购买本项目的招标文件并缴纳投标保证金（银行转账凭证复印件）。

5.2 投标时必须提交以上相关证明资料。

6、**招标文件的获取：**

6.1、发售标书时间：2016年10月31日上午8:30-2016年11月4日下午17:30（北京时间，节假日除外）

6.2、下载标书地址：<http://218.77.183.48/htms>。

6.3、标书售价

招标文件每包售价150.0元，投标保证金的金额：60000元。

6.4、投标人提问截止时间：2016年11月4日17:30:00（北京时间）。

7、投标文件和保证金的递交

7.1、投标文件递交截止时间：2016年11月21日 14:40（北京时间）。

7.2、投标文件递交地址(地点)：<http://218.77.183.48/htms>（海口市国兴大道公共资源交易服务中心（省政务服务中心旁）2楼205室）。

7.3、开标时间：报名成功后于系统的项目信息中查看。

7.4、开标地点：报名成功后于系统的项目信息中查看。

7.5、保证金到账截止日期：2016年11月21日 14:40（北京时间），投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：<http://218.77.183.48/htms>。

7.6、公告发布媒介：中国海南政府采购网：<http://www.ccgp-hainan.gov.cn/>；海南省人民政府政务服务中心网：<http://www.hizw.gov.cn>。

8、其他

1、投标人必须在海南省人民政府政务服务中心企业信息管理系统

（<http://218.77.183.48>）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统

（<http://218.77.183.48/htms>）下载、购买电子版的招标文件；

2、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件—PDF格式(使用WinRAR加密压缩)。

9、联系方式

采购单位：琼海市人民医院

地 址： 琼海市富海路

联系人： 张先生

电 话： 0898-62829407

代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司

地 址：海南省海口市美兰区大英山西二街法苑里 2 栋 1 单元 1801 室

邮 编： 571000

项目联系人：王工 陈工

传 真： 0898-66770275

电 话： 0898-66778275 0898-32262782

2016 年 10 月

第二章 投标人须知

一、投标人须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	预算金额	550万元
2	采购方式	公开招标
3	评标方法	综合评分法
4	投标保证金	保证金金额：人民币60000元； 保证金到账截止日期：2016年11月21日 14：40（北京时间）； 保证金的支付形式：网上支付； 支付地址为： http://218.77.183.48/htms 。
5	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
6	招标服务费	以中标金额作为计算基数，按照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 开户名：广西建通工程咨询有限责任公司海南分公司 开户行：平安银行股份有限公司海口海府支行 账 号：1101 4732 3750 09

二、总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是琼海市人民医院。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是广西建通工程咨询有限责任公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应。服务的投标人。

2.5 政府采购政策功能

本次招标优先选购中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。

2.5.1 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

2.5.2 投标产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书复印件。

2.5.3 投标产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

2.5.4 招标文件中提供的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能根据市场情况列出的品牌或型号，并不是限制条件。

2.5.5 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%

的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业（2011）300号）。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

- （1）本招标文件“招标公告”第5条规定的资格条件；
- （2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；
- （3）向采购代理机构购买了招标文件并登记备案。

4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5. 投标纪律要求

投标人参加投标不得有下列情形：

- （1）提供虚假材料谋取中标；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- （3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；
- （6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消并没收投标保证金。

三、招标文件

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）招标公告；
- （二）投标人须知；
- （三）资格证明文件；
- （四）采购需求；
- （五）合同主要条款（参考文本）；
- （六）评标办法；
- （七）投标文件格式；

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位可以对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在法定指定媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日 15 天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在法定指定媒体上发布变更公告。

8. 现场踏勘

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商。

8.2 投标人现场踏勘所发生的一切费用由投标人自己承担。

四、投标文件

9. 投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

10. 计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标

12.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和

相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5 本次政府采购活动不接受联合体投标。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。本次招标报价要求：

(1) 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

(2) 投标人只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

(3) 投标人不得低于成本价恶意报价，若中标人的报价过低(低于预算金额的 70%)，则投标人需要提供详细的成本分析，评审委员会认为可行予以通过，采购人有权要求中标人在签订合同前提供预算金额的 10%作为履约保证金，如中标人在合同履行过程中偷工减料、不按要求完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

14.2 技术部分。投标人按照招标文件采购需求的要求做出的技术应答，针对招标项目的需求的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

- (1) 技术要求响应情况表
- (2) 投标产品的品牌、型号、配置；

14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

- (1) 投标函；
- (2) 法定代表人（负责人）授权书原件；
- (3) 法定代表人（负责人）和授权代表身份证复印件；
- (4) 提供企业有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章；如为“三证合一”企业，提供有效的营业执照副本即可；
- (5) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近3年任意年度财务审计报告）（复印件）；
- (6) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2016年任意1个月的企业纳税证明和社保缴费记录）（复印件）；
- (7) 投标人不是制造商的必须提供制造商或国内代理商针对本项目主要产品的授权书原件；
- (8) 所投产品为医疗器械的投标人须具有医疗器械经营企业许可证；

(9) 所投产品为医疗器械的须具有中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表；

(10) 参加政府采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件）；

(11) 购买本项目的招标文件并缴纳投标保证金（银行转账凭证复印件）。

(12) 售后服务相关材料；

(13) 根据商务技术评分表，投标人需提交的的其他有关材料。

14.4 其他部分。 投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应严格按照招标文件第七章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16. 投标保证金

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2 未按招标文件要求在规定时间内前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

16.3 投标人所缴纳的投标保证金不计利息。

16.4 投标保证金退还网上申请流程：

16.4.1 项目中标通知书发出后，投标人只需在电子招投标系统中提交申请即可办理保证金退还。

16.4.2 如投标人不能在系统进行保证金退款申请，在中标通知书发出后须提交以下材料方可办理保中标通知书发出时在系统“中标通知书栏”提交上传中标通知书，投标人方能在系统证金退还：

- 1、保证金退还申请书
- 2、授权委托书
- 3、法人代表身份证复印件
- 4、经办人身份证复印件
- 5、银行转帐凭证复印件
- 6、合同复印件（第一中标人）

16.4.3 保证金缴退系统或网络技术问题咨询电话：0898-65203207。

16.4.4 退保证金申请资料受理地点：海口市国兴大道9号海南省政务服务中心308室。

16.5 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人缴纳的投标保证金：

- (1) 在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；
- (2) 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

(3) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

(4) 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期为开标后 60 天。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

18. 投标文件的印制和签署

18.1 投标人应当准备投标文件正本 1 份、副本 4 份和相应的电子文档 1 份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或 U 盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.4 投标文件正本和副本必须装订成册。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

18.6 投标文件统一用 A4 幅面纸印制。

19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

20. 投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知第 18 条

规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

20.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人（负责人）或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第 18 条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

21.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

- (1) 用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。
- (2) 单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。
- (3) 单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

五、开标和中标

22. 开标

22.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

22.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

22.3 开标时，投标人对投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

23. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。

开标将按以下程序进行：

(1) 宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、和主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单。

(2) 宣布会场纪律和有关注意事项。

(3) 监督人员当众宣布检查投标文件的密封情况。

(4) 开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标产品的规格型号、投标总价以及投标人名称进行宣读。同时，工作人员将投标人的“开标一览表”投影在屏幕上，并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

(5) 宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

24. 中标通知书

24.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人

改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24.3 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

25. 履约保证金

25.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

25.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

26. 签订合同

26.1 中标人在收到采购代理机构发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

26.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

26.4 中标人在合同签订之后2个工作日内，将签订的合同（原件一份）送采购代理机构财务留存并在指定媒体发布公告。

27. 合同分包

27.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

27.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29. 履行合同

29.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

29.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

30. 验收

中标人与采购人应严格按照招标文件中验收的标准进行验收。

七、质疑和投诉

31. 质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理：

31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

31.3 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.4 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监

督管理部门投诉。

31.5 政府采购监督管理部门应当在收到投诉后 30 个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

31.6 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过 30 日。

31.7 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

第三章 资格证明文件

- (1) 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他经济组织，需提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（复印件）；
- (2) 法定代表人授权书（原件），法定代表人和授权代表身份证（复印件）；
- (3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近 3 年任意年度财务审计报告）（复印件）；
- (4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2016 年任意 1 个月的企业纳税证明和社保缴费记录）（复印件）；
- (5) 投标人不是制造商的必须提供制造商或国内代理商针对本项目主要产品的授权书原件；
- (6) 所投产品为医疗器械的投标人须具有医疗器械经营企业许可证；
- (7) 所投产品为医疗器械的须具有中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表；
- (8) 参加政府采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件）；
- (9) 购买本项目的招标文件并缴纳投标保证金（银行转账凭证复印件）。

注：1、若为三证合一的投标单位，只需提供营业执照；

2、投标人应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责；

3、以上要求投标人提供的资格证明文件复印件必须加盖投标人印章；

第四章 采购需求

一、采购清单

数字化医用显示器及其附属配置一批：

序号	采购品目名称	单位	数量
1	21.5 寸诊室显示屏	台	160
2	40 寸高清显示屏	台	17
3	40 寸高清电视	台	10
4	58 寸高清显示屏	台	30
5	58 寸高清电视	台	12
6	高清视频盒	个	54
7	语音播放盒	个	16
8	诊区功放	台	16
9	吸顶音箱	台	68
10	读卡器	个	11
11	46 寸立式触摸一体机	台	43
12	广播专用音柱	个	19
13	分区功放	个	1
14	43"智能商用电视	台	132
15	55"智能商用电视	台	7
16	46 寸拼接屏	台	36
17	24 路视频处理器	台	1
18	12 路视频处理器	台	1

19	拼接控制电脑	台	2
20	24 口网络交换机	台	13
21	8U 网络机柜	个	5
22	中心服务器	台	1
23	桌面扫描枪	个	6
24	32 寸高清显示屏	台	7
25	桌面小票打印机	台	1
26	语音显示器	台	9
27	实体墙挂式支架	个	36
28	附属软件部分		
28.1	分诊服务系统软件包	个	1
28.2	分诊管理系统软件包	个	1
28.3	分诊护士台系统包	个	10
28.4	通信控制器软件包	个	10
28.5	虚拟呼叫器软件包	个	154
28.6	自助签到软件包	个	1
28.7	查询服务	个	1
28.8	智能导诊	个	1
28.9	医院导航	个	1
28.10	医院动态	个	1
28.11	健康百科	个	1
28.12	智捷信息服务管理系统 reach	个	1
28.13	对接 HIS 接口	个	1
28.14	对接 LIS 接口	个	1

28.15	对接 UIS 接口	个	1
28.16	对接 RIS 接口	个	1
28.17	对接 PIS 接口	个	1
28.18	对接 EIS 接口	个	1
28.19	对接 PACS 接口	个	1
28.20	HIS 响应接口	个	1
28.21	LIS 响应接口	个	1
28.22	UIS 响应接口	个	1
28.23	RIS 响应接口	个	1
28.24	PIS 响应接口	个	1
28.25	EIS 响应接口	个	1
28.26	PACS 响应接口	个	1
28.27	自助胶片打印机		
28.27.1	结构	个	1
28.27.2	系统	个	1
28.27.3	显示器	台	1
28.27.4	A4 纸激光打印机	台	1
28.27.5	控制主机	台	1
28.27.6	干式胶片打印机	台	1

二、技术参数要求

序号	采购品目名称	技术指标
1	21.5 寸诊室显示屏	1、尺寸：21.5 寸 2、可视角：全视角 3、厚度：22mm 4、分辨率：≥1920×1080 5、亮度 (nits)：≥300 cd/m ² 6、CPU：不低于四核 1.2GHZ; 7、内存：≥1G 8、内置存储器：4G 9、网络：10M/100M 以太网、WIFI 10、操作系统：Android 4.1 以上液晶屏：LED 背光源 11、通讯接口：Ethernet、WIFI，可扩展至 3G 12、数据接口：USB3.0、RS-232、GPIO、IR 13、视频格式支持：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV 14、音频解码支持：MP3、MPA、WAV、AAC、PCM 15、图片支持：BMP、JPEG、GIF、PNG 16、功率 (W)：≤60W 17、工作电压：220V~ 60Hz 18、安装方式：吊挂/壁挂模式 19、屏寿命：>5 万小时 20、工作时间：可 7x24 小时不间断工作 21、开关机方式：可定时开关机

2	40 寸高清显示屏	1、对角线尺寸:40" 2、面板类型:60Hz LED BLU 3、分辨率: 1920x1080 (16:9) 4、点距(mm):0.15375(H) x 0.46125(V) 5、显示尺寸(HxV):885.6(H) x 498.15(V) 6、亮度(典型值):350nit 7、态对比度:5000:1 8、可视角度:(水平/垂直) 178:178 9、响应时间:8ms 10、发色数:10bit Dithering - 1.07Billion 11、设备尺寸:(宽 x 高 x 深) 925.4 x 541.0 x 93.6 12、重量(kg):设备重量 9.3KG
3	40 寸高清电视	1、对角线尺寸:40" 2、面板类型:60Hz LED BLU 3、分辨率: 1920x1080 (16:9) 4、点距(mm):0.15375(H) x 0.46125(V) 5、显示尺寸(HxV):885.6(H) x 498.15(V) 6、亮度(典型值):350nit 7、静态对比度:5000:1 8、可视角度:(水平/垂直) 178:178 9、响应时间:8ms 10、发色数:10bit Dithering - 1.07Billion 11、设备尺寸:(宽 x 高 x 深) 925.4 x 541.0 x 93.6 12、重量(kg):设备重量 9.3KG
4	58 寸高清显示屏	1、背光: LED 2、屏幕尺寸: 58 寸 3、分辨率: 1,920 x 1,080 4、静态对比度: 5000:1 5、响应时间: 9.5ms 6、可视角度 (水平/垂直): 176/176 7、亮度: 300 cd/m ² 8、尺寸(宽 x 高 x 深): 1308.0 x 770.4 x 91.2mm 9、重量: 17.2kg 10、电源: AC220-240V 50/60Hz 11、额定电源功率: 145 W 12、待机功耗: 0.3W 13、典型电源功率: 80 W 14、节能传感器: 有

5	58寸高清电视	<ol style="list-style-type: none"> 1、背光：LED 2、屏幕尺寸：58寸 3、分辨率：1,920 x 1,080 4、静态对比度：5000:1 5、响应时间：9.5ms 6、可视角度（水平/垂直）：176/176 7、亮度：300 cd/m² 8、尺寸(宽 x 高 x 深)：1308.0 x 770.4 x 91.2mm 9、重量：17.2kg 10、电源：AC220-240V 50/60Hz 11、额定电源功率：145 W 12、待机功耗：0.3W 13、典型电源功率：80 W 14、节能传感器：有
6	高清视频盒	<ol style="list-style-type: none"> 1、CPU：不低于2核1.5GHZ； 2、内存：≥1G 3、内置存储器：4G 4、网络：10M/100M以太网、WIFI 5、操作系统：Android 4.1以上 6、液晶屏：LED背光源 7、通讯接口：Ethernet、WIFI，可扩展至3G 8、数据接口：USB3.0、RS-232、GPIO、IR 9、视频格式支持：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV 10、音频解码支持：MP3、MPA、WAV、AAC、PCM 11、图片支持：BMP、JPEG、GIF、PNG 12、功率(W)：≤30W 13、工作电压：220V~60Hz 14、安装方式：吊挂/壁挂模式 15、屏寿命：>5万小时

▲7	语音播放盒	<p>★1、接口：1×miniUSB（迷你USB），1×sound（声音输出），1×COM</p> <p>2、电源：USB 供电</p> <p>3、通过先进的 TTS 语音搜索引擎技术，使系统能够同步、清晰和准确的发音。支持患者和医生姓名呼叫。</p> <p>4、支持中文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可灵活变更、设定；</p> <p>中文、数字的合成语音没有明显的合成听觉感受，达到正常人说话的效果；</p> <p>5、合成语音的语速可调节，能够支持句中字、词的语速、语调可独立调节；</p> <p>6、支持实时人名呼叫（如：“请患者张三到一楼 205 诊室体检”）。</p> <p>★7、提供特征多样化的音色选择，满足不同个性化应用的需求；</p> <p>8、针对多种领域提供更加优化的预处理方案，有效保障各个领域下语音合成效果准确、自然；</p> <p>9、先进的语料设计方案并扩充语料资源，为合成系统提供更加优化的候选单元；</p> <p>10、先进的语义分析预处理算法，使合成引擎能够更准确的针对上下文语义进行合成；</p> <p>11、先进的数字符号读法自动判断算法，并提供文本分析外部规则的定义和使用；</p>
----	-------	--

8	诊区功放	<p>1、额定输出功率：120W</p> <p>2、扬声器输出：100V & 4~16Ω</p> <p>3、输入灵敏度 & 输入阻抗：MIC 1, 2, 3: 5mV/600Ω，不平衡 TRS 端子输入</p> <p>MIC 2, 3 Line 输入：775mV/10KΩ，不平衡 RCA 端子输入</p> <p>AUX 1, 2: 350mV/10KΩ，不平衡 RCA 端子输入</p> <p>EMC: 775mV/10KΩ，不平衡 DG7.62 端子输入</p> <p>4、输出灵敏度 & 输出源阻抗：MIX OUT: 1000mV/470Ω，不平衡 RCA 端子输出载源电动势</p> <p>MIC 1, 2, 3: >12dB，不平衡 TRS 端子输入</p> <p>MIC 2, 3 Line 输入：>12dB，不平衡 RCA 端子输入</p> <p>AUX 1, 2: >20dB，不平衡 RCA 端子输入</p> <p>EMC: >12dB，不平衡 DG7.62 端子输入</p> <p>5、音调：低音:±10dB at 100Hz 高音:±10dB at 10KHz</p> <p>6、频响：50Hz~16KHz (+1dB, -3dB)</p> <p>7、信噪比：MIC 1, 2, 3: 66dB; AUX 1, 2: 80dB</p> <p>8、总谐波失真：1KHz 时 0.5%，1/3 输出功率</p> <p>9、默音功能：MIC 1 优先其他通道 0-30 dB 可调</p> <p>10、通道串音衰减：≤50dB</p> <p>11、散热：由前往后强制风冷，散热器温度 55 度时启动内置风扇</p> <p>12、保护：过热，过载&短路</p> <p>13、电源：~220V/50Hz</p> <p>14、最大耗散功率：200W</p> <p>15、重量：8.60Kg</p> <p>16、尺寸：484x303x88mm</p> <p>17、材质：黑色铝面板，SPCC 冷轧板材质机箱</p>
9	吸顶音箱	<p>1、额定功率（100V）：1.5W, 3W, 6W</p> <p>2、额定功率（70V）：0.75W, 1.5W, 3W</p> <p>3、阻抗：黑：Com 红：6.7KΩ/绿：3.3KΩ/白：1.7KΩ</p> <p>4、灵敏度：（1W/1M）89dB</p> <p>5、最大灵敏度：（W/1M）96dB</p> <p>6、频率响应：（-10dB）80-18KHz</p> <p>7、喇叭：单元 5"×1</p> <p>8、安装开孔尺寸：145mm</p> <p>9、尺寸：172 ×80mm</p> <p>10、重量：0.75Kg</p>

10	读卡器	<ol style="list-style-type: none"> 1、磁头寿命:高耐磨磁头, 寿命>5000,000 次 2、读磁条磁矫顽力: 普通磁条 300 Oe / 高抗(高密)磁条 2750 Oe 3、允许手动划卡速度: 读磁条(包括普通磁条和高抗磁条):10cm/s - 140cm/s 4、读磁道: ISO 标准第二磁道和第三磁道 5、读写磁记录密度: 第二磁道 75BPI /210BPI 可控, 第三磁道 210BPI 6、通过 PBOC 2.0 Level 1 认证 7、通过 EMV2000 Level 1 认证 8、通过 IC 卡读写器全国工业产品生产许可证
11	46 寸立式触摸一体机	<ol style="list-style-type: none"> 1、尺寸: 46 寸 2、分辨率: $\geq 1920 \times 1080$ 3、亮度 (nits) : $\geq 400 \text{ cd/m}^2$ 4、对比度: 1000: 1 5、CPU: 不低于双核 1.5GHZ; 6、内存: $\geq 1\text{G}$ 7、内置存储器: 4G 8、操作系统: Android 4.1 9、液晶屏: LED 背光源 10、通讯接口: Ethernet、WIFI、可扩展至 3G 11、数据接口: USB3.0、RS-232、GPIO、IR 12、视频格式支持:MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV 13、音频解码支持: MP3、MPA、WAV、AAC、PCM 14、图片支持: BMP、JPEG、GIF、PNG 15、功率 (W) : $\leq 140\text{W}$ 16、工作电压: 220V~ 60Hz 17、安装方式: 立式 18、产品尺寸: 高 1849.7*宽 690*厚 79.6 (mm) 19、屏寿命: >5 万小时 20、工作时间: 可 7x24 小时不间断工作 21、开关机方式: 可定时开关机
12	广播专用音柱	<ol style="list-style-type: none"> 1、功率: 60W 2、灵敏度: 91DB 3、频率响应: 20-10KHZ 4、产品高度: 950mm 5、材质: 全铝

13	分区功放	1、额定输出功率：1000W 2、输出：120V 备有监听输出 3、输出电流：4A 4、频率响应：60HZ~16KHZ $\leq \pm 2\text{db}$ 5、总谐波失真：0.1%(1KHZ 0db) 6、信噪比： $\geq 102\text{db}$ 7、输入灵敏度：0db/10K Ω 8、电源：220VAC/50HZ 9、多种保护功能:短路、过戴、延时
14	43'' 智能商用电视	1、屏幕尺寸：43'' 2、屏幕比例：16:09 3、分辨率：1,920 x 1,080 4、具有超级靓彩技术增强 5、声音输出(RMS)：20w 6、电源：AC220-240V 50/60Hz 7、功耗（最大）：93 W 8、待机功耗：0.3W 9、含包装箱(宽 x 高 x 深)：1200 x 645 x 144 mm 10、含底座(宽 x 高 x 深)：962.9 x 616.7 x 288.1 11、不含底座(宽 x 高 x 深)：962.9 x 561.3 x 66.9 mm
15	55'' 智能商用电视	1、背光：LED 2、英寸：55'' 3、HD/FHD/UHD：高清(FHD) 4、分辨率：1920 x 1080 5、图像处理引擎：HyperReal 6、虚拟环绕：DTS Studio Sound 7、DTS 编解码器：DTS Premium sound 5.1 8、声音输出(RMS)：20W(L:10W, R:10W) 9、音箱类型：2CH(Down Firing + Base Reflex) 10、正面外框颜色：黑色 11、含底座尺寸(宽高厚) (mm)：1230.6 * 762.8 * 226.5 12、不含底座尺寸-挂架部分(宽高厚) (mm)：1230.6 * 718.4 * 64.0 13、不含底座尺寸-音箱部分(宽高厚) (mm)：1230.6 * 718.4 * 64.0

16	46 寸拼接屏	<p>1、型号:46 寸</p> <p>2、分辨率:WUXGA 1920x1080</p> <p>★3、面板技术:S-PVA</p> <p>4、背光源:LED 背光（直下式）</p> <p>5、显示区域(mm):1018.08(W) x 572.67(H)</p> <p>6、点距(mm):0.53025</p> <p>7、拼缝（mm）:5.5</p> <p>8、工作分辨率:1920 x 1080p（向下兼容）</p> <p>9、色彩数:16.7 M</p> <p>10、色彩饱和度:72%</p> <p>11、对比度:3500:1</p> <p>12、亮度（cd/m²):500</p> <p>13、响应时间(ms):8</p> <p>14、视角:178°（水平）/ 178°（垂直）</p> <p>15、信号接口:输入 :HDMI x1, DVI x1, VGA x1, BNC x2, 输出: BNC x2</p> <p>★16、升级接口:USB x1（通过 U 盘直接可更新屏幕驱动程序，方便软件升级;且也可支持利用移动存储设备（U 盘），在单台设备上 上进行图片展示或播放高清宣传片。）</p> <p>17、控制接口:输入 : RS232 x1, 红外; 输出: RS232 x2</p> <p>18、输入电压:AC 90-264 V</p> <p>19、功耗:120 W</p> <p>20、物理尺寸:(W x H x D) mm 1021.9×576.6×114.5</p> <p>21、堆叠:任意矩阵类型</p> <p>22、工作环境:工作温度 1 ~ 40 °C</p> <p>23、工作湿度:10 ~ 85%</p> <p>24、工作模式:支持 7×24 小时</p> <p>25、寿命(小时):≥ 50,000</p>
----	---------	---

17	24 路视频处理器	<p>1、输入信号：合成 BNC 输入格式为 NTSC/PAL、VGA 接口、DVI-D 接口、SDI/HD-SDI、BNC 接口</p> <p>2、输入卡：CVBS、VGA、DVI、HDMI、SD-CARD、SDI/HD-SDI 等多种刀片式输入卡</p> <p>3、输入接口：DVI：24+5 针 DVI-I（母头）RGB：15 针 D-SUB（母头）</p> <p>4、输入最大分辨率：1920×1200@60Hz，2560×1600@60Hz（DVI 双链路）</p> <p>5、输出卡：DVI-I 连接器（能够同时输出数字信号和模拟信号）</p> <p>6、输出特性：24 路 DVI-I/RGB 信号</p> <p>7、输出最大分辨率：1920×1200@60Hz，2560×1600@60Hz（DVI 双链路）</p> <p>8、图形存储：每个显示通道 512M*48bit GDDR</p> <p>9、显示墙配置：任何矩形阵列</p> <p>10、显示单元组合：单机最大可接 72 个显示单元</p> <p>11、色彩深度：每像素 24 位，32 位</p> <p>12、控制协议：串口协议、网络协议</p> <p>13、操作方式：标准 RS-232、远程网络控制</p> <p>14、温度：0—70℃</p> <p>15、湿度：10%-90%无冷凝</p> <p>16、海拔：1000 英尺（3048 米）以下</p> <p>17、重量：95Kg</p> <p>18、工作电压：AC 100V-240V，50-60Hz</p> <p>19、最大功率：≤800W</p> <p>20、平均故障间隔时间（MTBF）：30000 小时</p>
----	-----------	---

18	12路视频处理器	<p>★1、输入信号：合成 BNC 输入格式为 NTSC/PAL、VGA 接口、DVI-D 接口、SDI/HD-SDI、BNC 接口</p> <p>2、输入卡：CVBS、VGA、DVI、HDMI、SD-CARD、SDI/HD-SDI 等多种刀片式输入卡</p> <p>★3、输入接口：DVI：24+5 针 DVI-I（母头）RGB：15 针 D-SUB（母头）</p> <p>4、输入最大分辨率：1920×1200@60Hz，2560×1600@60Hz（DVI 双链路）</p> <p>5、输出卡：DVI-I 连接器（能够同时输出数字信号和模拟信号）</p> <p>6、输出特性：12 路 DVI-I/RGB 信号</p> <p>7、输出最大分辨率：1920×1200@60Hz，2560×1600@60Hz（DVI 双链路）</p> <p>8、图形存储：每个显示通道 512M*48bit GDDR</p> <p>9、显示墙配置：任何矩形阵列</p> <p>10、显示单元组合：单机最大可接 72 个显示单元</p> <p>11、色彩深度：每像素 24 位，32 位</p> <p>12、控制协议：串口协议、网络协议</p> <p>13、操作方式：标准 RS-232、远程网络控制</p> <p>14、温度：0—70℃</p> <p>15、湿度：10%-90%无冷凝</p> <p>16、海拔：1000 英尺（3048 米）以下</p> <p>17、重量：95Kg</p> <p>18、工作电压：AC 100V-240V，50-60Hz</p> <p>19、最大功率：≤800W</p> <p>20、平均故障间隔时间（MTBF）：30000 小时</p>
19	拼接控制电脑	<p>1、处理器：Intel i5-4440</p> <p>2、内存：4G DDR3 1600Mhz</p> <p>3、显存：1G NVIDIA GT645 独显</p> <p>4、硬盘：1T 7200 转/分钟</p> <p>5、液晶显示器：19 寸</p> <p>6、接口：DVI</p>
20	24 口网络交换机	<p>1、端口：24 口</p> <p>2、速度：100M</p> <p>3、MAC 地址表：8K</p> <p>4、缓存：2Mbits</p> <p>5、尺寸：283mm×178mm×44mm</p>

21	8U 网络机柜	<ol style="list-style-type: none"> 1、门锁：三门带锁装拆式使系统布线维护更方便，更强的保密性 2、前门：全钢化玻璃前门 3、走线：上下线缆入口设计更方便接线 4、安装：快速安装插墙孔 5、尺寸：550x400x450
22	中心服务器	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品类别 机架式 2、产品结构 4U 3、处理器：Intel 至强 E7-4800 4、内存类型 DDR3 5、内存容量 32GB 6、最大内存容量 1TB 7、硬盘描述 2 块 300GB 10K 2.5 寸 SAS 硬盘 8、磁盘控制器 ServerRAID M5015 9、RAID 模式 RAID 0, 1
23	桌面扫描枪	<ol style="list-style-type: none"> 1、设备类型 固定式条码扫描器 2、产品尺寸 80x83x150mm 3、产品重量 340g 4、环境参数 操作温度：0-40℃ 5、存放温度：-40-60℃ 6、湿度：0-95%相对湿度 7、扫描类型：影像扫描（832*504 像素） 8、扫描角度：水平：46 度 垂直：28 度
24	32 寸高清显示屏	<ol style="list-style-type: none"> 1、对角线尺寸：32" 2、面板类型：60Hz D-LED BLU 3、分辨率：1920x1080（16:9） 4、点距：0.12125(H) x 0.36375(V) 5、显示尺寸（mm）：698.4(H) x 392.85(V) 6、亮度(典型值)：330nit 7、静态对比：5000:1 8、可视角度（水平/垂直）：178:178 9、响应时间：8ms 10、色数：16.7 M 11、色域(NTSC)：72% 12、显示时间：16/7

25	桌面小票打印机	<ol style="list-style-type: none"> 1、打印方式 行式热敏 最高打印速度 220 毫米/秒 2、打印宽度(mm) 79.5+0.5 3、接口类型 并口/串口/网口 4、电源电压(V) DC 24V/2.5A 5、工作温度(°C) 0-45 工作湿度 10-80% 6、存储湿度 -10~60
26	语音显示器	<ol style="list-style-type: none"> 1、采用 TFT 真彩液晶显示屏，10240×600 像素超大屏幕； 2、采用 USB 2.0 通讯接口，连接更加可靠； 3、用户可自行订制包含报价信息、固定文本、图片、时钟、滚动字幕等多个区域的顾客显示界面； 4、触屏版支持评价功能； 5、提供简单易用的动态连接库接口和 Web(JavaScript)接口，只需一个命令就能实现表格显示； 6、支持全屏广告式屏保； 7、兼容 NJF 语音指令集； 8、支持通用中文语音合成。
27	实体墙挂式支架	加厚实体墙挂式支架，钢管型表电喷涂处理，颜色：黑色。四周边缘装饰不锈钢
28	附属软件部分	
▲28.1	★医院分诊系统软件包	协调医院系统和分诊系统各软件有序工作，对接医院 HIS 系统及其他系统，为护士分诊台、医生工作站、通信控制软件提供服务。（提供厂家软件著作权登记证书复印件）
28.1.1	分诊管理系统软件包	<ol style="list-style-type: none"> 1、诊区管理，诊区管理，对诊区信息进行增加、删除、修改、查看等操作 2、诊室管理，对诊室信息进行增加、删除、修改等操作 3、用户管理，用户及用户权限管理 4、设备管理，对显示终端、语音终端、呼叫终端等设备进行增加、删除、修改等操作 5、日志管理，管理员登录后，可查看、备份、导出、删除所有后台用户操作的记录 6、统计报表，后台用户登录后，可以对患者的就诊数据进行统计分析，为医院管理者决策提供依据

28.1.2	分诊护士台系统包	<p>1、监视查看各诊室医生登陆情况及候诊队列；护士登录后，通过实时查看各诊室、科室、医生下面的候诊患者、待激活患者、就诊中患者、已就诊患者、医生登陆状态。</p> <p>2、患者签到激活患者并给诊室分配患者；患者挂号后来护士台，凭借挂号凭条或刷就诊卡进行签到。签到后该患者从待激活队列进入候诊队列，等候被呼叫</p> <p>3、候诊队列调整，根据现场情况调整候诊患者的呼叫顺序</p> <p>4、复诊队列管理，查看复诊患者，并重新排入候诊队列。</p>
28.1.3	通信控制器软件包	<p>1、接收服务器发送的分诊信息。</p> <p>2、控制硬件语音盒或 TTS 软件来合成并播放叫号信息。</p> <p>3、在 LCD 电视上显示医生呼叫患者的信息内容。</p>
28.1.4	虚拟呼叫器软件包	<p>医生登陆、退出软件；医生通过密码或刷卡等方式登陆或退出系统</p> <p>查看候诊患者信息；医生登录后，可以实时查看自己可以呼叫的候诊患者队列、已就诊队列。</p> <p>医生工作站在退出时，医生自动退出、当前就诊中患者自动就诊完毕。</p> <p>医生工作站支持快捷键相应，自动隐藏。</p> <p>刷新机制：定时刷新、手动刷新</p> <p>查看就诊完毕患者信息；在患者就诊完毕后，医生可以查看已就诊后的患者，并重新进行呼叫</p> <p>顺呼、重呼、特呼、延后呼叫患者。</p> <p>1. 医生在某个诊室电脑上输入用户名和密码登录后，该诊室即处理挂号的就诊病人队列；排队系统自动定位医生诊室。</p> <p>2. 顺序呼叫：正常呼叫第一位或下一位等候者。</p> <p>3. 重复呼叫：当呼叫等候者没有及时响应，可以多次重新呼叫该患者。</p> <p>4. 优先呼叫：碰到紧急或有特殊关系的等候者，可优先呼叫。</p> <p>5. 延后呼叫：多次呼叫后，等候者仍没有响应，可以把该号码延后到当前队列的最后，以保证该患者还有被呼叫的机会。</p> <p>6. 支持门诊分诊、检查、抽血、取药模式。</p> <p>7. 支持边界隐藏显示方式（仿 QQ）。</p> <p>8. 支持以接口方式嵌入到第三方软件中。</p> <p>9. 专业开发、界面直观、操作简单。</p>
28.1.5	自助签到软件包	<p>识别患者身份完成签到，签到后该患者等候被呼叫。安装在自助签到终端，识别就诊卡或条码完成签到，签到后该患者从待激活队列进入候诊队列，等候被呼叫。</p>
28.2	查询服务	<p>药品价格、诊疗项目价格查询</p>

▲28.3	★导诊系统软件包	通过人体结构图和症状问答方式，模拟临床医生问诊流程，帮助患者查看科室。（提供厂家软件著作权登记证书复印件）
28.4	医院导航	医院简介、科室介绍、医生介绍、就诊流程、院内楼层科室分布。
28.5	医院动态	医院最新动态，包括停诊、健康讲座、义诊等信息。
28.6	健康百科	患者可查看医学知识。
28.7	★智捷信息服务管理系统 reach	病人健康宣教及医患互动等服务
28.8	对接 HIS 接口	可通过 HIS 获取门诊各科室挂号、科室、医生、药房取药、导诊物价相关数据信息
28.9	对接 LIS 接口	可通过 LIS 采集检验排队患者信息
28.10	对接 UIS 接口	可通过 UIS 采集超声科排队患者信息
28.11	对接 RIS 接口	可通过 RIS 采集放射科排队患者信息
28.12	对接 PIS 接口	可通过 RIS 采集病理科排队患者信息
28.13	对接 EIS 接口	可通过 EIS 采集内镜排队患者信息
28.14	对接 PACS 接口	可通过 PACS 采集影像相关的科室、医生队患者信息
28.15	HIS 响应接口	HIS 可提供门诊各科室挂号、科室、医生、药房取药、导诊物价相关数据信息，并与系统进行数据交换
28.16	LIS 响应接口	LIS 可提供检验排队患者信息
28.17	UIS 响应接口	UIS 可提供采集超声科排队患者信息
28.18	RIS 响应接口	RIS 可提供采集放射科排队患者信息
28.19	PIS 响应接口	PIS 可提供采集病理科排队患者信息
28.20	EIS 响应接口	EIS 可提供采集内镜排队患者信息
28.21	PACS 响应接口	PACS 可提供采集影像相关的科室、医生队患者信息
▲28.22	自助胶片打印机	
28.22.1	结构	具有一体化外壳，包含医用干式相机、A4 普通纸打印机和网络连接

28.22.2	系统	能够连接医院网络获得就医者的诊断报告（A4 普通纸）和医用干式胶片，便于使用及安全，终端换纸及胶片采用前开门方式，并具有封闭装置使得病人无法直接接触到胶片抽屉，输入设备默认使用条形码扫描方式认定就医者信息。
28.22.3	显示器	1、尺寸：≥17” 液晶显示器；亮度≥300cd/m ² ； 2、对比度：≥2000: 1（动态） 3、触摸屏：≥17” 红外触摸屏,分辨率≥4096*4096 4、感应时间：≤16ms； 5、透光率：≥92%
28.22.4	A4 纸激光打印机	黑白（可选配彩色）
28.22.5	控制主机	内存容量≥1G, 硬盘容量≥320G, 配备 RJ-45 网络接口和外置 USB 接口
28.22.6	干式胶片打印机	1、★打印技术：直接热敏成像，采用 U 型双热敏点打印。输出效率：≥100 张胶片/小时 2、灰阶对比分辨率：12 比特（4096） 3、空间分辨率：≥320DPI 4、输出效率：≥100 张胶片/小时 5、打印介质输入：三个供片槽，每个 100 张片量 6、打印介质输出：一个出片收纳槽，单个可收纳 50 张片量 7、胶片类型：热敏胶片，无需避光保存，支持明室操作，无需空气过滤装置。 8、★支持介质：必须同时支持蓝基银盐胶片、黑白灰阶白基胶片两种介质。可选配彩色白基胶片。 9、介质尺寸：蓝基银盐胶片：8”×10”，11”×14”，14”×17” 黑白灰阶白基胶片：A, A4, 14”×17”，彩色白基胶片：A4。 10、胶片最高光学密度：≥3.10 OD 11、干式胶片打印机具备智能卡，智能卡内置干式胶片打印机设置参数，干式胶片打印机更换使用通过交换智能卡实现。

备注：本项目“▲”标记的须提供制造商或国内总代理商针对本项目的授权书原件，不提供视为实质性不响应；“★”为重要技术参数；自助胶片打印机为医疗器械产品。

三、商务要求

（一）质量保证

- 1、所有设备必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。

- 2、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。
- 3、所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。
- 4、所投的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。

（二）交货时间和地点

- 1、交货地点：采购人指定地点
- 2、交货时间：合同签订后30天内交货、安装调试并通过验收。

（三）安装调试

- 1、所有设备均由供货方免费送货至买方指定的交货地点并安装调试好，安装调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准。
- 2、卖方应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如：设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备中英文使用说明和维护手册等。
- 3、应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。
- 4、卖方须负责对用户方的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，学会为止。
- 5、卖方需配合买方完成实训教材开发等相关教学合作项目，具备较好技术支撑。

（四）售后服务要求

- 1、所有设备质保期 1 年，质保期自设备验收之日起计算，保修费用已计入总价。
- 2、投标人应提供满足设备质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包含在投标价格之内。
- 3、投标人必须在用户所在地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话 2 小时内响应，48 小时内派工程技术人员上门维修且处理完毕。规定时间内未处理完毕的，投标人提供不低于同等档次设备供用户使用至故障设备正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。
- 4、对质保期内的故障报修，如投标人未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由投标人承担，由于投标人的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
- 5、质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由用户承担，投标人提供有偿服务。
- 6、质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由投标人负责免费更换及维修。

（五）付款方式

合同签订后预付 30%，设备硬件到货后付款至合同金额的付 30%，设备安装调试结束，提交全部报告材料，并通过正式验收后付款至合同金额的 95%，剩余 5%保修期满付清，质保期：1 年（具体以合同约定为准）。

第五章 合同主要条款（参考文本）

合同编号： GXJTHN-ZFGK2016064

签订地点： XXXX

签订时间： XXXX 年 XX 月 XX 日

采购人（甲方）： _____

投标人（乙方）： _____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及广西建通工程咨询有限公司采购数字化医用显示器及其附属配置项目（项目编号：GXJTHN-ZFGK2016064）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

货物品名	规格 型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	随机 配件	交货期

二、合同总价

合同总价为人民币大写： _____元，即¥ _____元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后 30 天内交货、安装调试并通过验收。

2. 交货方式：以合同约定为准。

3. 交货地点：采购人指定地点。

五、付款方式

由甲方按下列程序付款：

合同签订后预付 30%，设备硬件到货后付款至合同金额的付 30%，设备安装调试结束，提交全部报告材料，并通过正式验收后付款至合同金额的 95%，剩余 5%保修期满付清，质保期：1 年（具体以合同约定为准）。

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为 1 年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可提供终身有偿维修保养服务。

2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后 24 小时内响应，3 日内到达现场用户现场维修。若未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收:

验收由甲方组织，乙方配合进行：

1) 货物在乙方通知安装调试完毕后____日内初步验收。初步验收合格后，进入____试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后____日内完成最终验收；

2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式五份。甲、乙双方各执两份，（监管部门）和采购代理机构各一份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

见证单位： （盖章）

法定代表人（授权代表）：

地 址：

电 话：

传 真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX

第六章 评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 18 号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

(1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

(2) 要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

(3) 推荐中标候选投标人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人；

(4) 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6 评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7 评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

2、评标方法

2.1 本项目评标方法为：综合评分法。

3、评标程序

3.1 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

- (1) 未按照招标文件规定交纳投标保证金的；
- (2) 不具备招标文件第三章中规定的资格要求的；
- (3) 未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；
- (4) 投标人投标报价超出本项目预算价，且采购人无法支付的；
- (5) 招标文件规定的其他无效投标情形；

3.1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标

文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

(1) 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合招标项目的要求，且招标采购单位无法接受的；

(2) 未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

(3) 附有采购人不能接受的条件或者不符合招标文件规定的其他实质性要求。

3.1.3 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4 推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。

3.5 本项目采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.6 编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- (1) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (2) 购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
- (3) 评标方法和标准；
- (4) 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- (5) 评标结果和中标候选投标人排序表；
- (6) 评标委员会的授标建议。

4. 评标细则及标准

4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：价格、技术、业绩、服务、对招标文件的响应程度等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

- (1) 文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和

计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

(2) 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

(3) 认定的其他非实质性偏离。

4.5 商务技术评分

4.5.1 商务技术评分的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

4.5.2 商务技术评分见综合评分表（见附表）

5、废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在法定指定媒体上公告，并公告废标的详细理由。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 招标人在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，招标人在法定指定媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对投标人的资格条件和投标人提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评审情况。

7.4 发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复投标人质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

8. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目投标人中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问，与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

8.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

综合评分标准表（100分）

序号	评分因素及权重	分值	评分标准
1	技术指标和配置对招标文件的响应性	55分	采购需求中，带“★”的技术指标，每有一项偏离扣4分，非“★”技术指标每有一项偏离扣2分，扣完为止。
2	同类业绩	6分	提供同类业绩一份得3分，本项总分6分。
3	综合实力	5分	投标人的企业信誉及履约能力；综合评价：优得5分；一般得3分；差0分。（提供企业或制造商资信情况、获奖情况、财务状况等方面证明材料）。
4	质量保证及售后服务	4分	根据投标人承诺的质量保证范围，保修时间，本地化售后服务，维修响应时间等进行综合分析比较评分，优得4分；一般得2分；差得0分。
5	投标报价	30分	价格得分=（评标基准价/投标报价）×权重×100（评标基准价指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）。
合计		100分	

备注：

1、价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括设备、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2、评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

第七章 投标文件格式

一、投 标 函

广西建通工程咨询有限责任公司：

我方全面研究了“_____”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权_____（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币_____万元（大写：_____）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币_____元（大写：_____）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本 1 份，副本 4 份，电子文档（光盘或 U 盘）1 份，用于开标唱标的“开标一览表”壹份。

5、我方承诺投标有效期为开标后 60 天（日历日）。

6、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期：

二、法定代表人授权书

广西建通工程咨询有限责任公司：

本授权声明：_____（投标人名称）_____（法定代表人（负责人）姓名、职务）授权_____（被授权人姓名、职务）为我方“_____”项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（负责人）签字：

授权代表签字：

投标人名称：（盖章）

日期：

- 附：** 1. 法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）
2. 授权代表身份证复印件（加盖公章）

三、生产企业授权委托书

广西建通工程咨询有限责任公司：

作为生产_____（产品名称）的_____（生产企业全称），我企业在此授权_____（投标投标人）用我厂（公司）生产的产品参加_____（招标编号：_____）采购活动，递交投标文件并签署购销合同。

我厂（公司）郑重承诺：中标后我企业将无条件按照授权所投品种在交易期内保证货物的货源和质量，如有违反，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及政府采购相关法规及条例承担法律责任。

授权期限为：2016年____月____日起至本次中标货物采购期结束。

购销合同规定的招标采购期限与本授权书的有效期限应一致。若购销合同规定的招标采购期限延期，本授权书期限自动顺延到招标采购期限届满。此授权书一经授出，在投标截止期后将不作任何修改。

生产企业名称（盖章）_____

联系电话、传真：_____

法定代表人（签字）_____

日期：____年____月____日

投标人（盖章）：_____

- 备注：**
1. 投标人也可提供制造厂家（代理商）自有的授权格式文件。
 2. 必须附售后服务承诺函原件。

四、无重大违法记录的声明函

致广西建通工程咨询有限责任公司：

本公司_____（公司名称）参加_____（项目名称）的
投标活动，现承诺：

我公司参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目
前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：_____（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期： 年 月 日

五、资格承诺函

致广西建通工程咨询有限责任公司：

本公司_____（公司名称）参加_____（项目名称）
的采购活动，现承诺：

我公司满足下列投标人的资格要求：

（一）如为信息系统采购项目，投标人不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其它资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：_____年 月 日

六、其他资格证明材料

(1) 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他经济组织，需提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（复印件）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近 3 年任意年度财务审计报告）（复印件）；

(3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2016 年任意 1 个月的企业纳税证明和社保缴费记录）（复印件）；

(4) 投标人不是制造商的必须提供制造商或国内代理商针对本项目主要产品的授权书原件；

(5) 所投产品为医疗器械的投标人须具有医疗器械经营企业许可证；

(6) 所投产品为医疗器械的须具有中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表；

(7) 购买本项目的招标文件并缴纳投标保证金（银行转账凭证复印件）。

注：1、若为三证合一的投标单位，只需提供营业执照；

2、投标人应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责；

3、以上要求投标人提供的资格证明文件复印件必须加盖投标人印章；

七、开标一览表

招标编号/包号：

项目名称：

包号	项目内容	投标报价 (人民币/元)	交货期	备注
		大写： 小写：		

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包含完成本项目的全部费用。

2. “开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人（负责人）或授权代表签字并盖投标人印章。

3. “开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称： （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：

八、分项报价明细表

招标编号/包号：

项目名称：

序号	产品名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	金额	备注
分项报价合计（人民币/元）：								

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

九、技术需求响应表

招标编号/包号：

项目名称：

序号	招标文件技术要求	投标技术响应情况	偏离/响应	备注

- 注：1. 投标人须把采购需求的技术要求列入此表。
2. 按照采购需求技术要求的顺序对应逐条应答。
3. 投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

十、商务应答表

招标编号/包号:

项目名称:

序号	招标要求	投标应答	偏离/响应	备注

- 注: 1. 投标人必须把采购需求的商务要求列入此表。
2. 按照招标项目商务要求的顺序对应填写。
3. 投标人必须据实填写, 不得虚假填写, 否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称: (盖章)

法定代表人或授权代表(签字):

日期:

十一、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号/包号:

项目名称:

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明 (附复印件)			
					证书名称	级别	证号	专业
管 理 人 员								
技 术 人 员								
售 后 服 务 人 员								

说明: 格式可自定

投标人名称: (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

日期:

十二、质量保证和售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 一、质量保证承诺：
- 二、售后服务承诺：

投标人名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

十三、其他材料

投标人根据商务技术评分要求认为需提供其他说明材料,格式自定

投标人名称: (盖章)

法定代表人或授权代表(签字):

日期: