



招 标 文 件

采购方式：公 开 招 标

采购编号：HNZC2016-430-001

项目名称：针灸康复理疗科及
康复医学科设备

采 购 人：儋州市第一人民医院

采购代理：海南政采招投标有限公司

2016 年 12 月



目 录

第一章	投标邀请函
第二章	用户需求书
第三章	投标人须知
第四章	合同条款
第五章	投标文件内容和格式
第六章	评审方法和程序
附表 1、	初步审查表
附表 2、	技术商务评分表



第一章 投标邀请函

海南政采招投标有限公司受儋州市第一人民医院的委托，就（采购编号：HNZC2016-430-001、针灸康复理疗科及康复医学科设备）项目所需的货物及相关服务，组织公开招标，欢迎合格的国内供应商提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或项目基本概况及采购预算

- 1、名称：针灸康复理疗科及康复医学科设备
- 2、用途：工作需要
- 3、数量及分包：一批不分包（详见用户需求书）
- 4、简要技术要求或项目基本概况：儋州市第一人民医院采购医疗设备，其他详见《用户需求书》
- 5、采购预算：103.2656 万元，投标报价超出采购预算的视为无效投标。

二、供应商资格要求

- 1、必须在本公司报名并购买招标文件参加本项目的，并按时提交投标保证金的。
- 2、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证、税务登记证复印件或“一照三号”或“一照一码”营业执照副本复印件也视为同等有效证明）。
- 3、提供 2016 年任意一个月的社保和纳税证明。



- 4、须具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，投标产品须具有中华人民共和国医疗器械注册证，非医疗器械须有该产品产品合格证。
- 5、投标人不是制造商的，必须获得设备制造商或国内总代理针对本项目的直接授权并提供授权书和售后服务承诺书。（详见用户需求书）
- 6、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函。
- 7、投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则投标文件将被拒绝。
- 8、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价和保证金缴纳相关事项

- 1、获取招标文件时间：2016年12月19日起至2016年12月23日（上午9:00-12:00 下午14:30-17:00）
- 2、获取招标文件地点（联系电话）：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座梁安伟先生 18976367180
- 3、获取招标文件方式：**报名购买，出示投标单位法人授权委托书原件、营业执照副本原件、营业执照复印件（加盖公章）。**
- 4、招标文件售价：人民币100元/套（售后不退）
- 5、保证金缴纳相关事项

投标保证金的金额：10000元



投标保证金到账截止时间：2017年01月08日11时00分

投标保证金缴纳帐户名称：海南政采招投标有限公司

开户银行：中国工商银行海口国贸支行

帐号：2201028119200122488

财务联系人：郑小姐 联系电话：0898-68501523

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年01月09日09:30-10:00时（北京时间）

2、投标截止时间、开标时间：2017年01月09日10:00时（北京时间）

3、开标地点：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座开标厅

五、采购信息及采购结果发布媒体

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）、海南省人民政府网（www.hainan.gov.cn）

六、采购人的名称、地址和联系方式

1、采购人名称：儋州市第一人民医院

2、采购项目联系人：符先生

3、采购人地址：儋州市那大镇人民中路128号

4、联系电话：0898-23835034

七、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、代理机构名称：海南政采招投标有限公司



- 2、项目联系人：贾玲
 - 3、代理机构地点：海口市国贸路 49 号中衡大厦 13 楼 A 座
 - 4、联系电话：0898-68501635/13976096820
- 电子邮箱：JL_1399@163.com
- 传真：0898-68501527 邮编：570125

海南政采招投标有限公司

2016 年 12 月



第二章 用户需求书

- 一、交付时间与地点要求：合同签订后 30 天内。 地点：用户指定地点。
- 二、付款条件：由双方协商
- 三、供应商资格要求：见投标邀请函
- 四、验收要求：按标书技术参数和国家行业标准进行验收
- 五、伴随服务要求：
- 六、用户的配合条件；
- 七、技术要求：

采购清单表

序号	采购品目名称	数量	单位	制造商授权书
1	组合皮软垫	1	套	
2	楔形垫	1	个	
3	65cm 巴氏球	2	个	
4	儿童滚桶	1	个	
5	坐姿矫正椅	3	张	
6	分指板	1	个	
7	儿童站立架	1	台	
8	儿童倾斜站立架	1	台	
9	踝关节矫正板	1	个	
10	软包积木	1	套	
11	儿童肋木	1	个	
12	儿童平衡杆	1	套	



13	儿童训练用阶梯	1	套	
14	矫正镜	1	面	
15	木插板	1	套	
16	儿童沙袋	2	套	
17	套圈	1	套	
18	手功能组合训练箱	2	箱	
19	经颅磁脑病生理治疗仪	1	台	需要提供
20	双轮助行器	1	个	
21	双轮助行器	1	个	
22	爬行架	1	个	
23	儿童站立架	1	张	
24	儿童液压踏步器	1	套	
25	高级防潮软垫	3	张	
26	PT 训练床	3	张	
27	儿童梯椅	1	张	
28	平衡板	2	个	
29	按摩大龙球	1	个	
30	痉挛肌治疗仪	1	台	需要提供
31	经皮神经电刺激仪	1	台	需要提供
32	可调式 OT 桌	2	张	
33	熏蒸治疗机	3	台	需要提供
34	电动直立床	1	张	
35	平行杠	1	套	
36	可调式 OT 桌	2	张	



37	股四头肌训练椅	1	张	
38	踝关节活动训练器	1	个	
39	站立架	1	个	
40	下肢功率车	1	个	
41	踝关节训练器	1	个	
42	滚桶	1	个	
43	楔形垫	2	个	
44	牵引网架	1	套	
45	体操棒与抛接球	1	套	
46	重锤式手指肌力训练桌	1	张	
47	可调式沙磨板及附件	1	套	
48	腕关节屈伸训练器	1	个	
49	抽屉式阶梯	1	套	
50	肋木	2	个	
51	几何体阶梯	1	套	
52	分指板	3	个	
53	上肢协调功能练习器	2	个	
54	作业训练器	1	个	
55	空气波压力治疗仪	1	台	
56	步行训练用斜板	1	个	
57	角度尺	1	个	
58	体重计	1	个	
59	握力计	1	个	
60	背力计	1	个	



61	秒表	1	个	
62	多功能关节活动测量表	1	个	
63	吞咽神经和肌肉电刺激仪	1	套	需要提供
64	言语训练训练卡	1	套	
65	经颅磁脑病生理治疗仪	1	台	需要提供
66	经皮神经电刺激仪	1	台	需要提供
67	痉挛肌治疗仪	1	台	需要提供
68	电脑中频治疗仪	1	台	
69	极超短波治疗机	1	台	需要提供
70	多体位手法治疗床	1	张	
71	电针治疗仪	10	台	
72	熏蒸治疗机	1	台	需要提供



参考配置及技术要求

1、组合皮软垫（1套）

1.1 规格(cm)：180×120×6

1.2 重量：6.0kg

1.3 用途：各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练

2、楔形垫（1个）

2.1 材质：防滑布、重质海绵、软

2.2 重量：2.4kg

2.3 用途：卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练者

3、65cm 巴氏球（2个）

3.1 规格(cm)：Φ65

3.2 重量：1.8kg

3.3 材质：pvc 材质

3.4 用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛

4、儿童滚桶（1个）

4.1 规格(cm)：Φ22×80

4.2 重量：3.0kg


4.3 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练

5、坐姿矫正椅（3张）

5.1 规格(cm)：72×60×80

5.2 重量：16.0kg

5.3 用途：2-6岁脑瘫患儿进行坐位保持、坐位平衡、矫正姿势、防止和治疗畸形



6、分指板（1个）

6.1 规格(cm)：24×22×6

6.2 重量：0.3kg

6.3 用途：矫正手指的屈曲挛缩内收畸形

7、儿童站立架（1台）

7.1 规格(cm)：98×70×90~122

7.2 重量：39.0kg

7.3 用途：10岁以下站立功能障碍儿童进行站立训练

8、儿童倾斜站立架（1台）

8.1 规格(cm)：82×48×75

8.2 厚度(mm)：15

8.3 用途：腹卧位站立训练、训练颈部伸肌、矫正畸形

9、踝关节矫正板（1个）

9.1 规格(cm)：37×31×2

9.2 重量：4.0kg

9.3 用途：矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形

10、软包积木（1套）

10.1 小方块(cm)：30×30 四个

10.2 圆柱(cm)：Φ30×80 两个

10.3 方柱(cm)：Φ80×30×30 两个

10.4 长方形(cm)：66×30×30 两个

10.5 三角形(cm)：65×18×65

10.6 用途：可调高儿童的目测能力，手、眼、脑协调能力，进行肌力训练



11、儿童肋木（1个）

11.1 规格(cm)：85×52×168

11.2 重量：20.0kg

11.3 用途：借助木杠进行上下肢关节活动范围和肌力训练，坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练

12、儿童平衡杠（1套）

12.1 杠杆宽度调节范围：4-6cm

12.2 杠杆高度调节范围：50-85cm

12.3 额定载荷：80kg

12.4 矫正板坡度：15°

12.5 规格（cm）（长×宽×高）：290×61×50-90cm

12.6 平行杠稳定性：着地平稳，无晃动

12.7 平行杠额定载荷：80kg

12.8 重量：124.0kg

12.9 用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髌外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病的儿童步态练习

13、儿童训练用阶梯（1个）

13.1 规格(cm)：337×67×111~143

13.2 重量：97.0kg


13.3 扶手杠调节范围(cm)：0~20

13.4 扶手杠侧向额定载荷：70kg

13.5 阶梯额定载荷：97kg

13.6 阶梯扶手高度可调范围为(cm)：0~20

13.7 用途：用于患者恢复日常生活中的上下楼梯功能



14、矫正镜（1面）

14.1 规格(cm)：85×67×191

14.2 重量：28.0kg

14.3 镜面玻璃厚度：0.5cm

14.4 镜面带网格线

14.5 用途：各种姿势矫正训练

15、木插板（1个）

15.1 规格(cm)：60×29×21~30

15.2 插棒规格： 2.5×10

1.8×9

1.3×8

15.3 重量：5.4kg

15.4 用途：作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者眼一手协调功能

16、儿童沙袋（2套）

16.1 规格(cm)：67×33×76

16.2 重量：8.4 kg

16.3 用途：肌力训练关节牵引

17、套圈（1套）


17.1 规格(cm)：42×25×7

17.2 重量：2.3kg

17.3 立杆直径（cm）：2.5

17.4 外形尺寸（cm）：50×42×17

17.5 用途：训练患者眼一手协调功能



18、手功能组合训练箱（2箱）

18.1 规格(cm)：55×40×14

18.2 重量：9.0kg

18.3 用途：组合训练患者眼一手协调功能，改善手指功能，提高手协调性、灵活性

19、经颅磁脑病生理治疗仪（1台）

19.1 交流电压 220V±22V，频率 50Hz±1Hz

19.2 额定输入功率：80VA

▲ 19.3 二路磁场输出

▲ 19.4 磁场输出参数：

19.4.1 变频磁场感应频率 F1-F6 可调（5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz）
六种频率输出，可自动连续变频，自动切换一次需 10s±1s

19.4.2 设有定频模式，可任意选择其中一种频率(F1-F6)输出

19.4.3 每个电磁体磁感应强度分两档输出，弱档：3mT-13mT；强档：13mT-25mT

19.4.4 磁疗治疗时间可在 20min 和 30min 两档中任意设定

▲ 19.4.5 磁疗帽有六个治疗体对应头部六个穴位并具有震动按摩功能

19.5 立式带脚轮，移动方便

▲ 19.6 入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录

20、双轮助行器（1个）

20.1 规格(cm)：47×43×43

20.2 重量：4.8kg

20.3 扶手宽度(cm)：43

20.4 承载重量(kg)：100

20.5 用途：辅助代步工具

21、双轮助行器（1个）



21.1 规格(cm): 46×43×61

21.2 重量: 4.8kg

21.3 扶手宽度(cm): 43

21.4 承载重量(kg): 100

21.5 用途: 辅助代步工具

22、爬行架 (1 个)

22.1 规格(cm): 80×40×47~62

22.2 支脚调节范围: 30mm×5

22.3 额定承载重量: 50kg

22.4 重量: 3.3kg

22.5 用途: 训练脑瘫患儿或发育迟缓儿童上肢的支撑及爬行能力

23、儿童站立架 (1 张)

23.1 规格(cm): 80×65×132

23.2 重量: 27.0kg

23.3 背部垫升降调节范围(cm): 不小于 20

23.4 臀部垫升降调节范围(cm): 不小于 20

23.5 膝部垫调节范围(cm): 前后: 0~15

上下: 不小于 20

左右: 23~40

23.6 额定载额: 60.0kg

23.7 用途: 10 岁以下站立功能障碍儿童进行站立训练

24、儿童液压踏步器 (1 套)

24.1 规格(cm): 70×56×97

24.2 重量: 19.0kg

24.3 用途: 下肢关节活动度及肌力训练



25、高级防潮软垫（3张）

25.1 内层：软垫内层采用软质泡沫聚合材料

25.2 规格(cm)：200×120×10

25.3 重量：12.0kg

25.4 用途：各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练

26、PT 训练床（3张）

26.1 规格(cm)：191×125×48

26.2 床面尺寸(长×宽)cm：191×125

26.3 重量：53.0kg

26.4 额定载荷：135.0kg

26.5 用途：用于 PT 训练患者床上活动

27、儿童梯椅（1张）

27.1 规格(cm)：65×41×100

27.2 重量：6.0kg

27.3 面板(cm)：1.5

27.4 用途：坐站转移训练，站立训练，平衡训练

28、平衡板（2个）

28.1 规格(cm)：90×70×22

28.2 最大承载重量为：135kg

28.3 重量：11.0kg

28.4 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡协调训练



29、按摩大龙球（1个）

29.1 规格(cm)：Φ70

29.2 重量：1.0kg

29.3 用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛

30、痉挛肌治疗仪（1台）

30.1 两组四路脉冲输出

30.2 交流电压 $220V \pm 22V$ ，频率 $50Hz \pm 1Hz$

30.3 额定输入功率：78VA

30.4 输出脉冲周期从 1s~2s 可调，允差 $\pm 20\%$

30.5 输出脉冲宽度从 0.1ms~0.5ms 连续可调，允差 $\pm 30\%$

30.6 输出波形：矩形波

30.7 治疗仪每路输出电流有效值不大于 50mA

30.8 第二路输出脉冲 B1 比第一路输出脉冲 A1 延时时间为 0.1s~1.5s 连续可调，允差 $\pm 20\%$ ，第四路输出脉冲 B2 比第三路路输出脉冲 A2 延时时间为 0.1s~1.5s 连续可调，允差 $\pm 20\%$

30.9 治疗定时时间分为 5min、10min、15min、20min、25min、30min 六档，可任意设置

30.10 脉冲周期、宽度、电流强度可连续调节；

30.11 每组输出两路电流交替输出，两路之间的延时时间可调

30.12 脉冲时间和延迟时间有条码灯显示

30.13 四路两组独立输出，可以同时治疗两个病人或者一个人的两个部位

▲ 30.14 入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录

31、经皮神经电刺激仪（1台）

31.1 六路矩形波脉冲输出, 可治疗六个患者或六个部位

31.2 交流电压 $220V \pm 22V$ ，频率 $50Hz \pm 1Hz$

31.3 额定输入功率：70VA

31.4 输出脉冲频率从 2Hz—160Hz 范围内，连续可调，允差 $\pm 20\%$



31.5 输出脉冲宽度从 $40\mu\text{s}$ ~ $500\mu\text{s}$ 范围内，连续可调，允差 $\pm 20\%$ ，治疗仪每路输出电流有效值不大于 50mA

31.6 治疗定时时间分为 5min、10min、15min、20min、25min、30min 六档，可任意设置，每档时间允差 $\pm 10\%$

31.7 具有连续输出、慢速断续输出及快速断续输出三种治疗模式

31.8 输出低频脉冲电流，频率可连续调节；

▲ 31.9 入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录

32、可调式 OT 桌（2 张）

32.1 规格（cm）：120×75×60~80

32.2 重量：41.0kg

32.3 用途：作业训练用桌，桌面高度可调节

33、熏蒸治疗机（3 台）

33.1 电源电压：交流电压 220V，频率 50Hz

33.2 额定输入功率：2400W

33.3 治疗温度：0~99℃可调(60~99℃为煎药温度)

33.4 时间：0~99min 可调

33.5 最大加液量：20L

33.6 熏蒸槽尺寸： $\geq 1200\text{cm} \times 250\text{cm}$

33.7 全电脑控制，自动恒温，自动定时、治疗结束自动报警

33.8 具有双重温控保护功能

33.9 关键部位采用不锈钢制作，永久防腐

33.10 具备自动控送中药蒸汽功能，可增加疗效

33.11 自动防止干烧

33.12 自动漏电保护

33.13 采用数码管显示视窗

33.14 既可局部熏蒸，也可全身熏蒸



34、电动直立床（1张）

34.1 电源：AC220V 频率：50Hz

34.2 功率：180VA

▲ 34.3 控制方式：手柄控制、RF 遥控控制及微电脑控制三种方式，更加方便临床操作

▲ 34.4 音乐播放：MP3 随意播放

34.5 遥控：RF 遥控

34.6 遥控有效距离：3m

34.7 床面尺寸：1780×620mm

34.8 床面离地高度 550mm

34.9 外形尺寸：2050×840×830mm

34.10 起立角度：0°～90° 连续可调

34.11 脚踏板上下调整角度：-25°～25° 可调（允差±2°）（相对水平向上为正）

34.12 脚踏板内外调整角度：-30°～30° 可调（双板）（允差±3°）

34.13 可任意设定时间 0～60min 可调，起立设定 0～9 秒可调，间歇设定 0～90 秒可调

34.14 控制方式包括：手柄控制、RF 遥控控制及微电脑控制三种方式，更加方便临床操作

34.15 控制驱动系统采用五个电机运行设备，实现电动控制

35、平行杠（1套）

35.1 规格(cm)：335×116×78~120，矫正板坡度 15°

35.2 重量：138.0kg

35.3 结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座

35.4 杠杆直径(cm)：Φ3.8

35.5 杠杆宽度调节范围（cm）：34～64

35.6 额定载荷(kg)：135



35.7 矫正板坡度： 15°

35.8 用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性以及适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习

36、可调式 OT 桌（2 张）

36.1 结构型式：脚横杆、脚间挺杆、不锈钢内心、升降支架、传动机构、桌面及框架、手柄

36.2 桌面升架范围 mm：680~860

36.3 手柄转动力距 mm ： 10

36.4 桌面额定载荷 kg ： 50

36.5 桌面尺寸（长×宽）mm：1500×800

36.6 外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×800×600~850

36.7 重量：41.0kg

36.8 用途：作业训练用桌，桌面高度可调节

37、股四头肌训练椅 （1 张）

37.1 规格(cm)：113×112×116

37.2 重量：57.0kg

37.3 结构型式：椅架、绑带、小腿垫、升降支架、

37.4 扶手、分度盘、助力手柄、配重支架、小腿支架、弹簧销、配重块

37.5 座垫高度（cm）：67

37.6 扶手宽度(cm)：59

37.7 升降支架调节范围(cm)：0~15

37.8 小腿垫调节范围（cm）：0~47

37.9 助力手柄调节范围（cm）：0~28

37.10 小腿支架摆动角度：不小于 120°

37.11 座位额定载荷(kg)：135



37.12 座位垫水平放置时额定载荷(kg)：55

37.13 配重块重量(kg)：1.8

37.14 配重块数量：4 块

37.15 用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节牵引

38、踝关节活动训练器（1 个）

38.1 规格(cm)：43×43×36

38.2 重量：8.0kg

38.3 结构型式：脚踏板及绑带、油缸

38.4 脚踏板角度调度范围： 前后：-20° ~+20°
左右：-40° ~+40°

38.5 油缸力值调节档数：12 档

38.6 用途：踝关节活动范围主动性训练

39、站立架（1 个）

39.1 结构形式：台面、肘部垫、臀部垫和绑带、部垫、支架

39.2 肘部垫宽度 mm：280×80×40

39.3 肘部垫额定承载重量 kg：80

39.4 臀部垫和绑带额定承载重量 kg：135

39.5 规格(cm)：144×60×110

39.6 重量：34.0Kg

39.7 用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等

40、下肢功率车（1 个）

40.1 结构型式：电子表、扶手架、阻尼调节器、座垫、脚踏板及绑带、基架、电子表的功能



- 40.2 显示窗口：显示时间、速度、距离、热量等数值
- 40.3 回零键：按此键，使显示窗口当前显示的数据回零
- 40.4 座垫调节范围（cm）前后：0~23（11）档
- 40.5 座垫额定载荷 kg：135
- 40.6 阻尼调节档数：8
- 40.7 规格(cm)：90×45×106
- 40.8 重量：30.0Kg
- 40.9 用途：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练

41、踝关节训练器（1个）

- 41.1 规格(cm)：130×65×88
- 41.2 重量：35.0kg
- 41.3 结构型式：脚踏板及绑带、座垫、手柄
- 41.4 座位高度(cm)：45
- 41.5 座位宽度(cm)：50
- 41.6 座垫前后调节范围(cm)：0~10
- 41.7 脚踏板角度调度范围：0°~80°
- 41.8 额定载荷(kg)：靠背垫：70
- 41.9 座位垫(cm)：135
- 41.10 用途：用于踝关节屈伸功能障碍，患者可做主动和被动训练

42、滚桶（1个）

- 42.1 规格(cm)：Φ30×80
- 42.2 额定载荷(kg)：100kg
- 42.3 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能

43、楔形垫（2个）

- 43.1 规格(cm)：60×50×20
- 43.2 重量：6.0kg



43.3 材质：防滑布、重质海绵、硬

43.4 用途：卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练者

44、牵引网架（1套）

44.1 结构型式：网架、吊带、床面、可调节床脚、脚轮

44.2 规格(cm)：200×115×210

44.3 床面高度（cm）：112

44.4 床面宽度（cm）：50

44.5 水平网架额定载荷：80.0kg

44.6 绳索、吊带额定载荷：50kg

44.7 床面额定载荷：135.0kg

44.8 用途：肌力、关节活动度、放松调整训练，可进行牵引治疗

45、体操棒与抛接球（1套）

45.1 规格(cm)：40×40×102

45.2 重量：14.0Kg

45.3 结构型式：体操棒、抛接球、木架

45.4 体操棒规格(cm)：Φ2.8×100

45.5 体操棒数量：5个

45.6 抛接棒直径(cm)：不小于Φ2.5

45.7 体操数量：4个

45.8 操棒侧向可承受最大荷载(n)：100

45.9 用途：通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力

46、重捶式手指肌力训练桌（1张）

46.1 规格(cm)：80×60×111

46.2 重量：24.0kg

46.3 结构型式：金属架、滑轮、指套、绳索、重锤、训练桌



46.4 重锤重量：100g、200g、300g、500g（四组）

46.5 用途：用于手指屈伸肌抗阻肌力训练及改善关节活动范围

47、可调式沙磨板及附件（1套）

47.1 规格(cm)：104×84×83

47.2 重量：60.0kg

47.3 沙磨玻璃面积（cm）：97×77

47.4 沙磨玻璃厚度（cm）：0.8

47.5 沙磨板角度调节范围 0~50°

47.6 附件品种和件数 3个品种，各1件

47.7 用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练

48、腕关节屈伸训练器（1个）

48.1 规格(cm)：52×26×98

48.2 重量：13.0kg

48.3 结构型式：手柄、阻尼装置、阻尼调节手柄、平台、导向管、固定装置、平台升降手柄

48.4 材质：不锈钢圈、管，镀铬件、静电喷塑、木质手柄、

48.5 平台升降调节范围(cm)：0~63

48.6 最大阻尼(N.CM)：980

48.7 用途：改善腕部关节活动范围及肌力训练

49、抽屉式阶梯（1套）

49.1 规格(cm)：120~60×33×40

49.2 重量：16.0kg

49.3 用途：除可作为不同高度坐具外，亦可当简易的训练阶梯使用

50、肋木（2个）

50.1 规格(cm)：97×62×221



50.2 重量：42.0Kg

50.3 肋木杠直径 mm：Φ25

50.4 肋木杠间距离 mm：150

50.5 额定载荷 kg：135

50.6 用途：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练

51、几何体阶梯（1套）

51.1 规格(cm)：18.5×18.5×7.8

51.2 功能：作为患者进行上肢灵活性、协调性训练的辅助用具，提高上肢的日常活动能力

52、分指板（3个）

52.1 规格尺寸（长宽高 cm）：20.6×20.6×2.7

52.2 分指板间距离（cm）：2.25

52.3 重量：0.5kg

52.4 结构形式：指板、底板、万向轮

52.5 用途：用于防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形

53、上肢协调功能练习器（2个）

53.1 规格(cm)：30×25×33

53.2 重量：1.5kg

53.3 结构型式：曲线架、木珠、器架底板

53.4 用途：训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力

54、作业训练器（1个）

54.1 规格(cm)：架子 50×15×52

小平板 30×30×11



大平板 60×40×11

54.2 重量：8.0kg

54.3 用途：改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性，还可用于手的感觉功能练习

55、空气波压力治疗仪（1台）

55.1 压力模式：8种压力模式

55.2 体积：415mm×355mm×230mm

55.3 电源电压：AC220/50Hz

55.4 输入功率：180VA

55.5 定时：1~99min

55.6 压力范围：5.33~36 kPa(40~270 mmHg)

55.7 气囊腔数：8腔

55.8 小脑顶核电刺激参数：

▲ 55.8.1 输出波形：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波 E1、按摩波 E2、按摩波 E3

55.8.2 连续波、疏密波、轻捶波为非对称双向三角尖波，脉冲周期范围：0.01s~2.0s

可调，允差±10%；密波频率：疏波频率=5:2

55.8.3 按摩波 E1 是由三角波对轻捶波进行幅度调制波形，调制波为三角波，周期：20ms~

240ms 可调；调幅度为 100%，允差±15%

55.8.4 按摩波 E2 是由锯齿波对轻捶波进行幅度调制波形，调制波为锯齿波，周期：20ms~

240ms 可调；调幅度为 100%，允差±15%

55.8.5 按摩波 E3 由变宽度的连续波、变周期的轻捶波、疏密波组成

55.8.6 输出脉冲强度为：0~42Vp-p±10%，分 0-99 级可调

55.8.7 小脑顶核电刺激治疗时间为 20min

55.9 肢体电刺激参数：



55.9.1 工作频率范围：2KHz~6KHz

55.9.2 调制频率范围：0~150Hz

55.9.3 调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波

55.9.4 调制方式有连续、断续、间歇、变频和交替调制

▲ 55.9.5 肢体电刺激治疗处方 19 个

55.9.6 不大于 100mA,分 0~99 级可调

55.9.7 加热电极板表面温度范围：38℃~55℃分六档可调

55.9.8 肢体电刺激治疗时间在处方中固定，治疗时间完毕，具有音响提示，并停止输出

▲ 55.10 空气波与生物波顶核、生物波肢体电刺激三种治疗相结合，一体化设计，操作简单，使用方便

55.11 三种治疗方式分别单独控制，可进行灵活组合治疗

55.12 可同时治疗两个肢体、多个部位

55.13 防电磁波干扰

55.14 节电型设计

55.15 具有空气滤清除功能，延长压缩机使用寿命

55.16 根据病人舒适程度可随时调节压力

▲ 55.17 入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录

56、步行训练用斜板（1 个）

56.1 规格(cm)：202~303×85×35

56.2 重量：61.0kg

56.3 额定载荷(kg)：100

56.4 用途：实用的简易步行训练装置

57、角度尺（1 个）

57.1 结构型式：脊椎角度尺、肢体角度尺（3 秒）、手指角度尺

57.2 规格(cm)：35×17×5

57.3 重量：1.0kg



57.4 用途：测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度

58、体重秤（1 个）

58.1 规格(cm)：25×21×3

58.2 用途：测量体重

59、握力器（1 个）

59.1 规格 cm)：14×10×14

59.2 用途：测试手指抓握力量

60、背力计（1 个）

60.1 测量范围：0~400kg

60.2 分度值：1kg

60.3 示值误差：1/400F.S

60.4 电 源：交流 220 伏

60.5 工作环境：0~40℃ < 90% RT，贮存温度-10~50℃ < 75RT

60.6 功 能：背力峰值保持，开关/清零，定时关机

60.7 规格（cm）：34×35×7.7，18.5×13×4

60.8 重量：8.0kg

60.9 用途：测试腰背部肌肉力量

61、秒表（1 个）

61.1 规格(cm)：8×6×2

61.2 重量：0.1kg

61.3 用途：各种运动及测评计时用

62、多功能关节活动测量表（1 个）

62.1 规格(cm)：18×8×9

62.2 重量：5.0kg



62.3 用途：检测评定各关节活动度

63、吞咽神经和肌肉电刺激仪（1套）

63.1 显示方式：OLED 显示屏

63.2 治疗模式：连续脉冲治疗模式

63.3 多种训练方式：多媒体交互训练；耐力训练；协调训练；力量训练

63.4 电极分离技术：EMG 和 NMES 模式使用 1 电极电缆，更加方便临床操作性，节省换电极时间

63.5 有蓝牙 4.0 技术输出程序

63.6 低电池报警提示功能

63.7 输出波形：对称双相平衡波

63.8 充电式锂离子聚合电池+微型 USB 充电端口

63.9 程序具有数据存储功能

63.10 仪器中储存的数据信息可通过蓝牙下载到 iPad 上

63.11 测量范围：1uV-999uV

63.12 最高分辨率：0.2uV

63.13 通频带 120-1000Hz（-3dB）

63.14 电源：可充电电池 DC 7.4V

63.15、安全等级：内部功率 BF 类型

63.16 保护类型：II 级仪器

63.17 关闭电流输出：1mA（最大）

63.18 工作电流：50—200mA

63.19 工作频率：20-100Hz，级差 1Hz，允差±10%

63.20 输出波形：双向不对称方波

63.21 脉冲宽度：100~300us 分 11 级可调，级差 20us，允差±10%

63.22 输出强度：0~25mA 分 50 级可调，级差 0.5mA，允差±10%

64、言语训练卡片（1套）

64.1 规格(cm)：49×32×17.5



64.2 重量：7.0kg

64.3 用途：用于失语症患者恢复对言语的认知感知训练

65、经颅磁脑病生理治疗仪（1台）

65.1 交流电压 $220V \pm 22V$ ，频率 $50Hz \pm 1Hz$

65.2 额定输入功率：80VA

▲ 65.3 一路磁疗、一路小脑顶核电刺激输出和两路肢体电刺激输出

65.4 磁场输出参数：

65.4.1 变频磁场感应频率 F1-F6 可调（5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz）
六种频率输出，可自动连续变频，自动切换一次需 $10s \pm 1s$

▲ 65.4.2 设有定频模式，可任意选择其中一种频率(F1-F6)输出

65.4.3 每个电磁体磁感应强度分两档输出，弱档：3mT-13mT；强档：13mT-25mT

65.4.4 磁疗治疗时间可在 20min 和 30min 两档中设定

▲ 65.4.5 磁疗帽有九个治疗体对应头部九个穴位并具有震动按摩功能

65.5 小脑顶核电刺激参数：

65.5.1 输出波形：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波 E1、按摩波 E2、按摩波 E3

65.5.2 连续波、疏密波、轻捶波为非对称双向三角尖波，脉冲周期范围：
0.01s~2.0s 可调，允差 $\pm 10\%$ ；密波频率：疏波频率=5:2

65.5.3 按摩波 E1 是由三角波对轻捶波进行幅度调制波形，调制波为三角波，周期：20ms~240ms 可调；调幅度为 100%，允差 $\pm 15\%$

65.5.4 按摩波 E2 是由锯齿波对轻捶波进行幅度调制波形，调制波为锯齿波，周期：20ms~240ms 可调；调幅度为 100%，允差 $\pm 15\%$

65.5.5 按摩波 E3 由变宽度的连续波、变周期的轻捶波、疏密波组成

65.5.6 输出脉冲强度为：0~42Vpp $\pm 10\%$ ，分 0-99 级可调

65.5.7 小脑顶核电刺激治疗时间为 20min

65.6 肢体电刺激参数：

65.6.1 工作频率范围：2KHz~6KHz

65.6.2 调制频率范围：0~150Hz



65.6.3 调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波

65.6.4 调制方式有连续、断续、间歇、疏密、变频和交替调制

▲ 65.6.5 肢体电刺激治疗处方 35 个

65.6.6 不大于 100mA,分 0~99 级可调

▲ 65.6.7 加热电极板表面温度范围：38℃~55℃分六档可调

65.6.8 肢体电刺激治疗时间在处方中固定，治疗时间完毕，具有音响提示，并停止输出

65.7 立式带脚轮，移动方便

▲ 65.8 入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录

66、经皮神经电刺激仪（1 台）

66.1 六路矩形波脉冲输出,可治疗六个患者或六个部位

66.2 交流电压 $220V \pm 22V$ ，频率 $50Hz \pm 1Hz$

66.3 额定输入功率：70VA

66.4 输出脉冲频率从 2Hz—160Hz 范围内，连续可调，允差 $\pm 20\%$

66.5 输出脉冲宽度从 $40 \mu s \sim 500 \mu s$ 范围内，连续可调，允差 $\pm 20\%$ ，治疗仪每路输出电流有效值不大于 50mA

66.6 治疗定时时间分为 5min、10min、15min、20min、25min、30min 六档，可任意设置，每档时间允差 $\pm 10\%$

66.7 具有连续输出、慢速断续输出及快速断续输出三种治疗模式

66.8 输出低频脉冲电流，频率可连续调节

▲ 66.9 入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录

67、痉挛肌治疗仪（1 台）

67.1 一组两路脉冲输出

67.2 交流电压 $220V \pm 22V$ ，频率 $50Hz \pm 1Hz$

67.3 额定输入功率：25VA

67.4 输出脉冲周期从 1s~2s 可调



- 67.5 输出脉冲宽度从 0.1ms~0.5ms 连续可调
- 67.6 输出波形：矩形波
- 67.7 治疗仪每路输出电流有效值不大于 50mA
- 67.8 延时时间为 0.1s-1.5s 连续可调
- 67.9 治疗定时时间分为 5mi n、10mi n、15mi n、20mi n、25mi n、30mi n 六档，可任意设置
- 67.10 脉冲周期、宽度、电流强度可连续调节；
- 67.11 两路电流交替输出，两路之间的延时时间可调
- 67.12 脉冲时间和延迟时间有条码灯显示
- ▲ 67.13 入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录

68、电脑中频治疗仪（1 台）

- 68.1 额定输入功率：130VA
- 68.2 中频频率范围：1-10KHz
- 68.3 中频调制频率范围：0-200Hz
- 68.4 中频调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波
- 68.5 调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制
- 68.6 中频调幅度：50%、75%、100%，允差±5%
- 68.7 中频输出电流：不大于 100mA 范围可调, 分 0~99 级可调
- 68.8 中频输出电流稳定度±10%
- 68.9 动态节律: 4s-10s
- 68.10 差频变化周期: 15s-30s
- 68.11 离子导入输出直流电流范围：不超过 50mA，分 0-99 级可调
- 68.12 四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出
- ▲ 68.13 具有 99 个中频治疗处方，要理疗专家根据不同的疾病编制成的，可供医生参考使用
- 68.14 治疗时间根据处方不同为 10mi n、20mi n、25mi n、30mi n、40mi n、45mi n，治疗时间到了有音响提示，并停止输出
- ▲ 68.15 入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录



69、极超短波治疗机（1台）

69.1 额定输入功率：800VA

69.2 辐射器尺寸：Φ83×95mm

69.3 支臂尺寸：340mm+380mm

69.4 治疗时间：0~30min

69.5 输出方式：连续式和脉冲式

69.6 辐射器驻波比不大于3

69.7 双路辐射器输出，可同时给两人做治疗，并且每路可独立设置

69.8 微电脑控制，输出功率更加稳定；

69.9 采用优质电磁振荡电路，工作寿命在5万小时以上

▲ 69.10 入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录

70、多体位手法治疗床（1张）

70.1 电源：AC220V 50Hz DC24V

70.2 额定输入功率：190VA

70.3 规格（mm）：2000×660×570~870mm

70.4 最大起升重量：200kg

70.5 升降功能：治疗床的床面升降行程为：0~300mm 范围连续可调

70.6 头部段面功能：相对水平面调节角度：-20° ~+30° 连续可调

70.7 腰胸段面功能：相对水平面调节角度：0° ~+25° 连续可调

70.8 下身段面功能：相对水平面调节角度：-25° ~+40° 连续可调

70.9 配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有手持有动开关

70.10 采用优质气弹簧，经久耐用

70.11 双下肢床面把患者腿部分开，双下肢床面分离，可单独调节角度

▲ 70.12 入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录

71、电针治疗仪（10台）

71.1 微电脑控制，液晶显示，4路输出，2声报警提示音

71.2 输入功率：12VA



71.3 治疗仪输出波形有：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波（E1，E2，E3）

71.4 连续波频率：0.5Hz~100Hz

71.5 脉冲宽度：0.6ms±0.1ms

71.6 按摩波 E1 是由三角波对轻捶波进行幅度调制波形，参数有：调制波为三角波，周期：20ms~240ms 可调；调幅度为 100%，允差±15%

71.7 按摩波 E2 是由锯齿波对轻捶波进行幅度调制波形，参数有：调制波为锯齿波，

周期：20ms~240ms 可调；调幅度为 100%，允差±15%

71.8 按摩波 E3 由变宽度的连续波、变周期的轻捶波、疏密波组成

71.9 治疗仪脉冲输出强度：0~23Vpp 可调

71.10 治疗时间：10min-60min 八档设定

72、熏蒸治疗机（1 台）

72.1 电源电压：交流电压 220V，频率 50Hz

72.2 额定输入功率：3100W

72.3 时间：0-99min 可调

72.4 单区最大加液量：4L

72.5 三区最大加液量：12L

72.6 臭氧消毒总功率：21W

72.7 舱体手足中药汽化熏蒸

72.8 三组药箱，不同时间、不同温度、不同的药三人可同时分舱治疗

72.9 微电脑控制，自动控时、自动防干烧、自动漏电保护等功能

72.10 三组分舱臭氧杀菌消毒

72.11 具有 MP3 音乐播放功能（配备 2G U 盘）

▲ 72.12 入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录



第三章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 招标人：指采购人及其委托的采购代理机构

1.2 投标人：已从采购代理机构购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2. 适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次招标投标活动。

3. 合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备招标文件第一章“供应商资格条件”规定的条件。

3.3 联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4. 投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6. 招标文件的约束力

6.1 投标人一旦购买了本招标文件并在7个工作日内未对招标人提出书面质疑，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6.2 本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件



7. 招标文件的组成

7.1 招标文件由六部分组成，包括：

第一章 投标邀请书

第二章 用户需求书

第三章 投标人须知

第四章 合同条款

第五章 投标文件格式

第六章 评审方法和程序

附表 1 初步审查表

附表 2 技术商务评分表

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

7.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

7.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

8. 招标文件的澄清

若投标人对招标文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间 15 天前通知招标人，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一招标文件的投标人。

9. 招标文件的更正或补充

9.1 在投标截止时间前十五天，招标人均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

9.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的更正公告为准。



9.4 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函招标人。逾期不回的，招标人视同投标人已收到更正公告。

9.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

三、投标文件

10. 投标文件的语言及度量衡

10.1 投标文件以及投标人与招标人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

10.3 除在招标文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

11. 投标文件的组成

11.1 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五章“投标文件格式”要求）：

11.1.1 投标函、投标报价及相关证明文件。

11.1.2 投标人资格证明文件。

11.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

12. 投标报价

12.1 本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

12.2 招标人不接受任何有选择的报价。

12.3 预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

13. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

14. 投标保证金



14.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额人民币：10000 元人民币，在保证金单据上必须注明采购编号。

14.2 投标保证金可采用下列形式之一，并符合下列规定：

投标人必须在投标截止时间前一天上午 11：00（北京时间）前将投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交到海南政采招投标有限公司指定账户并注明汇款单位（开户银行及账号见采购文件第一章），投标人在投标截止时间前一天上午 11：00（北京时间）前投标保证金未到达海南政采招投标有限公司指定账户，其投标将被拒绝。

14.3 若投标人不按规定提交投标保证金，或提交保证金而未注明所报价的项目及分包号的，其投标文件将被拒绝接受。

14.4 投标保证金的退还

14.4.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内无息退还（除有特殊情况外）。

14.4.2 落标的投标人的投标保证金将在招标人发出中标通知书 5 个工作日内无息退还。

14.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤回投标；
- （2）中标人不按第 30 条规定签订合同；
- （3）投标人提供虚假材料谋取中标的；
- （4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

15. 投标有效期

15.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

15.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改



其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

16. 投标文件的数量、签署及形式

16.1 投标文件一式伍份，固定胶装。其中正本壹份，副本肆份。

16.2 提供与正本一致的电子文件（PDF 格式）1 份，并将 U 盘（U 盘上请标明公司名称）密封在“唱标信封”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

16.3 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

16.4 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

16.5 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的密封及标记

17.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

17.2 投标专用袋（箱）上须按招标人提供的格式注明：

- (1) 采购编号及项目名称：
- (2) 分包号（如有的话）：
- (3) 投标人的名称、地址、联系人、电话和传真：

17.3 投标文件未按第 17.1 和 17.2 条规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

17.4 投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

- (1) 从投标文件正本中复印的开标一览表；
- (2) 交纳投标保证金证明文件的复印件；



(3) 投标函。

18. 投标截止时间

18.1 投标人须在招标文件第一章规定的投标截止时间前将投标文件送达招标人规定的投标地点。

18.2 若招标人按 9.5 条规定推迟了投标截止时间，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

19. 迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使招标人在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

20.2 投标文件的修改文件应按第 16 条规定签署，正、副本分别密封，并按第 17.2 条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标人规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

20.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

20.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

五、开标及评标

21. 开标

21.1 招标人按招标文件第一章规定的时间和地点开标。采购人代表、招标人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

21.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，招标人有权要求参加开标的代表持本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。



21.3 开标时，招标人、公证员（如有）或投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

21.4 若投标文件未密封，或投标人未按招标文件规定提交投标保证金（包括投标保证金不符合第 14 条规定），招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

21.5 按照第 19 条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

22. 评标委员会

评标委员会由采购人的代表和有关专家共 5 人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的 2/3，专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。

23. 对投标文件的资格性审查和符合性审查

23.1 资格性审查的内容包括：

- (1) 投标人资格是否符合招标文件规定的条件
- (2) 投标文件递交情况：正本和副本数量
- (3) 投标文件签署情况

23.2 符合性审查的内容包括：

- (1) 投标文件内容是否齐全
- (2) 对招标文件的响应是否存在重大负偏离

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

23.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

23.3.1 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

23.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

23.4.1 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

23.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

23.4.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。



24. 投标文件的澄清

24.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

24.2 评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充，

24.3 投标供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

24.4 并非每个投标人都将被询标。

25. 评标及定标

25.1 招标人、评标委员会分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

25.2 评标委员会按招标文件“附则”中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25.3 关于政策性加分

25.3.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*(1-2%)；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*(1-1%)；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3.3 投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

(1)中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；



2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

(2)具体评审价说明：

1) 投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*(1-6%)；

2) 投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，其评审价=投标报价*(1-2%)。

(3)投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。

如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

26. 评标过程保密

26.1 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

26.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3 在评标期间，招标人将有专门人员与投标人进行联络。

26.4 招标人和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

六、授标及签约

27. 定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样



原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在海南省人民政府网上公示。

28. 质疑处理

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

29. 中标通知

29.1 采购代理机构应按评审报告的评审结果向预中标供应商发出中标通知书。

29.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复招标人，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到招标人领取则无需回复）。

29.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

30. 签订合同

30.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同，否则投标保证金将不予退还，给招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

31. 采购代理服务费用

本次采购活动采购代理服务费用由中标供应商向海南政采招投标有限公司支付。



第四章 合同条款

合同通用条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

(3) “货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。

(4) “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

(5) “甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

(6) “乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

(7) “现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

2. 技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4. 包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和



防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

- (1) 收货人
- (2) 合同号
- (3) 装运标志
- (4) 收货人代号
- (5) 目的地
- (6) 货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号
- (7) 毛重 / 净重
- (8) 尺寸（长 X 宽 X 高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3 因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提



货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前 30 天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长 X 宽 X 高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7. 装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 24 小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8. 保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的 110% 投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9. 付款方式

付款方式见合同专用条款。

10. 技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.1 合同生效后 60 天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起



发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后 3 天内将这些资料免费交给甲方。

11. 质量保证

11.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起 12 个月。

12. 检验及安装

12.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后 90 天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商



检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第 11 条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五章要求进行。

13. 索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第 11 条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后 30 天内或甲方同意的更长时间内，按照第 13.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方



有权向乙方提出不足部分的补偿。

14. 拖延交货

14.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和 / 或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15. 违约赔偿

除第 16 条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的 1% 计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17. 税费

17.1 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。



18. 仲裁

18.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19. 违约终止合同

19.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第 20.1 条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20. 破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21. 转让与分包

21.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22. 适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。



23. 合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容, 经协商, 双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证, 该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目, 工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

合同专用条款部分

甲方: _____

乙方: _____

甲乙双方根据 2016 年 ___月___日 (采购编号: HNZC2016-430-001、针灸康复理疗科及康复医学科设备) 公开招标采购结果及采购文件的要求, 经协商一致, 达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

序号	采购货物名称	规格型号	数量	单价	总价	免费质保期	交货时间
合同总金额: 人民币 (大写) _____							
¥: _____							
甲方	联系人: _____ 固定电话: _____						
乙方	联系人: _____ 固定电话: _____						

二、交货地点:

三、付款:

1、签订合同后甲方在 30 天内预付合同总额的 30%, 即人民币_____整 (¥*****); 设备安装、培训验收合格后, 甲方在 30 天内向乙方支付合同



总额的 65%，即人民币 _____（¥*****）；剩余 5% 作为质保金，在质保期满 1 年后，甲方在 30 天内向乙方支付合同总额的 5%，即人民币（¥*****）

四、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下___处理：

- 1、由甲乙双方协商处理。
- 2、申请仲裁。仲裁机构为海南省经济仲裁委员会。
- 3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

五、售后服务

1、整体项目提供不少于一年的免费维护，设备按原厂标准提供维护。

2、提供一年 5×8 小时上门保修，免费更换全部配件；提供 7×24 小时技术支持和服务，2 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24 小时内到达指定现场。问题解决后 24 小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况，3 年内定期回访每年不少于 2 次，免费提供技术培训，并提供需方要求的所有培训资料，所有设备超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

六、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

- （一）合同通用条款和专用条款；
- （二）乙方的开标一览表及投标报价明细表；
- （三）中标通知书；
- （四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式五份，中文书写。甲方两份，乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购管理部门备案。



甲方： _____ (盖章)

地址： _____

法定（授权）代表人： _____

二〇一六年__月__日

乙方： _____ (盖章)

地址： _____

法定（授权）代表人： _____

二〇一六年__月__日

户名： _____

开户银行： _____

账号： _____

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

采购代理机构：海南政采招投标有限公司 (盖章)

地 址：海口市国贸路 49 号中衡大厦 13 楼 A 座

经办人： _____

二〇一六年__月__日



第五章 投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、投标函、投标报价及项目相关文件

1、投标函

海南政采招投标有限公司：

你们_____号采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第 22 条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第 77 条的规定。

（2）我们接受采购文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照采购文件第二章“投标人须知”第 14 条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（5）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（6）如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人或被授权人（签字）：_____

职务：_____

日期：_____



2、开标一览表

项目名称&采购编号：

1	2	3	4	5	6	7	8
序号	货物名称	品牌型号	原产地及制造厂名	数量	单价	单项总价	交货期
交货地点： 投标报价总计：¥ _____ 人民币（大写） _____							

投标单位公章： _____

法定代表人或被授权人（签字）： _____

注：① 投标报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容；

② 报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致



3、技术和服 务要求响应表

说明: 投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关服务要求, 并对所有技术规范和服务要求偏离的条目列入下表, 未列入下表的视作投标人不响应。**投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写, 评委会如发现有虚假描述的, 该投标文件作废标处理。**

序号	原技术规范和服务要求条款描述	投标人技术规范和服务要求条款描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1			
2			
3			

投标单位全称 (公章): 法定代表人或被授权人 (签字):

- 注: 1、此表为表样, 行数可自行添加, 但表式不变。
 2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。
 3、请在“投标人技术规范和服务要求条款描述” 中列出所投设备的详细技术参数和服务要求情况。
 4、是否偏离用符号“ +、=、-” 分别表示正偏离、完全响应、负偏离, 必须逐次对应响应。



4、产品质量及服务承诺书

此承诺由供应商根据自身实际情况并结合采购文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：质量保证、售后服务体系、人员、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）

投标人：（投标人公章）：

法定代表人或被授权人（签字）

签发日期：20 年 月 日

5、项目验收方案

（格式自定）

投标人：（投标人公章）：

法定代表人或被授权人（签字）

签发日期：20 年 月 日

6、项目培训方案

（格式自定）

投标人：（投标人公章）：

法定代表人或被授权人（签字）

签发日期：20 年 月 日

注：①4—6 项均须法定代表人或被授权人签字并加盖投标单位公章
②1—3 项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查



二、资格证明文件

(以下内容必须提供，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查)

- 1、需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证、税务登记证复印件或“一照三号”或“一照一码”营业执照副本复印件也视为同等有效证明
- 2、提供 2016 年任意一个月的社保和纳税缴纳证明。(复印件加盖公章)
- 3、提供医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，提供投标产品的医疗器械注册证，非医疗器械须提供该产品产品合格证。(复印件加盖公章)
- 4、投标保证金证明单据



5、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致海南政采招投标有限公司：

兹授权：_____先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海南政采招投标有限公司组织的（采购编号：HNZC2016-430-001、针灸康复理疗科及康复医学科设备）项目的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的公开招标采购活动，并负责一切投标文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与采购文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：_____（亲笔签名） 联系电话：_____

职 务：_____ 身份证号码：_____

公司名称：_____（公章） 营业执照号码：_____

法定代表人：_____（亲笔签名） 联系电话：_____

职 务：_____ 身份证号码：_____

生效日期：20 年 月 日

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p>

<p>被授权人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p>

注：本授权书内容不得擅自修改。



6、制造厂商授权书

海南政采招投标有限公司：

作为设在_____（制造厂家地址）的制造/生产（货物名称）的_____（制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权_____（投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南政采招投标有限公司组织的（采购编号：HNZC2016-430-001、针灸康复理疗科及康复医学科设备）项目的公开招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按采购文件要求提供售后服务。

我方于_____年____月____日签署本文，以此为证。

投标人名称：_____

出具授权书的制造厂家名称：_____

姓名：_____（制造厂授权代表签字）

职务：_____

公章：_____ 日期：_____

注：1、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

2、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。



7、近三年无重大违法记录声明函

海南政采招投标有限公司：

本公司声明如下：

本单位在参加（采购编号:HNZC2016-430-001、针灸康复理疗科及康复医学科设备）项目的政府采购活动近三年内，未有任何违法行为记录。

投标人：（投标人公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20 年 月 日



三、其他资料

- 1、投标人概况：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。
- 2、投标人认为对其中标有利的其它书面材料。



第六章 评审办法和程序

一、评标办法

(一) 评审规则

1. 评标办法采用综合评分法。
2. 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务（包括：验收方案、培训方案）的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。
3. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的总分，评分的算术平均值即为该投标人的合计得分。合计得分与投标报价份（投标报价的分值计算由招标人工作人员负责计算）相加得出综合得分。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选供应商。

(二) 初步评审

1. 招标人、评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。
2. 招标人、评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。
3. 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
4. 无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标

- (1) 投标人未按要求提供企业法人营业执照；
- (2) 投标人未提交投标保证金或金额不足的；
- (3) 投标有效期不足的；
- (4) 投标人未提交法人授权委托书的；
- (5) 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
- (6) 投标价不是固定价或投标价不是唯一的；
- (7) 对招标文件的响应存在重大负偏离的；



（三）详细评审

本项目采用如下综合打分法，总分为 100 分，具体打分方法如下：
项目评定标准及评分表见**评审评分表**

评分项目	技术商务评分	价格评分
权 重	70%	30%

1、价格占 30 分：将所有通过符合性筛选的投标报价中最低价为评标基准价，其价格分为满分（30 分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30 分。

2、整个项目的技术商务分占 70 分，具体由评委根据投标人的投标文件中《技术要求响应表》及有关投标人的质量保证、售后服务说明等资料说明等情况打分。

其中价格评审按如下方法处理：

- (1) 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。
- (2) 投标人在投标报价时，虽然报价未低于设备成本，技术参数、规格配置也符合招标文件的要求，但设备的实际应用情况（如精确度、稳定性和耐用度等）名不符实。经由三分之二（含三分之二）以上评标委员会成员以记名方式投票通过认定为名不符实的，其投标作无效投标处理。
- (3) 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
 - a 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
 - b 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
 - c 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
 - d 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；
 - e 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。



附表 1

(HNZC2016-430-001) 采购初步审查表

序号	审查项目	评议内容	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	相关资格证明文件	企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书			
		供应商资格要求			
2	投标文件递交情况	正本和副本的数量是否符合采购文件要求			
3	投标文件的有效性	是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
4	投标人应提交的相关文件	是否提交投标函、开标一览表、技术要求响应表			
5	投标保证金	是否提交投标保证金证明的			
6	投标有效期	投标有效期是否满足 60 天			
7	交付时间	是否满足采购文件要求			
8	其它	是否有其它无效报价认定条件			
结 论					

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：_____

日期_____



附表 2

(HNZC2016-430-001) 技术商务评分表

投标人及货物				投 标 人 1	投 标 人 2	投 标 人 3
序 号	评 比 项 目	评 比 内 容	满 分			
1	主要规格及技术性能(35分)	完全满足招标文件要求得满分，带▲号的技术要求一项不满足扣3分，其他技术要求一项不满足扣1分，直至扣完为止。	35			
2	售后服务及商务(24分)	售后服务及培训：优 6-8 分，良 4-5 分，一般 1-3 分。	8			
		质量保证保修：优 6-8 分，良 4-5 分，一般 1-3 分。	8			
		产品实用性：优 6-8 分，良 4-5 分，一般 1-3 分。	8			
3	相关业绩(8分)	提供近三年类似业绩。每提供一份得2分，最高8分。提供合同复印件加盖公章。	8			
4	标书制作(3分)	标书制作规范，编制完整、详细、清晰，便于查阅。优3分，良2分，一般1分。	3			
5	投标报价(30分)	详见评审办法(三)	30			
6	评比总得分(100分)		100			

为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人可针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。