

询价通知书

项目编号：HNHJC2018-005

项目名称：海南省皮肤性病防治中心包埋盒打印机等设备
采购项目

采购单位：海南省皮肤性病防治中心

海南海机采招标服务有限公司

2018年4月

目 录

第一部分	询价邀请函.....	3
第二部分	供应商须知.....	5
	（一）总则.....	5
	（二）响应文件.....	6
	（三）响应文件编制和数量.....	7
	（四）响应文件的递交.....	9
	（五）响应文件的开启.....	10
	（六）响应文件的评审.....	10
	（七）评定.....	13
	（八）合同.....	13
第三部分	合同条款及格式.....	15
第四部分	响应文件内容及格式.....	19
第五部分	用户需求书.....	31

第一部分 询价邀请函

受海南省皮肤性病防治中心（以下简称“采购人”）的委托，海南海机采招标服务有限公司（以下简称“代理机构”）拟对包埋盒打印机等设备采购（项目编号：HNHJC2018-005）所需的货物及服务组织询价采购工作，兹邀请符合本次询价采购要求的供应商进行密封响应，有关事项如下：

一、采购项目的名称、用途、预算、数量及简要技术要求或性质：

- 1、项目名称：海南省皮肤性病防治中心包埋盒打印机等设备采购项目
- 2、用途：工作需要
- 3、采购预算¥978680.00 元
- 4、数量：13 套
- 5、简要技术要求或采购性质：详见《用户需求书》

二、供应商资格要求：（供应商必须具备以下条件并提交相关证明资料）

- 1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件（三证合一的营业执照）；
- 2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供 2017 年任意 1 个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）；
- 3、属于医疗器械须具有医疗器械生产（或经营）许可证；
- 4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 5、购买本项目询价文件并按时缴纳谈判保证金；
- 6、本项目不接受联合体参加谈判。

三、获取询价通知书：

- 1、时间：2018 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 23 日（上午 09:00—12:00，下午 14:30—17:30，北京时间），节假日除外；
- 2、地点：海南省海口市龙华区海垦路 28 号金都花园 2 栋 703 房；
- 3、售价：人民币 200 元/份（文件售后概不退）；
- 4、购买询价通知书时须提供（复印件加盖公章，原件现场查验）：
 - （1）营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（三证合一的营业执照）；
 - （2）法人代表授权委托书原件及法人代表身份证复印件、授权代表须提供身份证复印件；

(3) 供应商资格要求的相关资质证明材料。

四、响应文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、递交时间：2018年4月25日08:30至09:00（北京时间），逾期或不符合规定的响应文件恕不接收；

2、开启时间：2018年4月25日09:00（北京时间）；

3、开启地点：海南省海口市龙华区海垦路28号金都花园2栋703房。

4、公告发布媒介：中国政府采购网、中国海南政府采购网

五、联系方式

采购人：海南省皮肤性病防治中心

地 址：海南省海口市龙昆南路49号

电 话：18708966655

联系人：周龙

代理机构：海南海机采招标服务有限公司

地 址：海南省海口市龙华区海垦路28号金都花园2栋703房

邮 编：570226

电 话：13518025191、13976917907、0898-68925027

联系人：陈先生、官先生

第二部分 供应商须知

（一）总则

1、适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价邀请中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次询价的采购人是**海南省皮肤性病防治中心**。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理询价事宜的机构。本次询价的采购代理机构是**海南海机采招标服务有限公司**。

2.3 “供应商”系指实名购买询价通知书拟递交响应文件和拟向采购人提供货物及相应服务的供应商。其职责如下：

2.3.1 对询价通知书错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳响应保证金；

2.3.3 按要求编制响应文件；

2.3.4 派授权代表递交响应文件，参加响应文件开启活动，对询价小组就响应文件提出的问题提出澄清；“授权代表”系指在询价过程中代表供应商处理询价响应事宜的人员，包括供应商法定代表人或负责人及取得授权的供应商人员；

2.3.5 配合相关职能部门就询价采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的供应商

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合询价通知书规定的资质要求，有能力提供满足询价通知书要求的相关货物及服务的法人实体。

2.4.3 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

2.5 “成交供应商”系指经询价小组评审，并授予合同的供应商。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指供应商制造或组织符合询价通知书要求的货物等。所响应的货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、相关费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加询价响应活动有关的费用。不论结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 采购代理机构按国家相关部门的规定标准向成交供应商收取代理服务费。

5、询价通知书的约束力

5.1 供应商购买本询价通知书后，如在递交响应文件截止时间前未对代理机构提出书面意见，即视为接受了本询价通知书中的所有条款和规定。

5.2 本询价通知书由代理机构负责解释。

（二）询价通知书

6、询价通知书的构成

6.1 询价通知书由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分 询价邀请函

第二部分 供应商须知

第三部分 合同条款及格式

第四部分 响应文件格式

第五部分 用户需求书

6.2 供应商应认真阅读询价通知书中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照询价通知书要求提交全部资料，或者供应商没有对询价通知书在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝或采购失败。

7、询价通知书的澄清

供应商在收到询价通知书后，若有疑问需要澄清，应于递交响应文件截止时间前（逾期不受理）以书面形式向代理机构提出，代理机构将以书面形式进行答复，同时代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本询价通知书的供应商。否则视为完全接受询价通知书所有条款及规定。

8、询价通知书的修改

8.1 在递交响应文件截止时间前 1 天，代理机构和采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对询价通知书进行修改。

8.2 询价通知书的澄清或者修改是询价通知书的组成部分，代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本询价通知书的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向代理机构和采购人确认。

8.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对询价通知书修改部分进行研究，采购代理机构应当在提交响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面或网上公告的形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

8.4 本询价通知书的解释权属于采购代理机构和采购人。

(三) 响应文件的编制和数量

9、询价响应的语言及度量衡

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构和采购人就有关询价响应的所有来往函电均应使用中文。

9.2 供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

9.3 除在采购文件第四章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 “年、月、日”除非特别说明，均指公历的年、月、日。

9.5 “工作日”指中国法定节假日以外的公历日。

9.6 “元”指人民币元，除非上下文另有所指；货币均指人民币，除非另有特别说明。

10、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不限于下列内容（详见第四部分）。

11、响应文件编制

11.1 供应商对询价通知书中多个包进行报价的，其响应文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装

11.2 供应商应完整地填写询价通知书中提供的《响应承诺函》、《报价一览表》等询价通知书中规定的所有内容。

11.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

11.4 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供询价通知书中所要求的全部资料及数据，使询价小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

11.5 响应文件外形尺寸应统一为 A4 纸规格，文件所使用的印章必须为公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.6 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

11.8 除非询价通知书中特别指出提供资质证明文件的原件查验外，响应文件正本中的原件均为打印或不褪色水笔书写并加盖公章的材料，未特别说明的资质证明文件均为复印件加盖公章。

12、响应报价

12.1 本项目的采购预算金额为**¥978680.00**。

12.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

12.3 供应商应按报价一览表的要求报价，不接受有选择的报价。

12.4 成交候选供应商的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的成交候选供应商。

13、备选方案

本次询价只允许供应商有一个响应方案，否则，其响应文件无效。

14、响应保证金

14.1 响应保证金是参加本项目的必要条件，每个供应商**¥18000.00**。

14.2 响应保证金应在递交响应文件截止时间 2018 年__月__日 18:00 前划入或存入代理机构指定的账户并注明汇款单位。如供应商响应保证金未按要求到账的，视为无效报价并不接收响应文件。

开户名称：海南海机采招标服务有限公司

银行账号： 267524196548

开户银行： 中国银行海口琼山支行

14.3 响应保证金的退还

14.3.1 成交供应商的响应保证金在其与采购人签订合同后 5 个工作日内无息退还。

14.3.2 非成交供应商的响应保证金将在代理机构发出成交通知书后 5 个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，响应保证金将不予退还：

- (1) 供应商在报价有效期内撤回其响应文件的；
- (2) 供应商不按本章规定签订合同的；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取成交的；
- (4) 与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、代理机构、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益的。

15、响应文件的有效期

15.1 响应文件应自开启之日起 **60** 个日历日内保持有效。有效期不足的将被视为无效报价。

15.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，代理机构和采购人可要求供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝代理机构和采购人的这种要求，但其响应文件在原响应有效期满后将不再有效。同意延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。

16、响应文件的数量和签署

16.1 响应文件一式三份（正本一份，副本二份），固定装订（注：如胶装）。报价一览表一份，独立信封密封，信封外注明“报价一览表”。提供电子 word 文档 1 份，并将 U 盘或光盘（标明公司名称）密封在“报价一览表”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

16.2 响应文件须按询价通知书的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

16.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖供应商公章。

（四）响应文件的递交

17、响应文件的密封及标记

17.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本二份共一袋）及报价一览表（独立信封密封一份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“报价一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

项目名称：海南省皮肤性病防治中心包埋盒打印机等设备采购项目

项目编号：HNHJC2018-005

注明：“请勿在开标时间之前启封”

17.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

18、递交响应文件截止时间

18.1 供应商须在递交响应文件截止时间前将响应文件送达代理机构规定的地点。

18.2 供应商的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及本人身份证原件亲临响应文件开启会议现场以备查验。

其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

18.3 若代理机构推迟了递交响应文件截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的递交响应文件截止时间为准。

18.4 在递交响应文件截止时间后递交的响应文件，代理机构将拒绝接收。

（五）响应文件的开启

19、响应文件的开启

19.1 代理机构按“询价公告”或“询价邀请函”中规定的时间和地点组织响应文件的开启活动，采购人代表、代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加响应文件的开启活动，参加活动的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，代理机构对响应文件的处理不承担责任。

19.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

19.3 开启时，供应商授权代表将查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及代理机构认为合适的其他内容，代理机构将作开标记录。

19.4 若响应文件未密封，代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

（六）响应文件的评审

20、询价小组的组成

询价小组由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共3人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该询价小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人，提交评审报告。

21、评审方法和标准

21.1 根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，其参与评分的报价取值按报价的90%计（即按报价扣除10%后计算）。

21.2 本项目的评审方法为最低评标价法：在满足询价通知书的前提下，且质量和服务相等的情况下，按照报价由低至高的顺序推荐1-3名为成交候选供应商。

21.3 资格审查：询价小组根据国家相关法律法规和询价通知书的规定，对供应商的

资格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不满足资格要求，询价小组可按投票方式决定是否作无效报价处理（详见附表1）。

21.4 开启后，询价小组对响应文件进行初审，初审内容为：

(1) 资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

(2) 符合性审查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

21.5 初审时若发现响应的货物与询价货物在型号规格、技术性能、质量、质保、保修期等有重大偏离，或缺少询价通知书要求必须提供的响应内容条款，其响应文件将被拒绝。但允许响应文件中有不构成实质性偏差的微小差异。

21.6 在详细评审之前，询价小组要审查每份响应文件是否实质上响应了询价通知书的要求。实质上响应应该是与询价通知书要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。询价小组决定响应文件的响应情况只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.7 实质上没有响应询价通知书要求的报价将被拒绝，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质性响应的响应文件。

21.8 询价小组成员对资格性和符合性审查合格的响应文件按照询价通知书中制订的评定办法进行综合评定。

21.9 评审过程中遇到特殊情况，由询价小组遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

21.10 审查和评定时发现下列情形之一的响应文件，经询价小组认定，将可能被视为重大偏离或未实质性响应（询价小组认定属于重大偏离或未实质性响应的响应文件），将被视为废标或导致被拒绝：

- (1) 响应文件未加盖单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；
- (2) 明显不符合询价通知书中主要技术规格、技术标准的；
- (3) 响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；
- (4) 响应文件附有采购人不能接受的条件；
- (5) 授权代表没有法定代表人合法、有效委托授权的；
- (6) 询价小组认定不符合法律、法规和询价通知书中规定的其他实质性要求的。

21.11 询价小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；
- (2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；
- (5) 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

21.12 成交原则：供应商有效报价达到 3 家或以上，询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人。询价小组成员有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。

注：“有效报价”是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

(附表 1)

资格审查表

项目名称：海南省皮肤性病防治中心包埋盒打印机等设备采购项目

项目编号：HNHJC2018-005

序号	审查项目	评议内容（无效响应认定条件）	供应商1	供应商2	供应商3
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合询价通知书的样式和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行响应，漏报其响应文件将被拒绝			
4	响应有效期	是否满足询价通知书要求			
5	响应保证金	是否满足询价通知书要求			
6	工期或交货期	是否满足询价通知书要求			
7	响应文件数量	是否满足询价通知书要求			
8	其它	是否无其它无效响应认定条件			
结 论					

注：

- 1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

（七）评定

22、评定

22.1 询价小组依据对各响应文件的评审结果，提出书面评审报告，并根据询价通知书的规定，按响应报价（满足询价通知书的前提下，质量和服务相等的情况下）由低至高的顺序向采购人推荐 1-3 名成交候选供应商，排名第一的为成交候选供应商，排名靠后的前 2 名为备选成交候选供应商。

22.2 成交候选供应商因特殊原因放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选成交候选供应商依次递补为成交供应商。

22.3 成交供应商确定后，代理机构将在政府采购指定媒体上公示成交结果。

22.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料以及授标意向等，询价小组及有关工作人员自始至终均不得向供应商或其它无关的人员透露。

22.5 在评审期间，供应商企图影响采购人、代理机构和询价小组而获得评审信息的任何活动，都将导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

23、公告

代理机构将在指定的网站（中国海南政府采购网 www.ccgp-hainan.gov.cn）上发布询价公告、更正公告、通知、评审结果公示等询价过程中的所有信息，请务必关注网上公告。评审结果公示期为 3 个工作日。

24、质疑和投诉

24.1 如果供应商对本次询价活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向代理机构提出质疑。

24.2 代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

24.3 供应商如认为询价过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7 个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

25、合同授予标准

除本须知第14.4条的规定之外，采购人将与成交供应商签订供货合同。

26、接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

在特殊情况下，询价小组、代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授予合同之前拒绝任何报价以及宣布询价程序无效或拒绝所有报价的权力。

27、签订合同

27.1 采购人应按询价通知书和成交供应商的响应文件订立书面合同，不得超出询价通知书和成交供应商响应文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2 采购人应在成交通知书发出之日起30天内与成交供应商签订政府采购合同。

28、付款

按照政府采购有关规定办理。

29、适用法律

采购人、代理机构及供应商的一切询价响应活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分 合同条款及格式

(以本合同格式为准)

医疗设备采购合同

合同编号：

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户行：

开户行：

账户：

账户：

税号：

税号：

甲乙双方根据 2018 年 月 日 政府采购项目（编号： ）公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成如下货物购销合同：

一、货物及其数量、金额等

序号	采购货物名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价	总价	免费保修期	交货时间

合同总金额：人民币（大写）_____

¥：_____

以上设备清单价格包括主件及零部件的供应、配置、运输（买方指定地点）、含税、安装、调试、培训、售后服务等费用。配置清单详见附件。

二、交货方式：甲方指定地点。

三、安装验收

（一）开箱检验，甲乙双方应共同对设备的包装、外观、设备品牌、原厂商、产地、规格型号、数量进行检验。如在开箱检验中发现所交付的合同设备有短缺、损坏、不合格产品等；或与合同、随机文件不相符的情

形；乙方应于5日内无条件予以补足、更换，并承担由此造成的一切损失。待设备补足或更换后，甲乙双方重新对合同设备进行检验，验收合格后再组织安装调试。

(二) 乙方应派专业工程师到现场进行安装、调试设备，并对相关人员进行培训。在安装过程中，甲方工程师负责对设备安装调试予以配合和相应的协调工作。

(三) 乙方对设备所进行的安装调试应与合同约定的性能完全一致，且不能低于相应的国家标准及行业标准。安装调试完毕，双方根据合同的技术标准共同进行验收，并交付合同设备的质量合格证、保修单、使用说明书、维修手册等相关资料。在验收过程中，如合同设备的一项或数项指标未达到设备技术资料所规定要求，乙方应于5日内予以更换设备，由此产生的费用由乙方承担。验收合格后，双方签署验收报告，并加盖设备科公章确认。

四、质量保证和售后服务

(一) 乙方保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，并为全新未使用过的。设备必须符合国家检测标准，乙方承诺所供设备与中标所示设备明细完全一致，不存在任何偏差。如设备的规格或质量与合同不符，或设备存在缺陷，乙方应接到甲方书面通知后六十日内按合同确定的规格、质量予以更换，由此产生的一切费用及给甲方造成的一切损失由乙方承担。同时相应延长质量保证期。

(二) 如因规格、质量问题，乙方未按第一款的约定处理，甲方有权要求乙方退货，乙方必须按合同约定的货款并加算银行同期贷款利息，退款给甲方；并承担由退货给甲方造成的损失。

(三) 如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定，鉴定费用由乙方承担。

(四) 乙方保证合同设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担由此对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

(五) 乙方无偿指导和培训甲方维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点在设备安装现场或按甲方安排。

(六) 从设备安装验收合格之日起保质期三个月，保质期内设备如发生性能故障，甲方可以选择退货、换货（同规格型号的），由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

(七) 从设备安装验收合格之日算起保修期____年，由乙方负责免费保修。

(八) 乙方接到甲方设备故障报修，须在 24 小时内到现场检修（不可抗拒力量除外），迅速解决问题。如 5 个工作日内不能完成设备故障维修，乙方应提供备用设备。

(九) 保修期满后，乙方应继续为设备提供维修服务。

五、付款方式

货物到指定地点及安装调试并验收合格正常使用后支付 20% 的合同款，余款 24 个月内付清。

六、违约责任

(一) 乙方逾期交货应按每逾期一天向甲方支付合同总金额的 1% 违约金，逾期交货超过两个月视为乙方严重违约，甲方有权解除合同。

(二) 乙方交付的设备不符合合同约定，如甲方通知在更换期限之内不能更换的，每逾期一天应向甲方支付合同总金额 1% 的违约金。

(三) 甲方逾期付款，应按每逾期一天，向乙方支付合同总金额的万分之八的违约金。

七、不可抗力

甲乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给双方造成的损失，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。不可抗力因素消除后，双方应立即通过友好协商解决本合同的后续履行事宜。

八、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下 3 处理：

- 1、由甲乙双方协商处理。
- 2、申请仲裁。仲裁机构为海南省仲裁委员会。
- 3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

九、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十、合同鉴证：招标机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实

质性修改。

十一、组成本合同的文件包括：

- (一) 合同专用条款和通用条款；
- (二) 乙方的开标一览表及投标分项报价表；
- (三) 中标通知书；
- (四) 设备技术参数和配置清单（必须与《投标文件》响应完全一致）；
- (五) 售后服务承诺函、产品授权书、产品注册证等甲乙双方商定的

其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方拥有最终的解释权。

十二、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方叁份、乙方、招标机构各执一份，另外一份报省财政厅政府采购管理处备案。

甲方：_____（盖章）

乙方：_____（盖章）

法人代表：_____

法人代表：_____

签约代表：_____

签约代表：_____

二〇一八年____月____日

二〇一八年____月____日

招标机构：海南海机采招标服务有限公司（盖章）

地 址：海南省海口市龙华区海垦路 28 号金都花园 2 栋 703 房

经办人：_____

二〇一八年____月____日

第四部分 响应文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价：

- 1、响应承诺函（表 1）
- 2、法定代表人授权委托书（表 2）
- 3、资格申明信（表 3）
- 4、报价一览表（表 4）
- 5、报价明细表（表 5）
- 6、技术响应情况表（表 6）
- 7、中小企业声明函（表 7，非中小企业无需提供）
- 8、制造厂商针对本项目出具的销售授权书（表 8，制造厂商无需提供）
- 9、售后服务承诺（包括实施方案、服务承诺、培训等）
- 10、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质证复印件
- 11、供应商简介
- 12、供应商认为需要的其它材料(如投标保证金、社保、纳税凭证等)

注：以上复印件均需要加盖公章。

封皮：

正本（或副本）

项目编号：HNHJC2018-005

项目名称：海南省皮肤性病防治中心包埋盒打印机
等设备采购项目

采购单位：海南省皮肤性病防治中心

投标单位：

“请勿在开标时间之前启封”

(表 2)

1.2 法定代表人授权委托书

致：海南海机采招标服务有限公司

(供应商名称) 在下面签字的 (法定代表人) 姓名：_____ 职务：_____ 代表本公司授权下面签字的 (被授权代表) 姓名：_____ 职务：_____ 为本公司的合法代理人，就海南省皮肤性病防治中心的海南省皮肤性病防治中心包埋盒打印机等设备采购项目 (项目编号：HNHJC2018-005) 进行响应，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自_____年____月____日至_____年____月____日内签字有效，特此声明。

供应商名称：_____ (公章) 营业执照号码：_____

法定代表人：_____ (亲笔签名) 联系电话：_____

职 务：_____ 身份证号码：_____

被授权人：_____ (亲笔签名) 联系电话：_____

职 务：_____ 身份证号码：_____

生效日期：_____年____月____日

法定代表人
 居民身份证复印件粘贴处
(正反两面)

被授权人
 居民身份证复印件粘贴处
(正反两面)

注：本授权书内容不得擅自修改。

(表 3)

1.3 资格申明信

致：海南海机采招标服务有限公司

为响应贵公司组织的海南省皮肤性病防治中心包埋盒打印机等设备采购项目（项目编号：HNHJC2018-005）货物及服务的询价采购活动，我公司愿意参与报价。

我公司在法律、财务和运作上符合询价通知书对供应商的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（亲笔签名）

申明日期：_____年____月____日

(表 4)

1.4 报价一览表

(独立信封另密封一份)

项目名称	海南省皮肤性病防治中心包埋盒打印机等设备采购项目
响应报价总计	(小写) : _____ (大写) : _____
交付时间	合同签订生效之日起____天内。
备 注	

供应商名称: _____ (公章)

被授权人: _____ (亲笔签名)

注:

- 1、报价一览表应准确填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准；
- 2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；
- 3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

(表5)

1.5 报价明细表

序号	货物名称	品牌规格 型号	产地/制造厂 商	数量	单位	单价(元)	总价(元)
1							
2							
3							
4							
5							
6	...						
投标报价总计			(小写) : _____ (大写) : _____				

供应商名称: _____ (公章)

被授权人: _____ (亲笔签名)

注:

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
- 2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；
- 3、总价=单价×数量，数量由供应商自行计算并填表；
- 4、“报价明细表”中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“报价总计”数。

(表 6)

1.6 技术响应情况表

说明：供应商必须仔细阅读询价通知书中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★，否则视为不响应。供应商必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其响应保证金。

序号	货物名称	原技术规范主要条款描述	供应商技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4				
5	...			

供应商名称： _____ (公章)

被授权人： _____ (亲笔签名)

注：

- 1、此表为表样，供应商必须把询价项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。
- 2、按照询价项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；
- 3、请在“供应商技术规范描述”中列出所投货物的详细技术参数情况；
- 4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；
- 5、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格。

(表 7)

1.7 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

(表 8)

1.8 销售授权书

(制造厂商响应无需提供)

致：海南海机采招标服务有限公司

作为设在(制造厂商地址)的制造/生产(货物名称)的(制造厂商名称)在此以制造厂商的名义授权(供应商名称和地址)用我厂制造的上述货物参加贵公司组织的海南省皮肤性病防治中心包埋盒打印机等设备采购项目(项目编号：HNHJC2018-005)招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述供应商就本次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按采购文件要求提供售后服务。

我方于_____年___月___日签署本文，以此为证。

供应商名称：_____（公章）

出具授权书的制造厂商名称：_____（公章）

制造厂商授权代表：_____（亲笔签名）

职 务：_____

授权日期：_____年___月___日

注：

1、如供应商所投货物为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权书（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定；

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达；

3、制造厂商盖章可以为公章或授权专用章（需提供授权单位相关资料）。

1.9 售后服务承诺

1、本附件内容由各供应商进行填写，应至少包括询价通知书要求的服务内容的响应条件；

2、保修期应明确；

3、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

供应商名称： _____（公章）

法定代表人或被授权人： _____（亲笔签名）

承诺日期： _____年____月____日

1.10 保证金退还申请书

致：海南海机采招标服务有限公司

我司于_____年____月____日为海南省皮肤性病防治中心包埋盒打印机等设备采购项目（项目编号：HNHJC2018-005）所提交的保证金人民币¥18000.00，请贵司退还时划到以下账户：

开户名称			
开户银行全称		联系人	
银行账号		联系电话	

供应商名称：_____（公章）

被授权人：_____（亲笔签名）

日期：_____年____月____日

注：请将此申请书在递交响应文件时，提交至海南海机采招标服务有限公司，联系地址：海南省海口市龙华区海垦路 28 号金都花园 2 栋 703 房，联系人：陈先生、官先生，联系电话：0898-68925027。（递交响应文件时需单独提交此文，勿放入响应文件中）

第五部分 用户需求书

一、产品名称及数量

序号	货物名称	数量	单位	备注
1	包埋盒打印机	1	台	
2	玻片打印机	1	台	
3	取材台	1	套	
4	标本柜	1	套	
5	通风柜	7	套	
6	烤箱	1	个	
7	电子秤	1	个	

二、技术参数及要求：

序号 1：包埋盒打印机 1 台

招标文件条 目号	招标规格	投标商对照 规格
*1	激光喷墨打印	
*2	打印速度≤2.5 秒/个	
*3	墨盒连续打印容量≥200, 000 个	
4	兼容通用标准规格包埋盒	
5	兼容 HIS/LIS	
6	兼容条码扫描器	
*7	包埋盒槽容量≥2X50 个	
8	包埋盒排列槽≥10 个	
*9	字符耐受性测试	
9.1	二甲苯溶液浸泡≥120 分钟无异样	

9.2	EF74 橡皮擦负载 500 克砝码摩擦 \geq 100 次无异样	
9.3	C32X32 平布负载 500g 砝码摩擦 \geq 100 次无异样	
9.4	99.99%乙醇浸泡 \geq 30 分钟, C32X32 平布负载 500g 砝码摩擦 \geq 100 次无异样	
9.5	1X10X30mm 3M 胶带提拉 \geq 100 次无异样	
10	工作电源: 220V,50Hz	
11	额定功率: 100W	
12	待机功率: 5W	
13	一类封闭激光功率: 6W	
14	使用环境温度: 0-50°C	
15	使用相对湿度: 15-90%	
16	配置清单	
16.1	包埋盒打印机 / 1 台	1
16.2	包埋盒管/ 2 根 (容纳 50 个/1 根)	1
16.3	墨盒	1
16.4	打印机系统管理及应用软件	
16.5	电源线	
16.6	打印数据线	
16.7	镊子	
16.8	螺丝刀	
16.9	用户手册	

序号 2: 玻片打印机 1 台

*1	一体式设计激光喷墨打印	
2	玻片上载容量 \geq 100 片	

3	玻片打印容量 ≥ 30 片	
4	连续打印速度 ≤ 6 秒/张	
*5	具备学习功能的字符识别系统	
*6	墨盒连续打印容量 ≥ 200000 张	
7	LIS/HIS 兼容	
8	彩色触摸屏	
9	兼容条码扫描枪	
*10	字符耐受性测试	
10.1	二甲苯溶液浸泡 ≥ 120 分钟无异样	
10.2	EF74 橡皮擦负载 500 克砝码摩擦 ≥ 100 次无异样	
10.3	C32X32 平布负载 500g 砝码摩擦 ≥ 100 次无异样	
10.4	99.99%乙醇浸泡 ≥ 30 分钟，C32X32 平布负载 500g 砝码摩擦 ≥ 100 次无异样	
10.5	1X10X30mm 3M 胶带提拉 ≥ 100 次无异样	
11	通用玻片	
12	工作电源:220V, 50Hz	
13	额定功率:100W	
14	待机功率 15W	
15	一类 封闭激光 功率:6W	
16	使用环境温度: 10-35℃	
17	使用相对湿度: 30-90%	
18	配置清单	
18.1	玻片打号机	1
18.2	玻片管 (容纳 100 个/1 根)	1
18.3	墨盒	1

18.4	电源线	
18.5	打印数据线	
18.6	镊子	
18.7	螺丝刀	
18.8	用户手册	
18.9	字符识别系统	

序号 3: 取材台 1 套

1	取材台主体	
*1.1	规格: 1500 长*760 宽*1900 高 (mm) 厚度为 1.5MM 的 304 不锈钢外壳和厚度为 1.5MM 的 316 不锈钢台面。	
*1.2	配备侧面喷淋系统, 冷暖水龙头, 全封闭式结构	
*1.3	下排气系统, 大功率吸风装置, 低噪音。下排风, 长条形百叶式耐酸碱不锈钢排气孔, 排风量 3600m ³ /h ,全压范围 330-550pns, 工作风噪 < 50db, 风速 ≥0.8m/s, 配优质 PVC 防腐风管	
2	一体式水槽: 水槽深度 ≥280MM, 附带过滤网装置	
*3	管路粉碎机	
3.1	感应式电机, 不锈钢内胆	1
3.2	额定电压: 220V, 50HZ	
3.3	功率: 0.37KW	
3.4	转速: 1850r/min	
3.5	容量: 1L	
4	冷热水供应: 使用品牌 24 小时及热式冷热水龙头	
5	负压式抽风装置	
5.1	排风量 3600m ³ /h ,全压范围 330-550pns, 工作风噪 < 50db,风速 ≥0.8m/s	

5.2	额定电压：220V，50HZ	
6	伸缩式水龙头	
6.1	内胆为黄铜，抗氧化	
6.2	水龙头表面双层电镀	
6.3	双段式调节设计	
*7	电气部分	
7.1	配备紫外线消毒灯，照明灯，射灯。其他开关均使用配电器专用开关，使用寿命长，并使用不同颜色区分不同的用途	
7.2	配备取材台整体电路控制系统，变压装置，接地装置	
8	配置万向调节摄录固定装置，支持与大体标本摄像系统及病理工作站软件的互联	

序号 4：标本柜 1 套

*1	不锈钢打造，材料厚度为 1mm，耐强酸强碱	
2	上抽风，下进风，下部侧面设计有圆孔式进风口，上部使用风机抽风，通过风管有效将柜内有毒气体排出	
*3	上下分体双段式双开门设计，中间镶嵌 5mm 玻璃，具有承载性强，阻尼式设计	1
4	上下共 4 层不锈钢层板	
5	噪音大功率离心风机，转速：1400r/min，抽风量：800 立方米/小时，额定电压：220V，50HZ，噪音 < 20db	1

序号 5：通风柜 7 套

1	尺寸：H2350*W1500*D800（可定制）	
2	适用范围：病理科染色，包埋，脱水，免疫，封片	
*3	柜体：外壳采用 1.5mm 不锈钢，导流板为三段，提高排烟通风功效	
4	台面：采用 1.5mm 不锈钢，配备洗手盆，龙头	

*5	视窗：视窗为上、下移门，玻璃为 5mm 安全玻璃，采用无段式平等装置，可停于任意位置	
6	照明：40W 日光灯组，不少于 300Lax	
7	配置：两个多功能电源插座，两个开关	
8	风机：高效低噪音离心风机	

序号 6 烤箱 1 个

1	电源电压：AC220V50HZ	
2	控温范围：RT+10~200℃/RT+10~250℃	
3	恒温波动度：±1.0℃	
4	温度分辨率：0.1℃	
5	温度均匀度：±3%	
6	工作环境温度：+5~40℃	
7	输入功率：850W	
8	容积：30L	
9	内胆尺寸（mm）W×D×H：340×320×320	
10	外形尺寸（mm）W×D×H：620×440×490	
11	载物托架（标配）：2 块	
12	定时范围：1~9999min	

序号 7 电子秤 1 个

1	直观的操作，形象的图标符号	
2	彩色触摸屏	
3	称量应用模式和可调显示角度的设计	
4	操作简化，方便使用	

三、验收标准和要求：

- 1、交付时间：合同签订生效之日起 30 天内。
- 2、交付地点：用户指定地点。
- 3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。
- 4、验收要求：按谈判文件技术参数进行验收。