

# 单一来源采购文件

招标编号：HNHJC2018-007

项目名称：海南省眼科医院卡尔蔡司  
全飞秒 VisuMax 维保项目

海南省眼科医院

海南海机采招标服务有限公司

二〇一八年五月

# 目 录

- 第一章 谈判邀请函
- 第二章 报价人须知
- 第三章 用户需求书
- 第四章 合同条款
- 第五章 响应性文件内容和格式

# 第一章 谈判邀请函

受海南省眼科医院的委托，海南海机采招标服务有限公司就海南省眼科医院卡尔蔡司全飞秒 VisuMax 维保项目（招标编号：HNHJC2018-007）组织采购。本项目采用单一来源采购方式，现特邀请 卡尔蔡司（上海）管理有限公司 参与谈判。有关事项如下：

## 一、项目情况

- 1、名称：海南省眼科医院卡尔蔡司全飞秒 VisuMax 维保项目
- 2、招标编号：HNHJC2018-007
- 3、技术要求：见“用户需求书 ”
- 4、本项目预算：本项目预算为 225 万元。超过采购预算金额的投标文件按无效投标处理。

## 二、谈判文件的获取

- 1、时间：2018 年 5 月 24 日至 2018 年 5 月 29 日 9:00-12:00，14:30-17:30（节假日除外）；
- 2、地点：海南省海口市龙华区海垦路 28 号金都花园 2 栋 703 房；3、售价：人民币 300 元（售后不退），投标保证金：¥30,000.00 元；
- 4、报名时需提供营业执照复印件加盖公章（营业执照副本原件备查）、公司授权购买招标文件人员的委托书 加盖公章、购买招标文件人员的身份证复印件加盖公章；
- 5、投标保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。投标保证金必须在投标截止时间前到账，否则投标无效。

户 名：海南海机采招标服务有限公司

开户行：中国银行海口琼山支行

帐 户：267524196548

### 三、响应性文件递交截止时间、谈判时间及地点

1、响应性文件递交截止时间：2018 年 5 月 30 日上午 09:00;

2、谈判时间：2018 年 5 月 30 日上午 09:00; 3、谈判地点：海南省海口市龙华区海垦路 28 号金都花园 2 栋 703 房; 4、招标结果请查询：<http://www.ccgp-hainan.gov.cn>

### 五、招标代理机构联系方式

地址：海南省海口市龙华区海垦路 28 号金都花园 2 栋 703 房

联系人：官先生、陈先生 电话：13976917907、13518025191、0898-68925027

公司邮箱：[hnhjc2016@163.com](mailto:hnhjc2016@163.com)

### 五、采购人联系方式

地址：海南省海口市秀英区秀华路 19 号海南省眼科医院

联系人：潘先生

联系电话：18976257559

海南海机采招标服务有限公司

二〇一八年五月

## 第二章 报价人须知

### 一、总则

#### 1. 名词解释

- (1) 采购人：海南省眼科医院
- (2) 招标人：海南海机采招标服务有限公司
- (3) 报价人：指按照本文件规定获得单一来源文件并参加谈判的供应商。

#### 2. 适用范围

本单一来源采购文件适用于本单一来源谈判中所述货物的单一来源谈判采购。

#### 3. 报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

#### 4. 谈判文件的约束力

本文件由招标代理机构负责解释。

### 二、谈判文件

#### 5. 谈判文件的组成

(1)谈判文件由六部分组成，包括：

- 第一章 谈判邀请书
- 第二章 报价人须知
- 第三章 用户需求书
- 第四章 合同条款
- 第五章 响应性文件内容和格式

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

(2)报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

(3)报价人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交响应性文件，将有可能导致响应性文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

#### 6. 谈判文件的澄清

报价人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间前一天前以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式进行答复。

#### 7. 谈判文件的修改或补充

(1)在报价截止时间前，招标人可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

(2)当谈判文件与修改/补充的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的修改/补充为准。

(3)为使报价人有足够的时间按谈判文件的修改/补充要求修正响应性文件，招标人有权决定推迟谈判时间。

### 三、响应性文件编制及要求

8. 报价人应当按照本单一来源文件的要求编制谈判响应性文件，响应性文件应当对单一来源采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

9. 响应性文件应用 A4 规格纸编制并装订成册，内容和格式参见“第五章 响应性文件内容和格式”

10. 响应性文件一式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

11. 响应性文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12. 响应性文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应性文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖报价人公章。

13. 响应性文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

### 四、响应性文件的递交

14. 响应性文件的密封及标记

(1) 报价人应将响应性文件正本和所有副本密封在报价专用袋（箱）中，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

**致：海南海机采招标服务有限公司**

**项目名称：海南省眼科医院卡尔蔡司全飞秒 VisuMax 维保项目**

**项目编号：HNHJC2018-007**

**注明：“请勿在开标时间之前启封”**

**报价单位名称、联系人姓名和电话**

(2) 响应性文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人不对响应性文件被错放或先期启封负责。

#### 15. 报价截止时间

(1) 报价人须在报价截止时间前将响应性文件送达招标人规定的报价地点。

(2) 在报价截止时间后递交的响应性文件，招标人将拒绝接受。

### 五、单一来源谈判保证金

16. 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

17. 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

18. 投标保证金的退还

19. 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

20. 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

21. 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
- (2) 投标人不按本章规定签订合同；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

报价有效期为从响应性文件递交截止之日起计算的 **60 天**，有效期短于此规定的响应性文件将被视为无效。

## 六、谈判

22. 谈判小组：谈判小组依法由相关技术专家和采购人代表三人或以上单数组成。

23. 谈判报价人：参加谈判的供应商代表应是单位法定代表人或其委托人。

24. 谈判程序：

(1) 实质性响应审查。谈判小组依据单一来源采购文件的规定，从报价人递交响应性文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性要求作出响应。如响应性文件对单一来源采购文件没有实质性响应，则谈判终止。

(2) 谈判小组按照谈判文件就采购项目的技术要求、市场价格、服务承诺、项目管理、培训等与报价人进行谈判。

(3) 谈判小组经过谈判后，根据符合采购需求、技术和功能满足要求且报价合理的原则确定与报价人成交。

(4) 谈判结束后，参加谈判的报价人应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署。

(5) 谈判小组在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上确认供应商并进行采购。

24. 谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与谈判有关的一切技术资料、价格或其他信息。

## 七、签订合同

26. 成交通知

(1) 定标后，招标人向成交供应商发出成交通知书。

(2) 成交通知书、谈判文件、成交人的响应性文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同的组成部分。

(3) 成交供应商按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同，否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标人造成损失的，报价人还应承担赔偿责任。



27. 招标代理服务费

招标代理机构根据项目预算按计价〔2002〕1980号文相关规定向成交人收取。

# 第三章 用户需求书

## 一、项目名称

海南省眼科医院卡尔蔡司全飞秒 VisuMax 维保项目

## 二、项目内容

服务类别：设备年度保修 保修参数要求：

序号 1：卡尔蔡司全飞秒 VisuMax 维保

招标文件条目号	招标规格	投标商对照规格
1	维修资质要求：机构必需要有原厂授权的维修资质，设备必需由经过原厂培训认证的维修工程师进行服务。	
2	保修范围包括 Visumax 主机 (S/N: 1080090) 与床、HFA750i (S/N: 750i-40089)、Visulas YAGIII (S/N: 938114)、IOL-master 5.5 (S/N: 1076903)、Resight700 (S/N: 102324)、Cirrus OCT 4000 (S/N: 4000-11745)、OPMILumera T (S/N: 6215145582)、OPMIVisu210 (S/N: 6214405557)、OPMI Visu140 (S/N: 6212404966)、OPMI Lumera i (S/N: 6633123783) 共 10 台设备。	
3	维修保养费用包含所需的全部差旅费、工时费、技术服务费以及保修范围内更换的零配件费用。	
4	服务支持系统：通过服务提供方的服务热线 400-690-0401，客户可方便的报备仪器的紧急维修需求，或进行其他相关事宜问询(如技术咨询，临床应用支持等)。	

5	<p>设备定期保养要求：保修期内提供 Visumax 每年 4 次定期主动保养服务，其它 9 台设备每年 2 次定期主动保养服务，保养服务包含：</p> <p>包含清洁光路：clean optic mirror</p> <p>包含光路准直：beam path alignment</p> <p>包含能量校准：energy calibration</p> <p>包含强度校准：intensity calibration</p> <p>包含负压吸引校准：suction calibration</p> <p>包含扫描器重力校准：force detector calibration</p> <p>包含手术观察区光源亮度检测：observation illumination</p> <p>包含手术治疗区光源亮度（IR）检测：treatment illumination(IR)</p>	
6	<p>响应时间要求：电话响应小于 2 小时，场地响应小于 48 小时。</p>	
7	<p>开机率要求：服务提供方保证在仪器开机率为全年(365 天)90%以上（法定节假日除外），停机每超出一个工作日，维修服务合同期限自动延长一个工作日。</p>	
8	<p>零配件要求：服务提供方免费提供为了恢复设备的完整功能而更换的零备件，服务提供方保证仅使用原厂生产的零备件为客户进行维修服务。</p>	

### 三、商务要求

产品的所有税金由投标人负责，货款承付一律通过银行转账。

### 四、包装要求及运输方式

- 1、包装要求应采用抗锈蚀、抗强烈震动，必须适于铁路、水、陆联运及长途运输的包装方式，任何由于包装不当或防护措施不力而导致的设备损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果均由卖方负责。
- 2、运输要求卖方必须选择买方可接受的运输方式做好长途运输，完整交货。
- 3、到货地点卖方应将设备运到用户单位目的地，并组织人员卸车搬运，搬卸费均由卖方负责。

### 五、售后服务与要求

1、操作和维修培训：投标方应提供必要的和正规的操作和维修培训并提供培训资料。

2、售后服务保证：投标方在中国国内应设有维修服务部门和零备件仓库。请投标方出示维修服务部门的营业执照的复印件。

3、维修资料和图纸：投标方在提供的设备配置中应包括维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

4、设备技术指标参数文件：必须提供所投设备原版印刷的设备技术指标参数文件。如是英文的，须同时提供中文翻译文件。否则，将视为无效投标。

5、投标方应提供的其他文件和资料：必备

### 六、其它要求

投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，招标人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。



成的一切损失。待设备补足或更换后，甲乙双方重新对合同设备进行检验，验收合格后再组织安装调试。

(二) 乙方应派专业工程师到现场进行安装、调试设备，并对相关人员进行培训。在安装过程中，甲方工程师负责对设备安装调试予以配合和相应的协调工作。

(三) 乙方对设备所进行的安装调试应与合同约定的性能完全一致，且不能低于相应的国家标准及行业标准。安装调试完毕，双方根据合同的技术标准共同进行验收，并交付合同设备的质量合格证、保修单、使用说明书、维修手册等相关资料。在验收过程中，如合同设备的一项或数项指标未达到设备技术资料所规定要求，乙方应于5日内予以更换设备，由此产生的费用由乙方承担。验收合格后，双方签署验收报告，并加盖设备科公章确认。

#### **四、质量保证和售后服务**

(一) 乙方保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，并为全新未使用过的。设备必须符合国家检测标准，乙方承诺所供设备与中标所示设备明细完全一致，不存在任何偏差。如设备的规格或质量与合同不符，或设备存在缺陷，乙方应接到甲方书面通知后六十日内按合同确定的规格、质量予以更换，由此产生的一切费用及给甲方造成的一切损失由乙方承担。同时相应延长质量保证期。

(二) 如因规格、质量问题，乙方未按第一款的约定处理，甲方有权要求乙方退货，乙方必须按合同约定的货款并加算银行同期贷款利息，退款给甲方；并承担由退货给甲方造成的损失。

(三) 如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定，鉴定费用由乙方承担。

(四) 乙方保证合同设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担由此对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

(五) 乙方无偿指导和培训甲方维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点在设备安装现场或按甲方安排。

(六) 从设备安装验收合格之日起保质期三个月，保质期内设备如发生性能故障，甲方可以选择退货、换货（同规格型号的），由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

(七) 从设备安装验收合格之日算起保修期\_\_\_\_年，由乙方负责免费保修。

(八) 乙方接到甲方设备故障报修，须在 24 小时内到现场检修（不可抗拒力量除外），迅速解决问题。如 5 个工作日内不能完成设备故障维修，乙方应提供备用设备。

(九) 保修期满后，乙方应继续为设备提供维修服务。

## 五、付款方式

甲乙双方签订合同后 5 个工作日内，甲方付货物中标总价的 30%；货到指定地点之后，甲方付货物中标总价的 30%；设备安装调试培训使用后，甲方付货物中标总价的 30%；通过正式验收后一年内甲方付货物中标总价的 10%。

## 六、违约责任

(一) 乙方逾期交货应按每逾期一天向甲方支付合同总金额的 1%违约金，逾期交货超过两个月视为乙方严重违约，甲方有权解除合同。

(二) 乙方交付的设备不符合合同约定，如甲方通知在更换期限之内不能更换的，每逾期一天应向甲方支付合同总金额 1%的违约金。

(三) 甲方逾期付款，应按每逾期一天，向乙方支付合同总金额的万分之八的违约金。

## 七、不可抗力

甲乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给双方造成的损失，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。不可抗力因素消除后，双方应立即通过友好协商解决本合同的后续履行事宜。

八、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下3处理：

- 1、由甲乙双方协商处理。
- 2、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

**九、合同生效：**本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

**十、合同鉴证：**招标机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

**十一、组成本合同的文件包括：**

- (一) 合同专用条款和通用条款；
- (二) 乙方的开标一览表及投标分项报价表；
- (三) 中标通知书；
- (四) 设备技术参数和配置清单（必须与《投标文件》响应完全一致）；
- (五) 售后服务承诺函、产品授权书、产品注册证等甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方拥有最终的解释权。

**十二、合同备案**

本合同一式陆份，中文书写。甲方叁份、乙方、招标机构各执一份，另外一份报省财政厅政府采购管理处备案。

甲方：\_\_\_\_\_（盖章）

乙方：\_\_\_\_\_（盖章）

法人代表：\_\_\_\_\_

法人代表：\_\_\_\_\_

签约代表：\_\_\_\_\_

签约代表：\_\_\_\_\_

二〇一八年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

二〇一八年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**招标机构：**海南海机采招标服务有限公司（盖章）

地 址：

经办人：

二〇一八年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 第五章 响应性文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作响应性文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对响应性文件的评价。

- 1、报价函（表 1）
- 2、报价一览表（表 2）
- 3、技术要求响应表（表 3）
- 4、报价人简介
- 5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件、保证金证明材料等
- 6、授权委托书（表 4，投标文件正本原件，副本复印件）
- 7、法定代表人身份证复印件
- 8、授权代表身份证复印件
- 9、参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（表 5）
- 10、技术部分(根据“用户需求书”内容做出全面响应，内容包括且不仅限于技术方案、项目实施组织、培训、验收、服务承诺等)
- 11、报价人认为需要的其它材料

注：以上复印件需要加盖公章，原件备查

## 表 1、报价函

致：海南海机采招标服务有限公司：

根据贵单位“海南省眼科医院卡尔蔡司全飞秒 VisuMax 维保项目”（项目编号为 HNHJC2018-007）的报价邀请函，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表报价人\_\_\_\_\_（报价单位名称），提交响应性文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照谈判文件第一章“报价人须知”的规定，本响应性文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60 天，在此期间，本响应性文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。
- 4、如果我方成交，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 5、如果我方成交，我方将支付本次谈判的服务费。

报价人名称：\_\_\_\_\_（公章）

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_（签字或私章） 职务：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 表 2、报价一览表

项目名称：海南省眼科医院卡尔蔡司全飞秒 VisuMax 维保项目

项目编号：HNHJC2018-007

工期：合同签订之日起\_\_\_\_\_。

序号	名称	项目内容/规格型号	单价（元）	数量	单位	合计（元）	备注
1							
2							
3							
4							
5							
...							
报价总额			（小写）				
			（大写）				
最终报价			（小写）				
			（大写）				

报价人全称：（盖章）                  全权代表（签名或私章）：

- 注：1、报价总计包括运输、人员培训及相关售后服务等所有的费用和税费；  
 2、投标报价时，“最终报价”栏请先不要填写，谈判结束后授权代表在报价文件正本的此表格上填写最终报价；  
 3、报价一览表格式不得自行改动。



## 表 4、授权委托书

致：海南海机采招标服务有限公司：

本授权书声明：

委托人：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_

受托人：姓名\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 出生日期：\_\_\_\_\_ 年 月 日

所在单位：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

身 份 证：\_\_\_\_\_ 联系方式：\_\_\_\_\_

兹委托受托人\_\_\_\_\_代表我方参加海南海机采招标服务有限公司组织的  
海南省眼科医院卡尔蔡司全飞秒 VisuMax 维保项目（项目编号为：  
**HNHJC2018-007**）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加报价活动；
- 2、出席谈判会议；
- 3、签订与成交事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位 \_\_\_\_\_（公章）

法定代表人 \_\_\_\_\_（签字或私章）

受托人 \_\_\_\_\_（签字或私章）

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

表 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录  
的声明函

致：海南海机采招标服务有限公司

为响应贵公司组织的海南省眼科医院卡尔蔡司全飞秒 VisuMax 维保项目  
(项目编号为：HNHJC2018-007) 货物及服务的招标采购活动，我司声明如下：

本项目招标公告前三年内，我司在经营活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等重大违法行为。

如有虚假，我司愿意接受相关处罚。

特此声明。

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_（签字或私章） 职务：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_