

海南省第二人民医院 医用设备项目

竞争性谈判文件



招标编号：ZB2019-0409

采购单位：海南省第二人民医院

招标代理：海南政邦招标代理有限公司

二〇一九年四月

目 录

第一部分	投标邀请函.....	3
第二部分	投标人须知.....	5
第三部分	用户需求书.....	17
第四部分	合同条款.....	27
第五部分	投标文件格式.....	30
第六部分	评标办法.....	42

第一部分 投 标 邀 请 函

海南政邦招标代理有限公司受海南省第二人民医院委托,对其海南省第二人民医院医用设备项目进行竞争性谈判,现邀请国内合格的供应商前来参加密封投标。

一、招标编号: ZB2019-0409

二、谈判项目及范围

- 1、项目名称: 海南省第二人民医院医用设备项目
- 2、采购用途: 工作需要
- 3、项目预算: 767000.00 元 (超过采购预算金额的投标文件按无效投标处理)
- 4、简要技术要求或招标项目的性质: 见招标文件第三部分《用户需求书》

三、供应商资格要求

- 1、符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件;
- 2、在中华人民共和国注册,具有独立承担民事责任能力的法人,需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可;
- 3、有依法缴纳税收的良好记录(提供 2018 年 1 月 1 日至今任意 1 个月依法缴纳税收记录凭证);
- 4、有依法缴纳社会保障资金的良好记录(提供 2018 年 1 月 1 日至今任意 1 个月依法缴纳社会保障资金记录凭证);
- 5、具有医疗器械经营企业许可证;
- 6、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(加盖公章);
- 7、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和没有列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。(提供信息查询结果界面截图,加盖供应商公章;查询截止时间:投标截止时间。);
- 8、本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

- 1、发售标书时间: 2019 年 4 月 23 日-2019 年 4 月 25 日 (08:30-17:00) 北京时间。

2、发售标书地址：海口市西沙路 15 号星华佳园 D1 栋 2102 室。

3、标书售价

项目本身：招标文件每套售价 200.00 元（售后不退）。

报名时需提交的材料：需提供营业执照副本复印件、授权代表身份证、法定代表人身份证复印件及法人授权书（注：报名材料收复印件加盖公章）。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、投标文件递交截止时间：2019 年 4 月 26 日 09:00 :00（北京时间）。

2、投标文件递交地址：海口市西沙路 15 号星华佳园 D1 栋 2102 室。

3、开标时间：2019 年 4 月 26 日 09:00 :00（北京时间）。

4、开标地点：海口市西沙路 15 号星华佳园 D1 栋 2102 室。

5、公告发布媒介：公告、采购文件修改或澄清等信息，将在中国海南政府采购网 (<http://www.ccgp-hainan.gov.cn>) 海南省人民政府政务服务中心网 (<http://www.hizw.gov.cn>) 发布。

六、联系方式

1) 采购人：海南省第二人民医院

采购人机构所在地点：海南省五指山市奥雅路 14 号

联系人：李先生

联系方式：0898—31870018

2) 代理机构：海南政邦招标代理有限公司

项目联系人：吴女士

联系电话：68525258/18976058285

传 真：0898-68525258

第二部分 投标人须知

一、总 则

1. 综合说明

1.1 本招标文件仅适用于本次竞争性谈判所叙述的货物项目。

1.2 本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理招标申请，并得到招标管理机构批准，现通过竞争性谈判来择优选定服务的供货商。本招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。投标人应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。投标人被视为充分熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉招标文件的格式、条件和范围。投标人没有按照招标文件的要求提交相关资料，或者投标人没有对招标文件相关内容都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

2. 合格的投标人

2.1 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备招标文件第一部分“投标人资格要求”规定的条件。

2.2 供应商其他合格条件详见本项目采购公告。

2.3 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

2.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.5 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

2.6 招标（采购）文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区）。

2.7 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大

数额罚款等行政处罚、或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的投标人不得参与投标。

3. 投标费用

3.1 供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件等响应过程中所涉及的一切费用，不论响应结果如何，采购人及采购代理机构将不予承担。

3.2 本次采购活动的代理服务费由中标单位向海南政邦招标代理有限公司支付。收费标准参考《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）文件采用差额定率累进法收取。支付时间：在签发中标通知书前；支付方式：中标单位提交招标代理公司的账户或现金支付，否则采购代理机构有权利拒发中标通知书。

4. 法律适用

4.1 本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

5. 谈判文件的约束力

5.1 投标人一旦购买了本招标文件并在7个工作日内未对采购代理机构提出书面质疑，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.2 本招标文件由海南政邦招标代理有限公司负责解释。

二、谈判文件

6. 谈判文件的组成

6.1 谈判文件由六部分组成，包括：

第一部分 投标邀请函

第二部分 投标人须知

第三部分 用户需求书

第四部分 合同条款

第五部分 投标文件格式

第六部分 评标办法

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与海南政邦招标代理有限公司联系解决。

6.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7. 招标文件的澄清

7.1 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在海南政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日十五日前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.3 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商。

7.4 投标人对采购代理机构提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

8. 招标文件的更正或补充

8.1 在投标截止时间前十五天，采购代理机构均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

8.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.4 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视同投标人已收到更正公告。

8.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购代理

机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间,并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

三、投标文件

9. 投标文件的语言及度量衡

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文（语言文字）。投标文件中如附有外文资料,必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面,否则,投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 投标人已印制好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言,但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时,以译文为准。

9.3 除在招标文件第五部分中另有规定外,度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

10. 投标文件的组成

投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五部分“投标文件格式”要求）：

10.1 投标函、投标报价、技术商务、售后服务。

10.2 投标人相关证明文件。

11. 投标报价

11.1 本次采购采用总承包方式,因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、等其他有关的所有费用。

11.2 采购代理机构不接受任何有选择的报价,必须是唯一报价。

11.3 预中标人的投标报价超过采购预算的,必须征得采购人同意追加预算,否则,采购人有权拒绝预中标人,而递选下一个顺位排序人。

12. 投标货币

12.1 投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的,从其规定。

12.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

13. 投标保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额：10000.00 元整(大写：壹万元整)。

13.2 投标保证金可采用下列形式，并符合下列规定：

13.2.1 为确保投标保证金及时到账，投标保证金到账时间：2019年4月25日 18:00:00 提交至采购代理机构帐户上；

开户名称：海南政邦招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司海口大英山支行

银行帐号：4605 0100 3136 0000 0266 。

13.3 若投标人不按第 13.1 和 13.2 条的规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

13.4 投标保证金的退还

13.4.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内办理退还手续。

13.4.2 落标的投标人的投标保证金将在采购代理机构发出中标通知书 5 个工作日内办理退还手续。

13.4.3 如投标保证金为海南政邦招标代理有限公司收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到 0898-68525258，以便办理投标保证金退还手续。

13.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回投标；
- (2) 中标人不按第 29 条规定签订合同；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (5) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14. 投标有效期

14.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可在投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求

而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

15. 投标文件的数量、签署及形式

15.1 供应商递交的响应文件为一式肆份，其中正本壹份，副本叁份，电子版一份（光盘或U盘，光盘或U盘上请标明公司名称，并密封在“唱标信封”中），投标文件应用不褪色的墨水中文打印，并装订成册。投标文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。每份投标文件均在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

15.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权代表在投标文件逐页签字加盖单位公章，副本可以采用经盖章正本投标文件复印，投标文件需盖骑缝章，未盖骑缝章的将被视为无效投标。

15.3 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

四、投标文件的递交

16. 投标文件的密封及标记

16.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章，所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并在正面四个角加盖密封骑缝章（投标人公章）。

16.2 投标专用袋（箱）上须注明：

- （1）项目编号及项目名称；
- （2）分包号（如有的话）；
- （3）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真。

16.3 投标文件未按第 16.1 和 16.2 条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

16.4 投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密

封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

- (1) 从投标文件正本中复印的报价一览表；
- (2) 交纳投标保证金证明文件的复印件；
- (3) 投标函；
- (4) 电子版。

17. 投标截止时间

17.1 投标人须在招标文件第一部分规定的投标截止时间前将投标文件送达采购代理机构规定的投标地点。

17.2 若采购代理机构按 8 条规定推迟了投标截止时间，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18. 迟交的投标文件

18.1 在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接受。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

19.2 投标文件的修改文件应按第 15 条规定签署、密封，并按第 16.2 条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达采购代理机构规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

19.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

五、开标及评标

20. 开标

20.1 采购代理机构按招标文件第一部分规定的时间和地点开标。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证

件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对投标文件的处理不承担责任。

20.3 开标时，采购代理机构、公证员（如有）或投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

20.4 若投标文件未密封，或投标人未提交投标保证金（包括投标保证金不符合第13条规定），采购代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

20.5 按照第19条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

21. 谈判小组

21.1 受采购人的委托，采购代理机构向有关部门申请，从海南省人民政府政务服务中心专家库随机抽取叁名专家，组成叁人竞争性谈判小组，该谈判小组独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22. 对投标文件的符合性审查

22.1 符合性审查的内容包括： 详见符合性审查表

符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

22.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

22.3.1 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

22.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

22.4.1 开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

22.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

22.4.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

23. 投标文件的澄清

23.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权

代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

23.2 评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充，

23.3 投标供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个投标人都将被询标。

24. 评标及定标

24.1 采购代理机构、评标委员会分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

24.2 评标委员会按公布的招标文件中“第六部分”评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25. 评标过程保密

25.1 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

25.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，采购代理机构将有专门人员与投标人进行联络。

25.4 采购代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

六、授标及签约

26. 定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第

二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

27. 废标的情况

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

27.1.1 符合投标条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的。

27.1.2 出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的。

27.1.3 投标人的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的。

27.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

27.2、废标后，由采购代理机构发布废标公告。

28. 质疑处理

28.1 如果投标人对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向采购代理机构提出质疑。

28.2 采购代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对投标人的质疑进行回复，或投标人对采购代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

28.3 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

29. 中标通知

29.1 定标后，采购代理机构应将定标结果通知所有的投标人，并向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到采购代理机构领取则无需回复）。

29.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

30. 签订合同

30.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则采购代理机构有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

31. 腐败和欺诈行为

本采购形成的合同项下的买方和卖方（中标供应商）在合同生效和实施过程中应遵守最高的道德标准。为此目的，定义下述条件：

(1) “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程中或合同实施过程中的行为；

(2) “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方和公共利益，包括供应商之间串通投标（递交响应文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了买方从竞争中所获得的利益。如果被推荐的中标供应商被认为在本采购合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则其投标将被拒绝。

32. 政策功能

32.1 本次招标优先选购中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。

32.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

32.3 投标产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书复印件。

32.4 投标产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

32.5 招标文件中提供的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能根据市场情况列出的品牌或型号，并不是限制条件。

32.6 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业（2011）300号），残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三部分 用户需求书

一、项目概况

- 1、项目名称：海南省第二人民医院医用设备项目
- 2、项目编号：ZB2019-0409
- 3、项目预算：76.7 万元
- 4、采购用途：工作需要
- 5、采购方式：竞争性谈判

二、采购需求

序号	项目名称	数量	单位	备注
1	内镜清洗设备	1	套	详见表 1
2	全自动血流变测试仪	1	台	详见表 2
3	生物安全柜技术参数(大柜)	2	台	详见表 3
4	生物安全柜技术参数(小柜)	1	台	详见表 4
预算金额 (投标报价超出采购预算的视为无效投标)		大写：柒拾陆万柒仟元整 小写：¥767000.00 元		

表 1

内镜清洗设备 参数

名称及数量	技术参数详细说明
清洗槽面及干燥台面	<p>★1、采用 ABS+PMMA 高档洁具材料制成，通过高温加工一次性热合吸塑成型；</p> <p>2、无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色、不变脆，对镜面探头起到一定的保护作用，对工作人员身体无害；</p> <p>3、整体槽面及台面必须为平整式离地高$\geq 900\text{mm}$防泛水设计，非倾斜式设计。</p>
功能背板及灯箱	<p>★1、采用$\geq 1.2\text{MM}$多工艺防水防腐蚀处理、正反两面光洁的钢板成型，非塑料板、玻璃钢或木板等材质；</p> <p>2、特点不燃烧、不腐蚀、耐酸碱、不易藏污纳垢，整体含接性强，无久用变型现象，能承受较重的附加设备和配件，整体造型结构可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养，搬迁和功能升级之用；</p> <p>功能背板规格：长度以台面长度为准，宽$\geq 80\text{mm}$，高度离地为$\geq 1660\text{mm}$。</p>
台面支架	<p>1、选用全优质不锈钢材质，厚度$\geq 1\text{mm}$，高$\geq 900\text{mm}$；</p> <p>2、带万向轮，所有柜体设计有储物底板。</p>
柜门	<p>★1、采用高密度 PVC 复合板，金属烤漆工艺制成；</p> <p>2、具有环保、易吸收冲击（对高精密仪器尤为重要）、防水、防腐、防潮，轻巧经久耐用、绝无变形崩裂现象等特点；</p> <p>3、柜门颜色可选。</p>
防锈供排水系统	<p>1、给水龙头和去水器选用优质 304 不锈钢材质，保证永不生锈。其它所有给水管和排水管均采用优质 PP-R 冷、热水管材和管件，非 PVC 钢丝软管及 PVC-U 管材及管件组成。</p> <p>2、具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点；</p> <p>3、产品特性要求：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体。</p>
一体化供气管道系统	采用专用气动部件，承压强，寿命长，外径 $\geq 6\text{mm}$ ，内径 $\geq 4\text{mm}$ 。
电路系统	电源线采用三芯带地线，加强型，所有布线线路有序整齐，便于维护保养。

自动注液器	<p>★1、外挂式设计，非嵌入或隐藏式设计，管路循环距离短，不产生凹凸现象，无积水滞留，避免二次污染。注液主机与微电脑控制器于一体，非分体式设计；</p> <p>2、采用感应式无接触启动及手动按键启动两种方式设计；</p> <p>3、中文蓝色液晶显示；</p> <p>4、具有高水压，低流量的工作特点；</p> <p>5、脉冲水流可以对血块、人体粘液进行冲击注射，提高清洗效果；</p> <p>6、一机两用，即可注液，又可注气吹干；</p> <p>7、多级过滤防堵，减少内镜送水送气管道的堵塞；</p> <p>8、维修效率：外挂式结构，即插即用，便于自身清洁保养；</p> <p>9、快速连接口，使用寿命长，插取方便、快捷；</p> <p>10、电压：AC12V，压力：≥ 0.42 mPa，流量：≥ 3.0L/min，功率：≤ 70W。</p>
计时器	<p>★嵌入式安装，蓝色单晶片 LCD 中文显示，微电脑控制程序，配带真人语音提示，定时范围：0-99 小时 59 分，电压：AC12V。</p>
高压供水器	<p>连接高压水枪，属高压脉冲型，微电脑控制程序，水压自动恒定控制，提供恒定高压力的注水，无论用户供水水压在高于或低于设定压力时启动，永远维持恒定压力。电压：AC12V，水压：≥ 0.42mPa，流量：5.0 L/min，功率：≤ 65W。</p>
水处理器	<p>不锈钢材质，1μm 过滤，过滤水质减少内镜清洗用水配件不被堵塞，可采用反冲式维护清洗，勿需常更换滤芯，水处理量：3T/h。</p>
纯水处理器	<p>采用 RO 反渗透膜高精度物理过滤，过滤精度高达 0.0001μm。适应水温：5-45℃，适应水质：市政自来水，符合 GB5749-2006 之水标。</p> <p>适应电源：AC 220V 50Hz；</p> <p>额定功率：80W；</p> <p>进水压力：0.1Mpa-0.35Mpa；</p> <p>工作压力：0.6Mpa-0.8Mpa；</p> <p>RO 膜：EW-400G；</p> <p>纯水产水量：60L/H；</p> <p>主机尺寸：40cm×18cm×46cm；</p> <p>压力桶储水量：40L；</p> <p>紫外线杀菌器：电源 AC220V 50Hz-60Hz；</p> <p>紫外线杀菌器整流器功率：8w/0.4A；</p> <p>紫外线杀菌器处理水量：100L/H。</p>
高压供气机	<p>采用医用低噪音无油气泵，有散热、排水功能，电压：AC220V，50Hz，功率：≤ 750W，电流：≥ 3A，产气量：≥ 75L/min，最大气压：≥ 0.8Mpa，噪音< 51db，压力稳定，连接气枪使用，具有良好的吹干排气排污效果。</p>

气体处理器	无源型，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有调节气压和过滤水分的功能，无耗材、免维护、免清洗。
空气过滤器	过滤直径 $\geq 0.2 \mu\text{m}$ 的微粒
全自动内镜测漏维护装置	提供各种软式内窥镜测漏气源系统，有效确保内镜测漏安全。主要功能及特点： 1、测漏时间可调：0-99S； 2、测漏压力可调：0-40Kpa； 3、保护压力可调：0-40Kpa； 4、测漏压力精度：0.0001Mpa； 5、当气压超过保护压力时可自动报警； 6、蓝色单晶片 LCD 中文显示； 7、可测漏不同品牌的软式内窥镜。
专用水龙头	1、全优质 SUS304 不锈钢材质，长期防锈能力强； 2、陶瓷阀芯，密封性强，耐磨； 3、全不锈钢软式编织管，连接软管两端为全不锈钢螺母，不采用铜螺母； 4、取水可 360 度旋转式设计； 5、有冷、热水接口，冷热水开关为混合水阀芯，即可独立控制又可混合控制，调节水温简单、方便； 6、表面砂光（拉丝哑光）及多层防腐防锈处理，可承受高酸碱环境的使用。
高压水枪（单头）	枪体采用 304 不锈钢材质，适合多种类型的镜子，枪嘴设有专用防水圈，可避免水反溅，流量：1.2L/min。
高压气枪	枪体采用 304 不锈钢材质，适合多种类型的镜子，枪嘴设有一个安全圈以预防管路堵塞造成的超高压对内镜的损坏。
酒精灌流机	★外挂移动式设计，采用国际标准做法，管路循环缩短；采用精准感应式自动启动灌流方式，中文 LCD 液晶显示，计时单位为毫秒级，电压：AC12V，压力：0.42Mpa，流量：3.0L/min，功率： $\leq 70\text{W}$ 。
方槽盖	采用强化透明有机玻璃材质，可全方位观看到物品浸泡情况，配置永不生锈强塑材质手柄。

表 2

全自动血流变测试仪 参数

1. 测试原理：全血测试方法：锥板法；血浆测试方法：锥板法、毛细管法；
2. 测量方式：锥板法采用快速、全量程、逐点、稳态测量方式；毛细管法采用微量毛细管快速测量方式（压力传感式）
3. ★锥板法信号采集方式采用高精度光栅细分技术，实现全血快速、全量程、逐点测量；
4. ★毛细管法信号采集方式采用自跟踪液面微分捕获技术，保证血浆结果准确性高、抗干扰性强
5. 工作模式：单针单盘、双方法学双测试系统可同时并行工作
6. 测量精度：准确性误差 $\leq \pm 1\%$
7. 变异系数：重复性误差 $CV \leq 1\%$
8. 测试时间：全血测试时间 ≤ 30 秒/标本，血浆测试时间 ≤ 0.5 秒/标本；
9. 切变率范围： $(1 \sim 200) s^{-1}$
10. 粘度测量范围： $(0 \sim 60) mPa \cdot s$
11. ★加样量：全血加样量 200~800ul 范围可调，满足不同用户需求；血浆加样量 $\leq 200ul$
12. ★机芯材质：钛合金，耐腐蚀，质量轻，不易磨损宝石轴承，确保测试结果准确，消除系统误差。
13. 样品盘：60 孔，全开放、可互换式样品盘，可无限增加。适用于任意真空采血管及普通试管
14. 混匀方式：采用优化的多点变量动态吸吐式混匀方式，混匀更充分、更彻底，完全避免破坏红细胞
15. 进排液系统：均采用挤压式蠕动泵，加样针具有液位感应功能
16. 仪器控制：采用工作站的控制方式实现仪器控制功能，RS-232、485、USB 接口
任选
17. 温度控制： $37^{\circ}C \pm 0.1^{\circ}C$

18. ★质控：具有原厂配套的经药监局注册的非牛顿流体质控物，可溯源至国家级非牛顿流体标准物
19. 定标功能：牛顿流体采用国家标准物质中心提供的一级标准粘度液进行定标，投标产品制造商所生产的非牛顿流体粘度标准物质获得国家标准物质证书（官方网站可查到）
20. 报告单模式：开放式，报告单版面自定义、现场可修改

全自动血流变测试仪标准配置表：

1. 随机附件

项目	数量
USB 数据线	1 根
电源线	1 根
水平仪	1 个
废液桶	2 个
试管	1 袋
泵管（备用）	1 套
进、排水管	1 套
缺液报警装置	3 套

2. 随机资料

项目	数量
仪器使用说明书	1 本
测试软件（光盘）	1 张
顾客装机培训验收单	1 张
仪器保修卡	1 张
仪器装箱单	1 张
合格证	1 张

表 3

生物安全柜技术参数 (大柜 2 台)

技术指标:

1. 气流模式: 30%外排, 70%循环
2. 流入气流平均风速 $0.53 \pm 0.025\text{m/s}$, 下降气流平均风速 $0.35 \pm 0.025\text{m/s}$
- *3. ULPA 超高效空气过滤器, 针对颗粒直径 $0.12\mu\text{m}$, 过滤效率 $\geq 99.999\%$
4. 安全柜出厂前使用 ATI 泄露扫描仪进行不少于 2 次的过滤器完整性测试
- *5. 在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命, 具有过滤器失效声光报警功能, 保证实验的安全性, 提供证明文件
- *6. 工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器, 非压差传感器, 真实、实时检测风速
7. LCD 液晶屏显示, 可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数
- *8. 温度传感器: 可实时检测并显示温度, 监测风机运行及操作区安全状态
9. 前窗采用手动升降方式, 具有安全高度高精度上、下限位, 声光报警
10. 工作区三侧壁板为一体化成型, 304 不锈钢材质, 双层侧壁形成负压保护
11. 整个工作台面下对应面积全部为集液槽, 304 不锈钢, 有排污阀, 方便清洗消毒
12. 玻璃前窗采用倾角人性化设计, 提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性
- *13. 具有紫外灯预约功能, 可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间, 减少等待时间
14. 前窗玻璃门采用安全钢化玻璃, 具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能
15. 出厂前通过严格的压力衰减法检测: 加压到 500Pa , 保持 30min 后气压不低于 450Pa
16. 通过严格的 KI-Discus 碘化钾法测试, 前窗操作口的保护因子不小于 1×10^5
17. 安全性能保障: 具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统; 具备低风速报警功能; 具备前窗位置异位报警功能; 具备前窗侧壁抗扰流系统, 可避免泄漏;
18. 联动控制: 通过专业的联动控制芯片, 与净化工程的排风系统联动, 可提供截

止阀、风机等，并自动控制

19. 柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便

20. 噪音 \leq 65 分贝

21. 外形尺寸：高度 \leq 2130mm（最低可至 2030mm）

工作区宽度 \geq 1550mm

22. 工作区间照明度： $>$ 1000 lux

标准配置清单：

- 1、*主机（手动，ULPA 超高效过滤器）
- 2、*移动式支架
- 3、*紫外消毒灯
- 4、*荧光灯管

表 4

生物安全柜技术参数(小柜 1 台)

技术指标:

1. 气流模式: 30%外排, 70%循环
2. 流入气流平均风速 $0.53 \pm 0.025\text{m/s}$, 下降气流平均风速 $0.35 \pm 0.025\text{m/s}$
- *3. ULPA 超高效空气过滤器, 针对颗粒直径 $0.12\mu\text{m}$, 过滤效率 $\geq 99.999\%$
4. 安全柜出厂前使用 ATI 泄露扫描仪进行不少于 2 次的过滤器完整性测试
- *5. 在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命, 具有过滤器失效声光报警功能, 保证实验的安全性, 提供证明文件
- *6. 工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器, 非压差传感器, 真实、实时检测风速
7. LCD 液晶屏显示, 可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数
- *8. 温度传感器: 可实时检测并显示温度, 监测风机运行及操作区安全状态
9. 前窗采用手动升降方式, 具有安全高度高精度上、下限位, 声光报警
10. 工作区三侧壁板为一体化成型, 304 不锈钢材质, 双层侧壁形成负压保护
11. 整个工作台面下对应面积全部为集液槽, 304 不锈钢, 有排污阀, 方便清洗消毒
12. 玻璃前窗采用倾角人性化设计, 提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性
- *13. 具有紫外灯预约功能, 可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间, 减少等待时间
14. 前窗玻璃门采用安全钢化玻璃, 具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能
15. 出厂前通过严格的压力衰减法检测: 加压到 500Pa , 保持 30min 后气压不低于 450Pa
16. 通过严格的 KI-Discus 碘化钾法测试, 前窗操作口的保护因子不小于 1×10^5
17. 安全性能保障: 具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统; 具备低风速报警功能; 具备前窗位置异位报警功能; 具备前窗侧壁抗扰流系统, 可避免泄漏;
18. 联动控制: 通过专业的联动控制芯片, 与净化工程的排风系统联动, 可提供截

止阀、风机等，并自动控制

19. 柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便

20. 噪音 \leq 63 分贝

21. 外形尺寸：高度 \leq 2130mm（最低可至 2030mm）

工作区宽度 \geq 1250mm

22. 工作区间照明度： $>$ 1000 lux

三、其他要求

- 1、交货时间：合同签订之日起 60 天内。
- 2、交货地点：用户指定地点。
- 3、付款方法和条件：由中标单位与采购人自行协商。

四、售后服务与技术支持

- 1、投标人所投货物须是全新的产品
- 2、自产品验收合格之日起，提供至少一年的质保期。因投标产品本身质量 原因导致采购人无法正常使用的，中标人须无条件负责更换。
- 3、投标货物所使用的原材料必须按照招标文件的要求、国家生产标准及投 标文件的承诺进行采购加工，不得以旧代新、以次充好。
- 4、验收
 - 1) 交货后, 采购人按照国家有关标准及采购文件及投标的技术要求进行验收, 中标人应协助采购人对货物进行验收, 如验收不合格, 由中标人返工并赔偿因延 期交货对采购人造成的损失, 如再次验收不合格, 采购人有权终止合同, 并报有关 部门严肃处理。
 - 2) 在验收过程中如发现成交供应商提供的货物达不到招标文件要求和投标承诺或以劣充优, 以旧充新等的情况, 需方有权拒绝接收, 中标方应及时更换符合要求的货物, 并赔偿因延期交货对采购人造成的损失; 如再次提供的货物仍出现以上情形的, 采购人有权终止合同, 并报有关部门严肃处理。

第四部分 合同条款

合同通用条款部分 (略)

合同专用条款部分（供参考）

甲方：

乙方：

甲乙双方根据 2019 年 月 日政府采购项目编号（ZB2019-0409）的海南政邦招标代理有限公司就其海南省第二人民医院医用设备项目竞争性谈判结果及谈判文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准；

一、合同标的及金额等

序号	采购品目名称	品牌规格型号	数量/单位	单 价 (元)	合 价 (元)	交货期	备注
合同总价：¥ _____ 人民币（大写）： _____							
甲方	联系人： 固定电话：						
乙方	联系人： 固定电话：						

二、交货地点： 用户指定地点

三、付款： 中标单位与采购单位自行协商。

四、售后服务范围(不限于)

1. 卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

2. 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后最迟 24 小时内应免费更换有缺陷的货物或部件，24 小时内无法修复或修复后仍不能正常使用的，卖方应提供备品产品。

3. 如果卖方在收到通知后 2 日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，选以下一种方式处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 3 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

八、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

九、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章后生效。

十、合同鉴证

招标人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对招标内容和技术参数进行实质性修改。

十一、本合同的组成文件

1. 报价一览表；

2. 招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
3. 中标通知书；
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十二、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，招标人执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：_____（盖章） 乙方：_____（盖章）

地址：

地址：

法定（或授权）代表人：

法定（或授权）代表人：

年 月 日

年 月 日

招标代理机构声明：本合同标的经海南政邦招标代理有限公司依法定程序签订，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南政邦招标代理有限公司（盖章）

地址：海口市西沙路 15 号星华佳园 D1 栋 2102 室

经办人：

2019 年 月 日

第五部分 投标文件格式

请投标人按照以下文件要求的格式制作投标文件，并按照以下顺序（但不限于）编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、 自查表

二、 投标函

三、 法人授权资料

3.1 法定代表人证明书

3.2 法人授权委托书

四、 报价一览表

五、 技术要求响应表

六、 资格证明文件

七、 售后服务方案

八、 经营活动中没有重大违法记录的声明函

九、 保证金退还申请书

注：投标格式第一项自查表必须索引准确，如有索引出现较多错误或者不做按照要求制作索引表的造成错误评审的由投标单位自行承担。

1、自查表

1.1 资格符合性审查表

序号	内容	证明文件（如有）	自查结论
1		见投标文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
2		见投标文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
3		见投标文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
4		见投标文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
5		见投标文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
6		见投标文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
7		见投标文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
8		见投标文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
9		见投标文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
...			

注：投标供应商应分别根据资格符合性审查表内容填写此表。

2、投 标 函

投 标 函

致：海南政邦招标代理有限公司

我方全面研究了项目编号：ZB2019-0409 招标文件，决定参加贵单位组织的海南省第二人民医院医用设备项目项目的投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方认可谈判文件所有内容与条款，同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币 的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

2、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

3、我方同意按照文件第二章“供应商须知”的规定，本响应文件的有效期为从响应截止日期起计算的 ，在此期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即**最低投标价不是中标的保证**。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的相关费用。

供应商名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

授权代表签字：_____ 职务：_____

日期：_____

3、法人授权资料

3.1 法定代表人证明书

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____

企业类型 _____

经营范围： _____。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字）：

附：法人身份证（正反两面）

日期： 年 月 日

3.2 法人授权委托书

法人授权委托书

致：海南政邦招标代理有限公司

本授权书声明：

委托人：姓名_____ 性别：_____ 出生日期：_____年_____月_____日

所在单位：_____ 职务：_____

身份证：_____ 联系方式：_____

受托人：_____ 姓名：_____ 性别：_____ 出生日期：_____年_____月_____日

所在单位：_____ 职务：_____

身份证：_____ 联系方式：_____

兹委托受托人_____代表我单位合法地参加海南省第二人民医院医用设备项目采购活动，受托人有权在该投标活动中办理以下事宜：

- 1、以我单位的名义签署投标书和投标文件
- 2、参加开标评标会议
- 3、向评标委员会及采购代理机构澄清、解释投标文件中的疑问
- 4、签订合同书并执行一切与本项目有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位_____（公章）

法定代表人_____（签名）

受托人_____（签名）

注：1、受托人的身份证（正反两面）

2、投标代表为法定代表人，则本表不需填写。

日期：_____年_____月_____日

6、资格证明文件

6.1 营业执照副本（复印件）

6.2 税务登记证副本（复印件）

6.3 组织机构代码证副本（复印件）

6.4 企业纳税证明和社保记录（复印件）

6.5 投标保证金证明（复印件）

6.6 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和没有列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供信息查询结果界面截图，加盖供应商公章；查询截止时间：投标截止时间。）

6.7 其他有关招标的证明材料（复印件）

7、售后服务

主要根据《用户需求书》中的招标内容要求进行编写（格式自定）。

8、经营活动中没有重大违法记录的声明函

声明函

致：海南政邦招标代理有限公司

作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重承诺：

一、本公司在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况。

二、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为_次（没有填0）。

三、近三年因产品供货问题（假冒品、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为_次（没有填0）。

四、本次投标标的物均为符合国家规定的相应技术标准、环保标准和安全标准的合格产品。

五、我公司提供本项目的整体解决方案，能实现与招标文件的全部技术要求，并如期完成工程。

六、用户有权根据需要，对中标候选人就投标响应内容，参考技术规格要求，进行验证性测试，如不通过则取消其中标候选人资格。

▲若采购人在本项目预中选公示期间，查核我公司有与上述承诺不符合、不满足、不响应的情况，我公司将自愿放弃预中选资格，并愿承担一切责任及后果。

投标人	法定代表人	日 期
(单位公章)	(签字或盖章)	年 月 日

9、保证金退还申请书

致：海南政邦招标代理有限公司

我司于_____年_____月_____日为海南省第二人民医院医用设备项目
 (项目编号：ZB2019-0409) 投标所提交的保证金人民币 ¥ _____ 元，请贵公司
 退还时划到以下账户：

开 户 名 称			
开户银行全称		联 系 人	
银 行 账 号		联系电话	

投标人名称：_____ (公章)

被授权人：_____ (亲笔签名)

日 期：_____年_____月_____日

附件 1：中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

附件 2：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

- 1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

第六部分 评标办法

（一）评审规则

（一）首先进行初步评审

1. 谈判小组根据“资格审查表”对响应文件的资格进行评审，只有对“资格审查表”所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步审查。对是否实质性响应谈判文件的要求有争议的响应内容，谈判小组将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入二次报价阶段，否则将被淘汰。

2. 谈判小组将审查响应文件有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交响应保证金、响应有效期是否满足要求、是否实质性响应谈判文件的要求。

3. 无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标

- （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- （2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章、装订的；
- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4. 进入二次报价后的供应商，谈判小组将从服务和质量均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序选出 3 名以上成交候选供应商。采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，对确定成交供应商没有提出异议的，且最后报价最低的原则确定成交供应商。

（二）详细评审

1、评标小组对经初步评审合格的投标文件，在响应谈判文件要求的货物规格、型号、性能、技术、数量、质量、售后服务、交货时间等的前提下以投标人的最低价中标，并推荐给采购人。

2、关于政策性加分

2.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，

其评标价=投标报价*(1-2%)；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

2.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*(1-1%)；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

2.3 投标人为小型和微型企业(含联合体)的情况：

2.3.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业(2011)300号)；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.3.2 具体评审价说明：

1) 投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*(1-6%)；

2) 投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，其评审价=投标报价*(1-2%)。

2.3.3 投标人为工信部联企业(2011)300号文规定的小型和微型企业(含联合体)的，必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见财库(2011)181号)，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

资格符合性审查表

项目名称：海南省第二人民医院医用设备项目

项目编号：ZB2019-0409

序号	审查项目	评议内容	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行响应，漏报其响应将被拒绝			
3	响应保证金	是否满足谈判文件要求			
4	交货期	是否满足谈判文件要求			
5	技术要求	是否满足用户需求			
6	投标文件的有效期和完整性	是否符合招标文件的要求			
7	其它	无其它无效报价认定条件			
结 论					
评委： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">日期： 年 月 日</div>					
注： 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。					

竞争性谈判第二次报价单

海南政邦招标代理有限公司：

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示公司领导同意并代表本公司对竞争性谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

项目名称	海南省第二人民医院医用设备项目
项目编号	ZB2019-0409
<p>二次报价（最终报价）：</p> <p> 总报价：¥：</p> <p> 大写：</p> <p> 相关补充说明：</p>	
<p>谈判供应商名称：</p> <p>授权代表（签名）：</p> <p>授权代表联系电话：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

备注：

- 1、 大写数字：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零、亿、万、仟、佰、拾；
- 2、 供应商填完此表应在投标报价大写及小写、公司名称及签名处盖上手印。