

## 采购需求

项目名称：全身浴槽

项目编号：HZ2019-254

序号	产品名称	技术要求、规格配置	所投产品牌型号、规格配置	单价/元	数量	小计/元	备注
1	浴缸本体	<p>1.外形尺寸: 约 2080 (W) ×890 (D) ×840 (H) mm</p> <p>2.重量: 约 120kg</p> <p>3.电源: 约 200V (50/60Hz)</p> <p>4.浴缸容量 (满水): 约 345L</p> <p>5.给水方式: 电动混合方式</p> <p>6.涡流气泡功能: 配有涡流气泡喷嘴</p> <p>7.手持花洒: 配有手持花洒, 可独立设定温度</p> <p>8.操作显示屏: 大数字清晰操作显示屏幕</p> <p>9.声音提醒功能: 带有声音提示报警功能</p> <p>10.设计合理</p> <p>浴缸采用加宽设计, 约 710mm 浴缸开口宽度, 各种体型均可以舒适的入浴。</p> <p>在入浴后提升担架立柱顶端到浴缸上沿高度为 300mm 左右, 使得工作人员视野更加开阔。</p> <p>浴缸高度也提升至 770mm 左右, 工作人员可以轻松的姿势进行入浴护理, 减轻腰部的负担。</p> <p>浴缸底部距地面的高度有利于地面清洁, 使打扫浴缸变得更加轻松。</p>			1 套		

		<p><b>11. 功能齐全的自动控制</b> 采用清晰显示入浴时间等的数字显示，以及音声通报提醒，可以提示安全的入浴护理。 给热水、补加热水、手持花洒等都可以独立设定水温。 水温过高会有温注意提示音功能，显示水温，防止高温烫伤事故发生。 到达设定水位自动停止，减少工作人员负担。 浴缸下方有单独冷热水阀门，便于维修和故障排除。 辅助有涡流喷嘴，泡浴时可对人体进行按摩。</p>					
2	电动升降提升担架车	<p>1.外形尺寸: 约 1946(W)×1031(D)×1068~1545(H) mm 2.担架面升降高度可在 438~915 (H) mm 范围内调节 3.超温安全控制系统: 水温过高时, 担架下降过程中可自动停止 3.最大承载重量: 约 110kg 4.电源: DC24V (电池) 5.遥控器能自动管理入浴速度、有入浴时间显示功能。 6. 担架入浴时, 上身面板可以随担架入浴的深浅自动调节角度。 7. 载运轮椅平稳安全 提升担架: 担架尺寸升级, 安心更安全, 更加顺畅的护理。 担架的宽度比普通担架宽约 120mm。用宽敞的担架, 身材高大的患者也能安心使用。 担架装有两块活动式大型侧栏和两条防掉落栏杆, 清洗身体时或者搬运时防止入浴者滚落,</p>			1套		

		<p>并适用于平躺和侧卧不同体位的患者。</p> <p>担架可以在 440~915mm 范围内升降。便于与轮椅或者移乘担架车对接。而且，可以深入浴缸，身材高大的患者也可以舒适的进行洗浴。脚部向上倾斜，防止患者滑入浴缸。上身面板可以随担架入浴的深浅自动调节角度。</p> <p>在患者入浴担架下降过程中，当水温过高时，担架会自动停止下降，防止高温烫伤。</p> <p>采用能够顺畅移动的大型脚轮。搬运时减轻负担，可刹车，更加安全的与浴缸对接。</p> <p>遥控器能自动管理入浴速度、有入浴时间显示功能。浴缸和担架对接时，遥控器根据不同患者可以设定不同的入浴时间，来控制患者入浴速度，使患者更加舒适的入浴。</p>					
2	合计	小写:¥                      大写: 人民币					

日期:

报价人: (盖章)

授权代表签名:

**注: 1、本报价应包括货物、运输、安装、测试、培训、售后服务等费用和一切应付的税费。**

**2、报价人要针对附录的技术要求填写技术及资质响应表, 所有技术及资质指标必须全部满足, 否则报价无效;**

**3、交货期: 接到采购人供货通知后 45 天内送到采购人指定地点。**

**4、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案, 技术支持和服务方案包括 (但不限于):**

(1) 产品问题 24 小时内响应，48 小时内上门服务，并在两天内修复。产品质保期不少于 1 年，终身维修。免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有器材超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

(2) 提供区域维修服务网络和技术保障能力情况，对售后服务进行承诺。

(3) 在质保期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号全新装备器材或者性能更加高级的替代产品，用户不再支付额外任何费用。

5、供应商必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写报价文件。在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人所投货的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其报价文件中的描述不一致或所提供的为虚假材料，采购人有权终止合同没收履约保证金并报政府采购主管部门严肃处理。

6、报价人中标后履约过程中，必须遵守国家有关法律的规定，如实提供检查所必须的材料，如有作假行为其报价将被拒绝，并报政府采购主管部门处理。

7、由于本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，因此报价人对本章的技术、功能及资质的要求必须全部满足或优于，否则报价无效。

8、培训：如有需要，则在采购人提出培训要求后，中标人应派技术人员免费进行使用培训。

9、其他要求

1) 报价人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备、货物。

2) 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3) 报价人所投设备应符合中华人民共和国有关规范和安全要求；

4) 报价人须负责投标货物的设计、制造、运输、验收、教学技术培训。