

2018 年医疗健康服务发展专项资金项目

竞争性谈判文件

招标编号：HZ2019-397



甲级政府采购代理机构

采 购 人：白沙黎族自治县人民医院
招标代理机构：海南海政招标有限公司

二〇一九年八月

目 录

第一章 谈判邀请函	2
第二章 报价人须知	5
第三章 用户需求书	12
第四章 合同条款	22
第五章 投标文件内容和格式	25
第六章 评审办法	31

第一章 谈判邀请函

受白沙黎族自治县人民医院的委托,海南海政招标有限公司就 2018 年医疗健康服务发展专项资金项目(项目编号:HZ2019-397)组织竞争性谈判,欢迎合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下:

一、项目情况

- 1、名称:2018 年医疗健康服务发展专项资金项目
- 2、用途:白沙黎族自治县人民医院工作需要
- 3、技术要求:见“用户需求书”
- 4、本项目预算为¥939,500.00 元。超过采购预算金额的投标文件按无效投标处理。

二、报价人资格要求

1、在中华人民共和国注册,具有独立承担民事责任的能力(企业需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件或者三证合一复印件,事业单位需提供事业单位法人证书);

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供 2018 年以来任意三个月的纳税证明或者会计师事务所出具的 2018 年度财务审计报告);

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录(需提供 2018 年以来内任意三个月的社保缴费记录复印件);

4、如报价人不是所投设备生产厂家的,属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证,属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证;并提供证件复印件(加盖公章);

5、所投设备属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证,属于一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证、生产企业备案登记凭证,并提供证件复印件(加盖公章);

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，同时提供信用中国或中国政府采购网信用查询页面截图）；

7、购买本项目谈判文件并缴纳投标保证金。

8、本项目不接受联合体报价。

三、谈判文件的获取

1、时间：2019年8月23日至2019年8月28日9:00-17:00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；购买谈判文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件。

3、标书售价：¥100元/套（售后不退），报价保证金为：¥18,000.00元。

4、报价保证金于2019年8月30日开标前转入招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（有分包，则同时注明包号）。

户名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐户：46001003536053003445

四、报价截止时间、谈判时间及地点

1、递交报价文件时间：2019年8月30日上午08:45~09:00；

2、报价截止时间：2019年8月30日上午09:00；

3、谈判时间：2019年8月30日上午09:00；

4、谈判地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002室；

5、中标结果请查询：

<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/cggg/index.jhtml>、www.ccgp.gov.cn、

www.ccgp-hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

电话: 0898-68500660 传真: 0898-68500661

联系人: 成小姐

财务电话: 0898-68555187 公司邮箱: hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

- 1、联系人: 王女士
- 2、联系方式: 0898-27721591
- 3、地址: 白沙黎族自治县牙叉镇卫生路9号

海南海政招标有限公司

2019年8月

第二章 报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：白沙黎族自治县人民医院

1.2 招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3 报价人：已从招标代理机构购买谈判文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2. 适用范围

本谈判文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3. 合格的报价人

3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“报价人资格要求”规定的条件。

3.3 本项目如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理，监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5 报价人在本项目招标公告前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的报价人不得参与投标。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体任意成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.6 本章 3.5 款的信用记录以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)

或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上公布的信用记录为准。

3.7 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.8 本项目不接受联合体报价。

4. 报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5. 谈判文件的约束力

本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、谈判文件

6. 谈判文件的组成

6.1 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章 谈判邀请书

第二章 报价人须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 报价文件内容和格式

第六章 评审方法

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7. 谈判文件的澄清

报价人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截止时间一工作日前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的报价人。

8. 谈判文件的更正或补充

8.1 在报价截止时间前,招标代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分,对报价人起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时,以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件,招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间,并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的报价人。

三、报价文件

9. 报价文件的组成

报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

10. 报价

10.1 报价人应按开标一览表的要求报价,并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

10.2 报价均须以人民币为计算单位。

11. 报价保证金

11.1 报价保证金是参加本项目报价的必要条件,保证金支付要求见第一章。

11.2 若报价人不按规定提交报价保证金,其报价文件将被拒绝接受。

11.3 报价保证金的退还

11.3.1 成交人的报价保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内无息退还。

11.3.2 落标的报价人的报价保证金将在招标代理机构发出成交通知书 5 个工作日内无息退还。

11.3.3 如谈判保证金为招标代理机构收取,则成交结果公告期满后,报价人应把谈判保证金退还申请函(必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户)传真到 68555187,以便办理保证金退还手续;如保证金为海南省人民政府政务服务中心收取,则和政务中心办理退款手续,退款时请提供如下材料(加盖公章):

(1)退款申请书;(2)法人代表及经办人身份证(复印件);(3)授权委托书;(4)电汇单(复印件);(5)开户许可证(复印件)。联系电话:66529867。

11.4 报价保证金的退还

11.4.1 成交人的报价保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内无息退还。

11.4.2 落标的报价人的报价保证金将在招标代理机构发出成交通知书 5 个工作日内无息退还。

11.5 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还，并由报价人将报价保证金划入采购人指定账户：

(1) 报价人在报价有效期内撤回期报价书的；

(2) 成交人不按本章规定签订合同；

(3) 报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；

(4) 与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；

(5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12. 报价有效期

12.1 报价有效期为从开标截止之日起计算的 **60 天**，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 报价文件的数量、签署及形式

13.1 报价文件一式肆份，固定装订。其中正本壹份，副本叁份。

13.2 报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖报价人公章。

13.4 报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改

处签字和盖章。

四、报价文件的递交

14. 报价文件的密封及标记

14.1 报价人应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：2018年医疗健康服务发展专项资金项目

项目编号：HZ2019-397

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对报价文件被错放或先期启封负责。

15. 报价截止时间

15.1 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下，谈判方和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、谈判及评标

16. 谈判

16.1 招标代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 报价人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对报价文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时，招标代理机构或报价人代表将查验报价文件密封情况，确认无

误后拆封。

16.4 若报价文件未密封, 招标代理机构将拒绝接受该报价人的报价文件。

17. 谈判小组

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成, 其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取, 且人数不得少于成员总数的 2/3。该评标委员会独立工作, 负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

18. 关于政策性优惠

18.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的, 其评标价=报价*(1-2%); 报价人所投产品满足此规定的, 必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的, 其评标价=报价*(1-1%); 报价人所投产品满足此规定的, 必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.3 报价人为小型和微型企业(含联合体)的情况:

18.3.1 中小企业的认定标准:

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物, 不包括提供或使用大型企业注册商标的货物;

2) 本规定所称中小企业划分标准, 是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业〔2011〕300号);

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的, 视同为中型企业; 小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的, 视同为大型企业。

18.3.2 具体评审价说明:

1) 报价人为小型或微型企业, 其评审价=报价*(1-6%);

2) 报价人为联合体报价, 联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的, 其评审价=报价*(1-2%)。

18.3.3 报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业(含联合体)的, 必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见财库〔2011〕181号),

否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

19. 谈判和定标

19.1 谈判程序见“第六章 评审办法”。

19.2 谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标, 根据评标办法推荐出三人为成交候选人, 并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的, 或者是评标委员会出现评标错误, 被他人质疑后证实确有其事的, 采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。如此类推。

19.3 招标代理机构将在指定的网站上公示成交结果。

20. 成交通知

20.1 成交人收到成交通知后, 到招标代理机构处办理有关手续。

20.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21. 签订合同

21.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同, 否则报价保证金将不予退还, 给采购人和招标代理机构造成损失的, 报价人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

七、其它

22. 采购代理服务费率

招标代理机构根据项目预算按计价{2002}1980号文相关规定向采购人收取。招标代理机构根据项目预算按100万元内1.5%, 100-500万元1.1%, 500-1000万元0.80%, 1000-5000万元0.5%, 5000-10000万元0.25%。分段计算。(不足5000元, 按5000元计算)。

23. 其它

本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

一、项目名称

2018 年医疗健康服务发展专项资金项目

二、项目清单

序号	设备名称	单位	数量	备注
1	智能关节康复器	台	1	
2	物理降温仪	套	1	
3	无创颅内压监测仪	套	1	
4	自体血液回收分离机	台	1	可以采购进口产品
5	病人监护仪	台	4	
6	全数字彩色多普勒超声诊断系统(探头)	套	1	

三、设备技术商务要求

设备 1: 智能关节康复器

技术特性

- 1、膝关节角度活动范围：0° —125°
- 2、髋关节角度活动范围：25° —100°
- 3、踝关节角度活动范围：0° —40°
- 4、关节角度变化速度范围：1.5° —3.6° /s
- 5、脚托板左右移动角度变化范围：0° ~40°
- 6、电源参数：a. c. 220V ±22V, 50Hz ±1Hz
- 7、额定功率：30VA
- 8、运行时间：0-240 min, 级差 10min, 时间结束有提示音
- 9、数码电路微电脑控制
- 10、LCD 背光屏幕液晶显示, 数据清晰
- 11、运行角度、速度和时间均可控制和显示
- 12、膝、踝、髋关节均可活动

智能关节康复器主要配置清单

序号	名称	单位	数量
1	线路板	套	1
2	电机	个	1
3	变压器	个	1
4	面膜	张	1
5	机架	套	1
6	机壳	个	1
7	绑带	套	1
8	手柄开关	个	1
9	丝杠	个	1
10	显示屏	块	1

设备 2: 物理降温仪

1、技术参数

应用范围：可用于关节镜手术、骨创伤、急性软组织损伤、关节术后的早期和急性软组织疼痛的康复治疗，同时对临床术后的肿胀、水肿、血肿、关节积血、积液等疼痛有明显治疗效果。

2、工作条件

- 2.1 功率：300VA
- 2.2 环境温度：5℃～40℃。
- 2.3 相对湿度：≤90%。
- 2.4 大气压力：700hPa～1060hPa。
- 2.5 电源：～220V±22V，50Hz±1Hz。

3、主机参数

- 3.1 系统语言：中文
- 3.2 加压冷敷参数：
 - 3.2.1 采用半导体制冷技术，全自动温控，清洁无污染。
 - 3.2.2 制冷温度在 10℃～25℃之间，温度可调，步进值为 1℃。
 - 3.2.3 空载降温：环境温度为 25℃时，降低至最低设定温度，时间 ≤30 min。
 - 3.2.4 循环液体温度允差±1.5℃，实时显示实际温度，温度显示误差±0.5℃。

- 3.2.5 工作压力: 13kpa, 允差±10%。
- 3.2.6 适用部位: 肩部、肘部、手臂、腰部、大腿、膝部、小腿、脚部。
- 3.2.7 冰袋: 为高分子医用材质, 对人体无过敏, 可透射 X 线。
- 3.3 体温传感器检测范围为 36℃-40℃; 允差: ±0.2℃。
- 3.4 工作时间: 定时范围为 0~240min, 调整级差为 5min, 定时允差±5%。
- 3.5 正常工作时, 噪音≤60dB(A)。
- 3.6 其他功能
- 3.6.1 因误操作等原因造成机器水温异常时, 可自动暂停工作, 防止对病人和机器本身造成伤害。
- 3.6.2 当水位低于预警值时, 水位测量系统实时监控, 有“滴滴”蜂鸣声报警, 同时“缺水”红灯闪烁提示。
- 3.6.3 各连接位置应能承受 20N 拉力而无开脱, 正常工作时应无泄漏。

物理降温仪配置清单

序号	名称	单位	数量
01	主机	台	1
02	水路连接管	根	2
03	体温传感器	根	1
04	医用冰袋	个	4
05	放水管	个	1
06	保险丝	个	4
07	电源线	根	1
08	使用说明书	份	1
09	合格证	张	1
10	保修卡	份	1
11	装箱单	份	1
12	设备培训验收单	份	3
13	公司证件	份	1

设备 3: 无创颅内压监测仪

一、原理及监测方式: 利用闪光视觉诱发电位原理无创监测颅内压

二、适用于: 多种颅内、外疾病引起的颅内压增高患者

三、技术要求(技术参数和性能指标)及配置:

3.1 技术参数

3.1.1 刺激光源

3.1.1.1 光源: LED 黄光

3.1.1.2 频率: 0.25Hz~1.5Hz 可调

3.1.1.3 脉冲触发宽度: 1ms~950ms 可调

3.1.1.4 发光亮度范围: 0cd/m²~35000cd/m²可调、可标定

3.1.1.5 闪光模式: “0”、“1” 可选

3.1.2 放大器:

3.1.2.1 放大倍数 $\geq 2 \times 10^4$

3.1.2.2 共模抑制比 $\geq 128\text{db}$

3.1.2.3 放大器带宽: 0.1Hz~40Hz 和 0.1Hz~400Hz 可选

3.1.2.4 幅频特性:

(1)放大器带宽 0.1Hz~40Hz 时, 0.1Hz~40Hz 范围内输出信号变化幅度不超过 3db;

(2)放大器带宽 0.1Hz~400Hz 时, 0.1Hz~400Hz 范围内输出信号变化幅度不超过 3db。

3.1.2.5 阻带特性: 无输入信号时(输入短路), 输出电压不大于 0.06V

3.1.3 颅内压监测范围: 70 mm H₂O~1200 mm H₂O

3.1.4 测试误差: $< 8\%$

3.1.5 检测时间: $\leq 1\text{min}$

3.1.6 连续工作时间 $\geq 12\text{h}$

3.1.7 控制参数基准自动校验

3.1.8 检测电极: 葵花状电极、插接式医用一次性针电极

3.2 主要功能: 颅内压无创检测及监护、脑灌注压的换算

3.3 特殊功能

- 3.3.1 脑疝预警
- 3.3.2 药效比对
- 3.3.3 病症聚类
- 3.4 仪器为台式机型
- 3.5 内置打印机
- 3.6 全中文操作系统

无创颅内压监测仪 配置清单

名 称	单 位	数 量
无创颅内压监测仪主机	台	1
遮光筒	个	1
电源线	条	1
打印机	台	1
系统恢复盘（U 盘）	个	1
闪光眼罩	付	1
葵花电极	付	1
电极连接线	条	1
针电极插接件	套	1
针电极	盒	1

设备 4：自体血液回收分离机

主要技术指标.

一、主机：

- 1) 原装进口自体血液回收分离机，中文操作界面 图文并茂界面
≥8.4 寸真彩触摸触摸操作屏

二、功能：

- 1) 自体血液回收/分离机使用一套耗材可完成一个病人的术前血液分离和术中术后血液回收
- 2) 离心杯型号: 有多种不同的离心杯型
- 3) 自动化: 启动一个洗涤键完成血液的全部洗涤, 使用前设定一个量, 根据设定的量自动启动
- 4) 标准洗涤时间 $\geq 5\text{min}$
- 5) 称重系统: 有称重启动模式, 储血罐可以放在电子秤上, 并进行 360° 旋转
- 6) 功能模式: 自动、半自动、手动、紧急模式、术前血液成分分离一键模式等多种模式
- 7) 滤网孔径: 小于等于 40 微米
- 8) 配负压吸引, 减少对中心负压的依赖

三、耗材安装:

- 1) 输液管固定系统, 离心杯支撑臂都使耗材安装简便, 快速
- 2) 离心杯型与底座的位置契合, 在任意角度都可方便安装
- 3) 新的支撑臂设计, 使离心杯安装一只手即可完成操作
- 4) 磁带式输液管路设计和管路固定系统, 操作方便且避免因安装不到位造成报警的情况发生

四、洗涤质量: HCT/FPH 探头, 保证洗涤的质量。

- 1) 清洗质量 HCT 探头: 独有的双红细胞探头技术, 保证了精准的红细胞探测和高清洗质量
- 2) 滚压泵转速: 10-1000ml/l
- 3) 离心泵转速: 1500-5600rpm
- 4) 洗涤红细 HCT: 55-65%
- 5) 血液红细胞回收率: $\geq 98\%$
- 6) FPH 洗净详细率: $\geq 99\%$
- 7) 肝素洗净率: $\geq 99\%$

五、自体血回收机内置病人数据管理系统:

- 1) 可以方便地实现病例的查询, 输出, 下载, 打印
- 2) 大容量存储(可最多存储 1 万例病例)

- 3) 自带 USB, 方便病例输出
- 4) 内置打印机
- 5) RS232 ports 可用于维护及未来升级

六、多种探头监测, 确保临床回收分离的高质量:

- 1) HCT 探头 FPH 探头 废液袋探头
- 2) 多点 CCD(buffy-coat) 探头
- 3) 离心杯型号探头 漏血探头
- 4) 管道压紧探头 气泡探头 (自动检测管路内的压力, 防止因管路夹关闭造成管路连接口断裂造成血液浪费)

配置清单:

- 1、主机一台
- 2、仪器承载车: 一台;
- 3、盖机布 一个
- 4、电源线一条
- 5、说明书一套
- 6、负压装置一套

设备 5: 病人监护仪

一、 监护参数

标准配置参数:

心电 (ECG)、呼吸 (RESP)、无创血压 (NIBP)、血氧饱和度 (SpO₂)、脉搏 (PR)、双通道体温 (TEMP)

二、 显示

1. 屏幕尺寸: 8.4 英寸彩色 TFT 显示屏, 分辨率: 800×600
2. 可根据医护人员临床观察需要自由组合 4 个参数和波形进行大字体显示功能, 大字体界面需支持 NIBP 多组回顾、对比, 使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察
3. 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速

接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表

三、 数据存储、回顾

1. 120 小时趋势图/表存储回顾
2. 1200 组无创血压测量回顾
3. 48 小时全息波形存储回顾
4. 需具备 USB 数据接口、SD 卡数据接口，可实现监测数据存储容量扩充

四、 性能特点

1. 新生儿专用监护软件
2. 标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装
3. 心电增益有：1.25mm/mv (×0.125)，2.5 mm/mv (×0.25)，5 mm/mv (×0.5)，10 mm/mv (×1)，20 mm/mv (×2)，40 mm/mv (×4)，自动增益，多种选择，满足临床需求
4. 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗。退出该状态，就可立即进行监护
5. 声光双重三级报警，同屏显示报警上下限，技术报警和生理报警分别有各自的报警指示灯
6. 支持 3G/WiFi 联网功能，实现 3G/WiFi/有线等混合方式联网
7. 标配可拆卸充电锂电池，具有 RJ-45 网络口、辅助输出接口、VGA 外接显示器接口、USB 口、SD 卡接口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）等

病人监护仪配置清单

标配			
序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	新生儿捆绑血氧传感器	1	个
3	血氧探头延长线	1	条
4	新生儿一次性血压袖带（3-6cm）	1	条
5	新生儿一次性血压袖带（4-8cm）	1	条
6	新生儿一次性血压袖带（6-11cm）	1	条
7	新生儿一次性血压袖带（7-13cm）	1	条

8	新生儿一次性血压袖带（8-15cm）	1	条
9	新生儿一次性血压袖带专用延长管（3m）	1	条
10	监护心电导联线分电缆（三导联）	1	条
11	监护心电导联线主电缆（三导联）	1	条
12	一次性心电电极片（婴儿型）	50	片
13	锂电池组（2500mAh）	1	个
14	国标电源线	1	条
15	接地线	1	条
16	用户文件包（含说明书，速查卡，合格证，保修卡，用户验收单，装箱单，三证文件各1）	1	套
17	包装材料组件包	1	套

设备 6：全数字彩色多普勒超声诊断系统(探头)

探头技术参数

- 1、应用于腹部、妇科、产科、泌尿科
- 2、标称频率：3.5 MHz，支持 5 段变频。
- 3、探测深度 \geq 21CM

四、项目相关要求

1、交货期

合同签订之日起国产设备 60 天内，进口设备 90 天内。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

- 1) 整机提供不少于 1 年的免费维护，设备按原厂标准提供维护。
- 2) 2 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，48 小时内到达指定现场。

3、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

4、质量要求

1) 投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备、货物。

2) 所有货物在开箱检验时必须完好, 无破损, 配置与装箱单相符。货物外观清洁, 标记编号以及盘面显示等字体清晰, 明确。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3) 投标人所投器械应符合中华人民共和国有关规范和安全要求;

4) 投标人须负责投标货物的设计、制造、运输、验收、教学技术培训。

5、由于本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商, 因此报价人对本章的技术、功能及资质的要求必须全部满足或优于, 否则报价无效。

第四章 合同条款

合同通用条款部分 (略)

合同专用条款部分

甲方: _____

乙方: _____

甲乙双方根据_____年____月____日 2018 年医疗健康服务发展专项资金项目
(项目编号: HZ2019-397) 竞争性谈判结果及谈判文件的要求, 经协商一致, 同意
以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时, 以专
用条款为准。

一、合同标的及金额等

序号	产品名称	品牌、型号	单价	数量	单位	合计	备注
1							
2							
3							
4							
...							
报价总额 (小写)					大小写应一致		
报价总额 (大写)							

工期/交货期/服务期:

二、施工地点:

三、付款

1、本合同签订生效之日起 10 个工作日内,甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30 %;

2、采购货物运达甲方指定地点,安装、调试、验收合格后,10 个工作日内,甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的余款。

四、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外,如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方可从合同款中扣除违约赔偿费,每延迟一个工作日迟交货物(含软件及相关服务)或未提供服务,按合同金额的 0.5% 计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 15%。如果乙方延迟交货时间超过一个月,甲方有权终止合同,并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予以延长,延长的期限应相当于事故所影响的时间。

五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷,作如下处理:

本合同履行过程中发生纠纷,应协商解决,协商不成,可向人民法院提起诉讼解决。

六、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章,以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括:

1、合同通用条款和专用条款;

- 2、本谈判文件及乙方的报价文件;
- 3、中标通知书;
- 4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充,如有不明确,由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式四份,中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各一份,另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方: _____ (盖章) 乙方: _____ (盖章)

地址: _____ 地址: _____

法定(或授权)代表人: _____ 法定(或授权)代表人: _____

_____年__月__日

_____年__月__日

招标代理机构声明: 本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购,合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构: 海南海政招标有限公司 (盖章)

经办人: _____

_____年__月__日

第五章 投标文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

- 1、报价函（表 1）
- 2、报价一览表（表 2）
- 3、技术及资质要求响应表（表 3）
- 4、投标人简介
- 5、企业需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件或者三证合一复印件，事业单位需提供事业单位法人证书，以及投标人资格要求中的所有材料复印件
- 6、保证金缴纳证明复印件
- 7、授权委托书（表 4，报价文件正本原件，副本复印件）
- 8、法人、授权代表身份证复印件
- 9、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告
- 10、社会保障缴费记录复印件
- 11、保证金缴纳证明复印件
- 12、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（表 5，同时提供信用中国或中国政府采购网信用查询页面截图）
- 13、技术部分（包括项目实施方案、产品资料、质量保障承诺等）
- 14、投标人认为需要的其它证明材料

注：以上证件均需加盖公章。

表 1、投标函

致：海南海政招标有限公司：

根据贵单位 2018 年医疗健康服务发展专项资金项目（项目编号：HZ2019-397）的投标邀请函，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表报价人（投标单位名称），提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照谈判文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的60天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。
- 4、如果我方成交，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 5、如果我方成交，我方将支付本次谈判的服务费。

报价人名称：_____（公章）

地 址：_____ 邮编：_____

电 话：_____ 传真：_____

授权代表：_____（签字或私章） 职务：_____

日期：_____

表 2、报价一览表

项目名称：2018 年医疗健康服务发展专项资金项目

项目编号：HZ2019-397

工期/交货期：合同签订后 。

序号	项目/产品名称	项目内容/品牌、型号	单价（元）	数量	单位	小计（元）
1						
2						
3						
4						
5						
...						
报价总额		（小写）：				
		（大写）：				
最终报价		（小写）：				
		（大写）：				

报价人全称：（盖章） 全权代表（签字）：

注：1、投标报价时，“最终报价”栏请先不要填写，谈判结束后授权代表在报价文件正本的此表格上填写最终报价；

2、报价一览表格式不得自行改动。

3、报价包括所有货物、运输、安装、调试、售后服务及各种税费等所有费用。

表 3、技术及资质要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能及资质要求条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该报价文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理。

序号	产品名称	谈判文件技术参数、功能及资质要求	报价文件响应	偏离情况	页码索引
1					
2					
3					
4					
5	...				

投标人全称（公章）：

授权代表（签字或私章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“报价文件响应”内容以及相关的资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标人技术参数、功能及资质响应”所对应的证明材料在投标人报价文件中的页码。

表 4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：_____

地 址：_____ 法定代表人：_____

受托人：姓名_____ 性别：_____ 出生日期：_____年__月__日

所在单位：_____ 职务：_____

身 份 证：_____ 联系方式：_____

兹委托受托人_____代表我方参加贵公司组织的 2018 年医疗健康服务发展专项资金项目（项目编号为：HZ2019-397）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、出席开标评标会议；
- 3、签订与中标事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位 _____（公章）

法定代表人 _____（签名或私章）

受 托 人 _____（签名或私章）

二〇____年____月____日

表 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大 违法记录的声明函

致：海南海政招标有限公司

为响应贵公司组织的 2018 年医疗健康服务发展专项资金项目（项目编号为：HZ2019-397）货物及服务的招标采购活动，我司声明如下：

本项目采购公告前三年内，我司在经营活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等重大违法记录。

如有虚假，我司愿意接受相关处罚。

特此声明。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

授权代表：_____（签字或私章） 职务：_____

日期：_____

注：提供信用中国或中国政府采购网信用查询页面截图

第六章 评审办法

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法确定成交供应商，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

评审程序分初步评审、谈判和详细评审。

1、初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对报价人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和附表 1 的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- 1) 不满足报价人资格要求的；
- 2) 报价文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；
- 3) 未按谈判文件要求的金额提交报价保证金的；
- 4) 交货期、工期或报价有效期不满足谈判文件要求的；
- 5) 技术参数、功能或资质要求不满足用户需求书的要求或商务有重大负偏离的；
- 6) 谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件的要求的；
- 7) 不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

2、谈判

1) 按照评审程序的规定,谈判小组阅读通过初步评审的报价人的报价文件,据此与报价人进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判,谈判中发现报价人的报价文件资料不清晰或造成理解有歧义时,谈判小组准许其在规定时间内做出解释说明,如不及时做出合理的说明,该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

2) 谈判结束后,各报价人按要求在规定时间内提交本项目的最终报价。

3) 谈判小组对报价人的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行详细评审,从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人,质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商为成交供应商,并编写评审报告。

4) 如报价人满足第二章第 18 条“关于政策性加分”规定的,应按该条规定对报价人的最终报价价进行调整。

三、谈判、评审过程的保密性

1、接受报价后,直至成交报价人与采购人签订合同后止,凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容,任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止,报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中,如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响,其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价,以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力,对受影响的报价人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性谈判过程中,采购人有权变更技术方案或采购数量,如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同,采购人和招标代理机

构不承担任何责任。

附表 1、初步审查表

项目名称：2018 年医疗健康服务发展专项资金项目

项目编号：HZ2019-397

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	报价人 1	报价人 2	报价人 3
1	报价人的资格	是否符合报价人资格要求			
2	报价文件的有效性、完整性	是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
4	技术响应	报价人的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即报价无效）			
5	谈判保证金	是否提交谈判保证金的			
6	投标有效期	是否满足谈判文件要求			
7	交货期或工期	是否满足谈判文件要求（如要求）			
8	其它	无其它无效投标认定条件			
结 论					

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

日期：