

# 竞争性谈判文件



**政好**  
**ZHENGHAO**

采购方式：竞争性谈判

项目编号：ZH2021-007

项目名称：白沙县人民医院采购新冠疫苗接种急救  
设备项目

采购单位：白沙黎族自治县人民医院

海南政好项目管理有限公司编制

2021年04月

# 目 录

第一章	响应邀请函.....	1
第二章	供应商须知.....	3
	(一) 总则.....	3
	(二) 竞争性谈判文件.....	4
	(三) 响应文件编制和数量.....	5
	(四) 响应文件的递交.....	7
	(五) 开标.....	8
	(六) 评标.....	8
	(七) 定标.....	11
	(八) 合同.....	11
第三章	用户需求书.....	13
第四章	合同条款及格式.....	14
第五章	响应文件内容及格式.....	19
	附表 1、资格审查表	

# 第一章 竞争性谈判邀请函

## 项目概况

白沙县人民医院采购新冠疫苗接种急救设备项目 采购项目的潜在供应商应在海口市龙华区玉沙路 28 号宝发国际大厦 901 室获取采购文件，并于 2021 年 04 月 08 日 09 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况：

1. 项目编号：ZH2021-007
2. 项目名称：白沙县人民医院采购新冠疫苗接种急救设备项目
3. 采购方式：竞争性谈判 竞争性磋商 询价
4. 预算金额：¥802400.00 元，报价超出采购预算的视为无效报价。
5. 最高限价（如有）：/
6. 采购需求：本项目不分包，白沙县人民医院采购新冠疫苗接种急救设备项目，详见《用户需求书》。
7. 合同履行期限：合同签订生效之日起 15 天内。
8. 本项目（是/否）接受联合体：否

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
  - 1.1 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件加盖公章）；
  - 1.2 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2020 年至今任意一个月的财务报表或者会计师事务所出具的 2019 年年度财务审计报告，复印件加盖单位公章）；
  - 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  - 1.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2020 年至今任意一个月的纳税证明和社保缴费记录证明复印件加盖公章）；
  - 1.5 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“下载信用信息”里面没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。提供采购公告发布时间以后的查询记录打印件加盖本单位公章；

1.6 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供供应商书面声明）。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持节能产品、环境标志产品、中小微企业发展、监狱企业发展及残疾人福利性单位等相关扶持政策。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 供应商具有医疗器械生产（或经营）许可证（提供许可证复印件加盖公章）；

3.2 购买本项目竞争性谈判文件并按时缴纳响应谈判保证金。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招投标活动。

3.4 本项目不接受联合体谈判。

### 三、获取采购文件：

1. 时间：2021年04月02日至2021年04月07日每天上午08:30至11:30，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：海口市龙华区玉沙路28号宝发国际大厦901室

3. 方式：携以下资料现场报名

（1）在中华人民共和国注册并具有独立承担民事责任能力的企业法人（提供有效年检的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本等或三证合一证件原件及复印件加盖公章，原件现场查验）；

（2）法定代表人授权委托书原件及法定代表人身份证复印件及授权代表身份证原件和复印件（复印件加盖公章）；

4. 售价：人民币100元/份（文件售后概不退）。

### 四、响应文件提交：

1. 截止时间：2021年04月08日09点30分（北京时间）

2. 地点：海口市龙华区玉沙路28号宝发国际大厦901会议室

### 五、开启

1. 时间：2021年04月08日09点30分（北京时间）

2. 地点：海口市龙华区玉沙路28号宝发国际大厦901会议室

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

### 七、其他补充事宜：

1. 资金来源：财政资金

2. 保证金缴纳相关事项

保证金的金额：人民币伍仟元整（¥5000）元

保证金到账截止时间：与竞争性谈判文件提交截止时间一致

开户名称：海南政好项目管理有限公司

银行账号：3401 0078 8015 0000 0231

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司海口分行

财务联系人：杨女士

联系电话：0898-31280118；

3. 公告发布媒介：

中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、海南省政府采购网（[www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan](http://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan)）、全国公共资源交易平台（海南省）（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy>）。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：白沙黎族自治县人民医院

地址：白沙县牙叉镇卫生路 41 号

联系方式：符先生/0898-27721591

2. 采购代理机构信息

名称：海南政好项目管理有限公司

地址：海口市龙华区玉沙路 28 号宝发国际大厦 901 室

联系方式：0898-32880168

3. 项目联系方式

项目联系人：陈女士

电话：0898-32880168

海南政好项目管理有限公司

2021 年 04 月

## 第二章 供应商须知

### （一）总则

#### 1、适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于采购代理机构组织的本次响应邀请中所叙述的项目。

#### 2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是白沙黎族自治县人民医院。

2.2 “招标代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是海南政好项目管理有限公司。

2.3 “供应商”系指实名购买竞争性谈判文件拟参加响应和拟向采购人提供货物及相应服务的响应单位。其职责如下：

2.3.1 对竞争性谈判文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳响应保证金；

2.3.3 按要求编制响应文件；

2.3.4 派响应代表响应（递交响应文件），参加开标活动，对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清；“响应代表”系指在响应过程中代表响应单位处理响应事宜的人员，包括响应单位法定代表人或负责人及取得授权的响应单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就竞争性谈判采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.3.8 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段响应或者未划分标段的同一招标项目响应。违反该规定的，相关响应均无效，由此产生的一切后果均由相关供应商承担。

2.3.9 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3.10 供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、或存在其他不符合法律法规要求不得参与响应。

#### 2.4 合格的供应商

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合竞争性谈判文件规定的资质要求，有能力提供满足招标要求的相关货物

及服务的法人实体。

2.5 “成交人”系指经评标委员会评审，并授予合同的供应商。

### 3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指供应商制造或组织符合竞争性谈判文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

### 4、响应费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加响应有关费用。不论响应的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理机构按国家相关部门的规定标准向成交供应商收取招标代理服务费。

### 5、竞争性谈判文件的约束力

5.1 供应商购买本竞争性谈判文件后如在 3 天内未对招标代理机构提出书面意见，即视为接受了本竞争性谈判文件中的所有条款和规定。

5.2 本竞争性谈判文件由招标代理机构负责解释。

## （二）竞争性谈判文件

### 6、竞争性谈判文件的构成

6.1 竞争性谈判文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章 响应邀请函

第二章 供应商须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款及格式

第五章 响应文件格式

附表 1、资格审查表

6.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者供应商没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝或流标。

### 7、竞争性谈判文件的澄清

供应商在收到竞争性谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于 3 天之内（逾期不受理）以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本竞争性谈判文件的供应商。

## 8、竞争性谈判文件的修改

8.1 在响应截止时间前 1 天，招标代理机构和采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行修改。

8.2 竞争性谈判文件的修改是竞争性谈判文件的组成部分，招标代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本竞争性谈判文件的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构和采购人确认。

8.3 为使供应商准备响应时有充分的时间对竞争性谈判文件修改部分进行研究，招标代理机构和采购人可适当推迟响应截止时间。

8.4 本竞争性谈判文件的解释权属于招标代理机构和采购人。

### (三) 响应文件的编制和数量

## 9、响应的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与招标代理机构和采购人就有关响应的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

## 10、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不限于下列内容（详见第五部分）：

- (1) 响应资格证明文件（竞争性谈判文件“响应邀请函”中“供应商资格要求”）
- (2) 响应承诺函
- (3) 法定代表人授权书
- (4) 近三年无重大违法记录声明函
- (5) 报价一览表
- (6) 响应报价明细表
- (7) 技术响应情况表
- (8) 售后服务承诺
- (9) 供应商简介
- (10) 供应商认为应该附上的其它文件、资料

## 11、响应文件编制

11.1 供应商对竞争性谈判文件中多个包进行响应的，其响应文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装

11.2 供应商应完整地填写竞争性谈判文件中提供的《响应承诺函》、《报价一览表》等竞争性谈判文件中规定的所有内容。



11.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

11.4 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供竞争性谈判文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

11.5 响应文件外形尺寸应统一为 A4 纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.6 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

## 12、响应报价

12.1 报价均须以人民币为计算单位。

12.2 本项目的采购预算金额为：¥802400.00 元。

12.3 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

12.4 供应商应按报价一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

12.5 成交候选供应商的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选供应商。

12.6 报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

12.6.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业（财库〔2020〕46号）；

3) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策；

4) 监狱企业、残疾人福利性单位视同为小型、微型企业，不重复享受政策。

12.6.2 具体评审价说明：

1) 报价人为小型或微型企业，其评审价=报价×(1-6%);

2) 报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，其评审价=报价×(1-2%)。

12.6.3 报价人为财库〔2020〕46 号文规定的小型 and 微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2020〕46 号）。**如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。**

#### 12.7 节能、环保产品价格扣除

12.7.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有响应产品进入当期节能清单的，其评标价=响应报价×(1-2%); 供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

12.7.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有响应产品进入当期环保清单的，其评标价=响应报价×(1-1%); 供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

### 13、备选方案

本次招标只允许供应商有一个响应方案，否则，其响应文件无效。

### 14、响应保证金

14.1 响应保证金是参加本项目响应的必要条件，每个响应单位¥5000.00 元。

14.2 响应保证金应在响应截止时间 **2021 年 04 月 08 日 09:30 前**将保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交到海南政好项目管理有限公司指定账户并注明汇款单位、项目编号。如供应商响应保证金未按要求到账的，视为无效响应并不接收响应文件。

**开户名称：海南政好项目管理有限公司**

**银行账号：3401 0078 8015 0000 0231**

**开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司海口分行**

#### 14.3 响应保证金的退还

14.3.1 成交人的响应保证金在其与采购人签订合同后 5 个工作日内无息退还。

14.3.2 落标的供应商的响应保证金将在招标代理机构发出成交通知书后 5 个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，响应保证金将不予退还：

- (1) 供应商在响应有效期内撤回其响应文件的；
- (2) 供应商不按本章规定签订合同的；

- (3) 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

## 15、响应文件的有效期

15.1 响应文件应自开标之日起 **60** 个日历日内保持有效。响应有效期不足的响应，将被视为无效响应。

15.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，招标代理机构和采购人可要求供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝招标代理机构和采购人的这种要求，但其响应在原响应有效期满后将不再有效。同意延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应。

## 16、响应文件的数量和签署

16.1 响应文件一式三份（正本一份，副本二份），固定装订（注：胶装）。报价一览表一份，独立信封密封。

16.2 响应文件须按竞争性谈判文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

16.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖供应商公章。

## （四）响应文件的递交

### 17、响应文件的密封及标记

17.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个响应专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本二份共一袋）及报价一览表（独立信封密封一份），并在响应专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“报价一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

**致：海南政好项目管理有限公司**

**项目名称：白沙县人民医院采购新冠疫苗接种急救设备项目**

**项目编号：ZH2021-007**

**注明：“请勿在响应时间之前启封”**

**响应单位名称、联系人姓名和电话**

17.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

### 18、响应截止时间

18.1 供应商须在响应截止时间前将响应文件送达招标代理机构规定的地点。

18.2 供应商的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单复印件加盖公章及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

18.3 若招标代理机构推迟了响应截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，招标代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应截止时间为准。

18.4 在响应截止时间后递交的响应文件，招标代理机构将拒绝接收。

## （五）谈判

### 19、谈判

19.1 招标代理机构按“谈判公告”或“响应邀请函”中规定的时间和地点组织谈判，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加谈判活动，参加谈判的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对响应文件的处理不承担责任。

19.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

19.3 谈判时，供应商授权代表将查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封。

19.4 供应商离场后，招标代理机构和采购人根据供应商响应文件中“报价一览表”等相关内容做好记录。

19.5 若响应文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

## （六）评标

### 20、评标委员会的组成

评标委员会由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共3人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人，提交评标报告。

### 21、评标方法和标准

21.1 评标委员会将按照竞争性谈判文件确定的评标办法进行。评标委员会对响应响应文件的评审进行资格性和符合性审查。

21.2 本次评标采用最低评标价法。

21.3 评标流程分为两个阶段：

第一阶段：资格审查（对各供应商的资质进行资格性和符合性审查）

第二阶段：由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会，并进行最终报价（即第二轮响应报价）

**注：**只有通过资格审查的供应商才能进入第二轮报价环节。在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

21.4 资格审查：评审小组根据国家相关法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不具备响应资格，评审小组可按投票方式决定是否作无效响应处理（详见附表1）。

21.4.1 评标委员会根据《资格审查表》对响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应竞争性谈判文件的要求有争议的响应内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- (1) 供应商未能满足供应商资格要求的；
- (2) 供应商未提交法人授权委托书的；
- (3) 供应商未按竞争性谈判文件要求的金额提交响应保证金的；
- (4) 响应有效期不足的；
- (5) 交货期或工期不满足要求的；
- (6) 响应文件未按竞争性谈判文件规定要求填写响应内容及签名盖章的；
- (7) 供应商不是固定价或者响应报价不是唯一的；
- (8) 不符合竞争性谈判文件规定的其它条件。

21.4.2 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

21.4.3 评标委员会在审查中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；
- (2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；
- (5) 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

**21.5 成交原则：**供应商有效报价达到3家或以上，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人。谈判小组成员有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。

**注：**“有效报价”是指通过文件审查的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，

且不超过采购人的预算。

## （七）定标

### 22、定标

22.1 评标委员会依据对各响应文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据竞争性谈判文件的规定，在质量和服务均相等的情况下，以最终报价由低至高的顺序向采购人推荐前三名为成交候选供应商，排名第一的为成交候选供应商，排名靠后的前2名为备选成交候选供应商。

22.2 成交候选供应商因特殊原因放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选成交候选供应商依次递补为成交人。

22.3 成交人确定后，招标代理机构将在政府采购指定媒体上公示成交结果。

22.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向供应商或其它无关的人员透露。

22.5 在评标期间，供应商企图影响采购人、招标代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其响应被拒绝，并承担相应的法律责任。

### 23、公告

招标代理机构将在指定的网站（中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、海南省政府采购网 [www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan](http://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan)、全国公共资源交易平台（海南省）<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy>）上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。成交结果公示期为1个工作日。

### 24、质疑和投诉

24.1 如果供应商对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向招标代理机构提出质疑。

24.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对招标代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

24.3 供应商如认为竞争性谈判文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

## （八）合同

### 25、合同授予标准

除本须知第14.4条的规定之外，采购人将与成交人签订供货合同。

## 26、接受和拒绝任何或所有响应的权力

在特殊情况下，评标委员会、招标代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何响应以及宣布招标程序无效或拒绝所有响应的权力。

## 27、签订合同

27.1 采购人应按竞争性谈判文件和成交人的响应文件订立书面合同，不得超出竞争性谈判文件和成交人响应文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2 采购人应在成交通知书发出之日起30天内与成交人签订政府采购合同。

## 28、付款

按照政府采购有关规定办理。

## 29、适用法律

采购人、招标代理机构及供应商的一切招标响应活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

## 第三章 用户需求书

一、采购预算金额：¥802400.00 元

二、采购清单表

序号	采购货物名称	数量	单位	备注
1	病人监护仪	15	台	
2	电动吸引器	19	台	
3	供氧器	15	个	
4	血糖仪	19	台	
5	光纤喉镜	19	套	
6	喉镜叶片（一套）	19	套	一套含大、中、小

注：本项目采购报价金额包含成本、运费、包装费、装卸费、税金、产品安装调试费等相关费用。

三、技术参数和功能要求

（一）病人监护仪

（1）监护参数

- 1、一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和双通道体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的III类医疗器械注册证。
- 2、支持选配可即插即用呼气末二氧化碳（EtCO<sub>2</sub>）的伟康旁流/主流呼气末二氧化碳，无需用户设置，软件自动识别和加载应用。
- 3、支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO<sub>2</sub>）。
- 4、支持选配有创血压（IBP），支持 CVP、ART、PA、PAWP 测量。
- 5、支持选配麻醉气体（AG）和心排（C.O.）。

（2）显示

- 1、屏幕尺寸：≥12 英寸彩色显示屏，分辨率：800×600。支持同屏显示 11 道波形，以同时观察丰富的信息。
- 2、主界面上支持自定义快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯，调整快捷键



数量和顺序，提高科室工作效率，须在投标文件中提供机器实物图片直观证明。

3、★支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC 模式等。

### (3) 数据

1、主机配备一个 VGA 或 HDMI 接口以及不少于 2 个 USB 口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U 盘储存等设备

2、支持 AES 128 位加密和 TLS 256 位数据传输加密，在投标文件中提供机器实物图片的相应界面。

3、★支持网络流量监控及控制，提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。

### (4) 性能特点

1、在任何滤波模式下均可监测 ST 值。提供心电 ST 段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁、下壁和侧壁的 ST 实时片段和参考片段。

2、★在诊断模式下，支持不低于 94dB 的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于 105dB 的共模抑制比。

3、★支持 0.67Hz 的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。

4、★无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从 1-480 分钟内的任意整数数值。

5、同品牌具备多参数数字遥测监护产品（多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书），支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。

6、★支持用户自行安装激光打印机驱动。

7、标配一体式可折叠收纳的挂床提手，不需要额外的工具安装挂床装置，便于挂床安装。

8、★监护仪设计使用年限 8 年；在投标文件中提供机器标贴照片作为证明资料。

9、具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，通过不一样的颜色显示两种类型的报警，能够同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。

10、屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。

11、标配可拆卸充电锂电池，续航时间 $\geq 3.5$ 小时

12、通过 CE、FDA、ETL 认证，提升安全可靠。

## (二) 电动吸引器

**(1) 性能特点：**

- 1、该机选用大流量无油润滑真空泵作负压源，抽气速率高、负压上升快，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养。外观采用全塑料外壳。
- 2、摆动式手拉杆，推拉自如；设备的附件箱内可放置脚踏开关及电源线等，移动或贮藏时更加方便。
- 3、大口径、大容量的贮液瓶，极易清洗；配上带密封环的瓶塞，密封性好且开启方便。
- 4、反应灵敏、可靠的溢流保护装置，可防止液体进入中间管道和泵内。
- 5、采用透明医用聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内的液体；管道接头设计合理，管道连接方便、可靠。
- 6、负压调节阀可控制吸引时所需要的负压，负压值由真空表来显示。
- 7、机旁设有导管架和悬挂式清洗杯，使用时可放置吸引管。
- 8、设备结构紧凑、小巧；外型美观，其配置更加人性化。

**(2) 主要技术参数：**

- 1、极限负压值： $\geq 0.09\text{MPa}$  (680mmHg)
- 2、抽气速率： $\geq 32\text{L/Min}$
- 3、贮液瓶：2500mL $\times$ 2
- 4、负压调节范围：0.02Mpa $\sim$ 极限负压值
- 5、噪声： $\leq 60\text{dB(A)}$
- 6、电源：AC220V 50Hz
- 7、输入功率：150VA
- 8、外包装尺寸：40cm $\times$ 38cm $\times$ 47cm
- 9、毛/净重：14/12kg

**(三) 供氧器**

- 1、工作环境要求：温度 $-10^{\circ}\text{C}$ - $50^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 98\%$ ，大气压力 50KPa-106KPa
- 2、供氧器最大储氧压力为 15MPa
- 3、供氧气供氧流量 0-20L/min 连续可调
- 4、供氧器各阀门接口气密性良好，当充注压力不大于 15mpa 时，供氧器关闭和任意状态下无泄漏。供氧器的电镀件应符合 YY0076 中 v 类镀层的规定，供氧器中使用的钢制气瓶应符合 GB5099-1994(钢瓶无缝气瓶) 的要求。

- 5、流量计与压力调节应灵活可靠, 调节旋钮上应有调节方向标记
- 6、减压器安全阀开启压力为  $0.6\text{Mpa} \pm 0.2\text{Mpa}$

#### (四) 血糖仪

- 1、安培电流法检测
- 2、毛细血管血, 静脉血  $\leq 0.6\mu\text{L}$
- 3、屏幕显示 7 天, 14 天, 28 天均值
- 4、 $10^{\circ} - 35^{\circ}$  自动温度补偿, 2 节 7 号电池
- 5、红绿灯指示, 免调码, 智能提醒微量采血与血糖试条配合使用。
- 6、由血糖仪一台、皮包一个、说明书一个、采血笔一支组成
- 7、体积:  $103*57*22\text{mm}$
- 8、储存温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$  保存
- 9、储存湿度:  $\leq 95\%$
- 10、血糖仪体重: 约 55g

#### (五) 光纤喉镜

- 1、喉镜叶片为高亮度光导纤维组合。
- 2、叶片由不锈钢制成, 可在摄氏 134 度高温消毒。
- 3、LED 灯泡置于手柄前部。
- 4、电源:  $1.5\text{V} \times 2$  (2 号电池)
- 5、灯泡: LED 灯泡
- 6、手柄: 中号, 金属
- 7、标准配置: 叶片规格 (弯片): 共 3 个, 成人中号手柄 1 个, 塑料盒 1 个

8、镜片型号	叶片长度	前端宽度	
小	112mm	12mm	1 个
中	131mm	14mm	1 个
大	152mm	14mm	1 个

#### (六) 喉镜叶片 (一套)

镜片型号	叶片长度	前端宽度	
小	112mm	12mm	1 个
中	131mm	14mm	1 个
大	152mm	14mm	1 个

#### 四、售后服务要求

1、投标人无偿指导和培训采购人维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由采购人安排。

2、从设备安装验收合格之日算起三个月内，设备如发生性能故障，采购人可以选择退货、换货（同规格型号的）或修理。

3、从设备安装验收合格之日算起保修期 12 个月，由投标人负责免费保修。

4、投标人接到采购人设备故障报修，须在 24 小时内到现场检修（不可抗拒力量除外），迅速解决问题。提供自有或者授权的授权免费维修热线电话，能提供正常的技术与备品备件服务。

5、保修期满后，投标人与采购人可协商继续签订维修服务合同，并按合同约定条款，继续为设备提供维修服务。

#### 五、验收标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起 15 天内

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按竞争性谈判文件技术参数进行验收。

## 第四章 合同条款及格式

白沙黎族自治县人民医院  
白沙县人民医院采购新冠疫苗接种急救设备项目  
采购合同（仅供参考）

项目编号： ZH2021-007

项目名称： 白沙县人民医院采购新冠疫苗接种急救  
设备项目

合同编号： \_\_\_\_\_

甲方： 白沙黎族自治县人民医院

乙方： 成交人

签订日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

甲方： 白沙黎族自治县人民医院乙方： 成交人

甲乙双方根据      年      月      日白沙黎族自治县人民医院的白沙县人民医院采购新冠疫苗接种急救设备项目（项目编号：ZH2021-007）竞争性谈判采购结果及竞争性谈判文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

### 一、合同标的及金额等（详见附件清单）

序号	货物名称	生产厂家、品牌型号、规格配置	单价（元）	数量	合计（元）	备注
1						
2						
3	...					
合同总额		(小写):				
		(大写):				

### 二、付款

1、本合同签订生效之日起      个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的      %。

2、采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的      %。

3、质保期满后没有质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额尾款。

### 三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在      天内把货物运到指定地点。

### 四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

## 五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

## 六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起 15 天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起 60 天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行 90 天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

## 七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

## 八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

## 九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

## 十、组成本合同的文件包括：

- 1、合同通用条款和专用条款；
- 2、竞争性谈判文件、乙方的响应文件和评标时的澄清函（如有）；
- 3、成交通知书；
- 4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

## 十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

## 十二、合同转让和分包



乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方： 白沙黎族自治县人民医院 (盖章)

地址： \_\_\_\_\_

法定（授权）代表人： \_\_\_\_\_ (签章)

签订日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方： \_\_\_\_\_ (盖章)

地址： \_\_\_\_\_

法定（授权）代表人： \_\_\_\_\_ (签章)

银行户名： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

银行账号： \_\_\_\_\_

签订日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

招标代理机构声明：本合同标的经海南政好项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招响应文件的内容一致。

招标代理机构： 海南政好项目管理有限公司 (盖章)

地址： 海口市龙华区玉沙路 28 号宝发国际大厦 901 室

法定（授权）代表人： \_\_\_\_\_ (签章)

签订日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第五章 响应文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价：

- 1、响应承诺函（表 1）
- 2、法定代表人授权委托书（表 2）
- 3、近三年无重大违法记录声明函（表 3）
- 4、报价一览表（表 4）
- 5、响应报价明细表（表 5）
- 6、技术响应情况表（表 6）
- 7、中小企业声明函（表 7，非中小企业无需提供）
- 8、监狱企业证明文件
- 9、残疾人福利性单位声明函
- 10、售后服务承诺（包括实施方案、服务承诺、培训等）
- 11、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书
- 12、与参与本项目的供应商之间，单位负责人不为同一人，也不存在直接控股、管理关系的承诺书
- 13、非联合体响应承诺书（格式自拟）
- 14、供应商简介
- 15、企业需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件或者三证合一复印件，事业单位需提供事业单位法人证书，以及报价人资格要求中的所有材料复印件
- 16、财务报表、企业纳税证明
- 17、社会保障缴费记录
- 18、保证金缴纳证明复印件
- 19、供应商认为需要的其它材料

**注：以上复印件均需要加盖公章。**

(表 1)

## 1.1 响应承诺函

致: 海南政好项目管理有限公司

根据贵单位 白沙县人民医院采购新冠疫苗接种急救设备项目 (项目编号: ZH2021-007) 的响应邀请函, 正式授权下述签字人姓名: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_ 代表  
供应商 ( 供应商名称 ), 提交纸质响应文件正本一式 一份, 副本一式 二份。

本公司谨此承诺并声明:

1、同意并接受竞争性谈判文件的各项条款要求, 遵守文件中的各项规定, 按竞争性谈判文件的要求响应。

2、本响应文件的有效期为从响应截止日期起计算的 60 天, 在此期间, 本响应文件将始终对我们具有约束力, 并可随时被接受澄清。如果我们成交, 本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部竞争性谈判文件及其附件, 包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解竞争性谈判文件的要求, 不存在任何含糊不清和误解之处, 同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候, 将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次响应中提供的一切文件, 无论是原件还是复印件均为真实和准确的, 绝无任何虚假、伪造和夸大的成份, 否则, 愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果, 同时清楚理解到响应报价最低并不一定获得成交资格。

7、我方同意按竞争性谈判文件规定向贵司缴纳响应保证金, 如果获得成交并按《成交通知书》的要求, 如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次竞争性谈判采购活动中, 不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益, 如有不当行为, 愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

供应商名称: \_\_\_\_\_ (公章) 法定代表人: \_\_\_\_\_ (亲笔签名)

被授权人: \_\_\_\_\_ (亲笔签名) 职 务: \_\_\_\_\_

承诺日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(表 2)

### 1.2 法定代表人授权委托书

致: 海南政好项目管理有限公司

(供应商名称) 在下面签字的 (法定代表人) 姓名: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_ 代表  
本公司授权下面签字的 (被授权代表) 姓名: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_ 为本公司的合法  
代理人, 就白沙黎族自治县人民医院的白沙县人民医院采购新冠疫苗接种急救设备项目  
(项目编号: ZH2021-007) 进行响应, 以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日内签字有效, 特此声明。

供应商名称: \_\_\_\_\_ (公章)

营业执照号码: \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_ (亲笔签名)

身份证号码: \_\_\_\_\_

职 务: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

被授权人: \_\_\_\_\_ (亲笔签名)

身份证号码: \_\_\_\_\_

职 务: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

生效日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

法定代表人  
居民身份证正反面  
复印件粘贴处

被授权人  
居民身份证正反面  
复印件粘贴处

注: 本授权书内容不得擅自修改。

(表 3)

### 1.3 近三年无重大违法记录声明函

致：海南政好项目管理有限公司

我单位在参加采购活动前在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

一、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为及受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。

二、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员不存在因经营活动中有向国家工作人员进行商业贿赂行为的违法犯罪行为记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。

三、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中至今未受到过行政主管部门的处罚；所曾承管过的项目未曾存在价格违法行为；所曾承管过的项目当中没有发生任何安全责任事故，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。

四、我公司参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

★若采购人在本项目预中选公示期间，查核我公司有与上述声明不符合、不满足、不响应的情况，我公司将自愿放弃预中选资格，并愿承担一切法律责任及承担因此引起的一切后果。

特此声明！

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

声明日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(表 4)

**1.4 报价一览表**

(一份放于响应文件中，一份用独立信封另密封)

项目名称	白沙县人民医院采购新冠疫苗接种急救设备项目
项目编号	ZH2021-007
响应报价总计	(小写): _____ (大写): _____
交付时间	合同签订生效之日起____天内。
备 注	

供应商名称: \_\_\_\_\_ (公章)

被授权人: \_\_\_\_\_ (亲笔签名)

注:

- 1、报价一览表应准确填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准；
- 2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；
- 3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

(表 5)

## 1.5 响应报价明细表

项目名称：白沙县人民医院采购新冠疫苗接种急救设备项目

项目编号：ZH2021-007

序号	货物名称	生产厂家、品牌规格型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1						
2						
3						
4						
5						
6	...					
响应报价总计		(小写): _____ (大写): _____				

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

注：

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
- 2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；
- 3、总价=单价×数量，数量由供应商自行计算并填表；
- 4、“响应报价明细表”中“响应报价总计”数应当等于“报价一览表”中“响应报价总计”数。

(表6)

## 1.6 技术响应情况表

**说明：**供应商必须仔细阅读竞争性谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★，否则视为不响应。供应商必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其响应保证金。

项目名称：白沙县人民医院采购新冠疫苗接种急救设备项目

项目编号：ZH2021-007

序号	货物名称	原技术规范主要条款描述	供应商技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4	...			

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

注：

1、此表为表样，供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“供应商技术规范描述”中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格。



(表 7)

### 1.7 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司为参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

## 1.8 监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 1.9 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 说明：残疾人福利性单位应当满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县使用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

## 1.10 售后服务承诺

项目名称：白沙县人民医院采购新冠疫苗接种急救设备项目

项目编号：ZH2021-007

1、本附件内容由各供应商进行填写，应至少包括竞争性谈判文件要求的技术服务内容的响应条件；

2、保修期应明确；

3、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

供应商名称： \_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或被授权人： \_\_\_\_\_（亲笔签名）

承诺日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 1.11 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 规定条件的承诺书

致：海南政好项目管理有限公司

本公司作为参加本次白沙县人民医院采购新冠疫苗接种急救设备项目（项目编号为：ZH2021-007）的报价人，现郑重承诺具备以下条件（《中华人民共和国政府采购法》第二十二条）：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

授权代表（受托人）：\_\_\_\_\_（签字或私章）

职务：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 1.12 参与本项目的供应商之间，单位负责人不为同一人， 也不存在直接控股、管理关系的承诺书

致：海南政好项目管理有限公司

本公司作为参加本次白沙县人民医院采购新冠疫苗接种急救设备项目（项目编号为：ZH2021-007）的报价人，现郑重承诺：

我司与参与本项目的供应商之间，单位负责人不为同一人，也不存在直接控股、管理关系。

特此承诺！

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

授权代表（受托人）：\_\_\_\_\_（签字或私章）

职务：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 1.13 非联合体响应承诺书 (格式自拟)

(附表 1)

## 资格审查表

项目名称：白沙县人民医院采购新冠疫苗接种急救设备项目

项目编号：ZH2021-007

序号	审查项目	评议内容（无效响应认定条件）	供应商1	供应商2	供应商3
1	相关资格证明文件	企业营业执照、法人授权委托书			
		供应商资格要求			
2	响应文件递交情况	正本和副本的数量是否符合竞争性谈判文件要求			
3	响应文件的有效性	是否符合响应文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
4	供应商应提交的相关文件	是否提交响应承诺函、报价一览表、技术响应情况表			
5	响应保证金	是否提交保证金证明的			
6	响应有效期	响应有效期是否满足 60 天			
7	交付时间	是否满足竞争性谈判文件要求			
8	实质性响应要求	技术、质量、服务是否均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求			
9	其它	是否有其它无效报价认定条件			
结 论					

注：

- 1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

评委：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_



## 保证金退还申请书

(请勿将此申请书放入响应文件中)

致：海南政好项目管理有限公司

我司于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日就白沙黎族自治县人民医院的白沙县人民医院采购  
**新冠疫苗接种急救设备项目（项目编号：ZH2021-007）**响应所提交的保证金人民币  
**¥5000.00元**，请贵司退还时划到以下账户：

开户名称			
开户银行全称		联系人	
银行账号		联系电话	

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：此申请书请提交至海南政好项目管理有限公司财务部，联系地址：海口市龙华区玉沙路28号宝发国际大厦901室，联系人：杨女士，联系电话：0898-31280118（财务室）。（递交响应文件时需单独提交此文，勿放入响应文件中）