

用户需求书

一、项目名称：秀英区新冠肺炎防疫医疗物资采购项目

二、预算金额：¥3806000.00 元；超出预算金额的投标，按无效投标处理。

三、物品名称、数量、技术参数

序号	物品名称	单位	采购数量	产品技术参数	备注
1	医用防护服	件	10000	<p>▲1、符合产品标准：GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》，符合 CE 认证。</p> <p>2、主要成分需求：PP+PE 覆膜蓝胶条</p> <p>3、码数规格需求：L 码 3000 件、XL 码 7000 件</p> <p>4、产品功能需求：用于实验室环境、医疗机构中检查治疗时起防护作用、阻隔液滴、飞溅物。</p> <p>5、保质期需求：2 年</p>	
2	医用一次性隔离衣	件	40000	<p>▲1、符合产品标准：GB/T 3923.1-1997、符合医用级别</p> <p>2、主要成分要求：PP+PE</p> <p>3、码数规格需求：L 码 12000 件、XL 码 28000 件</p> <p>4、产品功能：用于核酸检测信息员登记、阻隔液滴、飞溅物。</p> <p>5、保质期需求：2 年</p>	

3	医用外科 口罩	只	400000	<p>1、符合产品执行标准：YY0469-2011，符合 CE 认证。</p> <p>2、保质期需求：2 年。</p> <p>3、包装规格需求：独立包装，包装标志上有“无菌”字样；图示的口罩应无菌，细菌过滤效率（BEF）\geq 95%</p>
4	N95 医用防 护口罩	只	50000	<p>1、符合产品标准：GB19083-2010、医用级别。</p> <p>2、包装规格需求：独立包装，印有 N95 字样。</p> <p>3、保质期：2 年</p> <p>4、产品外观需求：五成防护双层喷绒布过滤层过滤大于 95%，</p> <p>▲5、产品样式需求：头戴式</p>
5	免洗速干 手消毒液	瓶	3000	<p>1、符合应产品标准：Q31/0114000084C049(S)、Q/321181LKYY010(J)</p> <p>2、产品样式要求：以乙醇和过氧化氢为主要有效成分的消毒液。乙醇含量 72%-82%(V/V)，过氧化氢含量 0.1%-0.14%(W/V)</p> <p>3、保质期要求：有效期 2 年。</p> <p>4、产品包装要求：500ml 瓶装。</p>
6	医疗垃圾 袋	个	20000	<p>1、符合应产品标准：GB/T 28018-2011 DB/46T 505</p> <p>2、产品样式需求：黄色平口式、适用于 80L 装</p> <p>3、产品功能需求：用于回收医源性污染回收垃圾包装。</p>

				4、保质期：6个月	
7	医疗垃圾袋	个	20000	<p>1、符合应产品标准：GB/T 28018-2011 DB/46T 505</p> <p>2、产品样式需求：黄色背带式、适用于30L桶装</p> <p>3、产品功能需求：用于回收医源性污染回收垃圾包装。</p> <p>4、保质期需求：6个月</p>	
8	喷壶	瓶	500	<p>1、包装规格需求：1L/瓶</p> <p>2、主要成分需求：PP+PE成分</p>	
9	警戒带	卷	300	<p>1、产品样式需求：印有医疗卫生字样。</p> <p>2、产品规格需求：100米每卷</p>	
10	医用一次性帽子	顶	15000	<p>1、符合产品标准：GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》、符合医用防护级别标准</p> <p>2、码数规格需求：均码通用型、独立包装。</p> <p>▲3、保质期需求：2年，无菌时效1年</p>	
11	医用隔离护目镜	副	300	<p>1、符合产品标准：GB14866-2006《个人用眼护具技术要求》、符合医用防护级别标准，符合CE认证。</p> <p>▲2、主要成分要求：防雾PC和合金材料镜片，弹性PVC镜框。</p> <p>3、产品功能需求：用于医疗机构中检查治疗时起防护作用、阻隔液滴、飞溅物。</p> <p>4、包装规格需求：独立包装</p> <p>5、产品样式需求：全包围式</p>	

12	医用隔离面罩	顶	17000	<p>1、符合应产品标准：GB14866-2006《个人用眼护具技术要求》、GB15979-2002、符合医用防护级别标准，符合 CE 认证。</p> <p>2、产品功能需求：用于医疗机构中检查治疗时起防护作用、阻隔液滴、飞溅物。</p> <p>3、包装规格需求：独立包装</p>
13	医用防护靴套	双	5000	<p>1、符合产品标准：YY/T1633-2019 符合医用防护级别标准，符合 CE 认证。</p> <p>▲2、主要成分要求：PP+PE 覆膜（超声波压缩）</p> <p>3、产品功能需求：用于医疗机构中检查治疗时起防护作用、阻隔液滴、飞溅物。</p> <p>4、包装规格需求：长 45CM，均码通用型，独立包装。</p> <p>5、保质期需求：2 年</p>
14	医用 75%酒精消毒液	瓶	200	<p>1、符合产品标准：GB/T2637-2020</p> <p>2、产品功能需求：可杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等</p> <p>3、包装规格需求：5L/瓶</p> <p>4、保质期需求：24 个月</p>
15	次氯酸消毒液	瓶	400	<p>1、符合产品标准：GB/T36758-2018（含氯消毒剂卫生要求）</p> <p>2、包装规格需求：5L/瓶</p> <p>3、保质期需求：12 个月</p> <p>4、主要成分：以微酸性次氯酸为主要有效成分的消毒液，有效成分含量要求达到 110mg/L。</p>

16	医用 75%酒精消毒液 喷雾	瓶	2000	<p>1、符合产品标准：GB/T2637-2020</p> <p>2、产品功能需求：可杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等</p> <p>3、包装规格需求：液体喷雾、500ML/瓶</p> <p>4、保质期需求：24 个月</p>
17	生物安全运输箱	个	650	<p>1、符合产品执行标准：符合 GB 4806.7-2016 标准《检测报告》，具有 A 类生物安全运输箱 UN2814 检验报告</p> <p>2、产品功能需求：适用于 UN2814 类生物样本, 病原微生物菌（毒）种, 血液、疫苗、生化样品等标本的周转运输。</p> <p>3. 产品容量：18 升</p> <p>4. 主要材质需求：内外 PP 塑料材质，全面聚氨酯 (PU) 发泡保温层。带有前置电池仓电子温度显示器。</p> <p>▲5. 产品配置：制冷冰盒 X6（内材料安全无毒 SGS 检测报告）、前置电池仓温度显示器 X1、95 千帕生物安全运输罐 X3(含吸附垫片 X3、海绵离心管托架 X3、权威机构检测报告)、生物安全运输标签 X1 套（合格证、保修卡、说明书）</p>
18	医用一次性橡胶检查手套	双	40000	<p>1、符合产品标准：GB 10213-2006。</p> <p>2、保质期需求：2 年。</p> <p>3、码数规格需求：M 码 20000 双、L 码 20000 双</p> <p>4、主要成分需求：有粉麻面材质，环氧乙烷灭菌。</p> <p>5、包装规格需求：2 只/密封袋，过光</p>

				膜，符合国家食品药品监督管理局有关要求。	
19	医用外科手套	双	20000	<ul style="list-style-type: none"> 1、符合产品标准：GB 7543-2006。 2、保质期需求：2年。 3、码数规格需求：7.5 4、主要成分需求：有粉麻面材质，环氧乙烷灭菌。 5、包装规格需求：应为1副/密封袋，过光膜，符合国家食品药品监督管理局有关要求。 	
20	冰排	个	3000	<ul style="list-style-type: none"> 1、包装规格需求：16cm*8.5cm*3.3cm 2、主要成分需求：PE外壳材质，蓄冷剂内壳材质 3、保温时间：18h - 48h 	
21	医用一次性使用压舌板	片	8000	<ul style="list-style-type: none"> 1、符合产品标准：医用级别 2、包装规格需求：独立包装 3、主要成分：采用聚苯乙烯塑料制造，表面光洁，无明显变形、杂质、气泡、擦痕，与口腔接触面光滑，无飞边，压舌板厚薄均匀，中间承受1kg压力，挠度不超过1.5cm，初始污染菌小于100cfu/g，不得检出致病菌，用环氧乙烷灭菌，其残留量不大于10mg/kg。 	
22	一次性手术无菌服	件	3000	<ul style="list-style-type: none"> 1、包装规格需求：一次性独立包装 2、主要成分需求：无菌防水无纺布 	

23	洗手衣	件	1500	1、主要成分要求：纯棉 2、码数规格需求：M码 500 件、L码 500 件、XL码 500 件 3、产品样式：短袖长裤（墨绿色或蓝色）	
----	-----	---	------	--	--

四、仓储及运输要求

1. 承储企业须取得海南省药品监督管理局“医疗器械第三方物流企业认证”，可承接医疗器械仓储管理、物流运输等相关业务。

2. 承储企业须取得医疗器械经营资质证书。

3. 承储企业行业诚信度高，具有良好的质量管理水平和经营效益。

4. 承储企业应具有 24 小时应急配送能力。

5. 承储企业应具备信息化管理能力，能够实现防疫医疗物资储备信息数据实时传输。

6. 承储企业在国家企业信用信息公示系统，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名录或严重违法失信企业名单。

7. 承储货物储存 6 个月，分 5-7 次送货至中标方符合标准的仓库。

五、其他要求：

1. 供应商必须获得所投产品的厂家或经销商技术参数说明书加盖公章。

2. 所投产品须提供厂家资料加盖公章。

3. 验收时间：签订合同后 15 个工作日内完成 30%货物验收，30 个工作日内全部完成验收。

4. 交付地点：采购人指定地点。

5. 付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

6. 验收要求：按招标文件技术参数进行验收。