

# 政府采购 询价通知书



项目名称：等离子射频手术系统等一批医疗设备

采购人：文昌市人民医院

项目编号：ZKGSF(ZB)-20212368

采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

二零二一年十月

# 目 录

第一章 询价邀请.....	1
第二章 供应商须知.....	5
第三章 供应商应当提交的资格、资信证明文件.....	27
第四章 采购需求.....	29
第五章 合同文本.....	29
第六章 响应文件组成（格式）.....	54
第七章 评审办法.....	66

## 第一章 询价邀请

### 项目概况

等离子射频手术系统等一批医疗设备采购项目的潜在供应商应在海口市金贸中路1号半山花园海天商务楼32楼3238房获取采购文件，并于2021年12月17日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：ZKGSF(ZB)-20212368

项目名称：等离子射频手术系统等一批医疗设备

采购方式：询价

预算金额：¥3,087,000.00

最高限价：¥3,087,000.00

本项目是否专门面向中小企业采购：否

采购需求：详见《采购需求》

合同履行期限：合同签订生效之日起国产产品30天内，进口产品90天内。

本项目（是/否）接受联合体：否。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：

3.1、如供应商不是所投产品生产厂家的，属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营备案凭证；

3.2、所投产品属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证（若所投产品为进口产品，则无需提供医疗器械生产许可证）；属于一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证、生产企业备案登记凭证（若所投产品为进口产品，则无需提供生产企业备案登记凭证）。

(3.1 和 3.2 要求, 供应商根据实际情况提供相关证明材料复印件加盖公章)

### 三、获取采购文件

时间: 2021 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 16 日, 每天上午 08:30 至 12:00, 下午 14:30 至 17:30 (北京时间, 法定节假日除外 )

地点: 海口市金贸中路 1 号半山花园海天商务楼 32 楼 3238 房。

方式:

①若被授权人报名需携带法定代表人身份证明及企业法定代表人授权委托书;

②若企业法定代表人报名需携带法定代表人身份证明。

售价: 100.00 元。

### 四、响应文件提交

截止时间: 2021 年 12 月 17 日 9 点 30 分 (北京时间)

地点: 海口市金贸中路 1 号半山花园海天商务楼 32 楼 3238 房

### 五、开启

时间: 2021 年 12 月 17 日 9 点 30 分 (北京时间)

地点: 海口市金贸中路 1 号半山花园海天商务楼 32 楼 3238 房

### 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

### 七、其他补充事宜

1、对申请人的资格要求中“1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;”应具备以下条件:

1.1. 具有独立承担民事责任的能力。 供应商是企业(包括合伙企业)的, 提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”; 供应商是事业单位的, 提供有效的“事业单位法人证书”; 供应商是非企业专业服务机构的, 如律师事务所, 提供执业许可证等证明文件; 供应商是个体工商户的, 提供有效的“个体工商户营业

执照”；供应商是自然人的，提供有效的自然人身份证明，只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。如供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业等有行业特殊情况的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。要求提供的资料须是复印件加盖公章；

1.2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供 2021 年 1 月 1 日至今任意一个月或任意一个季度依法缴纳税收、依法缴纳社会保障资金的证明材料，供应商是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表。提供的资料须加盖公章。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

1.3. 财务状况报告 {提供 2021 年 1 月 1 日至今任意一个月或一个季度的财务报表复印件：至少应当包括资产负债表和利润表，新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件（加盖公章）}；

1.4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

1.5. 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函。

2、根据财库〔2016〕125 号文的规定，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

3、公告发布媒介：中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、海南省政府采购网（<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>）、全国公共资源交易平台（海南省）（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）。

4、采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》、《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》、《海南省财政厅关于印发《海南省绿色产品政府采购实施意见（试行）》的通知》、《海南省财政厅 海南省工业和信息化厅关于落实超常规举措加大对中小企业政府采购支持的通知》、《政府采购进口产品管理办法》。

八、凡对本次采购提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 文昌市人民医院  
地址: 海南省文昌市  
联系方式: 黄先生 0898-63256620

2. 采购代理机构信息

名称: 中科高盛咨询集团有限公司  
地址: 海口市金贸中路1号半山花园海天商务楼32楼3238房  
联系方式: 梁女士 0898-68591077

3. 项目联系方式

项目联系人: 梁女士  
电话: 0898-68591077

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

序号	条款号	条款名称	说明和要求
1	第一章第五条	开启	时间：2021 年 12 月 17 日 9 点 30 分（北京时间） 地点：海口市金贸中路 1 号半山花园海天商务楼 32 楼 3238 房
2	第一章第四条	响应文件提交	截止时间：2021 年 12 月 17 日 9 点 30 分（北京时间） 地点：海口市金贸中路 1 号半山花园海天商务楼 32 楼 3238 房
3	第一章第八条	采购人信息	名 称：文昌市人民医院 地 址：海南省文昌市 联系方式：黄先生 0898-63256620
4	第一章第八条	采购代理机构信息	名 称：中科高盛咨询集团有限公司 地 址：海口市金贸中路 1 号半山花园海天商务楼 32 楼 3238 房 联系方式：梁女士 0898-68591077
5	第一章第二条	供应商（申请人）的资格要求	<p>供应商（申请人）的资格要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</li> <li>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无</li> <li>3. 本项目的特定资格要求：                             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1、如供应商不是所投产品生产厂家的，属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营备案凭证；</li> <li>3.2、所投产品属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证（若所投产品为进口产品，则无需提供医疗器械生产许可证）；属于一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证、生产企业备案登记凭证（若所</li> </ol> </li> </ol>

		<p>投产品为进口产品，则无需提供生产企业备案登记凭证)。</p> <p><u>(3.1 和 3.2 要求, 供应商根据实际情况提供相关证明材料复印件加盖公章)</u></p> <p>注: 1、对申请人的资格要求中“1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; ”应具备以下条件:</p> <p>1.1. 具有独立承担民事责任的能力。 供应商是企业(包括合伙企业)的, 提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”; 供应商是事业单位的, 提供有效的“事业单位法人证书”; 供应商是非企业专业服务机构的, 如律师事务所, 提供执业许可证等证明文件; 供应商是个体工商户的, 提供有效的“个体工商户营业执照”; 供应商是自然人的, 提供有效的自然人身份证明, 只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。如供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业等有行业特殊情况的, 分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的, 提供分支机构“负责人”的相关证明材料。要求提供的资料须是复印件加盖公章;</p> <p>1.2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 提供 2021 年 1 月 1 日至今任意一个月或任意一个季度依法缴纳税收、依法缴纳社会保障资金的证明材料, 供应商是零报税的, 应提供由税务部门盖章的纳税申报表。提供的资料须加盖公章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商, 提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金;</p> <p>1.3. 财务状况报告 {提供 2021 年 1 月 1 日至今任意一个月或一个季度的财务报表复印件: 至少应当包括资产负债表和利润表, 新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件(加盖公章) };</p> <p>1.4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供</p>
--	--	---



			<p>承诺函) ;</p> <p>1.5. 提供参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的声明函。</p> <p>2、根据财库〔2016〕125号文的规定, 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的, 拒绝其参与政府采购活动。</p>
6		本项目要求供应商提供的报价响应文件	报价一览表
7	第二章第12条	投标有效期	60日历天
8	第二章第11条	保证金	<p>保证金金额: 人民币叁万元整 (¥30,000.00)。</p> <p>保证金递交形式: 支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交支付。</p> <p>保证金账户名称: 中科高盛咨询集团有限公司</p> <p>开户行: 民生银行长沙芙蓉广场支行</p> <p>账 号: 9902 0002 7109 3627</p> <p>注: 1、交纳保证金到账截止时间: 2021年12月17日9点30分(北京时间), 保证金交纳时间以保证金到账时间为准。</p> <p>2、若以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函形式提交的, 受益人均为采购单位。</p> <p>3、若以转账形式递交保证金须从基本账户转出(须提供开户许可证或出具基本存款账户信息等相关证明材料复印件加盖公章); 以保函形式递交的保证金需在开标现场提交保函原件;</p> <p>4、提供缴纳保证金证明材料复印件(加盖公章)。</p>
9	第二章第13条	响应文件份数	<p>正本壹份, 副本叁份, 电子版壹份(光盘或U盘, 此份电子档文件无须加密)</p> <p>注: 响应文件不得采用活页夹装订, 建议采用胶装</p>

10	第二章第 34.6 条	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址	联系部门: 项目部 电话: 0898-68591077 通讯地址: 海口市金贸中路 1 号半山花园海天商务楼 32 楼 3238 房
11	第二章第 35 条	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	制造业
12	第二章第 38.1 条	标前踏勘现场或 /和标前答疑会	不组织

## 一、总则

### 1、适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价邀请书中所述项目的采购。

### 2、定义

本询价通知书中的下列术语应解释为:

2.1 “采购人”系指政府采购的采购人,含采购需求者和使用者,在履行合同阶段称为甲方或买方。

2.2 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的中科高盛咨询集团有限公司。

2.3 “响应文件”: 询价响应文件的简称

2.4 “供应商”系指提交响应文件的法人、其他组织或者自然人。在报价阶段称为报价人、供应商,在签订和履行合同阶段称为乙方、卖方或成交供应商。

2.5 “成交供应商”系指经过采购确定的提供合同货物和服务的企业。

2.6 “货物”系指成交供应商按照询价通知书要求,须向用户提供的一切系统设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

2.7 “服务”系指询价通知书规定成交供应商须承担的制作、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它有关的义务。

### 3、合格的供应商

3.1 具有独立承担民事责任的能力;

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

3.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

3.6 法律、行政法规规定的其他条件;

3.7 满足本询价通知书第一章第二条资格要求的供应商。

3.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.9. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 4、费用承担

4.1 无论询价的结果如何, 供应商应自行承担所有与询价采购活动有关的全部费用。

4.2 供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

4.3 采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料, 是采购人现有的能被供应商利用的资料, 采购人对供应商做出的任何推理、理解和结论均不负责任。

4.4 经采购人允许, 供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场, 但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

#### 5、注意事项

5.1 如果没有特别声明或要求, 供应商被视为充分熟悉本询价项目所在地与履行合同有关的各种情况, 包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等, 本询价通知书不再对上述情况进行描述。

## 二、询价通知书

#### 6、询价通知书的组成

询价通知书用以阐明供应商准备响应文件所必须的信息, 以及评审和签订合同等有关规定。询价通知书有纸质形式和电子版形式两种, 原则上两者保持一致, 如有不一致之处以纸质询价通知书为准。询价通知书由下述部分组成:

- (1) 询价邀请
- (2) 供应商须知
- (3) 供应商应当提交的资格、资信证明文件
- (4) 采购需求
- (5) 合同文本
- (6) 响应文件组成(格式)
- (7) 评标办法和程序

6.1 请仔细检查询价通知书是否齐全, 如有缺漏, 请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商必须详阅询价通知书的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按询价通知书的要求和规范编制、提交响应文件, 将有可能导致其响应文件被拒绝接受, 所造成的负面后果由供应商负责。

## 7. 询价通知书的询问

供应商在收到询价通知书后,若有疑问需要询问,应按询价公告中载明的地址以书面形式(包括信函、电报或传真)通知到采购代理机构,否则视为认可询价通知书的全部条款。采购代理机构将视情况采用适当的方式予以澄清或以书面形式予以答复,并在其认为必要时,将不标明查询来源的书面答复发给已购买询价通知书的每一供应商。

## 8. 询价通知书的更正或补充

8.1 在首次递交响应文件截止时间前,采购代理机构可以对已发出的询价通知书进行必要的修改,修改的内容作为询价通知书的组成部分。修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前,以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商,不足 3 个工作日的,应当顺延提交首次响应文件截止之日。

8.2 当询价通知书与更正公告的内容相互矛盾时,以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使供应商有足够的时间按询价通知书的更正要求修正响应文件,采购代理机构有权决定推迟询价截止日期和审查时间,并将此变更书面通知所有购买了同一询价通知书的供应商。

### 8.4 标前答疑会和现场踏勘

具体要求详见“供应商须知前附表”有关规定。

## 三、询价响应文件

### 9、响应文件的编制要求

附件 1 报价声明函

附件 2 报价一览表

附件 3 投标分项报价

附件 4 供应商应当提供的资格、资信证明文件

附件 5 技术、商务响应偏离表

附件 6 询价通知书中要求的、供应商认为有必要提供的其它资料(格式自拟)

9.2 供应商无论成交与否,其响应文件不予退还。

## 10 报价、语言及计量单位

10.1 报价货币为人民币。

10.2 供应商根据询价通知书要求和范围报价。

10.3 供应商的报价不得超过采购项目预算, 否则该供应商按无效响应处理。

10.4 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用(如有)、安装调试(如有)、培训(如有)、售后服务等其它有关的所有费用。

10.5 供应商应按报价一览表的要求报价, 不能提供有选择的报价。

10.6 语言: 供应商提交的响应文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料, 但有关段落必须翻译成中文, 在有差异时以中文为准。

10.7 计量单位: 除在询价通知书的技术规格中另有规定外, 计量单位应使用我国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其它计量单位)。

## 11、保证金

11.1 保证金为响应文件的组成部分之一, 保证金金额及保证金递交形式详见供应商须知前附表。

11.2 保证金递交时间: 详见询价采购须知前附表。

11.3 供应商应在提交响应文件之前向采购代理机构交纳供应商须知前附表中所规定的保证金。

11.4 保证金应当通过供应商基本账户提交。

11.5 保证金用于保护本次采购活动免受供应商的行为而引起的风险。

11.6 未按规定交纳保证金的报价, 视为无效报价。

11.7 未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还, 成交供应商的保证金将在成交供应商签订采购合同后5个工作日内退还; 供应商应主动与退还保证金经办人联系办理保证金退还事宜, 由于供应商的自身原因未及时办理保证金退还的, 其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

11.8 保证金的有效期与投标有效期一致。

11.9 发生以下情况之一的, 保证金将不予退还:

- (1) 递交响应文件截止时间后供应商在投标有效期内撤回其报价的;
- (2) 响应文件中提供伪造、虚假的材料或信息谋取成交的;
- (3) 供应商有违反政府采购法律、法规和扰乱会场秩序的行为;

- (4) 成交通知书发出后三十天内, 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的;
- (5) 拒绝履行合同义务的。

上述不予退还保证金的情况给采购人和采购代理机构造成损失的, 还要承担赔偿责任。

## 12. 投标有效期

12.1 投标有效期详见供应商须知前附表, 有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下, 采购人可于投标有效期满之前, 征得供应商同意延长询价通知书有效期, 要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标, 保证金将尽快退还。同意这一要求的供应商, 无需也不允许修改其响应文件, 但须相应延长保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

## 13、响应文件的数量、签署及形式

13.1 响应文件的份数: 详见供应商须知前附表。并在封面标明“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本有差异, 以正本为准; 纸质文件和电子文件有差异, 以纸质文件为准。

13.2 响应文件正本须由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在签字处签字并加盖公章, 副本可以采用正本复印件; 授权代表须出具书面的法定代表人授权委托书并附载响应文件中, 否则视为无效响应文件;

13.3 响应文件所使用的印章必须为单位公章, 且与供应商单位名称完全一致, 不能以其它业务章或附属机构印章代替, 否则视为无效响应文件;

13.4 响应文件中的任何行间插字, 涂改和增删, 须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字方可有效;

13.5 在询价过程中, 应询价小组要求而递交的补充或修改商务技术响应文件或报价文件, 可打印或用不退色墨水书写, 但需经法定代表人或其委托代理人签字。

13.6 供应商应按照询价通知书第六章中提供的“响应文件组成(格式)”编制响应文件, 如自有格式并按其格式编制的响应文件, 其内容必须包含“响应文件组成(格式)”中所有的实质性内容并受其约束。

13.7 供应商须将响应文件的商务部分、技术部分和价格部分整合为一份响应文件, 且分别制作目录、页码索引。



## 四、 响应文件的提交

### 14. 询价响应文件的密封及标记

14.1 供应商应将响应文件正本和副本、电子版文件分开密封包装，并标明供应商名称、供应商联系人姓名、联系电话、项目编号、项目名称、分包号（如有分包）及“正本”或“副本”的字样。

14.2 为方便开标唱标，供应商应将开标一览表再单独密封一份，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本响应文件密封袋中。开标一览表密封同响应文件。

14.3 响应文件封皮上还应清楚标明递交至响应文件中指定的地址，并注明“于2021年 月 日 : :（北京时间）之前不得启封”的字样（时间系指采购公告中规定的询价时间）。封套上应加贴封条，并在封口处加盖公章。

14.4 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对响应文件被错放或先行启封负责。

### 15. 响应文件递交截止时间

15.1 供应商须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达询价通知书上规定的地点。

15.2 若采购代理机构推迟了响应文件递交截止时间，应以书面的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在响应文件递交截止时间后递交的文件，采购代理机构将拒绝接受。

### 16. 响应文件的补充、修改和撤回

16.1 供应商在提交响应文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构在递交响应文件截止时间前收到该补充、修改或撤回的书面通知。

16.2 响应文件的补充或修改文件应按本章第 13 条规定盖章及标记，还须注明“补充或修改响应文件”和“评审前不得启封”字样。补充、修改或撤回文件须在递交响应文件截止时间前送达规定的地点。上述补充或修改若涉及报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

16.3 供应商不得在递交响应文件截止时间以后补充、修改或/和撤回响应文件。

### 17. 投标无效的情形

供应商存在下列情况之一的，按无效响应处理：



- (一) 未按照询价通知书的规定提交保证金的;
- (二) 响应文件未按询价通知书要求签署、盖章的;
- (三) 不具备询价通知书中规定的资格要求的;
- (四) 报价超过询价通知书中规定的预算金额或者最高限价的;
- (五) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- (六) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 五、询价通知书及评审

### 18. 询价通知书

18.1 采购人按询价通知书第一章规定的时间和地点进行, 采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。

18.2 供应商应委派法定代表人或其委托的授权代表参加开标活动, 参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。供应商法定代表人或其委托的授权代表不能证明其身份的, 采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

### 19. 询价小组

19.1 询价小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成, 其中, 其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的 2/3, 评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。该询价小组独立工作, 负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

19.2 询价小组的组成成员名单在评审结果公告前属于保密内容。

### 20. 评审办法

详见询价通知书第七章“评审办法”。

### 21. 询价小组开展评审工作应当遵循的原则

21.1 客观原则。依据询价通知书和响应文件及有效书面澄清材料作出客观评价, 不得改变询价通知书规定的评审方法、标准及成交条件, 不得擅自增加、放宽或取消重要商务和技术条款(参数)。

21.2 公平原则。按照询价通知书规定的评审程序、方法和标准, 一视同仁对待所有供应商, 不得对供应商实行差别待遇或歧视待遇。

21.3 合法原则。执行国家有关法律、法规和政策, 维护国家和政府采购当事人的

合法权益。

21.4 效益原则。在满足采购需求的前提下,应当坚持低价优先,体现物美价廉。

21.5 回避原则。询价小组成员与投标供应商有利害关系的,应当主动申请回避。

本项规定所称的有利害关系包括但不限于以下情况:

① 评审专家三年内曾在投标供应商或生产厂商单位任职、兼职或者持有股份或担任顾问的;

② 评审专家任职单位与采购代理机构为同一法人代表的;

③ 评审专家配偶或直系亲属在投标供应商或生产厂商单位任职、兼职或者持有股份或担任顾问的;

④ 评审专家、其配偶或直系亲属与投标供应商发生过法律纠纷的;

⑤ 有其他利益关系的。

## 22. 评审方法

22.1 对所有供应商投标都采用相同的程序和标准。

22.2 采用最低评标价法的采购项目,提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的,以其中通过资格审查、符合性审查(初步审查)且报价最低的参加评标;报价相同的,由采购人或者采购人委托询价小组按照询价通知书规定的方式确定一个参加评标的供应商,询价通知书未规定的采取随机抽取方式确定,其他投标无效。

22.3 非单一产品采购项目,根据询价通知书采购需求中载明的核心产品的情况,多家供应商提供的核心产品品牌相同的,按 22.2 规定处理。

22.4 评审严格按照询价通知书的要求和条件进行。

22.5 若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交,询价小组可取消其成交候选供应商资格,并按顺序由排序第二的候选人递补,依此类推。

22.6 询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,询价小组应当将其作为无效响应处理。

22.7 采购代理机构将在公告发布媒介上发布成交结果。

## 23. 评审过程的保密性

23.1 在评审过程中及评审结束后,询价小组的研究情况和所有供应商的商业秘密都属于保密内容。

23.2 有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何供应商或与上述评审工作无关的人员。

供应商不得干扰询价小组的评标活动, 否则将取消其投标资格, 其保证金将不予退还。

## 24、终止采购的情形

询价采购中, 出现下列情形之一的, 将予以终止采购处理:

- (一) 因情况变化, 不再符合规定的询价采购方式适用情形的;
- (二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (三) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

终止采购的, 采购代理机构将在原公告媒体上发布终止公告。

# 六、成交原则、合同与验收

## 25、成交原则

询价小组将严格按照询价通知书的要求和条件进行评审, 根据评审办法推荐出 1-3 名成交候选人, 并标明排列顺序。采购人将根据询价小组推荐的结果确定成交供应商。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者本询价通知书规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的, 或者是询价小组出现评标错误, 被他人质疑后证实确有其事的, 采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的, 采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

## 26、成交通知

26.1 由采购代理机构向成交供应商发布《成交通知书》, 并在原公告媒体上公布成交结果;

26.2 成交通知书为签订政府采购合同的依据, 是合同的有效组成部分;

26.3 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后, 采购人改变成交结果, 或者成交供应商无正当理由放弃成交的, 应当承担相应的法律责任;

## 27、合同签订

27.1 成交供应商在收到《成交通知书》后, 应在规定的时间内与采购人签订采购

合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的, 将视为放弃成交, 取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件, 不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议, 所签订的合同不得对询价通知书和成交供应商响应文件作实质性修改。

## 28、合同履行

28.1 成交供应商与采购人签订合同后, 合同双方应严格执行合同条款, 履行合同规定的义务, 保证合同的顺利完成。

28.2 在合同履行过程中, 如发生合同纠纷, 合同双方应按照有关规定进行处理。

## 29、验收

成交供应商与采购人应严格按照要求进行验收。

# 七、纪律和监督

## 30、对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏政府采购活动中应当保密的情况和资料, 不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 31、对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标, 不得向采购人或者询价小组成员行贿谋取成交, 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交; 供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 32、对询价小组的纪律要求

询价小组成员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对询价采购响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中, 询价小组成员不得擅离职守, 影响评标程序正常进行, 不得使用第七章“评审办法和程序”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 33、对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处, 不得向他人透漏对询价采购响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中, 与评审活动有关的工作人员不得擅离职守, 影响评审程序正常进行。

### 34、质疑和投诉

34.1 供应商如认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的,应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

34.2 供应商须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料,质疑函应当包括下列内容:

- 1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- 2) 质疑项目的名称、编号;
- 3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- 4) 事实依据;
- 5) 必要的法律依据;
- 6) 提出质疑的日期。

未按要求填写、匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。质疑函范本详见附件。

34.4 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

34.5 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后 15 个工作日内按规定向财政部门提起投诉。

34.6 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址: 详见谈判须知前附表。

## 八、其他

### 35. 政策优惠条件及要求

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141号)及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)等有关规定的要求,以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见,政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。



### 35.1 关于小微企业（供应商）残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标

35.1.1 根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）的要求，对于非专门面对小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%，供应商为大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额的30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的价格扣除。用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为2%。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（对于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，不重复享受政策），用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商按《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）规定，供应商须提供《中小企业声明函》或“残疾人福利性单位声明函”。详见附录。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 35.2 关于优先采购或强制采购节能产品 and 环境标志产品的要求

根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）的要求，对获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。对于优先采购的节能产品和环境标志产品的投标单价给予1%的扣除（同时属于节能产品和环境标志产品的，投标单价只能给予1%的扣除），用扣除后的价格参与评审。供应商提供的产品属于节能产品或环境标志产品的，应提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

### 35.3 关于采购信息安全产品的要求

根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的要求，使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并

获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

35.4 对于绿色产品的投标单价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

35.5 根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）的要求，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。对于优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品的投标单价给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人提供的产品属于向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品的，应提供有效的签订合同。

**36 信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。**

36.1 信用信息查询的截止时点：至本项目响应文件提交截止时间止。

36.2 信用信息查询记录证据留存的具体方式：响应文件提交截止时间后现场查询记录的网页打印件（不需提前装订在响应文件中）

36.3 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 37 废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

### 38 其它

37.1 本项目不召开答疑会。

37.2 成交供应商须在《成交通知书》发放前向采购代理机构交纳采购代理服务费。

37.3 采购代理服务费交纳标准：

37.3.1 以成交金额作为收费的计算基数;

37.3.2 采购代理服务费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)规定的标准计算;

37.3.3 采购代理服务费的交纳方式: 银行支票、汇票、电汇、现金等。

37.4 信用信息查询的查询渠道: “信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))。

37.4.1 信用信息查询的截止时点: 至本项目响应文件提交截止时间止。

37.4.2 信用信息查询记录证据留存的具体方式: 响应文件提交截止时间后现场查询记录的网页打印件 (不需提前装订在响应文件中)。

37.4.3 信用信息的使用规则: 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 将拒绝其参与政府采购活动。



附录 1

## 质疑函范本

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商:

地址:

邮编:

联系人:

联系电话:

授权代表:

联系电话:

地址:

邮编:

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称:

质疑项目的编号:

包号:

采购人名称:

采购文件获取日期:

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1:

事实依据:

法律依据:

质疑事项 2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求:

签字(签章):

公章:

日期:

质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的, 质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑, 质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的, 质疑函应由本人签字; 质疑供应商为法人或者其他组织的, 质疑函应由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

附录2

### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附录 3

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物,或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日期:

### 第三章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

1. 法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书;

2. 具有独立承担民事责任的能力。 供应商是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； 供应商是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件； 供应商是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，提供有效的自然人身份证明，只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。如供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业等有行业特殊情况的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。要求提供的资料须是复印件加盖公章；

3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 提供 2021 年 1 月 1 日至今任意一个月或任意一个季度依法缴纳税收、依法缴纳社会保障资金的证明材料，供应商是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表。提供的资料须加盖公章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

4. 财务状况报告 {提供 2021 年 1 月 1 日至今任意一个月或一个季度的财务报表复印件：至少应当包括资产负债表和利润表，新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件（加盖公章）}；

5. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

6. 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函。

7. 本项目的特定资格要求：

7.1、如供应商不是所投产品生产厂家的，属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营备案凭证；

7.2、所投产品属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证（若所投产品为进口产品，则无需提供医疗器械生产许可证）；属于一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证、生产企业备案登记凭证（若所投产品为进口产品，则无需提供生产企业备案登记凭证）。

(7.1 和 7.2 要求, 供应商根据实际情况提供相关证明材料复印件加盖公章)

## 第四章 采购需求

### 一、采购需求一览表(含采购数量)

序号	医疗设备名称	单位	数量	最高单价限价 (万元)	是否接受进口产品
1	等离子射频手术系统	套	1	15	否
2	冷冻切片机	台	1	63	否
3	耳鼻通用内窥镜	个	2	5	接受进口产品
4	鼻咬切钳	个	1	1	接受进口产品
5	双极镊	把	1	1.5	接受进口产品
6	单极不粘连电凝吸引管	把	1	2.5	接受进口产品
7	椎间孔内窥镜	套	1	65	接受进口产品
8	低温等离子体多功能手术系统	套	1	20	否
9	血栓弹力图仪	台	1	25	否
10	一氧化氮检测仪	台	1	3	否
11	穿戴式血氧监测仪	台	1	5	否
12	双能 X 射线骨密度仪	台	1	53	否
13	抓钳	把	3	2	接受进口产品
14	抓钳	把	2	3.6	接受进口产品
15	双极分离钳	套	3	0.65	否
16	自动气压止血仪	台	2	3.6	否
17	睡眠记录系统	套	1	6	否
18	数字式十二道心电图机	台	1	4	否
19	等离子体空气净化消毒机	台	1	1.1	否
20	等离子体空气净化消毒机	台	1	1.5	否
21	等离子体空气净化消毒机	台	1	1.5	否
22	冰冻血浆解冻箱	台	1	4.5	否
23	关节康复器	套	1	3.75	否



**本项目核心产品为: 冷冻切片机**

**二、技术参数、规格及要求(包括采购标的的功能标准、性能标准、材质标准)**

**(一) 等离子射频手术系统**

- 1、具有射频消融功能(双极射频电极消融)和等离子消融切割功能。
- 2、具有内镜下消融切割和止血功能,通过了国家医疗器械检测部门对电极在内镜下使用的相关国家标准要求的检测。
- 3、可选鼻咽喉镜、纤支镜下专用电极,可通过内镜钳道进行手术。
- 4、时间可控制在 500 毫秒内。
- 5、工作频率 100KHz。
- 6、最大功率等于或不低于 360W。
- 7、自动检测附件及刀头功能:能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小。
- 8、安全可控
  - 8.1 低温控制:工作温度仅为 40-70℃,创面无碳化,对周边组织损伤小。
  - 8.2 操作精确:消融作用在靶组织表面,离子作用仅为 130 微米。
  - 8.3 创伤轻微:黏膜损伤小、出血少、疼痛轻、恢复快。
- 9、主要配置
  - 9.1 系统主机 1 台
  - 9.2 三脚踏控制器 1 个
  - 9.3 流量控制器 1 个
  - 9.4 等离子手柄连线 1 条
  - 9.5 电源电缆 1 条

**(二) 冷冻切片机**

- 1、中文彩色触摸屏。
- 2、刀架及样品头的主动制冷(刀架主动制冷,样品头 10~-45℃可调),确保持续稳定地样品制冷。
- 3、刀架进样,确保进样的精确性。
- 4、速冻台 18+1 个位点,包含一个半导体制冷位点,最低制冷可达-57℃±3℃。
- 5、切片机机械部分置于冷冻箱外,制冷快且加大冷冻箱的操作空间,同时降低因热胀

冷缩导致的机械故障。

6、照明亮度、角度可调节,照明装置位于玻璃窗上,实现全方位无死角照明。

7、切片厚度: 0.5~500  $\mu\text{m}$

7.1 0.5 - 2  $\mu\text{m}$  步进 0.5  $\mu\text{m}$

7.2 2  $\mu\text{m}$  - 10  $\mu\text{m}$  步进 1  $\mu\text{m}$

7.3 10  $\mu\text{m}$  - 20  $\mu\text{m}$  步进 2  $\mu\text{m}$

7.4 20  $\mu\text{m}$  - 50  $\mu\text{m}$  步进 5  $\mu\text{m}$

7.5 50  $\mu\text{m}$  - 100  $\mu\text{m}$  步进 10  $\mu\text{m}$

8、修块厚度: 5~500  $\mu\text{m}$

8.1 5 - 10  $\mu\text{m}$  步进 5  $\mu\text{m}$

8.2 10  $\mu\text{m}$  - 100  $\mu\text{m}$  步进 10  $\mu\text{m}$

8.3 100  $\mu\text{m}$  - 200  $\mu\text{m}$  步进 20  $\mu\text{m}$

8.4 200  $\mu\text{m}$  - 500  $\mu\text{m}$  步进 50  $\mu\text{m}$

9、水平进样行程: 48mm, 有剩余进样提示功能。

10、样品垂直行程: 64mm

11、样品头 X/Y 轴 8° 定位, Z 轴 360° 旋转定位

12、自动待机和休眠模式, 同时可设定自动开机模式

13、纯铜蒸发器, 制冷效果更好

14、主要配置

14.1 冰冻切片机主机 1 台

14.2 刀架 1 个

14.3 消毒系统 1 个

14.4 消毒剂 5L 1 桶

14.5 超优刀片试用装 1 包

14.6 丝印玻片试用装 1 包

14.7 多色包埋剂 1 包

14.8 冷锤 2 把

14.9 30mm 卡盘 4 个

14.10 40mm 卡盘 1 个

14.11 35mm 卡盘 10 个

### (三) 耳鼻通用内窥镜

- 1、视角 0°、30° 一根, 工作长度 175mm, 直径 4mm。
- 2、镜身带“Ultra”标志, 支持 4K 分辨率摄像系统。
- 3、支持高温高压灭菌, 镜身带有“AUTOCLAVE”标志。
- 4、镜头采用人造蓝宝石制造, 不易磨损, 经久耐用。
- 5、配备至少 3 种导光索适配器, 可与各种品牌的导光索链接。

### (四) 鼻咬切钳

- 1、抓钳, 0°, 杯口直径 $\geq 3.5\text{mm}$ , 长度 $\geq 15\text{cm}$ 。

### (五) 双极镊

- 1、双极镊枪型直尖, 总长度 $\geq 23\text{cm}$ , 镊尖 $\geq 0.3\text{mm}$ 。

### (六) 单极不粘连电凝吸引管

- 1、可弯曲单极不粘连电凝吸引管, 工作长度 $\geq 109\text{mm}$ , 直径 $\geq 4\text{mm}$ 。

### (七) 椎间孔内窥镜

#### 一) 基本要求

- 1、临床使用范围: 用于检查和治疗要椎间盘突出及腰椎椎管狭窄手术。

#### 二) 技术参数

- 1、椎间孔镜:  $\phi 6.3 \times 181\text{mm}$ 。多通道硬性光学内窥镜, 工作长度 $\leq 181\text{mm}$ , 外径 $\geq 6.3\text{mm}$ , 器械通道 $\geq 3.7\text{mm}$ , 视向角 30°。
- 2、穿刺针:  $\phi 1.2\text{mm}$  和  $\phi 1.0\text{mm}$ , 长度 150mm, 各两支。
- 3、两级扩张导杆: 外径 $\leq 6.3\text{mm}$  内径 $\geq 3.1\text{mm}$  长度 $\leq 210\text{mm}$  和外径 $\geq 3\text{mm}$  内径 $\geq 1.0\text{mm}$  长度 $\leq 230\text{mm}$  各 1 支, 尾端有防滑螺纹设计, 前端为圆锥形。
- 4、三种前端角度不同的工作套管, 角度 45°~120°, 外径 7.5mm, 长度 160~170mm 各 1 个。
- 5、四种不同尺寸的扩孔用环锯, 外径: 5mm~7.5mm 长度 $\geq 200\text{mm}$  各 1 把。
- 6、定位针、定位探针、定位钻各一个, 外径 2.2mm 长度 175-185mm 球形手柄。
- 7、内窥镜下使用的神经拉钩 1 支, 直径 $\geq 2.2\text{mm}$ , 长度 $\geq 330\text{mm}$ 。

- 8、内窥镜下使用的神经探针 1 支, 直径 $\geq 2.2\text{mm}$ , 长度 $\geq 330\text{mm}$ 。
- 9、内窥镜下使用的剥离子 1 支, 直径 $\geq 2.2\text{mm}$ , 长度 $\geq 330\text{mm}$ 。
- 10、内窥镜下使用的骨凿 1 支, 前端为半圆头设计, 直径 $\geq 2.5\text{mm}$ , 长度 $\geq 330\text{mm}$ 。
- 11、定位导丝, 外径分别为 0.8mm、1.0mm 各 2 支, 记忆导线。
- 12、骨锤 1 个, 带缓冲垫。
- 13、内窥镜下使用的髓核钳 1 把, 前端为碗形头设计, 直径 $\geq 3.0\text{mm}$ , 长度 $\geq 330\text{mm}$ 。
- 14、内窥镜下使用的髓核钳 1 把, 前端为杯形头设计, 直径 $\geq 2.5\text{mm}$ , 长度 $\geq 320\text{mm}$ 。
- 15、内窥镜下使用的带角度碗形头 45° 髓核钳 1 把, 直径 $\geq 3.0\text{mm}$ , 钳口上翘角度 $\geq 45^\circ$ , 长度 $\geq 330\text{mm}$ 。
- 16、内窥镜下使用的咬切钳 1 把, 前端上翘 $\geq 10$ 度, 直径 $\geq 3.0\text{mm}$ , 长度 $\geq 330\text{mm}$ 。
- 17、内窥镜下使用可随意控制弯曲弧度的弹簧钳 1 把, 前端上翘 45 度, 直径 $\geq 3.0\text{mm}$ , 长度 $\geq 330\text{mm}$ 。
- 18、镜下使用的咬骨钳 1 把, 咬切工作长度 $\geq 15\text{mm}$ , 直径 $\geq 3.5\text{mm}$ , 长度 $\geq 330\text{mm}$ 。
- 19、带分级标记和标记刻度的安全骨钻 5 支, 外径分别为 4mm、6mm、7mm、8mm、9mm 独特设计的阶梯旋转钻和神经保护端头, 带引导, 快锁手柄设计。
- 20、安全骨钻球形手柄一个。
- 21、可放置全部器械的网状消毒灭菌盒。

### 三) 配置清单

- 1、椎间孔镜 1 把
- 2、穿刺针 (1.0mm) 2 支
- 3、穿刺针 (1.2mm) 2 支
- 4、扩张管 (长度 $\leq 210\text{mm}$ ) 1 支
- 5、扩张管 (长度 $\leq 230\text{mm}$ ) 1 支
- 6、套管 (45° ~120° ) 3 个 (不同角度各 1 个)
- 7、骨钻手柄 1 把
- 8、骨钻 (外径: 4mm、6mm、7mm、8mm、9mm) 5 支 (5 种外径各 1 支)
- 9、定位针 1 个
- 10、定位探针 1 个
- 11、定位钻 1 个
- 12、环锯 (外径: 5mm~7.5mm ) 4 把 (不同角度各 1 把)
- 13、神经拉钩 1 个

- 14、剥离子 1 个
- 15、神经探针 1 个
- 16、燕尾骨凿 1 个
- 17、定位导丝 (0.8mm) 2 支
- 18、定位导丝 (1.0mm) 2 支
- 19、骨锤 1 个
- 20、髓核钳 (直径 $\geq$ 3.0mm) 1 把
- 21、髓核钳 (直径 $\geq$ 2.5mm) 1 把
- 22、髓核钳 (直径 $\geq$ 3.0mm) 1 把
- 23、咬切钳 1 把
- 24、弹簧钳 1 把
- 25、咬骨钳 1 把
- 26、器械盒 2 个

#### (八) 低温等离子体多功能手术系统

一) 临床使用范围: 椎间孔镜下汽化、消融、止血术。

二) 主机要求:

- 1、主机共有二个界面为: 汽化界面、消融凝血界面:
- 2、汽化功率: 60W, 分 1~4 档可调, 皱缩、消融功率: 40W, 分 1~5 档可调, 阻抗自动调节, 脉冲波输出
- 3、等离子体止血、消融温度 40~60℃, 等离子体镜下汽化、切割、温度 40~70℃。
- 4、主机采用全智能数字控制电路, 须具备以下了四种功能:
  - 4.1 具有消融全时监控负载反馈信息, 当消融达到最佳状态时, 主机能通过双极消融刀头反馈阻抗信息并能自动调节阻抗和能量的大小, 防止过度治疗和温度上升。
  - 4.2 具有功率档位消融深度程控技术, 保证了肥厚性部位组织达到一次性更好、更彻底的治疗, 减少病人重复治疗费用及痛苦。
  - 4.3 具有自动识别三种组织结构: 血液、粘膜组织、间质组织, 并输出对应的波形和阻抗。凝血使用脉冲波有效的防止组织粘连和渗透并形成 1mm 的凝固层; 粘膜治疗采用了强力波快速瘢痕收缩形成高阻抗防止对肌层渗透; 间质组织消融运用柔和间断波能准确的把能量数控到相应深度并防止对组织的粘连, 达到最快、有效、精确、安全的治疗。

4.4 具有各种手术刀头识别和保护功能、减少负损伤。

### 三) 刀头的要求

1、刀头的规格尺寸: 刀头的长度为 340mm--370mm, 最前端输出点直径为 2.0mm, 刀体直径为 2.7mm。

5、有备用的吸引孔和通道。

6、刀头的手柄全部采用 PBT(高结晶性热可塑性塑料), 绝缘、手感好, 操作方便、安全。

### 四) 配置清单

1、低温等离子体多功能手术系统主机(汽化、消融手术型) 1 台

2、双功能脚踏控制板(防水 IP×8 级) 1 只

### (九) 血栓弹力图仪

1、功能: 全血凝血过程动态监测(普通杯检测), 主要用于术前和术中患者凝血功能的变化监测(区分正常、高凝、低凝)或体检筛查; 快速诊断 DIC, 区分原发性纤溶亢进和继发性纤溶亢进, 指导各类血制品的使用。判断各类肝素的药效(肝素酶杯检测), 主要用于术中判断肝素是否适量, 指导鱼精蛋白的使用; 评估阿司匹林、氯吡格雷、阿昔单抗等抗血小板药物的效果(血小板聚集功能检测), 自动算出 AA、ADP 受体通道的抑制率(AA%, ADP%), 主要用于评估抗血小板药物的疗效; 体外检测人全血功能性纤维蛋白原的含量(功能性纤维蛋白原检测); 快速 TEG 检测(激活凝血检测试剂盒)。

2、基本原理: 电磁法(通过电磁感应将机械运动转化为电信号)。

3、样本要求: 枸橼酸钠全血、肝素抗凝全血, 每次检测全血用量 0.36ml。

4、测定时长: 20-25 分钟。

5、温度控制: 每个通道均有独立温度控制系统, 可根据需要调节。

6、输出参数: 20 个以上的国际标准参数, 包括  $\alpha$  角度, R 值, K 值, SP, MA 值, Angle, TMA, G, E, TPI, EPL, A, CI, PMA, LTE, LY30, A30, A60, CL30, CL60, LY60, CLT, aPTT, INR 等。

7、检测通道: 2 个, 跟根据用量扩展至 8 个。

8、通道差: 一台仪器两个通道测定同份血样的 R、Angle、MA 值百分极差小于 15%。

9、测量重复性: 检测同份血样 5 次, 主要指标如 R、Angle、MA 值 CV 小于 15%。

- 10、连续工作时间: 不低于 24 小时。
- 11、软件功能: 专用配套软件, 自动记录检测结果, 系统与医院 Lis 系统对接, 具有数据导出功能, 方便临床医师提取和查询, 显示初步诊断结果。
- 12、报告模式: 图形+数据, 输出初步的诊断建议。
- 13、报告发送方式: 报告自动发送。
- 14、操作界面: 中文操作界面。
- 15、质控品: 拥有高、低两种原厂质控。
- 16、普通杯检测: 全凝血过程动态监测 (普通杯检测), 主要用于术前和术中患者凝血功能的变化监测 (区分正常、高凝、低凝) 或体检筛查; 快速诊断 DIC, 区分原发性纤溶亢进和继发性纤溶亢进, 指导各类血制品的使用。能够在一次检测中完成对凝血因子功能, 纤维蛋白原功能, 血小板功能和纤维蛋白溶解功能的检测。
- 17、肝素酶杯检测: 判断各类肝素的药效 (肝素酶杯检测), 主要用于术中判断肝素是否适量, 指导鱼精蛋白的使用。
- 18、AA 途径检测: 具备含有花生四烯酸通路的血小板图检测项目, 评估阿司匹林等抗血小板药物的效果 (血小板聚集功能检测), 自动算出 AA 受体通道的抑制率 (AA%), 主要用于评估抗血小板药物的疗效。
- 19、ADP 途径检测: 具备含有二磷酸腺苷通路的血小板图检测项目, 评估氯吡格雷等抗血小板药物的效果 (血小板聚集功能检测), 自动算出 ADP 受体通道的抑制率 (ADP%), 临床上用于评估噻吩并吡啶类药物的抗血小板效果。
- 20、ADP 及 AA 途径检测: 具有二磷酸腺苷通路及花生四烯酸通路特异性激活剂的血小板图检测项目, 评估阿司匹林、氯吡格雷、阿昔单抗等抗血小板药物的效果 (血小板聚集功能检测), 自动算出 AA、ADP 受体通道的抑制率 (AA%, ADP%), 主要用于评估抗血小板药物的疗效。
- 21、功能性纤维蛋白原检测: 体外检测人全血功能性纤维蛋白原的含量 (功能性纤维蛋白原检测); 该试剂包含组织因子及血小板 GPIIb/IIIa 受体抑制剂两种成分。可以评估纤维蛋白原的功能, 指导血制品科学使用。
- 22、凝血激活试剂检测: 具备含有高岭土和组织因子两种成分的凝血激活试剂的快速检测, 可用于定量监测肝素治疗效果。TEG ACT 正常值 86-118S。
- 23、有效期: 普通杯 3 年, 血小板、快速 1 年, 功纤 1 年, 质控、肝素杯 18 个月。
- 24、主要配置:



- 24.1 主机 1 台
- 24.2 电源适配器及电源线 1 件
- 24.3 串口连接线 1 套
- 24.4 A/D 转换器 1 个

## (十) 一氧化氮检测仪

### 一) 采样及测定

#### 1、采样方式

- 1.1 在线口呼直接采样
- 1.2 离线采样
- 1.3 气袋采样 (含潮气采集)
- 1.4 在线鼻呼直接采样

#### 2、采样要求

- 2.1 先呼出体内气体, 然后通过仪器内置 NO 过滤器吸气之后进行呼气采样。
- 2.2 呼气时间: 10s (成人)、6s (儿童) 或其它时间客户自选。
- 2.3 呼气流速: 10ml/s、50ml/s、200ml/s 或其它流速客户可自选。

#### 3、测定模式

- 3.1 具备成人和儿童模式的鼻腔一氧化氮浓度测定 nNO。
- 3.2 具备成人和儿童模式的大气道一氧化氮浓度测定 FeNO。
- 3.3 具备成人和儿童模式的小气道和肺泡中一氧化氮浓度测定 CaNO。
- 3.4 婴幼儿潮气和标准气质控时气袋中一氧化氮浓度测定 sNO。
- 3.5 不同部位的一氧化氮浓度测定既可分项测试, 也可联合测试, 提高了测试效率。

### 二) 性能指标

- 1、测试范围: 0ppb—3100ppb
- 2、分析时间: 约 70 秒
- 3、检测下限: 3ppb
- 4、准确性 (标准配气的比较): 误差  $\pm 3\text{ppb}$  或  $\pm 10\%$
- 5、重复性: 相对偏差 CV 应在  $\pm 10\%$  内
- 6、线性  $\geq 0.98$
- 7、稳定性: 测量间隔在 2.5 小时内的浓度变化率小于  $\pm 10\%$



### 三) 质量控制

- 1、仪器开机自动校准,也可用一氧化氮标准气、呼出气三种检验校准方式检验校准。
- 2、自动监控并提示分析过程,确保分析的准确性与重复性。

### 四) 主要配置

- 1、主机 1台
- 2、一氧化氮检测器 1套
- 3、呼吸过滤器 1个
- 4、一次性过滤器 1个

## (十一) 穿戴式血氧监测仪

### 一) 适用范围检测方式

- 1、使用范围:适用于睡眠呼吸暂停综合征的监测。
- 2、监测主要参数:对人体血氧饱和度、心率、体动进行连续测量和数据存储、数据分析。
- 3、监测方式:可穿戴粘贴式(医用人体双面胶),支持离院监测,无任何异物感,患者体验舒适。
- 4、监测主要技术实现方式:采用红外光谱反射式血氧饱和度测量。
- 5、睡眠呼吸暂停综合征分析功能:自动分析、自动生成报告。
- 6、监测人数:一晚可监测5人以上。

### 二) 主要性能参数

- 1、测量部位:手腕部。
- 2、主要参数测量范围:  $70\% \leq \text{血氧饱和度} \leq 100\%$  ,  $30\text{bpm} \leq \text{心率} \leq 240\text{bpm}$ 。
- 3、测量准确度:  $\text{SP02} \leq \pm 3\%$  (70%~100%) (动状态);  $\text{心率} \leq \pm 3\%$ 或 $\leq \pm 3\text{bpm}$  取大者(30bpm~180bpm) (动状态)。
- 4、侦测波长:红外波长:910nm,红光波长:660nm,误差 $\leq 2\%$ 。

### 三) 系统要求

- 1、报告生成模式:人工生成报告。
- 2、具备设备充电、存储等相应硬件附件:具备。

### 四) 主要配置

- 1、穿戴式血氧监测仪 1台

- 2、呼吸睡眠监测管理服务平台（软件） 1 套
- 3、组合式硬件工作站（电脑套件 i5 以上） 1 套
- 4、数据收发器 1 套

## （十二）双能 X 射线骨密度仪

### 一）X 射线系统

- 1、扫描方式：窄角扇束。
- 2、测量部位：腰椎、股骨、前臂。
- 3、高低能切换方式：K 缘过滤。
- 4、采集成像方式：连续扫描。

### 二）探测器部分

- 1、探测器类型：CZT 探测器。
- 2、探测器通道数： $\geq 32$  个。
- 3、焦点与图像感受器之间的距离： $\geq 20\text{cm}$ 。

### 三）扫描

- 1、扫描床：具备。
- 2、扫描台病人承重： $\leq 135\text{kg}$  。
- 3、机械运动：具备 。
- 4、部位扫描时间：腰椎 $\leq 42$  秒，股骨 $\leq 31$  秒，前臂 $\leq 30$  秒 。
- 5、定位：激光定位。
- 6、空载状态运行时产生的噪声： $\leq 55\text{dB}$  。
- 7、床面高度床面高度： $\leq 80\text{cm}$  。

### 四）辐射剂量

- 1、扫描放射剂量：腰椎 $\leq 11 \mu\text{Gy/s}$  。
- 2、全身扫描放射剂量： $\leq 0.2 \mu\text{Gy/s}$  。
- 3、散射剂量：距扫描床 1 米处外溢剂量 $\leq 0.4 \mu\text{Sv/hr}$  。

### 五）临床应用功能

- 1、人体成分分析：测量人体成分（脂肪含量，组织，肌肉，脂肪百分比等）。
- 2、全身扫描：具备全身 BMD 扫描；手，手腕，肘部，膝盖，脚踝等全身多部位测定，可通

过颜色深浅区分骨强度。

- 3、脊柱评估分析: 正位/侧位腰椎扫描、评估。
- 4、股骨评估分析: 双侧股骨自动扫描、评估。
- 5、前臂评估分析: 前臂测量和分析。
- 6、人工髋关节周围划分的评估区个数:  $\geq 19$  个。
- 7、人工关节置换后扫描评估: 扫描时自动排除人工关节部位, 精确评估骨密度含量。
- 8、多部位自动化连扫: 一次定位即可测定腰椎, 双侧股骨。

#### 六) 软件应用软件包

- 1、全中文操作软件: 全中文操作界面及中文检测报告。
- 2、多部位集成报告软件: 将多部位的检测结果打印在一张报告上进行联合评估。
- 3、自动化报告软件: 自动生成图像及数据报告, 支持报告编辑书写。
- 4、中国大陆人数据库: 数据库由国内权威机构建立, 国内外核心期刊发表文章证明。
- 5、自动确定骨边缘软件: 自动区分 ROI(感兴趣区域)。
- 6、扫描部位实时调整功能: 通过软件, 在屏幕上对扫描部位做精细调整, 保证测量的精确性。
- 7、检测结果趋势分析功能: 具备。
- 8、与前一次扫描结果对比分析: 具备。
- 9、系统传输: DICOM 协议接口, 数据传输。

#### 七) 校准系统

- 1、全自动质控软件: 自动质控测试程序, 自动质控趋势分析。
- 2、质控模块: QA 模块校准骨密度含量, 配备不同密度的质控模块适合不同测定人群。
- 3、重复性: 误差变异系数  $\leq 1\%$ 。

#### 八) 单台配置

- 1、主机 1 台
- 2、工作站 1 套
- 3、辅助定位器(腰椎和股骨) 2 个
- 4、校准模块 1 块
- 5、电源线 1 根
- 6、RS-232 电缆 1 根
- 7、用户说明书 1 本

## 8、操作软件

- 8.1、人体工程学扫描软件：智能快速扫描，低辐射剂量
- 8.2、脊柱、腰椎、股骨、前臂骨密度分析软件
- 8.3、人工髋关节置换术后专用分析软件
- 8.4、全身骨密度及体成分分析软件
- 8.5、自动感兴趣区（ROI）识别软件
- 8.6、金属及异物自动分析软件；
- 8.7、影像处理软件：对骨骼影像做放大、彩色、灰度调节处理；
- 8.8、T 值和 Z 值分析软件；多人种数据设置软件
- 8.9、全中文操作平台软件及全中文报告集成软件

### （十三）抓钳

- 1、抓钳（1把）：可旋转，带有单极电凝适配器，直径 $\geq 5\text{mm}$ ，长度 $\geq 36\text{cm}$ 。
- 2、抓钳（2把）：可旋转，带有单极电凝适配器，直径 $\geq 5\text{mm}$ ，长度 $\geq 36\text{cm}$ ，无创。
- 3、质保期：三个月

### （十四）抓钳

- 1、双极。
- 2、直径 $\geq 5.5\text{mm}$ ，工作长度 $\geq 355\text{mm}$ ，钳嘴最大张角 $36^\circ$ ，钳嘴开口长度 $\geq 19\text{mm}$ 。

### （十五）双极分离钳

- 1、电凝器件的绝缘材料外表面光滑，无裂痕，斑点等缺陷；导电体平整、光滑，无锐利边角；色泽应一致，其表面粗糙度 Ra 值头部、杆部应不大于 $0.4\mu\text{m}$ ，其余部位不大于 $1.6\mu\text{m}$ 。
- 2、电凝器件的各导电体应导通良好，其阻抗值应小于 $3\Omega$ 。
- 3、电凝器件的各连接部位牢固可靠，焊缝应平整，无脱焊堆焊现象；能承受高温高压消毒，无变形、塑件脆化、或腐蚀现象。
- 4、钳应开闭灵活，不得有卡滞现象；钳头的二片相互吻合，不得有错口、偏摆现象，双极分离钳、单极抓钳钳齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿、毛齿等缺陷。
- 5、钳应有良好的夹持力，双极电凝钳应不小于 $2\text{N}$ ，双极分离钳、单极抓钳应不小于

15N。

6、钳应有良好的弹性，夹持Φ2mm紫铜棒时，应不产生变形或断裂现象；双极电凝钳张角应不小于11°，双极分离钳、单极抓钳的张角应不小于45°。

7、电凝管的按钮或阀门转动应灵活，无卡滞现象；管路应通畅，无堵塞现象。

### （十六）自动气压止血仪

1、输出方式：双路输出，适用于上肢或下肢双肢使用。

2、操作方式：精确数字显示，按键操作，微电脑控制。

3、工作压力：设定范围：3~100kPa，步距1kPa。

4、工作时间：设定范围：1~600min，步距1分钟。

5、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考。

6、阶梯放气：设定工作时间到或按“放气”键时，设备每隔10秒进行一次放气，放气压力为3kPa，防止患者心、脑突然缺血。

7、断电、失电压力保持：出现意外断电时，设备将继续保持止血仪内的气压值，气体的泄漏速率每小时不得大于10kPa。以便维持手术继续进行，保证患者安全；

8、紧急阀门装置：可手动紧急放气。

9、压力自动补偿功能：设备工作时，实时检测止血袖带内气压，对挤压袖带造成的过压、欠压及时调整，实现止血袖带气压稳定。

9、提示功能：设定工作时间剩余10min、5min、1min时，提醒操作人员。

11、延长导气管尺寸：长度不小于4m。

12、止血袖带尺寸：超大号袖带：长≥1020mm 宽≥140mm<sup>2</sup> 条，大号袖带：长≥980mm 宽≥86mm<sup>2</sup> 条，中号袖带：长≥750mm 宽≥75mm<sup>2</sup> 条，小号袖带：长≥440mm 宽≥62mm<sup>2</sup> 条。

13、主要配置

13.1 主机 1台

13.2 止血袖带 8条

13.3 气体连接管 2根

13.4 电源线 1根

13.5 1A熔断器 2个

## (十七) 睡眠记录系统

### 一) 功能与软件

- 1、导联数:  $\geq 5$  导 (包括: 鼾声 1 导、鼻气流 1 导、胸部呼吸运动 1 导、腹部呼吸运动 1 导、血氧 1 导、脉搏波 1 导等参数及各参数的导联分配)。
- 2、体积小, 重量轻, 适合于患者在医院任何科室或家庭诊断使用。
- 3、各参数自动分析记录软件; 具有所有信号分析记录软件。
- 4、自动数据分析 13 项: 呼吸暂停 (区分阻塞性, 中枢性和混合性)、低通气、陈施式呼吸、气流受限、打鼾、吸气流量、有鼾声的气流受限、平均血氧饱和度、最小血氧饱和度、基线血氧饱和度、最小脉搏、最大脉搏、平均脉搏。
- 5、可自定义编辑呼吸事件。
- 6、有病人数据库管理软件, 具有病人报告生成、储存、打印功能和自定义报告功能。
- 7、报告参数: 病人详细资料、设备记录时间、设备分析时间、AHI/RI 指数图标、AHI 指数、低通气指数、平均血氧饱和度、最低氧减饱和度、最低血氧饱和度、基线血氧饱和度、最小脉搏、最大脉搏、平均脉搏。

### 二) 各通道参数

- 1、呼吸流量
- 2、血氧饱和度
- 3、脉搏
- 4、呼吸运动

### 三) 主要配置

- 1、主机 1 个
- 2、鼻压套管 3 根
- 3、可重复使用的手指脉搏传感器 1 个
- 4、血氧测量仪带夹 1 个
- 5、绑带 1 根
- 6、便携包 1 个
- 7、安装和驱动光盘 1 个

## (十八) 数字式十二道心电图机

### 一) ECG 输入

- 1、ECG 输入通道: 标准 12 导联心电信号同步采集
- 2、导联选择: 手动/自动可选
- 3、输入阻抗:  $\geq 100M \Omega$  (10Hz)
- 4、频率响应: 0.01Hz  $\sim$  300Hz
- 5、定标电压: 1mV  $\pm$  2%
- 6、耐极化电压:  $\pm 900mV$  ( $\pm 5\%$ )
- 7、内部噪声:  $\leq 12.5\mu V_{p-p}$
- 8、时间常数:  $\geq 3.2 s$
- 9、共模抑制比:  $\geq 140dB$  (AC滤波开启);  $\geq 123dB$  (AC滤波关闭)
- 10、输入电流:  $\leq 0.01 \mu A$
- 11、除颤保护: 具有抗除颤电击保护功能
- 12、导联线: 导联线内附抗除颤电击保护功能
- 13、中文输入及中文操作提示和中文报告语言

## 二) 波形处理

- 1、A/D 转换: 24bit
- 2、采样率: 35kHz, 每导联
- 3、灵敏度选择: 1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动 (AGC) mm/mV  $\pm 5\%$
- 4、抗干扰滤波: 具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能
- 5、自动分析功能: 具有 12 导联同步自动分析以及 RR 分析功能
- 6、自诊断功能: 具有设备自诊断及故障提示功能

## 三) 存储器

- 1、设备内置存储器, 存储病历 800 例
- 2、数据可通过 SD 卡、USB 口导入导出
- 3、支持外接 U 盘和 SD 卡可扩展存储空间

## 四) 显示器

- 1、7 英寸彩色液晶显示屏, 倾斜角设计, 支持显示背景网格
- 2、显示信息: 同屏显示 12 导同步心电波形

## 五) 记录器

- 1、热敏式点阵打印机。
- 2、走纸速度: 5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ( $\pm 3\%$ )

3、打印方式: 实时同步或连续 12 道心电波形, 分段打印

4、具备在无网格纸上打印网格功能

#### 六) 主要配置

1、主机 1 台

2、心电导联线 1 根

3、胸电极 1 盒

4、肢电极 1 盒

5、记录纸 1 本

6、锂电池 1 个

7、保险管 2 个

8、电源线 1 根

#### (十九) 等离子体空气净化消毒机

1、用途: 设备主要用于对室内的空气进行净化与消毒处理。

2、物理电气参数及性能指标: 壁挂式安装, 等离子体空气净化消毒机内部不得装有紫外线杀菌灯。

3、基本参数要求:

3.1、适用体积 ( $m^3$ ):  $\leq 100$  。

3.2、消毒效果: 设备持续工作 1 小时, 对白色葡萄球菌 (8032) 的杀灭率  $\geq 99.90\%$ , 对空气中自然菌的消亡率  $\geq 90.00\%$  。

3.3、多档风速可调。

3.4、工作模式: 支持手动模式、自动模式、定时程控模式。

3.5、循环风量 ( $m^3/h$ ):  $\geq 800$  。

4、主要配置

4.1、主机 1 台

#### (二十) 等离子体空气净化消毒机

1、用途: 设备主要用于对室内的空气进行净化与消毒处理。

2、物理电气参数及性能指标: 壁挂式安装, 等离子体空气净化消毒机内部不得装有紫外线杀菌灯。



### 3、基本参数要求:

- 3.1、适用体积 (m<sup>3</sup>) : ≤150 。
- 3.2、消毒效果: 设备持续工作 1 小时, 对白色葡萄球菌 (8032) 的杀灭率≥99.90%, 对空气中自然菌的消亡率≥90.00% 。
- 3.3、多档风速可调。
- 3.4、工作模式: 支持手动模式、自动模式、定时程控模式。
- 3.5、循环风量 (m<sup>3</sup>/h) : ≥1200 。

### 4、主要配置

- 4.1、主机 1 台

## (二十一) 等离子体空气净化消毒机

- 1、用途: 设备主要用于对室内的空气进行净化与消毒处理。
- 2、物理电气参数及性能指标: 移动式, 带四个可移动万向脚轮; 等离子体空气消毒机内部不得装有紫外线灯杀菌。

### 3、基本参数要求:

- 3.1、适用体积 (m<sup>3</sup>) : ≤100 。
- 3.2、消毒效果: 设备持续工作 1 小时, 对白色葡萄球菌 (8032) 的杀灭率≥99.90%, 对空气中自然菌的消亡率≥90.00% 。
- 3.3、多档风速可调。
- 3.4、工作模式: 支持手动模式、自动模式、定时程控模式。

- 3.5、循环风量 (m<sup>3</sup>/h) : ≥800 。

### 4、主要配置

- 4.1、主机 1 台

## (二十二) 冰冻血浆解冻箱

### 一) 产品特点

- 1、解冻血袋种类: 冷沉淀、凝血因子、血浆、血小板;
- 2、控温精度高, 可靠性好, 多达五路预先设置的解冻程序, 适应不同容量的冰冻血浆、血小板和红细胞的解冻;
- 3、全不锈钢水箱, 清洁卫生、消毒方便。

- 4、不锈钢弹簧隔栏, 放取方便;
- 5、具有上排水功能, 工作室无需地漏;
- 6、自动补水功能, 无需人工操作;
- 7、独立的控制系统能监测解冻全过程, 当超温等异常情况出现时, 能自动发出声、光报警信号, 并能自动断电, 更安全, 可靠。制冷时间短, 提高工作效率。

## 二) 技术参数

- 1、存水量:  $98\text{kg} \pm 5\%$
- 2、循环能力:  $\geq 40\text{kg} / \text{min}$
- 3、内空:  $\geq 230\text{L}$
- 4、控温范围: 室温 $-60^{\circ}\text{C}$
- 5、摇摆频率: 60 周/min
- 6、解冻时间: 8-10 min

血浆融化量: 24 袋 (50ml-200ml/袋)

血小板融化量: 6 袋 (100ml-300ml/袋)

## 三) 标准配置

- 1、主机 1 台
- 2、进水管 1 根
- 3、排水管 1 根

## (二十三) 关节康复器

- 1、仪器组成: 主机 (含控制部分)、关节固定机构、支撑机构、调节杆、手持操作器组成。
2. 输入功率:  $\leq 80\text{VA}$ 。
- 3、角度范围及误差:  $0 \sim 130^{\circ}$ , 膝关节屈曲动作角度  $0 \sim 130^{\circ}$ ; 髋关节屈曲动作角度  $0 \sim 80^{\circ}$ ; 踝关节屈曲动作角度  $0 \sim 60^{\circ}$ 、内外翻动作角度为  $0 \sim 55^{\circ}$ ; 角度不大于  $50^{\circ}$  时, 误差  $\pm 5\%$ , 角度大于  $50^{\circ}$  时, 误差  $\pm 10\%$ 。
- 5、角速度: 角速度分 1 至 9 档可调, 步长为 1 档, 连续可调。
- 6、最大角速度:  $\leq 10^{\circ} / \text{s}$ 。
- 7、痉挛保护: 大、中、小 3 个等级, 分别为 180N、150N、120N, 误差范围为  $\pm 20\%$ 。

8、调节杆 1 的长度可调范围 0~140mm, 误差±10%。HB-GJ5 调节杆 2 可调范围为 0~200mm, 误差±10%。

9、治疗时间: 1~240 分钟, 步长为 1 分钟, 连续可调, 误差±10%。

10、工作模式: 正常模式、速度模式、角度模式。

### 11、主要配置

11.1、主机 1 台

11.2、电源线 1 根

11.3、手控器 1 个

注: 1、询价通知书所有的技术参数及其性能(配置)仅起参考作用, 目的是为了满足不同用户工作的基本要求, 投标产品满足(实质相当于)或优于询价通知书的采购需求均可。

2、所投产品若属于进口产品须提供厂家或国内总代理商或区域代理商的授权书。(加盖公章或投标专用章)

### 三、服务标准:

售后服务: 成交供应商提供货物质保期为 1 年(除了序号 13 的抓钳, 该产品质量质保期 3 个月), 自验收合格之日起计算。质保期内, 凡因正常使用出现质量问题, 成交供应商应提供免费维修或咨询等服务, 承担因此产生的一切费用, 并从货物或服务正常使用或更换当日起重新计算质保期。成交供应商在接到买方故障通知后 2 小时内响应, 24 小时内到达用户现场并排除缺陷, 修理相关货物或解决相关问题, 质保期结束后, 成交供应商仍应对货物提供终生维修服务或对服务提供咨询服务, 只收取配件成本或服务成本, 成交供应商应提供调试及使用所需配件。

### 四、交货时间、交货地点和交货方式:

1、**交货时间:** 合同签订生效之日起国产产品 30 天内, 进口产品 90 天内。

2、**交货地点:** 文昌市人民医院。

3、**交货方式:** 由成交供应商运输至交货地点。

五、**付款方式、时间和条件:** 合同签订, 货到且产品验收合格后支付合同价款的 40%, 半年后支付合同价款的 50%, 剩余的 10%合同价款待一年质保期过后一次性付清。

### 六、其他:

- 1 履约方式、验收方法及标准：按询价通知书、响应文件及采购人其他要求，以及国家、行业相关标准。
- 2 安全标准：符合国家现行行业标准。
- 3 项目的实质性要求：按询价通知书要求实施。
- 4 合同的实质性条款：采购人与供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
- 5 法律法规规定的强制性标准：无

七、本项目采购预算金额为 308.70 万元，供应商的报价不得超过此采购预算；单价报价不得超过采购需求一览表中的最高单价限价。否则该供应商按无效响应处理。

## 第五章 合同文本

(仅供参考，具体的合同条款由采购单位与成交供应商在合同中约定)

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲乙双方根据\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_）询价结果及询价采购文件的要求，经协商一致，愿意共同遵守并履行本合同各条款。

### 一、标的内容、数量、质量、价款等

序号	合同标的 内容	品牌（如 有）	规格 型号	生产 厂商	产地	数量	质量	单价	合计
1									
2									
3									
.....									
总价	大写：								
	小写：								

### 二、履约时间、方式、地点、包装方式、质量保修范围和保修期

1. 履约时间及方式：\_\_\_\_\_。
2. 履约地点：\_\_\_\_\_。
3. 包装方式：\_\_\_\_\_。
4. 质量保修范围和保修期：\_\_\_\_\_。

### 三、付款时间、方式及条件：\_\_\_\_\_。

### 四、验收

1. 验收方式：\_\_\_\_\_。
2. 验收标准：\_\_\_\_\_。

### 五、违约责任

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可以从合同款中扣除违约金，每延迟 5 个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的 1%/天计扣违约金。但

违约金的最高限额为合同金额的 10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月,甲方有权解除合同,并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予以延长,延长的期限应相当于事故所影响的时间。

## 六、解决争议的办法

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决,作如下\_\_处理:

- (1)、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- (2)、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

## 七、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、其他未尽事宜由甲乙双方友好协商确定。

## 九、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章,以证明本合同条款与询价采购文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

## 十、本合同的组成文件

1. 合同通用条款和专用条款;
2. 询价采购文件、乙方的询价采购响应文件和询价时的澄清函(如有);
3. 成交通知书;
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充,如有不明确,由甲方负责解释。

## 十一、合同备案

本合同一式\_\_份,中文书写。甲方执\_\_份,乙方\_\_份,采购代理机构执一份。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

地址:

地址:

法定(或授权)代表人:

法定(或授权)代表人:

联系人:

联系人:

联系电话:

联系电话:

账号:

账号:

开户行:

开户行:

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

采购代理机构: 中科高盛咨询集团有限公司 (盖章)

## 第六章 响应文件组成（格式）

附件 1 报价声明函

附件 2 报价一览表

附件 3 投标分项报价

附件 4 供应商应当提供的资格、资信证明文件

附件 5 技术、商务响应偏离表

附件 6 询价通知书中要求的、供应商认为有必要提供的其它资料（格式自拟）



## 附件 1 报价声明函

(采购人/采购代理机构):

根据贵方\_\_\_\_\_ (项目名称) 项目 (项目编号: \_\_\_\_\_) 的询价通知书, 本签字代表\_\_\_\_\_ (全名、职务) 代表供应商\_\_\_\_\_ (供应商单位名称、地址) 提交下述文件正本一份和副本\_\_\_\_\_份及电子版一份。

据此函, 签字代表承诺如下内容 (本承诺内容为报价基本要求, 如不满足或有缺漏项的, 视为无效报价):

1、我方对响应文件的真实性和合法性承担法律责任, 我方无条件接受采购人、采购代理机构及监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求;

2、我方接受询价通知书所表述的付款条件和交货期的要求;

3、我方报价为唯一报价;

4、我方已详细研究了询价通知书的所有内容包括修改文件(如果有)、所有已提供的参考资料以及有关附件, 并完全明白此询价通知书没有倾向性, 也没有存在排斥潜在供应商的内容, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

5、我方保证遵守询价通知书的全部规定, 如果成交将保证履行询价通知书以及询价通知书修改文件(如果有)中的全部责任和义务, 按质、按量、按期完成全部任务。

6、我方接受响应文件的有效期为询价通知书“供应商须知前附表”中所规定的期限。

7、如果发生询价通知书第二章/供应商须知第 11 条所述情况, 我方同意不予退还报价保证金。

8、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄:

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

9、我方同意如若被评为成交供应商, 向中科高盛咨询集团有限公司支付采购代理服务费用。

供应商 (全称并加盖公章):

供应商代表 (法定代表人或委托代理人) 签字:

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 附件 2 报价一览表

项目名称:

项目编号:

项目名称	总价(小写)(元)	交货时间
总价(大写):		

注: 零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、整

供应商名称(公章):

法定代表人或其委托代理人(签字):

日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

要求:

- 1、以上为报价公开的内容, 供应商不得自行增减;
- 2、总价不得高于采购预算;
- 3、此表必须由法定代表人或其委托代理人签名及加盖公章;
- 4、本表格需按照以上要求填写, 否则其报价无效。

### 附件 3 投标分项报价

项目编号: \_\_\_\_\_

货币单位: \_\_\_\_\_

序号	货物名称	品牌 (如有)	规格 型号	原产地	生产厂商 名称	数量	投标价	
							单价	总价
1								
2								
...								
安装调试费								
运输和保险费								
税金								
其他								
总报价(小写):								

- 注: 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。  
 2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应询价通知书。

供应商名称(单位章):

法定代表人或其委托代理人(签字):

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 附件 4 供应商应当提供的资格、资信证明文件

1. 法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书;
2. 具有独立承担民事责任的能力。 供应商是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”； 供应商是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件； 供应商是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，提供有效的自然人身份证明，只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。如供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业等有行业特殊情况的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。要求提供的资料须是复印件加盖公章； ；
3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 提供 2021 年 1 月 1 日至今任意一个月或任意一个季度依法缴纳税收、依法缴纳社会保障资金的证明材料， 供应商是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表。提供的资料须加盖公章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；
4. 财务状况报告 {提供 2021 年 1 月 1 日至今任意一个月或一个季度的财务报表复印件：至少应当包括资产负债表和利润表，新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件（加盖公章）}；
5. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；
6. 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
7. 本项目的特定资格要求：
  - 7.1、如供应商不是所投产品生产厂家的，属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营备案凭证；
  - 7.2、所投产品属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证（若所投产品为进口产品，则无需提供医疗器械生产许可证）；属于一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证、生产企业备案登记凭证（若所投产品为进口产品，则无需提供生产企业备案登记凭证）。

(7.1 和 7.2 要求, 供应商根据实际情况提供相关证明材料复印件加盖公章)

## 1. 法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地 址：

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证复印件

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明:注册于\_\_\_\_\_ (地址)的\_\_\_\_\_  
(授权单位名称),法人代表为\_\_\_\_\_ (法人代表姓名、职务)。现授权委托  
\_\_\_\_\_ (被授权人的姓名)为本单位的合法代理人,并将以本单位名义参  
加中科高盛咨询集团有限公司 组织的\_\_\_\_\_ (项目编号)采购活动。  
代理人(被授权人)在本项目采购活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜,  
我单位均予承认。

代理人无转委托,特此委托。

附:代理人(被授权人)二代身份证复印件

代理人(被授权人)情况:

姓名\_\_\_\_\_ 性别\_\_\_\_\_ 年龄\_\_\_\_\_ 职务\_\_\_\_\_

联系地址\_\_\_\_\_

邮编\_\_\_\_\_ 电话\_\_\_\_\_ 传真\_\_\_\_\_

身份证\_\_\_\_\_

供应商(公章):

法定代表人签字: \_\_\_\_\_

授权日期: \_\_\_\_\_

代理人(被授权人)(签字):

注:响应文件由代理人(被授权人)签署的,须同时提供法定代表人身份证明和法定  
代表人授权委托书。

2. 具有独立承担民事责任的能力。 供应商是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”； 供应商是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件； 供应商是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，提供有效的自然人身份证明，只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。如供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业等有行业特殊情况的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。要求提供的资料须是复印件加盖公章； ；

3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 提供 2021 年 1 月 1 日至今任意一个月或任意一个季度依法缴纳税收、依法缴纳社会保障资金的证明材料，供应商是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表。提供的资料须加盖公章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

4. 财务状况报告 {提供 2021 年 1 月 1 日至今任意一个月或一个季度的财务报表复印件：至少应当包括资产负债表和利润表，新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件（加盖公章）}；

5. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

6. 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

7. 本项目的特定资格要求：

7.1、如供应商不是所投产品生产厂家的，属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营备案凭证；

7.2、所投产品属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证（若所投产品为进口产品，则无需提供医疗器械生产许可证）； 属于一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证、生产企业备案登记凭证（若所投产品为进口产品，则无需提供生产企业备案登记凭证）。

（7.1 和 7.2 要求，供应商根据实际情况提供相关证明材料复印件加盖公章）



## 附件 5 技术、商务响应偏离表

### 技术规格偏离表（格式）

供应商名称:

序号	货物名称	询价通知书技术规格要求	询价响应文件技术规格响应	正偏离/响应/负偏离	说明

注：1、供应商应对询价通知书中第四章第二条要求条文进行逐条响应，不得负偏离；  
 2、偏离表中必须注明所投产品各项技术规格要求的实际响应情况，不得仅以“满足”或“不满足”应答。

法定代表人或其委托代理人(签字): \_\_\_\_\_

商 务 条 款 偏 离 表 ( 格 式 )

供 应 商 名 称 :

序 号	项 目 名 称	询 价 通 知 书 商 务 条 款 要 求	询 价 响 应 文 件 商 务 条 款 响 应	正 偏 离 / 响 应 / 负 偏 离	说 明

注：1、供应商应对询价通知书中第四章采购需求中的第三至六条商务要求内容进行逐条响应。不得负偏离，并且不得仅以“满足”或“不满足”应答，否则作无效响应处理。

法 定 代 表 人 或 其 委 托 代 理 人 ( 签 字 ) : \_\_\_\_\_

日 期 : \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月

## 附件 6 询价通知书中要求的、供应商认为有必要提供的其它资料（格式自拟）

## 第七章 评审办法

### 初步审查表

#### 一、基本要求

序号	审查项	审查标准	供应商
1	报价声明函	满足询价通知书要求且合法有效	
2	法定代表人授权委托书	满足询价通知书要求且合法有效	
3	法定代表人身份证明	满足询价通知书要求且合法有效	
4	具有独立承担民事责任的能力	满足询价通知书要求且合法有效	
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	满足询价通知书要求且合法有效	
6	财务状况报告	满足询价通知书要求且合法有效	
7	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）	满足询价通知书要求且合法有效	
8	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函	满足询价通知书要求且合法有效	
9	供应商是否存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单	满足询价通知书要求且合法有效	
10	如供应商不是所投产品生产厂家的，属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营备案凭证； 所投产品属于二、三类医疗器械	满足询价通知书要求且合法有效	

	产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证（若所投产品为进口产品，则无需提供医疗器械生产许可证）；属于一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证、生产企业备案登记凭证（若所投产品为进口产品，则无需提供生产企业备案登记凭证）。（以上要求，供应商根据实际情况提供相关证明材料复印件加盖公章）		
11	保证金证明文件	1、合法有效； 2、按时、足额。	
12	响应文件签署、盖章	满足询价通知书要求	
13	总价	唯一且未超采购预算	
14	交货时间	满足询价通知书要求	
15	存在其它无效投标认定条件	不存在	
结论			

- 1、在评审结论汇总的过程中，如存在不同评审结论，则按照少数服从多数的原则做出最终结论。
- 2、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 3、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 4、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

询价小组签字:

**二、评审方法：最低评标价法。**

**三、评审结果排列顺序**

报价产品质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的，按照评审价由低到高顺序排列。评审价相同的，按技术指标优劣顺序排列；评审价且技术指标相同的，按售后服务优劣顺序排列；如以上情况不能确认评审结果排列顺序的，询价小组可根据报价情况推荐评审结果排列顺序或予以授标建议。

备注：1. 若供应商享受政策优惠条件，评审价=享受政策优惠条件价格扣除后的报价；2. 若供应商未享受政策优惠条件，评审价=报价。