

残疾人康复和托养设备采购



# 竞争性谈判文件

招 标 编 号：HNZXYS2022-36

采 购 单 位：屯昌县残疾人联合会

招 标 代 理：海南政兴源项目管理有限公司

二 〇 二 二 年 11 月

## 目录

第一章 谈判邀请函.....	2
第二章 供应商须知.....	4
第三章 用户需求书.....	13
第四章 合同条款及格式.....	26
第五章 响应文件内容和格式.....	28
第六章 评审办法.....	43
一、 评审原则.....	43
二、 评审程序和评审方法.....	43
三、 报价的核对.....	44
四、 谈判、评审过程的保密性。.....	44
五、 接受和拒绝任何或所有报价的权利。.....	45
六、 变更技术方案的权利。.....	45
附表 1、初步审查表.....	46
保证金退还申请书.....	48

# 第一章 谈判邀请函

受屯昌县残疾人联合会（以下简称“采购人”）的委托，海南政兴源项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）拟对残疾人康复和托养设备采购（项目编号：HNZXYP2022-36）所需的货物及服务组织竞争性谈判采购工作，兹邀请符合本次竞争性谈判采购要求的供应商进行密封投标，有关事项如下：

1. 项目编号：HNZXYP2022-36

2. 采购项目及范围：

2.1、预算金额：¥67.5 万元

2.2、采购内容：详见用户需求。

## 二、供应商资格要求：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或按照国家“三证合一、一照一码”登记制度申请核发的新版合法的营业执照副本复印件）；

2、如供应商不是所投设备生产厂家的，属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证，并提供证件复印件（证明材料复印件加盖公章）；

2.1 所投设备属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证，属于一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证、生产企业备案登记凭证，并提供证件复印件（证明材料复印件加盖公章）；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2022 年至今任意 1 个月的依法缴纳税收证明和缴纳社保证明复印件）；

4、参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（需提供加盖公章的声明函）；

5、在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供查询结果网页截图并加盖单位公章）；

6、购买本项目谈判文件并按时缴纳磋商保证金；

7、本项目不接受联合体投标。

### 三、竞争性谈判文件的获取

1、网上获取谈判文件时间：2022年12月1日至2022年12月5日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)；

3、方式：网上下载；

4、售价：300元；

5、供应商按以下步骤报名并获取文件：

(1) 网上注册：投标人须在海南省政府采购网(<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>)中的海南省政府采购电子化交易管理系统(新)平台进行注册；

(2) 登陆交易平台进行报名并下载查看电子版的竞争性谈判文件；

(3) 报名登记并缴纳报名费：至海南政兴源项目管理有限公司填写报名登记表并缴纳报名费；（售价：300元，售后不退）

(4) 报名登记时间、地点、材料：

1) 现场登记时间：2022年12月1日至2022年12月5日，每天上午8:30至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）；

2) 地点：海口市美兰区蓝天路名门广场北区B座6-9号1206房；

3) 材料：需提供营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、被委托人身份证（以上材料均需加盖单位公章）。

注：在售卖文件期间，供应商未按时在系统平台注册报名、且未到海南政兴源项目管理有限公司进行现场报名登记并缴纳报名费的，均视为无效报名。

### 四、谈判截止时间、谈判时间及地点

1、响应文件递交截止时间：2022年12月6日15:30（北京时间）。

2、响应文件递交地址：海口市美兰区蓝天路名门广场北区B座6-9号1206房。

3、开标时间：2022年12月6日15:30（北京时间）。

4、开标地点：海口市美兰区蓝天路名门广场北区 B 座 6-9 号 1206 房。

5、公告发布媒介：中国政府采购网、中国海南政府采购网。

## 五、联系方式

(1) 名 称：屯昌县残疾人联合会

联系人：刘工

电 话：0898-67818150

(2) 名 称：海南政兴源项目管理有限公司

地 点：海口市美兰区蓝天路名门广场北区 B2 座 1206 室

电 话：0898-68551609

联系人王工

## 第二章 供应商须知

### 一、 总则

#### 1. 名词解释

- 1.1 采购人：屯昌县残疾人联合会
- 1.2 采购代理机构：海南政兴源项目管理有限公司
- 1.3 供应商：已购买谈判文件并提交响应文件的供应商。

#### 2. 适用范围

- 2.1 本谈判文件仅适用于采购代理机构组织的本次谈判活动。

#### 3. 合格的供应商

- 3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的供应商均为合格的供应商。
- 3.2 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“供应商资格要求”规定的条件。
- 3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- 3.4 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。
- 3.5 谈判文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区）。
- 3.6 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

#### 4. 报价费用

- 4.1 无论谈判报价过程中的做法和结果如何，供应商均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

- 4.2 采购代理服务费由中标人按国家发展计划委员会文件《采购代理服务费收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、发改办价格【2003】857号文件中相关规定进行支付。

**账 号：46050100383600000705**

**公司名称：海南政兴源项目管理有限公司**

**开 户 行：中国建设银行股份有限公司海口海甸支行**

## 5. 谈判文件的约束力

- 5.1 供应商一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。
- 5.2 本谈判文件由海南政兴源项目管理有限公司负责解释。

## 二、 谈判文件

### 6. 谈判文件的组成

- 6.1 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章 谈判邀请函

第二章 供应商须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 响应文件内容和格式

第六章 评审方法

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按谈判文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

### 7. 谈判文件的澄清

7.1 供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于谈判截至时间三天前以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购代理机构提出，采购代理机构将

以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的供应商。

#### 8. 谈判文件的更正或补充

8.1 在谈判截止时间前，采购代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正响应文件，采购代理机构有权决定推迟谈判截止日期和谈判时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的供应商。

### 三、 响应文件

#### 9. 响应文件的组成

9.1 响应文件应按“第五章 响应文件内容和格式”要求编制。

9.2 若供应商未按竞争性谈判文件的要求提供资料，或未对竞争性谈判文件做出实质性响应，将可能导致谈判响应文件被视为无效。

#### 10. 报价

10.1 供应商应按报价一览表的要求报价，并且该报价在所有的响应文件中必须是统一的报价。

10.2 报价均须以人民币为计算单位。

10.4 供应商应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

谈判保证金 10.3 报价应包括全部货物及相关服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

#### 11.

11.1 谈判保证金是参加本项目谈判的必要条件，谈判保证金为：**¥2000.00元**。

11.2 谈判保证金可采用下列形式，并符合下列规定：谈判保证金应在谈判截止时间 2022年12月6日15:30 前划入或存入采购代理机构指定的账户并注明汇款单位、项目名称或项目编号。如：供应商的谈判保证金未按要求到账的视为无效投标并不接收响应文件。



公司名称：海南政兴源项目管理有限公司

账 号：4605010046360000499

开 户 行：中国建设银行股份有限公司海口蓝天路支行

11.3 若供应商不按 11 项规定提交谈判保证金，其响应文件将被拒绝接受。响应文件必须附上缴纳谈判保证金的证明单据，并加盖公司公章（如银行回单）。

#### 11.4 谈判保证金的退还

11.4.1 成交供应商的谈判保证金在其与采购人签订了采购合同后退还。

11.4.2 未中标的供应商的谈判保证金将在成交结果公示结束后退还。

11.5 发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

(1) 供应商在报价有效期内撤回报价书的；

(2) 成交人不按本章规定签订合同；

(3) 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

(4) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5) 向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

#### 12. 报价有效期

12.1 报价有效期为从开标截止之日起计算的 **60 日历天**，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前，征得供应商同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃报价，谈判保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长谈判保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

#### 13. 响应文件的数量、签署及形式

13.1 响应文件一式**叁份**，固定装订。其中正本**壹份**，副本**贰份**（响应文件封面需注明正副本，按包号分别制作响应文件）。为了方便开标、评标，供应商应将“响应文件”的“报价一览表（以包为单位）”单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“报价一览表”字样，然后再装入“谈判文件”正本的密封袋中。

13.2 响应文件须按谈判文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 响应文件正本中，须经法人代表或被授权人签字和加盖供应商公章，副本可以采用经盖章正本谈判响应文件复印，谈判响应文件封面需由供应商的法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章，响应文件需盖骑缝章。

13.4 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法定代表人或被授权人签名、或加盖公章，否则视为无效响应。

13.5 响应文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章且内容应完整，如未按要求或有遗漏，将被视为无效响应。

#### 四、 响应文件的递交

##### 14. 响应文件的密封及标记

14.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋(箱)中(正本一包，副本一包)，并在报价专用袋(箱)上标明“正本”、“副本”字样，供应商应将响应文件密封后封套应加贴封条盖章密封，并在封套的封口处加盖供应商公章，否则工作人员有权拒收文件。响应文件不得采用活页装订。

14.2 密封专用袋(箱)上须按采购代理机构提供的格式注明：

- (1) 项目编号及项目名称；
- (2) 分包号(如有的话)；
- (3) 供应商的名称、地址、联系人、电话。

14.3 供应商提交响应文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于响应文件正本封套内：

- (1) 从响应文件正本中复印的报价一览表；
- (2) 电子版文件(U 盘或者光盘)；

14.4 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

##### 15. 谈判截止时间

15.1 供应商须在谈判截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的谈判地点。

15.2 若采购代理机构推迟了谈判截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，谈判方和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在谈判截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接受。

## 五、 谈判及评审

### 16. 谈判

16.1 采购代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 **供应商应委派被授权人参加开谈判活动，参加谈判的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。**未派被授权人或不能证明其被授权人身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时，采购代理机构或供应商代表将查验响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

16.4 若响应文件未密封，采购代理机构将拒绝接受该供应商的响应文件。

### 17. 谈判小组

17.1 谈判小组由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共3人以上单数组成，其中，从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家3人，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作，负责评标所有谈判响应文件并确定成交候选人。

### 18. 谈判和评审

18.1 见“第六章 评审方法”。

## 六、 确定成交供应商、签约和质疑投诉

### 20. 确定成交供应商原则

20.1 谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行谈判，根据谈判办法推荐出一至三人为成交候选供应商，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商并向其授予合同。排名第一的成交候选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是谈判小组出现谈判错误，被他人质疑后证实确有其事

的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选供应商。

20.2 采购代理机构将在指定的网站（中国政府采购网、中国海南政府采购网）上公示成交结果。

## 21、质疑的接收和处理、投诉

21.1 供应商如认为谈判文件、谈判过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

21.2 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

21.3 供应商须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

21.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

21.5 未按要求填写、匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21.6 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

21.7 采购代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对采购代理机构的回复不满意时，可以在答复期满后 15 个工作日内按规定向财政部门投诉。

## 22. 成交通知

22.1 评审结束后确定成交候选人，成交公告在法定媒体公告期限为 3 个工作日。

22.2 成交后，采购代理机构应将成交结果通知所有的供应商，并向成交供应商发出成交通知书。

22.3 成交人收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受。

22.4 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 23. 签订合同

23.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同，否则谈判保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

23.2 谈判文件、成交人的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23.3 签订合同后，成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成项目。不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人或采购代理机构有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

## 24. 政策功能

24.1 对小型或微型企业的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微企业的报价给予 10% 的扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企

业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在响应文件中提供《中小企业声明函》。供应商提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19 号）。2、监狱企业应当在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

24.2 本项目对核心产品是节能或环保产品的，核心产品的报价分别给予 2% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。（本项目对核心产品是节能或环保产品的，项目总报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。）节能、环保产品须在响应文件中提供国家节能产品认证证书复印件、中国环境标志产品认证证书复印件

## 25. 其它

25.1 本项目不召开答疑会。

## 第三章 用户需求书

### 一、PT 治疗床（电动）数量：1 个

- 1.外形参考尺寸：2020×1240×430-780mm
- 2.床面高度升降范围：430~780mm，
- 3.额定承载：225kg,
- 4.输入电压：220V 50HZ
- 5.床面尺寸：1975×1200mm

### 二、PT 治疗床 数量：1 个

- 1.结构型式：床面、床架、垫子
- 2.材质：静电喷塑架、凹凸革
- 3.参考规格(cm)：191×121×535
- 4.参考床面尺寸(长×宽)cm：190×122
- 5.参考质量：53.0kg
- 6.额定载荷：≥135.0kg
- 7.用于治疗师对患者进行 PT 治疗时用床

### 三、电动起立床 数量：1 个

- 1、手持控制器调节床体升降及角度；
- 2、两个电机分别调节床板的倾斜度和高度；
- 3、优质直线推杆，质量稳定，噪音低；
- 4、电源电压 AC220V±10%、电源频率 50Hz±2%；
- 5、输入功率 240VA；
- 6、★电机最大升降推力 10000N，床体水平升降高度：480~800mm，允差±50mm；
- 7、电机最大翻转推力 10000N，起立倾角：0~85°，允差-5°；
- 8、直立位扶手板高度调节范围：850~1500mm，允差±50mm；
- 9、扶手板到床板的垂直距离：0~200mm；最大距离是允差±40mm；
- 10、★脚踏板背屈：0°~25°、跖屈 0°~30°，允差±5°；
- 11、★脚踏板内翻：0°~40°、外翻 0°~30°，允差±5°；
- 12、床面尺寸：1900\*630mm，允差±50mm；
- 13、床体尺寸：2080mm×820mm×480mm 允差±50mm；
- 14、参考净重：100KG；



- 15、床板安全工作载荷：不小于 1700N；  
16、升降架安全工作载荷：不小于 2200N

#### **四、多功能复合训练器 数量：1 个**

- 1.规格：167×125×230cm  
2.组成：肩关节旋转训练器、前臂旋转训练器、腕关节屈伸训练器、复式墙拉力器、肩梯、肋木、滑轮吊环训练器-1、滑轮吊环训练器-2 八件组合。

#### **五、训练用阶梯 数量：1 个**

- 1.参考尺寸：337×83×135~160cm，相邻台阶距离 10cm，28cm，  
2.扶手杠调节范围 0~20cm。  
3.扶手杠侧向额定载荷 70kg，  
4.阶梯额定载荷 135kg

#### **六、经颅磁刺激治疗仪 数量：1 个**

- ★ 1. 最大磁感应强度 6T，允差±20%；刺激强度 0~100%可调，步进 1%；  
2. 采用液态冷却技术，安全、无漏液风险、无需耗材和后期维护；输出持久；额定输入功率：3500VA；  
3. 一体式主机，液态冷却系统与刺激主机高度集成；  
4. 输出频率 0~100Hz，输出频率小于 1Hz 时，步进 0.1Hz；输出频率大于 1Hz 时，步进 1Hz，实际输出允差±10%。  
5. 脉冲宽度为 340 μs，允差±10%。

★6. 刺激功能具有手动刺激和自动程序刺激。

手动模式：包含单次刺激和连续刺激，通过下位机或 PC 端的单次刺激或 PC 端的开始按键触发；

自动程序模式：在 PC 端选择方案列表的治疗处方，通过开始按键触发

7. 时间参数：

串数量：1-250；

间歇时间：0-60s，步进 1s；

周期组数：1-250；



治疗时间：治疗时间由选定的串数量，间歇时间，周期组数和刺激频率共同决定，允差±10%。

8. 运行模式：间歇加载，连续运行。

9. 刺激线圈温度显示与控制保护，温度达到 40℃ 自动停止输出

10. 数据接口：通讯协议/存储格式；

10.1 通信协议：使用 USB 通信协议；

10.2 存储格式：Sqlite 数据库，“db 文件”存储。

11. 用户访问控制：用户身份鉴别方法、用户类型及权限。

11.1 管理员可查看、修改、删除所有用户数据；

11.2 普通用户仅可查看本用户新增的患者、方案信息及本用户登录时产生的治疗记录等；

11.3 管理员账户可修改管理员账号信息，可增加、编辑、删除普通用户账号信息；

11.4 普通用户仅支持查看、修改本账号用户信息。

12. 微电脑控制系统。电脑可实现与主机连通，并实现强度调节、温度监测、刺激控制、数据存储功能。

13. 组成：经颅磁刺激器主机、一体机电脑、圆形刺激线圈；

14. 整机通过 YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准（需提供证明材料）；

15. 整机通过电磁兼容性 EMC 测试（需提供证明材料）；

★16.磁刺激线圈：可以实现双面双向刺激。

17. 刺激方案具有数字和图形两种展示方式，内置不少于 60 种专用治疗方案库，多种临床方案供医生选择；

18.个性化方案制定：可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数可调；

19.自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑；

20.患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；

★21、刺激线圈上具有单次刺激，并实时显示治疗强度；

22、佩戴两个定位帽，可供临床定位和治疗使用；

## 七、呼吸机 数量：1个

### 一、特点

- 1、通用型、多模式、高性能、气动电控型呼吸机，可用于临床呼吸急救和呼吸治疗。
- 2、具有容量控制、压力控制、CPAP等多种高级呼吸模式，以及PEEP、SIGH等呼吸功能，是医院ICU必备的呼吸治疗设备。
- ★3、吸塑成型，模块化、环保机架，结构精密，机型设计精美。
- 4、具有开机自检功能，保证机器在不带病的情况下为医护人员提供优质的服务。

### 二、参数

- ★5、显示方式：10.4英寸高亮真彩色液晶显示屏，最大同屏可显示三道实时波形。
- 6、气源要求：280 ~ 600 kPa的医用氧气源和压缩空气源。
- ★7、通气模式：SIPPV、IPPV、SIMV、PSIMV、CPAP、PCV、PEEP、SIGH、SPONT、等模式。
- ★8、潮气量：50~1500mL可调，步长值：10mL，显示范围：0~2000mL，分辨率：10mL。
- 9、顺应性：实时显示。
- 10、分钟通气量： $\geq 18 \text{ L / Min}$ 。
- ★11、输出气体氧浓度：21% ~ 100%可调。
- 12、压力限制：1.0 kPa ~ 6.0 kPa。
- ★13、呼吸频率：1 bpm ~ 99 bpm。
- ★14、间歇指令频率：1 bpm ~ 20 bpm。

15、吸呼比：4: 1、3: 1、2: 1、1: 1、1: 1.5、1: 2.0、1: 2.5、1: 3.0、1: 4.0。

16、最大安全压力： $\leq 6.0$  kPa。

★17、触发方式：压力触发、流量触发。

★18、流量触发灵敏度：1.0L/min~10.0L/min。

★19、控制方式：压力控制、容量控制。

★20、吸气触发压： $-1.0$  kPa ~  $1.0$  kPa 可调，步长值  $0.1$  kPa。

21、呼气末正压： $0$  kPa ~  $1.0$  kPa。

★22、叹息：每 100 个呼吸周期里 1 次 ~ 8 次可调，以不小于潮气量 1.5 倍的通气。

23、吸气平台时间： $0\sim 50\%$  可调，步长  $5\%$ 。

24、控制呼吸和辅助呼吸转换时间： $6$  秒。

25、波形显示：P-T、F-T、P-V、F-V。

26、一键飞梭式参数设置，快捷、方便。

★27、采用双内置式、高精度的压差传感器和流量传感器。

28、监测参数：潮气量、频率、气道压力、吸呼比、吸入氧浓度、吸气和呼气状态、吸气触发状态等。

29、报警功能：具有声光报警，通气量上限报警，潮气量上下限报警，气道压力上下限报警，氧气供应低报警，电源故障报警等。

★30、潮气量报警设置：上限报警设置范围是  $10\sim 2000$  mL，下限报警设置范围是  $0\sim 1800$  mL。

★31、气道压力报警：气道压力上限报警范围： $0.1\sim 6$  kPa，气道压力下限报警范围： $0\sim 5$  kPa。

★32、氧浓度报警：上限报警范围是  $22\sim 100\%$ ，下限报警范围是  $21\sim 80\%$ 。

- ★33、窒息报警：15s。
- 34、断电报警：交直流供电失败后立即发出报警声。
- ★35、报警时间：引发报警的原因不消除，报警信号不间断，报警时间 $>120s$ 。
- 36、报警消音时间：启动报警消音功能，声音信号消除时间 $\leq 120s$ 。
- 37、智能报警系统按高、中优先级排列。
- ★38、高优先级：气道压力超界、持续压力过高、窒息报警、插管脱落、气源压力。
- 39、中优先级：潮气量、分钟通气量过低、频率。
- 40、交流电：供电失败以后，直流持续供电不少于 30 分钟。
- 41、可选配医用空气空压机。

## 八、除颤仪                   数量：1 个

### 1.1 物理规格/性能

1.1.1 整机重量（含电池） $\leq 2.3Kg$

1.1.2 设备具备便携把手，具备高便携性

★1.1.3 抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受 $\geq 1.5 m$  跌落冲击

1.1.4 防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别 IP55

### 1.2. 除颤性能

1.2.1 采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

★1.2.2 输出能量：成人最大能量可支持 360J

★1.2.3 从开机到 200J 放电准备就绪用时 $<7s$

★1.2.4 开始 AED 分析到 200J 放电准备就绪时间 $<5s$

### 1.3. 除颤电极片

1.3.1 类型：提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用 AED 过程中不得散落。

★1.3.2 有效期： $\geq 5$  年。

1.3.3 在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率

1.3.4 电极片上具有电极片粘贴方式指示图

1.3.5 具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示

1.3.6 可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量

1.3.7 提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。

#### 1.4. 电池

1.4.1 适合环境下，电池待机寿命不少于 5 年

★1.4.2 至少可支持 300 次 200J 除颤治疗或 200 次 360J 除颤治疗

1.4.3 可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续 30 分钟工作时间和至少 10 次 200J 除颤充放电

#### 1.5. 操作

▲1.5.1 设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用

▲1.5.2 提供中英文双语支持，包括图示和语音提示，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求

1.5.6 支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式

▲1.5.7 CPR 按压模式支持配置 30:2、15:2 和仅按压模式

1.5.8 在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示

#### 1.6. 数据管理

1.6.1 存储容量：设备的内部存储容量不小于 1GB，可存储不少于 1000 份自检报告

1.6.2 具备录音功能，可保存 60 分钟抢救现场录音

1.6.3 数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等

1.6.4 支持 USB 接口，可通过外部 USB 闪存设备导出抢救记录数据

#### 1.7 设备维护与自检

1.7.1 设备支持用户自检和设备自检功能

1.7.2 支持每日、每周、每月、每季度的设备自检

1.7.3 提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态

1.7.4 支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态

## 九、监护仪（5个）

- 1、可监测参数：心电(ECG)、呼吸(RESPIR)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)、双有创(选配)、CO2(选配)
- 2、12.1寸彩色TFT显示LED屏，分辨率为800×600，旋转鼠标操作，操作更方便快捷，手提式小巧便携；
- 3、★13种心率失常分析，6导/心电波同屏显示，更直观判断病人心脏活动情况。15种药物浓度分析，方便临床对麻醉药物剂量掌握；
- 4、★独特的呼吸测量技术，实时监测病人的呼吸动向，智能滤波设计更有效排除外界干扰，总能准确测量病人呼吸参数；
- 5、中、英文操作界面，具有综合信息界面、大字体显示界面、趋势共存界面，方便观察各参数趋势；
- 6、★呼吸氧合图界面，专项参数集中显示更直观；
- 7、可选配的内置打印机，可打印实时数据波形；
- 8、交、直流两用电源、长达4小时的使用时间；
- 9、★96小时的趋势显示，1000组NIBP结果回放，掉电保存；
- 10、内置联网功能，可与中央监护系统联网实现中央监护系统；
- 11、采用了全隔离浮地，心电抗除颤保护，抗高频电刀干扰，抗肌电，弱灌注，数字滤波；
- 12、★NIBP双重过压保护、温漂控制等多项技术措施降低风险，确保在恶劣环境下测量数据的准确性，保证患者的安全，防止单一故障引起的危害；
- 13、选配：记录仪、双有创血压、VGA信号输出、ETCO2；
- 14、心电3\5导可选，具备智能导联脱落监测功能，具备监护\诊断\手术模式，无风扇、降低环境噪音干扰设计；
- 15、在5导的情况下，支持同屏心电6导联显示，需同屏显示肢体导联I、II、III，肢体加压导联AVR、AVL、AVF；
- 16、体温通道数：双通道。可测量体表及体内温度；
- 17、★可选配呼气末二氧化碳模块，抽气量<50ml/min，采样室小于15L
- 18、可选配有创血压无创血压支持手动、连续、自动和序列监测，双通道，需两通道IBP同时显示数值及波形。测量范围 -10 mmHg ~300 mmHg
- 19、能提供多种药物的计算和滴定表显示功能；
- 20、具有声、光两重三级报警，各参数报警限可设置，报警范围与各参数显示范围一致。
- 21、★软关机功能

### 2 ECG（心电）规格

导联配置 标准三导或五导电缆

三导联：RA、LA、LL，导联方式：I，II，III

五导联：RA、LA、LL、RL、V，导联方式：I，II，III，aVR，aVL，aVF，V

增益 250， 500， 1000， 2000

心率

心率范围

成人：15 ~ 300bpm(搏/分) 新生儿/儿童：15 ~ 350 bpm(搏/分)

精度： $\pm 1\%$ 或 $\pm 1\text{bpm}$ ，取大者

分辨率：1 bpm(搏/分)

灵敏度  $> 200\text{ uV}$ (峰峰值)

输入阻抗  $> 5$ (兆欧)

带宽

诊断模式：0.05 ~ 130Hz

监护模式：0.5 ~ 40Hz

手术模式：1 ~ 20Hz

共模抑制比

诊断模式： $> 90\text{ dB}$

监护模式： $> 100\text{ dB}$

手术模式： $> 100\text{ dB}$

电极极化电压范围 300mV

起搏脉冲检测

对于符合下面条件的起搏脉冲，可以检测：

幅度： $\pm 2\text{ mV} \sim \pm 700\text{mV}$

宽度：0.1ms ~ 2ms

上升时间：10us ~ 100 $\mu\text{s}$

起搏脉冲抑制

在起搏分析开关打开时，可以抑制符合下面条件的起搏脉冲，不影响心率计算：

幅度： $\pm 2\text{ mV} \sim \pm 700\text{mV}$

宽度：0.1ms ~ 2ms

上升时间：10us ~ 100 $\mu\text{s}$

基线恢复时间 除颤后 $< 3$  秒钟

信号范围 8 mV (峰峰值)

校准信号 1mV(峰峰值)，准确度 5%

ST 段检测测量

测量范围： $-2.0\text{mV} \sim +2.0\text{mV}$

测量精度： $-0.8\text{ mV} \sim +0.8\text{mV}$  范围内测量误差为  $\pm 0.02\text{mV}$  或 $\pm 10\%$ 取大者。

其它范围不定义。

## 2.呼吸规格

测量方式 RA-LL 阻抗法

呼吸阻抗检测范围 0.3 ~ 3 $\Omega$

基阻抗范围 200 ~ 4000Ω

带宽 0.1 ~ 2.5Hz

### 3. 呼吸率

新生儿: 2 ~ 150 BrPM

分辨率: 1 BrPM

精度: 2 BrPM

窒息报警 10 ~ 40 秒

### 4. NIBP 规格

测量方式 脉搏波振荡法

工作模式 手动/自动/STAT

自动测量模式的测量间隔时间 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480 分钟

STAT 测量模式的测量时间 5 分钟

脉率范围 40 ~ 240 bpm

测量范围和精度

范围

新生儿收缩压 40 ~ 135mmHg

舒张压 10 ~ 100mmHg

平均压 20 ~ 110mmHg

静态压力范围 0 ~ 300mmHg

静态压力精度 3mmHg

血压精度:

最大平均误差 5mmHg; 最大标准偏差 8mmHg

过压保护

新生儿模式 150 mmHg

### 5. SpO<sub>2</sub> (血氧饱和度) 规格

血氧饱和度

测量范围 0 ~ 100%

分辨率 1%

精度 70 ~ 100%: 2; 0% ~ 69%: 不予定义

脉率

测量范围 20 ~ 300bpm

分辨率 1bpm



精度 3bpm

## 6. TEMP（体温）规格

适用温度传感器 YSI 系列, CYF 系列

通道数 2 通道

测量

范围 0~50 C

分辨率 0.1 C

精度 0.1 C (不包含传感器误差)

## 十、其他要求:

交付时间: 自合同签订生效之日起 60 天内。

交付地点: 用户指定地点。

## 第四章 合同条款及格式

(仅供参考)

甲方:

乙方:

甲乙双方根据\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日残疾人康复和托养设备采购（项目编号: HNZXYC2022-36）公开成交结果及谈判文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

### 一、 合同标的及金额等

序号	项目名称	品牌规格	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
...						
报价总额		(小写):				
		(大写):				

二、**交货地点:** 采购人指定地点。

### 三、付款

(双方友好协商)。

### 四、违约赔偿

4.1 除 4.2 条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的 0.5% 计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

4.2 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

## 五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

## 六、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及采购代理机构签字和盖章后生效。

## 七、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、谈判响应文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

## 八、组成本合同的文件包括：

1. 合同通用条款和专用条款；
2. 谈判文件、乙方的谈判响应文件和评标时的澄清函（如有）；
3. 成交通知书；
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

## 九、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方执叁份，乙方、采购代理机构各执一份。

甲方：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

采购代理机构声明：本合同标的经海南政兴源项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

采购代理机构：\_\_\_\_海南政兴源项目管理有限公司\_\_\_\_（盖章）

地址：海口市美兰区名门广场北区 B2 座 12 层 1206 室

法定（授权）代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第五章 响应文件内容和格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

1. 竞争性谈判响应函（表1）
2. 报价一览表（表2）
3. 法人授权资料（表3）
4. 资格申明信（表4）
5. 分项报价明细（表5）
6. 响应情况偏离表（表6）
7. 售后服务承诺
8. 其它材料
9. 小型、微型企业声明函（如有）
10. 监狱企业证明文件（如有）
11. 残疾人福利性单位声明函（如有）

**※所提供的复印件须加盖供应商的公章。**

正本/副本

(项目名称)

响应文件

项目编号：

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

单位地址：

年 月 日

## 表 1、竞争性谈判响应函

致：海南政兴源项目管理有限公司：

我方全面研究了项目编号为\_HNZXYC2022-36的谈判文件，决定参加贵单位组织的残疾人康复和托养设备采购的谈判。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

1、我方认可谈判文件的所有条款，并且同意按照谈判文件的要求，向贵单位交纳人民币\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）的谈判保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还谈判保证金：

- （1）如果我方在谈判有效期内撤回谈判；
- （2）我方提供了虚假响应谈判文件的响应文件；
- （3）在谈判过程中有违规违纪行为；

（4）我方在谈判有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照谈判文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

2、我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件（如有），包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，并接受谈判文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按谈判文件的要求进行谈判。

3、我方已向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料，承诺在本次谈判中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、我方同意按照谈判文件第二章“供应商须知”的规定，本响应文件的谈判有效期为从响应截止日期起计算60天，在此期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的谈判，即最低报价不是成交的保证。

6、如果我方成交，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话：

地 址：

传 真：

日 期：



## 表 2、报价一览表

项目名称：残疾人康复和托养设备采购

项目单位：屯昌县残疾人联合会

项目编号：HNZXYS2022-36

项目名称：残疾人康复和托养设备采购	
响应报价总计	(小写)：
	(大写)：
交付时间	
备注	

说明：1、供应商的报价应包含服务、税费等所有费用；  
2、一次报出不得更改的价格。

供应商名称：\_\_\_\_\_ (盖公章)

法定代表人或被授权人： (签字或盖章)

日期：

## 表 3、法人授权资料

### 3.1 法定代表人证明书

供 应 商：

单位性质：

地 址：

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证（正反两面）复印件

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

年 月 日

### 3.2 法定代表人授权委托书

致：海南政兴源项目管理有限公司：

本授权书声明：

委托人：姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_出生日期：\_\_年\_\_月\_\_日

所在单位：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_。

身份证：\_\_\_\_\_联系方式：\_\_\_\_\_。

被授权人：姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_出生日期：\_\_年\_\_月\_\_日

所在单位：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_。

身份证：\_\_\_\_\_联系方式：\_\_\_\_\_。

兹委托被授权人代表我方参加海南政兴源项目管理有限公司组织的**残疾人康复和托养设备采购**（项目编号：HNZXYS2022-36）的活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加报价活动；
- 2、出席谈判会议；
- 3、签订与成交事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

被授权人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。被授权人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：法定代表人和被授权人身份证复印件

委托单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

年 月 日

## 表 4、资格申明信

致：海南政兴源项目管理有限公司

为响应贵公司组织的**残疾人康复和托养设备采购（项目编号：HNZXCYC2022-36）**货物及服务的招标采购活动，我公司愿意参与报价。

我公司在法律、财务和运作上符合谈判文件对供应商的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

供应商名称： \_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或被授权人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

申明日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

表 5、分项报价明细表

项目名称：残疾人康复和托养设备采购

项目编号：HNZYC2022-36

序号	货物名称	品牌参数规格	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1						
2						
3						
4						
5						
6	...					

注：上表中内容根据谈判文件第三章采购需求中“采购内容一览表”结合自身情况填写，有缺报或漏报的视为无效响应。本表行数可根据实际的分项数量进行调整。

供应商全称：（盖章）\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：

表 6、 响应情况偏离表

**说明：**供应商必须仔细阅读谈判文件第三章采购需求中技术参数规格要求和其他要求，并将技术参数规格要求和其他要求的偏离情况列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。**供应商必须根据所投的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其谈判保证金。**

序号	名称（或要求类别、服务内容、服务要求等条款）	谈判文件条款内容和要求描述	供应商响应条款内容和要求描述	偏离情况说明（+/-/=）
1				
2				
3				
4				
5	...			

供应商名称： \_\_\_\_\_（公章）

被授权人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

注：

1、此表为表样，列数和行数可根据采购需求的内容调整，其他部分表式不变。

2、如采购需求中的货物名称或要求类别目录级别下有子项，应按其目录级别的最小单元进行逐条对应响应。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。谈判小组评审时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅第三章采购需求中相关内容描述以及要求提供的相关技术资料判断是否满足要求；

## 表 7、售后服务承诺

- 1、本附件内容由各供应商进行填写，应至少包括谈判文件要求的服务内容的响应条件；
- 2、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

供应商名称： \_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或被授权人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

承诺日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 表 8、其它材料

（竞争性谈判文件要求提供和供应商认为应当提供的其他材料）



## 9、小型、微型企业声明函

致：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 10、监狱企业证明文件

致：

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 11、残疾人福利性单位声明函

致：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 第六章 评审办法

### 一、 评审原则

- 1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。  
评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
- 2、本次评审是以谈判文件，响应文件和谈判承诺文件和最终报价（即二次报价）为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。
- 3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

### 二、 评审程序和评审方法

评审程序分初步评审和谈判。

#### 1、 初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对供应商的响应文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和**初步审查表**的内容，对响应文件进行初步评审。

出现下列情况的响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- （1）供应商未提交报价保证金或金额不足、出具的证明不按谈判文件要求的；
- （2）资格证明文件不全的，例如代理供应商未提供有效的制造商为本次谈判而出具的授权书；
- （3）响应文件无法人代表签字，或签字人无有效的法人代表授权书的；
- （4）非固定价格投标的；
- （5）不满足技术规格书中关键参数和超出偏差范围的；
- （6）不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

## 2、谈判（二次报价）

按照评审程序的规定，谈判小组阅读通过初步评审的供应商的响应文件，据此与供应商进行技术、商务、服务和价格内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现供应商的响应文件资料不清晰或造成理解有歧义时，谈判小组准许其在规定时间内做出解释说明，如不及时做出合理的说明，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

## 3、推荐成交候选人

（1）有效报价是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

（2）如果有效报价达到3家或以上，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。

## 三、报价的核对

- 1 谈判小组详细分析、核对价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
  - 1.1 若用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准；
  - 1.2 当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；（小数点明显标示错误的除外）
- 2 谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

## 三、谈判、评审过程的保密性。

1、接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从响应文件递交截止时间起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果供应商试图在响应文件

审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

#### **四、 接受和拒绝任何或所有报价的权利。**

采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

#### **五、 变更技术方案的权利。**

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

## 附表 1、初步审查表

项目名称：残疾人康复和托养设备采购

项目单位：屯昌县残疾人联合会

项目编号：HNZYC2022-36

日期：2022 年 月 日

序号	审查项目	评议内容	供应商 1	供应商 2	供应商 3
1	相关资格证明文件	是否提供法人授权委托书；是否符合供应商资格要求。			
2	响应文件递交情况	正本和副本的数量是否符合谈判文件要求			
3	响应文件的有效性	是否符合响应文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
4	报价有效期	报价有效期是否满足 60 天			
5	交付时间	是否满足谈判文件要求			
6	投标报价	谈判报价是否满足谈判文件要求（报价有效、不漏项，不超出采购预算）			
<b>结 论</b>					

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

## 竞争性谈判第二次报价单

海南政兴源项目管理有限公司：

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示公司领导同意并代表本公司对竞争性谈判项目残疾人康复和托养设备采购（项目编号：HNZYC2022-36）项目做出最终报价如下：

总报价：大写：

小写：¥

相关补充说明：

法人代表或被授权人（签名）：

法人代表或被授权人联系电话：

谈判供应商（公章）：

二〇二二年\_\_月\_\_日

注：在开标时，供应商携带此第二次竞争性谈判响应函，并盖好公章。开标现场招标代理工作人员通知开始第二次报价时，供应商方可填写第二次竞争性谈判响应函，并递交招标代理公司工作人员，如未携带此第二次竞争性谈判响应函，视为放弃本项目谈判。



## 保证金退还申请书

致：海南政兴源项目管理有限公司

我司于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日为残疾人康复和托养设备采购（项目编号：HNZXYS2022-36）投标所提交的保证金人民币¥2000.00元，请贵司退还时划到以下账户：

开 户 名 称			
开 户 银 行 全 称		联 系 人	
银 行 账 号		联 系 电 话	

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：此申请书在中标公示结束后，请提交至海南政兴源项目管理有限公司财务部，联系地址：海口市美兰区名门广场北区 B2 座 12 层 1206 室，联系人：王女士，联系电话：0898-65300172（财务室）。（请勿将此文放入响应文件中）