

# 专家意见表

填报日期：2024年6月19日

项目名称	一次性血液成分分离管路血袋（2024）	项目编号	HNZC2024-048-014
采购人	海南省血液中心	会议内容	单一来源申请材料论证

## 专家意见

该设备相关材料经对济系统，具有正规性，目前除了原厂生产材料，没有其它规格认证的替代材料可以在该设备上进行血液成分品的采集，无法保证其他材料的连续性和稳定性。

根据海南省财政厅《关于进一步加强单一来源采购管理的通知》（琼财采规〔2022〕1号）中第一卷第（一）项第1条：“使用不可替代的专利、专有技术导致只能从唯一特定供应商处采购的项目，采用单一来源方式采购的，需同时满足以下三个方面的条件：一是……导致无法由其它供应商分别实施或替换，只能由唯一特定的供应商实施”的规定，建议本项目采用单一来源采购方式向湖南中康商贸有限公司采购。

论证专家签名：

林智

# 专家意见表

填报日期：2024年6月19日

项目名称	一次性血液成分分离管路血袋（2024）	项目编号	HNZC2024-048-014
采购人	海南省血液中心	会议内容	单一来源申请材料论证

## 专家意见

海南省血液中心拟采购的一次性血液成分分离管路血袋属于专用配套耗材的设备，该设备和耗材属于封闭系统，具有匹配性，目前除了原厂生产耗材，没有其他获得认证的替用耗材可以在该设备上进行血小板成分的采集。作为关系到献血者和受血者双重安全的医疗设备和耗材，出于设备性能和安全性考虑，建议原厂专用配套耗材或在原厂认证的配套耗材在专用设备使用。

根据海南省财政厅《关于加强单一来源采购管理的通知》（琼财采规〔2022〕1号）中第一条（一）项第1类：“使用不可替代的专、专有技术导致只能从某一特定供应商处采购的项目，采用单一来源方式采购的，需要同时满足三个方面的条件：一是……导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供”的规定，建议本项目采用单一来源采购方式向湖南中康商贸有限公司进行采购。

论证专家签名：

陈白云

# 专家意见表

填报日期：2024年6月19日

项目名称	一次性血液成分分离管路血袋（2024）	项目编号	HNZC2024-048-014
采购人	海南省血液中心	会议内容	单一来源申请材料论证

## 专家意见

拟采购的一次血液成分分离管路血袋，属于专用专用耗材。该设备和耗材属于封闭系统，具有匹配性，目前除了原厂生产耗材，没有其他获得认证的替用耗材可以在该设备上进行的血小板成品的采集。

根据海南省财政厅《关于加强单一来源采购管理的通知》（琼财采规〔2022〕1号）中第一章第（一）项第1类：“使用不可替代专利……采用单一来源方式采购的，需要同时满足三个方面的条件：一是……导致无法由其他供应商实施或提供，且由单一特定的供应商提供”的规定，为了保障献血者和受血者的身体健康及生命安全，建议本项目采用单一来源采购方式向湖南中康商贸有限公司进行采购。

论证专家签名：

# 海南政采招投标有限公司会议记录表

填报日期：2024年6月19日

项目名称	一次性血液成分分离管路血袋（2024）	项目编号	HNZC2024-048-014
采购人	海南省血液中心	会议内容	单一来源申请材料论证

## 专家意见

采购预算：328.8万元

海南省血液中心购置的美国血液技术公司生产MCS9000型便携式血液成分分离机用于血小板采集，属于专用配套耗材的设备；其机采血小板工作原理是通过上述一次性使用耗材与MCS设备配合使用，采集献血者全血，经过专利的离心杯高速运行将血液离心分层，由光学传感器感知并最终冲浪得到纯净的血小板终产品，血液的其他成分回输给献血者。

该设备和耗材属于封闭系统，具有匹配性，目前除了原厂生产耗材，没有其他获得认证的替用耗材可以在该设备上进行血小板成品的采集。

作为关系到献血者和受血者双重安全的医疗设备和耗材，出于设备性能和安全性考虑，建议原厂专用配套耗材或经原厂认证的配套耗材在专用设备使用；市场上存在的其他耗材，由于其工艺、材质、质量等方面的原因，无法保证其他耗材的适配性和安全性；

综上，为了献血者和受血者的健康，建议重视设备和专用配套耗材的适配性以及安全性，使用原厂专用配套耗材。根据海南省财政厅《关于加强单一来源采购管理的通知》（琼财采规〔2022〕1号）中第一条第（一）项第1类：“使用不可替代的专利、专有技术导致只能从某一特定供应商处采购的项目，采用单一来源方式采购的，需要同时满足三个方面的条件：一是……导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供”的规定，经专家组论证，一致建议本项目采用单一来源采购方式向湖南中康商贸有限公司进行采购。

论证专家签名：

